MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL
OFICINA DE CONTRATOS
1213898690

No. GS-2024-_____ / AREAD - GUCON 17.5

Bogotá D.C., 23 AGO 2024

Señores.
OFERENTES
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta observaciones al Proyecto Pliego del proceso PN HOCEN SA 010 2024

En atención a las observaciones presentadas al proceso en mención, que tiene por objeto el "**SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL",** el Hospital Central de la Policía se permite dar respuesta a las mismas según comunicación oficial GS-2024-060062-DISAN, suscrita el responsable del Servicio de Oftalmología, así:

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA BIOTECH HEALTH CARE COLOMBIA S.A.S DE FECHA 08/08/2024 4:51:10 PM

PRIMERA OBSERVACIÓN

1. El Item **ACEITE DE SILICONA** solicitamos pueda ser cotizado por unidad teniendo en cuenta que la presentación del insumo no afecta su composición y uso sin embargo nos excluye como proveedores.

RESPUESTA PRIMERA OBSERVACIÓN

El Hospital Central de la Policía acepta la observación, teniendo en cuenta que la presentación del insumo no afecta su funcionalidad, quedando de la siguiente manera:

GRUPO 1 INSUMOS VARIOS			
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA
14	ACEITE DE SILICONA	PARA USO INTRAOCULAR. ESTÉRIL. 100% SILICONA. VOLATILIDAD MENOR O IGUAL AL 0.1%. VISCOSIDAD DE 4.800 A 5.000 MPAS EMPAQUE INDIVIDUAL. JERINGA PRELLENADA PRESENTACION UNIDAD DE 1 A 10ML	CC

SEGUNDA OBSERVACIÓN

2. El Item **HIDROXIMETILCELULOSA** solicitamos que pueda cotizar por unidad teniendo en cuenta que la presentación del insumo no afecta su composición y uso y de igual manera nos excluye como proveedores.

1213898690

RESPUESTA SEGUNDA OBSERVACIÓN

El Hospital Central de la Policía no acepta la observación, teniendo en cuenta que en la descripción técnica del insumo se puede evidenciar que el volumen mínimo es de 2ML en jeringa prellenada, la cual corresponde a una (1) unidad, y revisado el catalogo enviado por BIOTECH HEALTH CARE COLOMBIA, es la misma presentación:

3	HIDROXIMETILCELULOSA	KIT QUE CONTIENE : JERINGA PARA USO QUIRÚRGICO. VOLUMEN 2 CC COMO MÍNIMO. AL 2%. DISPERSIVO. VISCOSIDAD 8.000 CPS. CÁNULA 23 GA ESTÉRIL.	KIT

Atentamente,

Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director del Hospital Central de la Policía Nacional

Elaboró: TA. ANA RUTVELY GARCIA SALDAÑA
HOCEN-GUCON

Revisó: PA-TE. MARIA TERESA FUELPAZ BOBADILLA
HOCEN-GUCON (E)

Revisó: MY. GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES
HOCEN-ARLOF

Revisó: PT. ANA MARCELA GOMEZ MANRIQUE
HOCEN-ASJUR (E)

Fecha de Elaboración: 21/08/2024
Ubicación//: procesos 2024

1213898690