1. IC- 165-2024

2. OBJETO: Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgico acorde con la descripción del anexo técnico No. 1 y el apoyo tecnológico requerido para los servicios asistenciales de las Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

	4. CRITERIOS	5. PUNTAJE OBTENIDO	6. OBSERVACIONES
3. PROPONENTE: ARPA MEDICAL S.A.S	**Certificación Sanitaria según su tipo: Dependiendo de la actividad que tenga aporte el documento respectivo:** -FABRICAR Y VENDER: Certificado de condiciones técnico-sanitarias -IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER: Certificado de condiciones técnico-sanitarias + Certificado en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA -IMPORTAR Y VENDER: Certificado en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA	Cumple	
	Registros Sanitarios: Archivo legible del registro sanitario vigente de cada producto.	Cumple	
	Información Técnica General: Diligenciamiento del ANEXO 2 (Información técnica General) por cada producto ofertado.	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.
	Ficha técnica de fábrica: Copia nítida y legible de la ficha técnica de cada producto ofertado. ***Cada archivo PDF debe contener una sola ficha técnica la cual deberá ir numerada con el código asignado en ANEXO 1.***	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.
	Cambio por vencimiento y/o Vida Útil de Productos: Carta de compromiso bajo la gravedad de juramento de suministrar los productos con vida útil mayor al 75% y si es inferior debe cambiar el 100% de lo entregado sino se llega a consumir	Cumple	
	Apoyo tecnológico (elementos en comodato): Carta que indique qué insumo requiere apoyo tecnológico, informar qué tipo de apoyo aporta (Ficha técnica y registro fotográfico). El apoyo tecnológico será devuelto por la entidad una vez se agoten las existencias de los productos.	Cumple	
	7.PUNTAJE TOTAL	Revisar el cumplimiento por ítem.	

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	DM004	LOTE 2	SUTURA EN ACERO QUIRUGICO PARA ESTERNON CALIBRE 5 AGUJA PUNTA TROCAR DE 45 a 55 MM 1/2 CIRCULO 4 ALAMBRES X LONGITUD DE 45 CM	Cumple		
2	DM006	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19MM 3/8 CIRCULO. HEBRA DE 45CM O MAS	Cumple		
3	DM007	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0. AGUJA CURVA REDONDA DE 36 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
4	DM008	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
5	DM009	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 27 MM 1/2 CIRCULO HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a característica antibacterial.

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
6	DM010	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 36 A 37 MM 1/2 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
7	DM012	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 25-27MM 70-90 CM	Cumple		
8	DM013	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 3/0. AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19 MM 3/8 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
9	DM014	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 17 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
11	DM016	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 5/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15MM A18MM 70 -75 CM	Cumple		
12	DM018	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 6 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 8 MM 1/4 DE CIRCULO. HEBRA DE 45 CM	Cumple		
13	DM019	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 6 AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 45 CM		No cumple	No cumple con criterio de aguja punta redonda.
14	DM020	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 6. AGUJA CURVA CORTANTE DE 13 MM 3/8 CIRCULO.HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
15	DM022	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6 A 8 MM 3/8 DE CÍRCULO LARGO DE LA HEBRA DE 45 A 70 CM SOBRE CAJA X 12 UND		No cumple	La información del anexo 2 es diferente a la aportada en la ficha técnica. No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto al calibre de la hebra según la ficha técnica.
16	DM370	LOTE 2	CERA PARA HUESO 2.5 G	Cumple		
33	DM681	LOTE 2	MALLA DE POLIPROPILENO PARA LA REPARACION DE LA PARED ABDOMINAL 30CM X 30CM	Cumple		
35	DM695	LOTE 2	MALLA QUIRURGICA DE MEDIA DENSIDAD DE 15X15 CM		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto al gramaje que determina la densidad del insumo.
36	DM744	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE COPOLIMERO DE POLIGLECAPROMA 25, CALIBRE 4/0, AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19 MM, DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS	Cumple		
37	DM746	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON NEGRO CALIBRE 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6-7MM DE 3/8 DE CIRCULO HEBRA 30 CM O MAS	Cumple		
38	DM747	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON NEGRO CALIBRE 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6-7MM DE 3/8 DE CIRCULO HEBRA 30 CM O MAS	Cumple		
39	DM748	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA , ½ CIRCULO, 34 A 39 MM, HEBRA DE 75 CM O MAS	Cumple		
40	DM749	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 1 CON AGUJA CURVA REDONDA , ½ CIRCULO, 34 A 39 MM, HEBRA DE 75 CM O MAS	Cumple		
41	DM750	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24-26 MM, 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
42	DM751	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA CORTANTE DE 58- 60 MM HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
44	DM753	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24-26 MM, 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
45	DM755	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA CORTANTE DE 58- 60 MM HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
46	DM756	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19-20MM HEBRA 70-75CM SOBRE	Cumple		
47	DM757	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 24 A 26 MM, 1/2 CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
48	DM758	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19-20MM HEBRA 70-75CM SOBRE	Cumple		
49	DM761	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 15 A 17 MM, DE 3/8 CIRCULO HEBRA 45 CM O MAS	Cumple		

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
50	DM762	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE POLIRPOPILENO 6/0 CON DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 7 A 9,5 MM, DE 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 60 CM O MAS	Cumple		
51	DM763	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0 DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 7 A 9,5 MM, DE 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 60 CM O MAS	Cumple		
52	DM764	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE GLICONATO, CALIBRE 4/0, AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 20 MM DE 3/8 DE CIRCULO DE 45 CM EN ADELANTE	Cumple		
53	DM766	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON NEGRO CALIBRE 8/0 AGUJA DE 6 A 6.5 MM CURVA REDONDA DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 12 CM O MAS	Cumple		
55	DM769	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 3/0, AGUJA DE 24 A 26 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS	Cumple		
58	DM774	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 7/0 3/8 CON DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 10-13 MM DE 60-75 CM		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
59	DM878	LOTE 2	POLIDIOXANONA 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CÍRCULO DE 24 A 26 MM HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE SOBRE-ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a característica antibacterial.
60	DM880	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 2/0,AGUJA DE 35 A 39 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO,HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS-ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a característica antibacterial.
62	DM882	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA DE 17 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS	Cumple		
63	DM885	LOTE 2	POLIESTER TRENZADO 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 24-26 MM Y HEBRA DE 70-90 CM	Cumple		
64	DM887	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 0 CON AGUJA DE 34 A 37 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
65	DM888	LOTE 2	POLIESTER TRENZADO 1 TRENZADO RECUBIERTO	Cumple		
66	DM889	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 2/0 CON AGUJA DE 24 A 26 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
69	DM893	LOTE 2	POLIGLECAPRONE USP 4-0 3/8 CIRC REV CORTANTE 19 MM-ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a característica antibacterial.
77	DM961	LOTE 2	SEDA NEGRA 0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 3/8 DE CÍRCULO DE 28 A 34 MM LARGO DE LA HEBRA 70 CM O MÁS SOBRE CAJA POR 2 DOCENAS	Cumple		
78	DM964	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
79	DM965	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
80	DM967	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM	Cumple		
81	DM968	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 1 S/A PRECORTADA 70-75 CM	Cumple		
82	DM969	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 1 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
83	DM970	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
84	DM971	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 34 -37 MM 45-60 CM	Cumple		
85	DM973	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 S/A PRECORTADA 70-75 CM	Cumple		
86	DM974	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8CIRCULO 22-26 MM 45 CM A 70-75 CM	Cumple		
87	DM976	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA CORTANTE DE 60 MM, HEBRA DE 75 CM O MAS	Cumple		

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
88	DM977	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 3/0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM	Cumple		
89	DM978	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19 MM 70-90 CM	Cumple		
90	DM979	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15 MM 70-90 CM	Cumple		
91	DM980	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 4/0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM	Cumple		
92	DM981	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 20 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
99	DM1122	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM DE MEDIO CIRCULO HEBRA DE 90 CM O MAS	Cumple		
100	DM1123	LOTE 2	CAT GUT CROMADO PARA HIGADO CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA ROMA DE 65 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
101	DM1124	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 1 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 90 CM O MAS	Cumple		
102	DM1125	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 36 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
103	DM1127	LOTE 2	TRIPA QUIRURGICA CROMICO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17MM 70-75 CM RB1	Cumple		
104	DM1129	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 15 A 17 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
117	DM1391	LOTE 2	POLIDIOXANONA CALIBRE 1 AGUJA DE 34 A 37 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CÍRCULO HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE- ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a característica antibacterial.
122	DM1460	LOTE 2	MALLA POLIPROPILENO 30X30	Cumple		
123	DM1470	LOTE 2	MALLA QUIRURGICA DE ALTA DENSIDAD DE 15 X 15 CM - 20 X 20 CM	Cumple		
126	DM1516	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA. CALIBRE 3/0. AGUJA DE 16 A 19 MM CURVA CORTANTE DE 3/8. HEBRA DE 45 CM DE LARGO O MAS	Cumple		
129	DM1632	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 1 C A C C 1/2 CIRCULO DE 37MM 75 CM	Cumple		
130	DM1636	LOTE 2	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 20-26MM 60-75CM	Cumple		
135	DM1772	LOTE 2	HEMOSTATICO FIBRILAR ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA Y NO REGENERADA TIPO ALGODON 5 X 10 CM	Cumple		
138	DM1784	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM. 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
142	DM1804	LOTE 2	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/0 AGUJA RECTA CORTANTE 58-60 MM 70-75 CM	Cumple		
143	DM1805	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 20 MM. 3/8 CIRCULO. HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
144	DM1806	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 13 A 17 MM. 3/8 CIRCULO. HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
145	DM1807	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 18 A 20 MM. 3/8 CIRCULO. HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
146	DM1808	LOTE 2	POLIPROPILENO MONOFILAMNETO 6/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CRICULO 10-11MM 45-60CM CIRUGIA PLASTICA		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
151	DM1867	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA. CALIBRE 6/0. DOBLE AGUJA DE 13 MM CURVA REDONDA DE 3/8. HEBRA DE 75 CM DE LARGO O MAS- ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a característica antibacterial.
152	DM1910	LOTE 2	ESPONJA GELATINA HEMOSTATICA ABSORBIBLE DE COLAGENO PORCINO O BOVINO 6 - 8 X 5	Cumple		Cumple la ficha técnica aportada en la subsanación.
155	DM1919	LOTE 2	TRIPA QUIRURGICA CROMICO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MM HEBRA 70-75 CM	Cumple		

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
160	DM2017	LOTE 2	HEMOSTATICO ABSORBIBLE CELULOSA OXIDADA 20X10		No cumple	Aporta dos fichas técnicas diferentes en la subsanación. Según revisión del comité evaluador, la ficha técnica aportada inicialmente, que corresponde a una de las aportadas en la subsanación no cumple por tiempos demorados de hemostasia. No queda clara la propuesta.
161	DM2039	LOTE 2	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA PARA LAPAROSCOPIA 5.1 CM X 10.2 CM		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a las características del hemostático. Aporta ficha técnica de un hemostático fibrilar que por su característica no funciona correctamente en procedimientos de laparoscopia.
162	DM2055	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA. 1/2 CIRCULO. 26 A 27 MM. HEBRA DE 75 CM O MAS	Cumple		
163	DM2062	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0.AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS-ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a característica antibacterial.
164	DM2063	LOTE 2	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE POLIDIOXANONA 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37MM HEBRA 90CM-ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a característica antibacterial.
166	DM2068	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA. CALIBRE 0. AGUJA DE 34 A 37 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS-ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a característica antibacterial.
169	DM2109	LOTE 2	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 1 AGUJA REDONDA 1/2CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70-75CM	Cumple		
170	DM2128	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37MM HEBRA 75CM	Cumple		
171	DM2132	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 0.AGUJA CURVA REDONDA DE 36 A 37 MM 1/2 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a característica antibacterial.
172	DM2133	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 2/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 36 A 37 MM 1/2 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a característica antibacterial.
175	DM2162	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 3/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a característica antibacterial.
176	DM2163	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 39 MM. 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
178	DM2179	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 5/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 20 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a característica antibacterial.
179	DM2180	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a característica antibacterial.
182	DM2190	LOTE 2	CATGUT CROMICO 2/0 CURVA REDO 1/2 CIRC DE 37 HEBRA DE 70-90CM(SUTURA ABSORBIBL) C1117J-923T	Cumple		
183	DM2282	LOTE 2	CINTA QUIRURGICA ABSORBIBLE. PARA SUTURAR ORGANOS PARENQUIMATOSOS.		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a materia prima.

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
184	DM2285	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 27 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS- ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a característica antibacterial.
187	DM2329	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 7/0. DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6.4 A 6.5 MM 3/8 DE CIRCULO. HEBRA DE 30 CM O MAS	Cumple		
188	DM2330	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 8/0. DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6.4 A 6.5 MM 3/8 DE CIRCULO. HEBRA DE 20 CM O MAS	Cumple		
189	DM2331	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 0. AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a característica antibacterial.
190	DM2332	LOTE 2	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA 910 CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS. DE CORTO TERMINO		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a tiempo de absorción.
191	DM2333	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIIAL CALIBRE 4/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 17 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a característica antibacterial.
197	DM2467	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 0 CON AGUJA DE 24 A 26 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
198	DM2468	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 1 CON AGUJA DE 35 A 39 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
226	DM2569	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE GLICONATO, CALIBRE 3/0, AGUJA CURVA CORTANTE DE 26 MM DE MEDIO CIRCULO DE 45 CM EN ADELANTE		No cumple	Cumple con las características de la ficha técnica pero no aporta el anexo 2.
227	DM2638	LOTE 2	ESPONJA HEMOSTATICA (7-8 CM X 5 CM X 1CM)	Cumple		
237	DM2681	LOTE 2	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA PARA LAPAROSCOPIA 2,5 CM X 5 CM		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a las características del hemostático. Aporta ficha técnica de un hemostático fibrilar que por su característica no funciona correctamente en procedimientos de laparoscopia.
238	DM2683	LOTE 2	HEMOSTATICO DE CELULOSA REGENERADA O NO REGENERADA FIBRILAR 5.1 X 10.2CM	Cumple		
239	DM2684	LOTE 2	HEMOSTATICO FIBRILAR ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA Y NO REGENERADA TIPO ALGODON 2.5 X 5CM	Cumple		

8. FECHA: Agosto de 2024

9. MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

1. IC- 165-2024

2. OBJETO: Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgico acorde con la descripción del anexo técnico No. 1 y el apoyo tecnológico requerido para los servicios asistenciales de las Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

3. PROPONENTE: ASSUT MEDICAL LTDA	4. CRITERIOS	5. PUNTAJE OBTENIDO	6. OBSERVACIONES
	Certificación Sanitaria según su tipo: Dependiendo de la actividad que tenga aporte el documento respectivo: -FABRICAR Y VENDER: Certificado de condiciones técnico-sanitarias -IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER: Certificado de condiciones técnico-sanitarias + Certificado en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA -IMPORTAR Y VENDER: Certificado en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA	Cumple	
	Registros Sanitarios: Archivo legible del registro sanitario vigente de cada producto.	Cumple	
	Información Técnica General: Diligenciamiento del ANEXO 2 (Información técnica General) por cada producto ofertado.	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.
	Ficha técnica de fábrica: Copia nítida y legible de la ficha técnica de cada producto ofertado. ***Cada archivo PDF debe contener una sola ficha técnica la cual deberá ir numerada con el código asignado en ANEXO 1.***	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.
	Cambio por vencimiento y/o Vida Útil de Productos: Carta de compromiso bajo la gravedad de juramento de suministrar los productos con vida útil mayor al 75% y si es inferior debe cambiar el 100% de lo entregado sino se llega a consumir	Cumple	
	Apoyo tecnológico (elementos en comodato): Carta que indique qué insumo requiere apoyo tecnológico, informar qué tipo de apoyo aporta (Ficha técnica y registro fotográfico). El apoyo tecnológico será devuelto por la entidad una vez se agoten las existencias de los productos.	Cumple	
	7.PUNTAJE TOTAL	Revisar el cumplimiento por ítem.	

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	DM004	LOTE 2	SUTURA EN ACERO QUIRUGICO PARA ESTERNON CALIBRE 5 AGUJA PUNTA TROCAR DE 45 48MM 1/2 CIRCULO 4 ALAMBRES X LONGITUD DE 45 CM	Cumple		
2	DM006	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4 AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19MM 3/8 CIRCULO. HEBRA DE 45CM O MAS	Cumple		
3	DM007	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0. AGUJA CURVA REDONDA DE 36 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
4	DM008	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
6	DM010	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2. AGUJA CURVA REDONDA DE 36 A 37 MM 1/2 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
						aguja.
7	DM012	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 3 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 25-27MM 70-90 CM	Cumple		
8	DM013	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 3. AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19 MM 3/8 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
9	DM014	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4. AGUJA CURVA REDONDA DE 17 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
10	DM015	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 5 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 8 MM 1/4 DE CIRCULO. HEBRA DE 45 CM	Cumple		
11	DM016	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 5 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15MM A18MM 70 -75 CM	Cumple		
12	DM018	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 6 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 8 MM 1/4 DE CIRCULO. HEBRA DE 45 CM	Cumple		
14	DM020	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 6. AGUJA CURVA CORTANTE DE 13 MM 3/8 CIRCULO.HEBRA DE 45 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
15	DM022	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 7 DOBLE AGUJA SOBRE CAJA X 12 UND	Cumple		
36	DM744	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE COPOLIMERO DE POLIGLECAPROMA 25, CALIBRE 4/0, AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19 MM, DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS	Cumple		
37	DM746	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON NEGRO CALIBRE 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6-7MM DE 3/8 DE CIRCULO HEBRA 30 CM O MAS	Cumple		
38	DM747	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON NEGRO CALIBRE 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6-7MM DE 3/8 DE CIRCULO HEBRA 30 CM O MAS	Cumple		
39	DM748	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA , ½ CIRCULO, 34 A 39 MM, HEBRA DE 75 CM O MAS	Cumple		
40	DM749	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 1 CON AGUJA CURVA REDONDA , ½ CIRCULO, 34 A 39 MM, HEBRA DE 75 CM O MAS	Cumple		
41	DM750	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24-26 MM, 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
42	DM751	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA CORTANTE DE 58- 60 MM HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
43	DM752	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 24 A 26 MM, 1/2 CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
44	DM753	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24-26 MM, 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
45	DM755	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA CORTANTE DE 58- 60 MM HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
46	DM756	LOTE 2	MONOFILAMENTO 4/0 C/A C/C 3/8 CIRCULO 19-20MM HEBRA 70-75CM SOBRE	Cumple		
47	DM757	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 24 A 26 MM, 1/2 CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
48	DM758	LOTE 2	MONOFILAMENTO 5/0 C/A C/C SOBRE	Cumple		
49	DM761	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 15 A 17 MM, DE 3/8 CIRCULO HEBRA 45 CM O MAS	Cumple		
50	DM762	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE POLIRPOPILENO 6/0 CON DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 7 A 9,5 MM, DE 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 60 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
51	DM763	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0 DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 7 A 9,5 MM, DE 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 60 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
52	DM764	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE GLICONATO, CALIBRE 4/0, AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 20 MM DE 3/8 DE CIRCULO DE 45 CM EN ADELANTE	Cumple		
53	DM766	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON NEGRO CALIBRE 8/0 AGUJA DE 6 A 6.5 MM CURVA REDONDA DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 12 CM O MAS	Cumple		
54	DM767	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON CALIBRE 9/0 AGUJA DE 5 MM CURVA REDONDA DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 12 CM O MAS	Cumple		
55	DM769	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 3/0, AGUJA DE 24 A 26 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
56	DM770	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 4/0, AGUJADE 24 A 26 MM CURVA REDONDA, DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
58	DM774	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 7/0 3/8 CON DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 10-13 MM DE 60-75 CM	Cumple		
59	DM878	LOTE 2	POLIDIOXANONA 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CÍRCULO DE 24 A 26 MM HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE SOBRE-ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja y característica antibacterial.
60	DM880	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 2/0,AGUJA DE 35 A 39 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO,HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS- ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la característica antibacterial.
62	DM882	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA DE 17 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS	Cumple		
63	DM885	LOTE 2	POLIESTER TRENZADO 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 24-26 MM Y HEBRA DE 70-90 CM		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
64	DM887	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 0 CON AGUJA DE 34 A 37 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
65	DM888	LOTE 2	POLIESTER TRENZADO 1 TRENZADO RECUBIERTO	Cumple		
66	DM889	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 2/0 CON AGUJA DE 24 A 26 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
67	DM891	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 5/0 CON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 8 MM, DE 1/4 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
68	DM892	LOTE 2	POLIESTER TRENZADO RECUBIERTO 3/0 C/A C/R 22-26 MM		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
69	DM893	LOTE 2	POLIGLECAPRONE USP 4-0 3/8 CIRC REV CORTANTE 19 MM-ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la característica antibacterial.
77	DM961	LOTE 2	SEDA NEGRA 0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 3/8 DE CÍRCULO DE 28 A 34 MM LARGO DE LA HEBRA 70 CM O MÁS SOBRE CAJA POR 2 DOCENAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
78	DM964	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
						aguja.
79	DM965	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
80	DM967	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM	Cumple		
81	DM968	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 1 S/A PRECORTADA 70-75 CM	Cumple		
82	DM969	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 1 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
83	DM970	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
85	DM973	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 S/A PRECORTADA 70-75 CM	Cumple		
86	DM974	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8CIRCULO 22-26 MM 45 CM A 70-75 CM	Cumple		
87	DM976	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA CORTANTE DE 60 MM, HEBRA DE 75 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
88	DM977	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 3/0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM	Cumple		
89	DM978	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19 MM 70-90 CM	Cumple		
90	DM979	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15 MM 70-90 CM	Cumple		
91	DM980	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 4/0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM	Cumple		
92	DM981	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 20 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
93	DM983	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 8 MM 1/4 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
96	DM1093	LOTE 2	SUTURA PARA CERCLAJE DE CUELLO DE UTERO DOBLE AGUJA REDONDA UNIDAD		No cumple	Según revisión de comité evaluador se requiere una aguja más grande.
99	DM1122	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM DE MEDIO CIRCULO HEBRA DE 90 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
100	DM1123	LOTE 2	CAT GUT CROMADO PARA HIGADO CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA ROMA DE 65 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
101	DM1124	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 1 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 90 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
102	DM1125	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 36 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
103	DM1127	LOTE 2	TRIPA QUIRURGICA CROMICO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17MM 70-75 CM RB1	Cumple		
104	DM1129	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 15 A 17 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
117	DM1391	LOTE 2	POLIDIOXANONA CALIBRE 1 AGUJA DE 34 A 37 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CÍRCULO HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE-ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
						la longitud de la aguja y característica antibacterial.
119	DM1406	LOTE 2	SUTURA QUIRURGICA (NYLON) 3/0 CS C/C	Cumple		
126	DM1516	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA. CALIBRE 3/0. AGUJA DE 16 A 19 MM CURVA CORTANTE DE 3/8. HEBRA DE 45 CM DE LARGO O MAS	Cumple		
129	DM1632	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 1 C A C C 1/2 CIRCULO DE 37MM 75 CM		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
130	DM1636	LOTE 2	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2 C/A C/C 3/8 CIRCULO 20-26MM 60-75CM	Cumple		
132	DM1677	LOTE 2	POLIDIOXANONA CALIBRE 4.0 CON AGUJA AGUJA CURVA CORTANTE DE 24-26 MM, 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS- ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la característica antibacterial.
138	DM1784	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM. 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
142	DM1804	LOTE 2	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/0 AGUJA RECTA CORTANTE 58-60 MM 70-75 CM	Cumple		
143	DM1805	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 20 MM. 3/8 CIRCULO. HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
144	DM1806	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 13 A 17 MM. 3/8 CIRCULO. HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
145	DM1807	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 18 A 20 MM. 3/8 CIRCULO. HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
146	DM1808	LOTE 2	POLIPROPILENO MONOFILAMNETO 6/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CRICULO 10-11MM 45-60CM CIRUGIA PLASTICA		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
150	DM1851	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE NYLON 5/0 C/A C/C P698T	Cumple		
151	DM1867	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA. CALIBRE 6/0. DOBLE AGUJA DE 13 MM CURVA REDONDA DE 3/8. HEBRA DE 75 CM DE LARGO O MAS- ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la característica antibacterial.
155	DM1919	LOTE 2	TRIPA QUIRURGICA CROMICO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MM HEBRA 70-75 CM		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
156	DM1923	LOTE 2	TRIPA QUIRURGICA CROMICO 0 26 MM 75 CM		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
162	DM2055	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA. 1/2 CIRCULO. 26 A 27 MM. HEBRA DE 75 CM O MAS	Cumple		
163	DM2062	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0.AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS- ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la característica antibacterial.
164	DM2063	LOTE 2	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE POLIDIOXANONA 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37MM HEBRA 90CM- ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la característica antibacterial.
166	DM2068	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA. CALIBRE 0. AGUJA DE 34 A 37 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS- ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
						la longitud de la aguja y característica antibacterial.
167	DM2074	LOTE 2	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA CURVA REDONDO	Cumple		
169	DM2109	LOTE 2	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 1 AGUJA REDONDA 1/2CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70-75CM		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
170	DM2128	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37MM HEBRA 75CM		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
176	DM2163	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 39 MM. 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
180	DM2181	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 DE CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
182	DM2190	LOTE 2	CATGUT CROMICO 2/0 CURVA REDO 1/2 CIRC DE 37 HEBRA DE 70-90CM(SUTURA ABSORBIBL) C1117J-923T		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
184	DM2285	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 27 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS- ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la característica antibacterial.
186	DM2426	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE COPOLIMERO DE POLIGLECAPROMA 25, CALIBRE 5/0, AGUJA CURVA CORTANTE DE 10 A 11 MM, DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 40 CM DE LARGO O MAS- ANTIBACTERIAL		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja y característica antibacterial.
187	DM2329	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 7. DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6.4 A 6.5 MM 3/8 DE CIRCULO. HEBRA DE 30 CM O MAS	Cumple		
188	DM2330	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 8. DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6.4 A 6.5 MM 3/8 DE CIRCULO. HEBRA DE 20 CM O MAS	Cumple		
190	DM2332	LOTE 2	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA 910 CALIBRE 4 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS. DE CORTO TERMINO		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja y materia prima.
197	DM2467	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 0 CON AGUJA DE 24 A 26 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
198	DM2468	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 1 CON AGUJA DE 35 A 39 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
199	DM2469	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA DE 17 A 19 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
209	DM2399	LOTE 2	CERVIX-SET HEBRA X CERCLAJE		No cumple	Según revisión de comité evaluador se requiere una aguja más grande.
220	DM2529	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24 A 26 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
221	DM2531	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
222	DM2533	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 1, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM	Cumple		
223	DM2534	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 2/0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM	Cumple		

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
224	DM2422	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE ACIDO GLICOLICO Y CARBONATO DE TRIMETILENO CALIBRE 2/0 -AGUJA CURVA DE 37 MM REDONDA DE MEDIO CIRCULO- LARGO DE LA HEBRA 45 CM EN ADELANTE		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
225	DM2423	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE ACIDO GLICOLICO Y CARBONATO DE TRIMETILENO CALIBRE 0 -AGUJA CURVA DE 37 MM REDONDA DE MEDIO CIRCULO- LARGO DE LA HEBRA 30 A 45 CM CM EN ADELANTE (V-LOC 180		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
226	DM2569	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE GLICONATO, CALIBRE 3/0, AGUJA CURVA CORTANTE DE 26 MM DE MEDIO CIRCULO DE 45 CM EN ADELANTE		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a la longitud de la aguja.
228	DM2575	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 15 A 17 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		

8. FECHA: Agosto de 2024

9. MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

1. IC- 165-2024

2. OBJETO: Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgico acorde con la descripción del anexo técnico No. 1 y el apoyo tecnológico requerido para los servicios asistenciales de las Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

3. PROPONENTE: DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS	4. CRITERIOS	5. PUNTAJE OBTENIDO	6. OBSERVACIONES
	Certificación Sanitaria según su tipo: Dependiendo de la actividad que tenga aporte el documento respectivo: -FABRICAR Y VENDER: Certificado de condiciones técnico-sanitarias -IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER: Certificado de condiciones técnico-sanitarias + Certificado en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA -IMPORTAR Y VENDER: Certificado en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA	Cumple	
	Registros Sanitarios: Archivo legible del registro sanitario vigente de cada producto.	Cumple	
	Información Técnica General: Diligenciamiento del ANEXO 2 (Información técnica General) por cada producto ofertado.	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.
	Ficha técnica de fábrica: Copia nítida y legible de la ficha técnica de cada producto ofertado. ***Cada archivo PDF debe contener una sola ficha técnica la cual deberá ir numerada con el código asignado en ANEXO 1.***	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.
	Cambio por vencimiento y/o Vida Útil de Productos: Carta de compromiso bajo la gravedad de juramento de suministrar los productos con vida útil mayor al 75% y si es inferior debe cambiar el 100% de lo entregado sino se llega a consumir	Cumple	
	Apoyo tecnológico (elementos en comodato): Carta que indique qué insumo requiere apoyo tecnológico, informar qué tipo de apoyo aporta (Ficha técnica y registro fotográfico). El apoyo tecnológico será devuelto por la entidad una vez se agoten las existencias de los productos.	Cumple	
	7.PUNTAJE TOTAL	Revisar el cumplimiento por ítem.	

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	DM004	LOTE 2	SUTURA EN ACERO QUIRUGICO PARA ESTERNON CALIBRE 5 AGUJA PUNTA TROCAR DE 45 a 55 MM 1/2 CIRCULO 4 ALAMBRES X LONGITUD DE 45 CM	Cumple		
2	DM006	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19MM 3/8 CIRCULO. HEBRA DE 45CM O MAS	Cumple		
3	DM007	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0. AGUJA CURVA REDONDA DE 36 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
4	DM008	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
5	DM009	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 27 MM 1/2 CIRCULO HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No corresponde a la descripción técnica solicitada en cuanto a característica antibacterial.

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
6	DM010	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 36 A 37 MM 1/2 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
7	DM012	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 25-27MM 70-90 CM	Cumple		
8	DM013	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 3/0. AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19 MM 3/8 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
9	DM014	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 17 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
10	DM015	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 5 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 8 MM 1/4 DE CIRCULO. HEBRA DE 45 CM		No cumple	No subsana ficha técnica. La información del anexo 2 no corresponde a lo solicitado.
11	DM016	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 5/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15MM A18MM 70 -75 CM	Cumple		
12	DM018	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 6 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 8 MM 1/4 DE CIRCULO. HEBRA DE 45 CM		No cumple	La ficha técnica es general y no detalla el insumo específico de la propuesta.
13	DM019	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 6 AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 45 CM		No cumple	No cumple con el criterio del calibre de la sutura.
14	DM020	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 6. AGUJA CURVA CORTANTE DE 13 MM 3/8 CIRCULO.HEBRA DE 45 CM O MAS		No cumple	La información aportada en la ficha técnica es diferente a la del anexo 2. La oferta no es clara.
15	DM022	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6 A 8 MM 3/8 DE CÍRCULO LARGO DE LA HEBRA DE 45 A 70 CM SOBRE CAJA X 12 UND		No cumple	La ficha técnica es general y no detalla el insumo específico de la propuesta.
16	DM370	LOTE 2	CERA PARA HUESO 2.5 G	Cumple		
17	DM375	LOTE 2	CINTA UMBILICAL DE ALGODON DOS TIRAS 0.30 X 45CM	Cumple		Cumple las características establecidas en el anexo 2.
19	DM509	LOTE 2	GANCHO DE HOOK		No cumple	La ficha técnica es general y no detalla el insumo específico de la propuesta.
20	DM520	LOTE 2	GRAPADORA CIRCULAR CURVA CORTANTE 29MM MANUAL-ELÉCTRICA	Cumple		
21	DM521	LOTE 2	GRAPADORA CIRCULAR CURV CORT 25MM (ELECTRICA)	Cumple		
22	DM523	LOTE 2	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 REF. 341-NTLC75	Cumple		
23	DM549	LOTE 2	HARMONIC BLUE PIEZA DE MANO 1	Cumple		
24	DM553	LOTE 2	HOJA DE BISTURI N 11	Cumple		
25	DM554	LOTE 2	HOJA DE BISTURI N 12	Cumple		
26	DM555	LOTE 2	HOJA DE BISTURI N 15	Cumple		
27	DM556	LOTE 2	HOJA DE BISTURI N 20	Cumple		
28	DM557	LOTE 2	HOJA DE BISTURI N 21	Cumple		
29	DM558	LOTE 2	HOJA DE BISTURI N 22	Cumple		
30	DM559	LOTE 2	HOJA DE BISTURI N 23	Cumple		
31	DM647	LOTE 2	PINZA DISECTOR CURVO MARYLAND, ROTACION 360, LONGITUD 350-360 MM, MANGO ERGONOMICO, CONECCION MONOPOLAR 5 MM DESCARTABLE	Cumple		
33	DM681	LOTE 2	MALLA DE POLIPROPILENO PARA LA REPARACION DE LA PARED ABDOMINAL 30CM X 30CM	Cumple		
34	DM687	LOTE 2	MALLA POLIDIOXANONA (PROCEED) 30.5 X 30.5 CM SQUARE REF. 341-PCDL1 UNIDAD	Cumple		
35	DM695	LOTE 2	MALLA QUIRURGICA DE MEDIA DENSIDAD DE 15X15 CM		No cumple	No cumple con el gramaje requerido
36	DM744	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE COPOLIMERO DE POLIGLECAPROMA 25, CALIBRE 4/0, AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19 MM, DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS	Cumple		
37	DM746	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON NEGRO CALIBRE 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6-7MM DE 3/8 DE CIRCULO HEBRA 30 CM O MAS		No cumple	El anexo 2 no corresponde a lo solicitado.
38	DM747	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON NEGRO CALIBRE 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6-7MM DE 3/8 DE CIRCULO HEBRA 30 CM O MAS		No cumple	La ficha técnica no detalla el tamaño de la aguja. El anexo 2 no corresponde a lo

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
						solicitado.
39	DM748	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA , ½ CIRCULO, 34 A 39 MM, HEBRA DE 75 CM O MAS	Cumple		
40	DM749	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 1 CON AGUJA CURVA REDONDA , ½ CIRCULO, 34 A 39 MM, HEBRA DE 75 CM O MAS	Cumple		
41	DM750	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24-26 MM, 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero el anexo 2 no corresponde al ítem en cuanto a la punta de la aguja.
42	DM751	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA CORTANTE DE 58- 60 MM HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero el anexo 2 no corresponde al ítem en cuanto al calibre.
43	DM752	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 24 A 26 MM, 1/2 CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
44	DM753	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24-26 MM, 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero el anexo 2 no corresponde al ítem en cuanto a la punta de la aguja..
45	DM755	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA CORTANTE DE 58- 60 MM HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
46	DM756	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19-20MM HEBRA 70-75CM SOBRE	Cumple		
47	DM757	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 24 A 26 MM, 1/2 CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero el anexo 2 no corresponde al ítem en cuanto a la aguja cardiovascular.
48	DM758	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19-20MM HEBRA 70-75CM SOBRE		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero el anexo 2 no corresponde al ítem en cuanto a la punta de la aguja.
49	DM761	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 15 A 17 MM, DE 3/8 CIRCULO HEBRA 45 CM O MAS	Cumple		
50	DM762	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE POLIRPOPILENO 6/0 CON DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 7 A 9,5 MM, DE 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 60 CM O MAS		No cumple	No cumple las características de aguja. No aporta el anexo 2.
51	DM763	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0 DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 7 A 9,5 MM, DE 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 60 CM O MAS		No cumple	Cumple con las características de la ficha técnica pero no aporta el anexo 2.
52	DM764	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE GLICONATO, CALIBRE 4/0, AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 20 MM DE 3/8 DE CIRCULO DE 45 CM EN ADELANTE	Cumple		
53	DM766	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON NEGRO CALIBRE 8/0 AGUJA DE 6 A 6.5 MM CURVA REDONDA DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 12 CM O MAS		No cumple	Cumple con las características de la ficha técnica pero no aporta el anexo 2.
54	DM767	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON CALIBRE 9/0 AGUJA DE 5 MM CURVA REDONDA DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 12 CM O MAS		No cumple	Cumple con las características de la ficha técnica pero la información del anexo 2 no corresponde a lo solicitado.

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
55	DM769	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 3/0, AGUJA DE 24 A 26 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS		No cumple	Cumple con las características de la ficha técnica pero la información del anexo 2 no corresponde a lo solicitado en cuanto al tamaño de la aguja.
56	DM770	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 4/0, AGUJADE 24 A 26 MM CURVA REDONDA, DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE		No cumple	Cumple con las características de la ficha técnica pero no aporta el anexo 2.
57	DM773	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CALIBRE 1 AGUJA DE 24 A 26 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CÍRCULO HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE-ANTIBACTERIAL	Cumple		
58	DM774	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 7/0 3/8 CON DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 10-13 MM DE 60-75 CM		No cumple	La ficha técnica es general y no detalla el insumo específico de la propuesta. No aporta el anexo 2.
59	DM878	LOTE 2	POLIDIOXANONA 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CÍRCULO DE 24 A 26 MM HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE SOBRE-ANTIBACTERIAL		No cumple	La ficha técnica es general y no detalla el insumo específico de la propuesta. No cumple con la característica de antibacterial. No aporta el anexo 2.
60	DM880	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 2/0,AGUJA DE 35 A 39 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO,HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS-ANTIBACTERIAL		No cumple	La ficha técnica es general y no detalla el insumo específico de la propuesta. No cumple con la característica de antibacterial. No aporta el anexo 2.
61	DM881	LOTE 2	POLIDIOXANONA 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CÍRCULO DE 24 A 26 MM HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE	Cumple		
62	DM882	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA DE 17 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS		No cumple	Cumple con la información de la ficha técnica pero el anexo 2 no detalla el insumo a entregar.
63	DM885	LOTE 2	POLIESTER TRENZADO 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 24-26 MM Y HEBRA DE 70-90 CM		No cumple	Cumple con la información de la ficha técnica pero el anexo 2 no detalla el insumo a entregar.
64	DM887	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 0 CON AGUJA DE 34 A 37 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	Cumple con la información de la ficha técnica pero el anexo 2 no detalla el insumo a entregar.
65	DM888	LOTE 2	POLIESTER TRENZADO 1 TRENZADO RECUBIERTO	Cumple		
66	DM889	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 2/0 CON AGUJA DE 24 A 26 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
68	DM892	LOTE 2	POLIESTER TRENZADO RECUBIERTO 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 24-26 MM Y HEBRA DE 70-90 CM		No cumple	No cumple con las características establecidas en el anexo. No aporta el anexo 2.
69	DM893	LOTE 2	POLIGLECAPRONE USP 4-0 3/8 CIRC REV CORTANTE 19 MM-ANTIBACTERIAL		No cumple	No cumple con las características establecidas en el anexo. No aporta el anexo 2.
75	DM938	LOTE 2	RECARGA VERDE 40MM REF. 341-CR40G UNIDAD		No cumple	No cumple con las características establecidas en el anexo. No aporta el anexo 2.
77	DM961	LOTE 2	SEDA NEGRA 0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 3/8 DE CÍRCULO DE 28 A 34 MM LARGO DE LA HEBRA 70 CM O MÁS		No cumple	Cumple las características

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			SOBRE CAJA POR 2 DOCENAS			establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
78	DM964	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
79	DM965	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
80	DM967	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
81	DM968	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 1 S/A PRECORTADA 70-75 CM		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
82	DM969	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 1 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
83	DM970	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
84	DM971	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 34 -37 MM 45-60 CM		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
85	DM973	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 S/A PRECORTADA 70-75 CM		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
86	DM974	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8CIRCULO 22-26 MM 45 CM A 70-75 CM		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
87	DM976	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA CORTANTE DE 60 MM, HEBRA DE 75 CM O MAS		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
88	DM977	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 3/0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
89	DM978	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19 MM 70-90 CM		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
90	DM979	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15 MM 70-90 CM		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
91	DM980	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 4/0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
92	DM981	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 20 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
93	DM983	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 8 MM 1/4 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS		No cumple	No cumple con las características establecidas en el anexo. No aporta el anexo 2.
99	DM1122	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM DE MEDIO CIRCULO HEBRA DE 90 CM O MAS		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
100	DM1123	LOTE 2	CAT GUT CROMADO PARA HIGADO CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA ROMA DE 65 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
101	DM1124	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 1 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 90 CM O MAS		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
102	DM1125	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 36 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
103	DM1127	LOTE 2	TRIPA QUIRURGICA CROMICO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17MM 70-75 CM RB1		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
104	DM1129	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 15 A 17 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
105	DM1131	LOTE 2	TROCAR 12MM X 100MM DE CUCHILLA PROTEGIDA CANULA ROSCADA O LISA REF. CFV73/CTB73 UNIDAD		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero el anexo 2 no cumple con lo solicitado.
108	DM1244	LOTE 2	KIT TROCAR 5 X 100MM REF CTB12	Cumple		
109	DM1277	LOTE 2	FUNDA PROTECTORA DE CABLES VIDEO		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero el anexo 2 no cumple con lo solicitado.
117	DM1391	LOTE 2	POLIDIOXANONA CALIBRE 1 AGUJA DE 34 A 37 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CÍRCULO HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE- ANTIBACTERIAL		No cumple	No cumple con las características establecidas en el anexo. No es antibacterial. No aporta el anexo 2.
119	DM1406	LOTE 2	SUTURA QUIRURGICA NYLON CALIBRE 3/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24-26 MM, 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
122	DM1460	LOTE 2	MALLA POLIPROPILENO 30X30	Cumple		
123	DM1470	LOTE 2	MALLA QUIRURGICA DE ALTA DENSIDAD DE 15 X 15 CM - 20 X 20 CM	Cumple		
126	DM1516	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA. CALIBRE 3/0. AGUJA DE 16 A 19 MM CURVA CORTANTE DE 3/8. HEBRA DE 45 CM DE LARGO O MAS		No cumple	Cumple con la información de la ficha técnica pero el anexo 2 no detalla el insumo a entregar.
129	DM1632	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 1 C A C C 1/2 CIRCULO DE 37MM 75		No cumple	Cumple con la

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			CM			información de la ficha técnica pero el anexo 2 no cumple con lo solicitado.
130	DM1636	LOTE 2	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 20-26MM 60-75CM		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero el anexo 2 no cumple en cuanto a la punta de la aguja.
135	DM1772	LOTE 2	HEMOSTATICO FIBRILAR ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA Y NO REGENERADA TIPO ALGODON 5 X 10 CM	Cumple		
138	DM1784	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM. 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
139	DM1789	LOTE 2	PINZA GRASPER DE 5 MM X 35 CM MANGO ERGO		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero no aporta el anexo 2.
142	DM1804	LOTE 2	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/0 AGUJA RECTA CORTANTE 58-60 MM 70-75 CM	Cumple		
143	DM1805	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 20 MM. 3/8 CIRCULO. HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
144	DM1806	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 13 A 17 MM. 3/8 CIRCULO. HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
145	DM1807	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 18 A 20 MM. 3/8 CIRCULO. HEBRA DE 45 CM O MAS		No cumple	Cumple las características establecidas en la ficha técnica, pero el anexo 2 no cumple con lo solicitado en cuanto al tamaño de la aguja.
146	DM1808	LOTE 2	POLIPROPILENO MONOFILAMNETO 6/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CRICULO 10-11MM 45-60CM CIRUGIA PLASTICA		No cumple	No cumple con las características establecidas en el anexo con respecto a la medida de la aguja. No aporta el anexo 2.
150	DM1851	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE NYLON 5/0 C/A C/C P698T		No cumple	La ficha técnica es general y no detalla el insumo específico de la propuesta. No aporta el anexo 2.
151	DM1867	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA. CALIBRE 6/0. DOBLE AGUJA DE 13 MM CURVA REDONDA DE 3/8. HEBRA DE 75 CM DE LARGO O MAS- ANTIBACTERIAL		No cumple	La ficha técnica es general y no detalla el insumo específico de la propuesta. No es antibacterial. No aporta el anexo 2.
152	DM1910	LOTE 2	ESPONJA GELATINA HEMOSTATICA ABSORBIBLE DE COLAGENO PORCINO O BOVINO 6 - 8 X 5		No cumple	Según revisión con comité evaluador por tiempos demorados de hemostasia. No aporta el anexo 2.
155	DM1919	LOTE 2	TRIPA QUIRURGICA CROMICO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MM HEBRA 70-75 CM	Cumple		
157	DM1943	LOTE 2	TROCAR 12 MM X 100 MM (CON UNA CAMISAS Y UN PUNZON CON CUCHILLA) CON SISTEMA DE FIJACION AVANZADA		No cumple	La ficha técnica es general y no detalla el insumo específico de la propuesta. No aporta el anexo 2.
158	DM1944	LOTE 2	TROCAR 5MM X 100 MM (CON UNA CAMISAS Y UN PUNZON CON CUCHILLA) CON SISTEMA DE FIJACION AVANZADA	Cumple		
160	DM2017	LOTE 2	HEMOSTATICO ABSORBIBLE CELULOSA OXIDADA 20X10		No cumple	Según revisión con comité evaluador por tiempos demorados de hemostasia. No aporta anexo 2.

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
161	DM2039	LOTE 2	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA PARA LAPAROSCOPIA 5.1 CM X 10.2 CM		No cumple	No corresponde al ítem solicitado en el anexo. Según revisión con comité evaluador por tiempos demorados de hemostasia. No aporta anexo 2.
162	DM2055	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA. 1/2 CIRCULO. 26 A 27 MM. HEBRA DE 75 CM O MAS		No cumple	Cumple con la información de la ficha técnica pero el anexo 2 no cumple con lo solicitado en cuanto a la medida de la aguja.
163	DM2062	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0.AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS-ANTIBACTERIAL		No cumple	La ficha técnica y el anexo relacionan marcas diferentes. No queda claro qué insumo están ofertando. Ninguno es antibacterial.
164	DM2063	LOTE 2	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE POLIDIOXANONA 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37MM HEBRA 90CM-ANTIBACTERIAL		No cumple	La ficha técnica y el anexo relacionan marcas diferentes. No queda claro qué insumo están ofertando. Ninguno es antibacterial.
166	DM2068	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA. CALIBRE 0. AGUJA DE 34 A 37 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS-ANTIBACTERIAL		No cumple	La ficha técnica es general, no es antibacterial. No corresponde a la misma marca del anexo 2. No queda claro qué insumo están ofertando.
169	DM2109	LOTE 2	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 1 AGUJA REDONDA 1/2CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70-75CM		No cumple	La ficha técnica y el anexo relacionan marcas diferentes. No queda claro qué insumo están ofertando.
170	DM2128	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37MM HEBRA 75CM	Cumple		
171	DM2132	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 0.AGUJA CURVA REDONDA DE 36 A 37 MM 1/2 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No cumple con la característica de antibacterial.
172	DM2133	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 2/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 36 A 37 MM 1/2 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No cumple con la característica de antibacterial. La ficha técnica y el anexo relacionan marcas diferentes. No queda claro qué insumo están ofertando.
173	DM2134	LOTE 2	PIEZA DE MANO HP054 HARMONIC	Cumple		
175	DM2162	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 3/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No cumple con la característica de antibacterial. La ficha técnica y el anexo relacionan marcas diferentes. No queda claro qué insumo están ofertando.
176	DM2163	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 39 MM. 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	Cumple con la información de la ficha técnica pero el anexo 2 no cumple con lo solicitado en cuanto a la medida de la aguja.
178	DM2179	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 5/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 20 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No cumple con la característica de antibacterial.
179	DM2180	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No cumple con la característica de antibacterial.

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
180	DM2181	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 DE CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No cumple con las características técnicas solicitadas en el anexo.
182	DM2190	LOTE 2	CATGUT CROMICO 2/0 CURVA REDO 1/2 CIRC DE 37 HEBRA DE 70-90CM(SUTURA ABSORBIBL) C1117J-923T	Cumple		
183	DM2282	LOTE 2	CINTA QUIRURGICA ABSORBIBLE. PARA SUTURAR ORGANOS PARENQUIMATOSOS.		No cumple	La ficha técnica es general, no detalla el insumo a ofertar. El anexo 2 no corresponde a lo solicitado.
184	DM2285	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 27 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS- ANTIBACTERIAL		No cumple	La ficha técnica es general, no detalla el insumo a ofertar. No cumple con la característica de antibacterial.
187	DM2329	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 7/0. DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6.4 A 6.5 MM 3/8 DE CIRCULO. HEBRA DE 30 CM O MAS		No cumple	La ficha técnica es general, no detalla el insumo a ofertar. El anexo 2 no corresponde a lo solicitado.
188	DM2330	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 8/0. DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6.4 A 6.5 MM 3/8 DE CIRCULO. HEBRA DE 20 CM O MAS		No cumple	Cumple con la información de la ficha técnica pero el anexo 2 no cumple con lo solicitado.
189	DM2331	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 0. AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No cumple con la característica de antibacterial. El anexo 2 no corresponde a lo solicitado.
190	DM2332	LOTE 2	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA 910 CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS. DE CORTO TERMINO		No cumple	No cumple con la característica de absorción a corto plazo. El anexo 2 no corresponde a lo solicitado ni a la ficha técnica.
191	DM2333	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIIAL CALIBRE 4/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 17 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	No cumple con la característica de antibacterial. El anexo 2 no corresponde a lo solicitado ni a la ficha técnica.
197	DM2467	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 0 CON AGUJA DE 24 A 26 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	Cumple con las características de la ficha técnica. Sin embargo, el anexo 2 corresponde a un insumo diferente en cuanto al calibre de la hebra y tamaño de la aguja.
198	DM2468	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 1 CON AGUJA DE 35 A 39 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
220	DM2529	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24 A 26 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS		No cumple	Cumple con las características de la ficha técnica. Sin embargo, el anexo 2 corresponde a un insumo diferente en cuanto a la forma de la aguja.
221	DM2531	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS		No cumple	Cumple con las características de la ficha técnica. Sin embargo, el anexo 2 corresponde a un insumo diferente en cuanto al tamaño de la aguja.

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
222	DM2533	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 1, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM		No cumple	Cumple con las características de la ficha técnica. Sin embargo, el anexo 2 corresponde a un insumo diferente que no cumple lo solicitado. No queda clara la oferta.
223	DM2534	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 2/0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM		No cumple	Cumple con las características de la ficha técnica. Sin embargo, el anexo 2 corresponde a un insumo diferente que no cumple lo solicitado. No queda clara la oferta.
226	DM2569	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE GLICONATO, CALIBRE 3/0, AGUJA CURVA CORTANTE DE 26 MM DE MEDIO CIRCULO DE 45 CM EN ADELANTE		No cumple	La ficha técnica es general, no detalla el insumo a ofertar. Cumple con el anexo 2.
227	DM2638	LOTE 2	ESPONJA HEMOSTATICA (7-8 CM X 5 CM X 1CM)		No cumple	Según revisión con comité evaluador por tiempos demorados de hemostasia.
228	DM2575	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 15 A 17 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
232	DM2589	LOTE 2	TROCAR DE 12 MM OPTICO SIN CUCHILLA CAMISA ESTABILIZADORA LONGITUD 100MM	Cumple		
233	DM2590	LOTE 2	TROCAR DE 5 MM OPTICO SIN CUCHILLA CAMISAS ESTABILIZADORA LONGITUD 100MM	Cumple		
237	DM2681	LOTE 2	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA PARA LAPAROSCOPIA 2,5 CM X 5 CM		No cumple	No cumple con la medida solicitada. No cumple con la característica de ser para procedimientos de laparoscopia.
238	DM2683	LOTE 2	HEMOSTATICO DE CELULOSA REGENERADA O NO REGENERADA FIBRILAR 5.1 X 10.2CM		No cumple	No cumple con la medida ni la característica solicitada.
239	DM2684	LOTE 2	HEMOSTATICO FIBRILAR ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA Y NO REGENERADA TIPO ALGODON 2.5 X 5CM		No cumple	No cumple con la medida ni la característica solicitada.
247	DM2773	LOTE 2	TROCAR DE 12 MM OPTICO SIN CUCHILLA CAMISA ESTABILIZADORA LONGITUD 150MM BARIATRICA	Cumple		
250	DM2809	LOTE 2	KIT TROCAR (UN TROCAR OPTICO 12X100 DOBLE CAMISA,UN TROCAR OPTICO 12X100 UNA CAMISA, UN TROCAR OPTICO DE 5X100 DOBLE CAMISA, UNA FUNDA PROTECTORA DE CABLE DE VIDEO)		No cumple	No cumple con las características solicitadas en el anexo en la configuración del kit.
252	DM2873	LOTE 2	CANULA DE 5MM DE DIAMETRO POR 33 CMS DE LARGO		No cumple	No aporta ficha técnica. El anexo 2 no detalla información requerida.

8. FECHA: Agosto de 2024

9. MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

1. IC- 165-2024

2. OBJETO: Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgico acorde con la descripción del anexo técnico No. 1 y el apoyo tecnológico requerido para los servicios asistenciales de las Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

	4. CRITERIOS	5. PUNTAJE OBTENIDO	6. OBSERVACIONES
3. PROPONENTE: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S	**Certificación Sanitaria según su tipo: Dependiendo de la actividad que tenga aporte el documento respectivo:** -FABRICAR Y VENDER: Certificado de condiciones técnico-sanitarias -IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER: Certificado de condiciones técnico-sanitarias + Certificado en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA -IMPORTAR Y VENDER: Certificado en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA	Cumple	
	Registros Sanitarios: Archivo legible del registro sanitario vigente de cada producto.	Cumple	
	Información Técnica General: Diligenciamiento del ANEXO 2 (Información técnica General) por cada producto ofertado.	Cumple	
	Ficha técnica de fábrica: Copia nítida y legible de la ficha técnica de cada producto ofertado. ***Cada archivo PDF debe contener una sola ficha técnica la cual deberá ir numerada con el código asignado en ANEXO 1.***	Cumple	
	Cambio por vencimiento y/o Vida Útil de Productos: Carta de compromiso bajo la gravedad de juramento de suministrar los productos con vida útil mayor al 75% y si es inferior debe cambiar el 100% de lo entregado sino se llega a consumir	Cumple	
	Apoyo tecnológico (elementos en comodato): Carta que indique qué insumo requiere apoyo tecnológico, informar qué tipo de apoyo aporta (Ficha técnica y registro fotográfico). El apoyo tecnológico será devuelto por la entidad una vez se agoten las existencias de los productos.	Cumple	
	7.PUNTAJE TOTAL	Cumple	

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	DM004	LOTE 2	SUTURA EN ACERO QUIRUGICO PARA ESTERNON CALIBRE 5 AGUJA PUNTA TROCAR DE 45 a 55 MM 1/2 CIRCULO 4 ALAMBRES X LONGITUD DE 45 CM	Cumple		
2	DM006	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19MM 3/8 CIRCULO. HEBRA DE 45CM O MAS	Cumple		
3	DM007	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0. AGUJA CURVA REDONDA DE 36 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
4	DM008	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
5	DM009	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 27 MM 1/2 CIRCULO HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
6	DM010	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 36 A 37 MM 1/2 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
7	DM012	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 25-27MM 70-90 CM	Cumple		
8	DM013	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 3/0. AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19 MM 3/8 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
9	DM014	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 17 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
10	DM015	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 5 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 8 MM 1/4 DE CIRCULO. HEBRA DE 45 CM	Cumple		
11	DM016	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 5/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15MM A18MM 70 -75 CM	Cumple		
12	DM018	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 6 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 8 MM 1/4 DE CIRCULO. HEBRA DE 45 CM	Cumple		
13	DM019	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 6 AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 45 CM	Cumple		
14	DM020	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 6. AGUJA CURVA CORTANTE DE 13 MM 3/8 CIRCULO.HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
15	DM022	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6 A 8 MM 3/8 DE CÍRCULO LARGO DE LA HEBRA DE 45 A 70 CM SOBRE CAJA X 12 UND	Cumple		
16	DM370	LOTE 2	CERA PARA HUESO 2.5 G	Cumple		
19	DM509	LOTE 2	GANCHO DE HOOK	Cumple		
20	DM520	LOTE 2	GRAPADORA CIRCULAR CURVA CORTANTE 29MM MANUAL-ELÉCTRICA	Cumple		
21	DM521	LOTE 2	GRAPADORA CIRCULAR CURV CORT 25MM (ELECTRICA)	Cumple		
22	DM523	LOTE 2	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 REF. 341-NTLC75	Cumple		
23	DM549	LOTE 2	HARMONIC BLUE PIEZA DE MANO 1	Cumple		
31	DM647	LOTE 2	PINZA DISECTOR CURVO MARYLAND, ROTACION 360, LONGITUD 350-360 MM, MANGO ERGONOMICO, CONECCION MONOPOLAR 5 MM DESCARTABLE	Cumple		
33	DM681	LOTE 2	MALLA DE POLIPROPILENO PARA LA REPARACION DE LA PARED ABDOMINAL 30CM X 30CM	Cumple		
34	DM687	LOTE 2	MALLA POLIDIOXANONA (PROCEED) 30.5 X 30.5 CM SQUARE REF. 341-PCDL1 UNIDAD	Cumple		
35	DM695	LOTE 2	MALLA QUIRURGICA DE MEDIA DENSIDAD DE 15X15 CM	Cumple		
36	DM744	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE COPOLIMERO DE POLIGLECAPROMA 25, CALIBRE 4/0, AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19 MM, DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS	Cumple		
37	DM746	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON NEGRO CALIBRE 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6-7MM DE 3/8 DE CIRCULO HEBRA 30 CM O MAS	Cumple		
38	DM747	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON NEGRO CALIBRE 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6-7MM DE 3/8 DE CIRCULO HEBRA 30 CM O MAS	Cumple		
39	DM748	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA , ½ CIRCULO, 34 A 39 MM, HEBRA DE 75 CM O MAS	Cumple		
40	DM749	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 1 CON AGUJA CURVA REDONDA , ½ CIRCULO, 34 A 39 MM, HEBRA DE 75 CM O MAS	Cumple		
41	DM750	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24-26 MM, 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
42	DM751	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA CORTANTE DE 58- 60 MM HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
43	DM752	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 24 A 26 MM, 1/2 CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
44	DM753	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24-26 MM, 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
45	DM755	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA CORTANTE DE 58- 60 MM HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
46	DM756	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19-20MM HEBRA 70-75CM SOBRE	Cumple		
47	DM757	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 24 A 26 MM, 1/2 CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
48	DM758	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19-20MM HEBRA 70-75CM SOBRE	Cumple		
49	DM761	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 15 A 17 MM, DE 3/8 CIRCULO HEBRA 45 CM O MAS	Cumple		
50	DM762	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE POLIRPOPILENO 6/0 CON DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 7 A 9,5 MM, DE 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 60 CM O MAS	Cumple		
51	DM763	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0 DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 7 A 9,5 MM, DE 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 60 CM O MAS	Cumple		

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
52	DM764	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE GLICONATO, CALIBRE 4/0, AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 20 MM DE 3/8 DE CIRCULO DE 45 CM EN ADELANTE	Cumple		
53	DM766	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON NEGRO CALIBRE 8/0 AGUJA DE 6 A 6.5 MM CURVA REDONDA DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 12 CM O MAS	Cumple		
54	DM767	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON CALIBRE 9/0 AGUJA DE 5 MM CURVA REDONDA DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 12 CM O MAS	Cumple		
55	DM769	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 3/0, AGUJA DE 24 A 26 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS	Cumple		
56	DM770	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 4/0, AGUJADE 24 A 26 MM CURVA REDONDA, DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE	Cumple		
57	DM773	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CALIBRE 1 AGUJA DE 24 A 26 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CÍRCULO HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE-ANTIBACTERIAL	Cumple		
58	DM774	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 7/0 3/8 CON DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 10-13 MM DE 60-75 CM	Cumple		
59	DM878	LOTE 2	POLIDIOXANONA 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CÍRCULO DE 24 A 26 MM HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE SOBRE-ANTIBACTERIAL	Cumple		
60	DM880	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 2/0,AGUJA DE 35 A 39 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO,HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS- ANTIBACTERIAL	Cumple		
61	DM881	LOTE 2	POLIDIOXANONA 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CÍRCULO DE 24 A 26 MM HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE	Cumple		
62	DM882	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA DE 17 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS	Cumple		
63	DM885	LOTE 2	POLIESTER TRENZADO 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 24-26 MM Y HEBRA DE 70-90 CM	Cumple		
64	DM887	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 0 CON AGUJA DE 34 A 37 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
65	DM888	LOTE 2	POLIESTER TRENZADO 1 TRENZADO RECUBIERTO	Cumple		
66	DM889	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 2/0 CON AGUJA DE 24 A 26 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
68	DM892	LOTE 2	POLIESTER TRENZADO RECUBIERTO 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 24-26 MM Y HEBRA DE 70-90 CM	Cumple		
69	DM893	LOTE 2	POLIGLECAPRONE USP 4-0 3/8 CIRC REV CORTANTE 19 MM-ANTIBACTERIAL	Cumple		
70	DM931	LOTE 2	RECARGA TEJIDO MEDIO DE 60MM PARA ENDOGRAPADORA	Cumple		
71	DM932	LOTE 2	RECARGA TEJIDO MEDIO 45MM PARA PISTOLA ARTICULADA	Cumple		
72	DM934	LOTE 2	RECARGA TEJIDO DELGADO 45MM PARA PISTOLA ARTICULADA	Cumple		
73	DM935	LOTE 2	RECARGA DE AUTOSUTURA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA PARA TEJIDO DELGADO 45- 60 CM	Cumple		
74	DM936	LOTE 2	RECARGA 75-80 MM 3 ALTURAS (GRUESO, MEDIANO Y DELGADO) COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75-80MM.	Cumple		
75	DM938	LOTE 2	RECARGA VERDE 40MM REF. 341-CR40G UNIDAD	Cumple		
76	DM939	LOTE 2	RECARGA VERDE 60MM PARA ENDOGRAPADORA UNIDAD	Cumple		
77	DM961	LOTE 2	SEDA NEGRA 0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 3/8 DE CÍRCULO DE 28 A 34 MM LARGO DE LA HEBRA 70 CM O MÁS SOBRE CAJA POR 2 DOCENAS	Cumple		
78	DM964	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
79	DM965	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
80	DM967	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM	Cumple		
81	DM968	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 1 S/A PRECORTADA 70-75 CM	Cumple		
82	DM969	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 1 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
83	DM970	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
84	DM971	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 34 -37 MM 45-60 CM	Cumple		
85	DM973	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 S/A PRECORTADA 70-75 CM	Cumple		

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
86	DM974	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8CIRCULO 22-26 MM 45 CM A 70-75 CM	Cumple		
87	DM976	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA CORTANTE DE 60 MM, HEBRA DE 75 CM O MAS	Cumple		
88	DM977	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 3/0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM	Cumple		
89	DM978	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19 MM 70-90 CM	Cumple		
90	DM979	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15 MM 70-90 CM	Cumple		
91	DM980	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 4/0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM	Cumple		
92	DM981	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 20 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
93	DM983	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 8 MM 1/4 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
95	DM1013	LOTE 2	SISTEMA TROCAR CON BALON O SIN BALON DE 12MM X 100MM (CON CANULA LISA O ESTRIADA + OBTURADOR SIN CUCHILLA CON VALVULA PARA GAS)	Cumple		
96	DM1093	LOTE 2	SUTURA PARA CERCLAJE DE CUELLO DE UTERO DOBLE AGUJA REDONDA UNIDAD	Cumple		
97	DM1108	LOTE 2	TIJERA ULTRASONICA DE ENERGIA AVANZADA. CURVA. DE 9 CM DE LONGITUD PARA CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO (CON APOYO TECNOLOGICO CONSOLA DE ENERGIA Y PIEZA DE MANO)	Cumple		
98	DM1109	LOTE 2	TIJERA DESECHABLE DE 5 MM X 35 MM UNIDAD	Cumple		
99	DM1122	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM DE MEDIO CIRCULO HEBRA DE 90 CM O MAS	Cumple		
101	DM1124	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 1 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 90 CM O MAS	Cumple		
102	DM1125	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 36 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
103	DM1127	LOTE 2	TRIPA QUIRURGICA CROMICO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17MM 70-75 CM RB1	Cumple		
104	DM1129	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 15 A 17 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
105	DM1131	LOTE 2	TROCAR 12MM X 100MM DE CUCHILLA PROTEGIDA CANULA ROSCADA O LISA REF. CFV73/CTB73 UNIDAD	Cumple		
106	DM1132	LOTE 2	TROCAR 5MM X 100MM - CON PUNTA DILATADORA	Cumple		
107	DM1134	LOTE 2	TROCAR ROMO DE HASSAN DE 11MM CON VALVULA AUTOMATICA-PUNZON ROMO PARA TROCAR DE HASSAM	Cumple		
108	DM1244	LOTE 2	KIT TROCAR 5 X 100MM REF CTB12	Cumple		
110	DM1279	LOTE 2	RECARGA TEJIDO DELGADO DE 60MM PARA ENDOGRAPADORA	Cumple		
111	DM1310	LOTE 2	GRAPADORA CURVA 40 MM CONTOUR VERDE	Cumple		
112	DM1349	LOTE 2	ENGRAPADORA ARTICULADA 360. 10 A 12MM ESTANDAR 60MM	Cumple		
113	DM1379	LOTE 2	PINZA BIPOLAR AVANZADO PUNTA CURVA 3 MM DIAMETRO 5 MM LONGITUD 35 CM PARA LAPAROSCOPIA CON ARTICULACION DE 110 GRADOS	Cumple		
114	DM1380	LOTE 2	PINZA BIPOLAR AVANZADO PUNTA RECTA DIAMETRO 5MM LONGITUD 25CM PARA LAPAROSCOPIA	Cumple		
115	DM1381	LOTE 2	PINZA BIPOLAR AVANZADO PUNTA RECTA DIAMETRO 5 MM LONGITUD 35 CM PARA LAPAROSCOPIA	Cumple		
117	DM1391	LOTE 2	POLIDIOXANONA CALIBRE 1 AGUJA DE 34 A 37 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CÍRCULO HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE-ANTIBACTERIAL	Cumple		
118	DM1404	LOTE 2	RECARGA TEJIDO GRUESO - EXTRA GRUEDO 60MM PARA PISTOLA ARTICULADA	Cumple		
119	DM1406	LOTE 2	SUTURA QUIRURGICA NYLON CALIBRE 3/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24-26 MM, 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
122	DM1460	LOTE 2	MALLA POLIPROPILENO 30X30	Cumple		
123	DM1470	LOTE 2	MALLA QUIRURGICA DE ALTA DENSIDAD DE 15 X 15 CM - 20 X 20 CM	Cumple		
125	DM1501	LOTE 2	TROCAR 12 MM X 100 MM (CON UNA CAMISAS Y UN PUNZON SIN CUCHILLA) CON SISTEMA DE FIJACION AVANZADA	Cumple		
126	DM1516	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA. CALIBRE 3/0. AGUJA DE 16 A 19 MM CURVA CORTANTE DE 3/8. HEBRA DE 45 CM DE LARGO O MAS	Cumple		
127	DM1586	LOTE 2	INSERTO ESPATULA INTERCAMBIABLE PARA ELECTRODO MONOPOLAR	Cumple		
128	DM1604	LOTE 2	PINZA BIPOLAR AVANZADO PUNTA CURVA 3MM DIAMETRO 5MM LONGITUD 25CM PARA LAPAROSCOPIA	Cumple		
129	DM1632	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 1 C A C C 1/2 CIRCULO DE 37MM 75 CM	Cumple		


ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
130	DM1636	LOTE 2	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 20-26MM 60-75CM	Cumple		
131	DM1643	LOTE 2	PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 45 MM SIN BATERIA	Cumple		
132	DM1677	LOTE 2	POLIDIOXANONA CALIBRE 4.0 CON AGUJA AGUJA CURVA CORTANTE DE 24-26 MM, 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS- ANTIBACTERIAL	Cumple		
133	DM1678	LOTE 2	POLIDIOXANONA CALIBRE 4/0 DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 22 A 26 MM, 1/2 CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
134	DM1704	LOTE 2	GRAPADORA CURVA CORTANTE 40 MM R-VERDE	Cumple		
135	DM1772	LOTE 2	HEMOSTATICO FIBRILAR ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA Y NO REGENERADA TIPO ALGODON 5 X 10 CM	Cumple		
136	DM1781	LOTE 2	MALLA DE POLIGLECAPRONE Y POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD PESO DE 28GR. MACROPOROSA CON PORO DE 3 X 4 MM. PARCIALMENTE ABSORBIBLE.10X15CM	Cumple		
137	DM1728	LOTE 2	DISPOSITIVO DE FIJACION DE CORREA ABSORBIBLE STRAP12	Cumple		
138	DM1784	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM. 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
139	DM1789	LOTE 2	PINZA GRASPER DE 5 MM X 35 CM MANGO ERGO	Cumple		
140	DM1791	LOTE 2	PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 60 MM SIN BATERIA LONG	Cumple		
141	DM1792	LOTE 2	PISTOLA GRAPADORA LINEAL ARTICULABLE PARA CIRUGIA RECTAL DE 45MM	Cumple		
142	DM1804	LOTE 2	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/0 AGUJA RECTA CORTANTE 58-60 MM 70-75 CM	Cumple		
143	DM1805	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 20 MM. 3/8 CIRCULO. HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
144	DM1806	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 13 A 17 MM. 3/8 CIRCULO. HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
145	DM1807	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 18 A 20 MM. 3/8 CIRCULO. HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
146	DM1808	LOTE 2	POLIPROPILENO MONOFILAMNETO 6/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CRICULO 10-11MM 45-60CM CIRUGIA PLASTICA	Cumple		
147	DM1837	LOTE 2	TIJERA DE LAPAROSCOPIA DESCARTABLE DE 5 MM X 350 A 360 MM. CON ROTACION DE 360 GRADOS. CURVA. SIN BLOQUEO. CON CONEXION PARA MONOPOLAR Y MANDIBULA DE DOBLE ACCION	Cumple		
148	DM1838	LOTE 2	PINZA DE LAPAROSCOPIA DE ARMONICO ACE DE 36 CMS ACTIVACION MANUAL	Cumple		
149	DM1839	LOTE 2	PINZA BIPOLAR AVANZADO AVANZADA DIAMETRO 5MM LONGITUD 25CM CURVA PARA CIRUGIA ABIERTA	Cumple		
150	DM1851	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE NYLON 5/0 C/A C/C P698T	Cumple		
151	DM1867	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA. CALIBRE 6/0. DOBLE AGUJA DE 13 MM CURVA REDONDA DE 3/8. HEBRA DE 75 CM DE LARGO O MAS- ANTIBACTERIAL	Cumple		
152	DM1910	LOTE 2	ESPONJA GELATINA HEMOSTATICA ABSORBIBLE DE COLAGENO PORCINO O BOVINO 6 - 8 X 5	Cumple		
153	DM1915	LOTE 2	PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 60 MM CON BATERIA	Cumple		
154	DM1916	LOTE 2	MALLA SEPARADORA TEJIDOS CON LÁMINA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA 20 X 30 CM	Cumple		
155	DM1919	LOTE 2	TRIPA QUIRURGICA CROMICO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MM HEBRA 70-75 CM	Cumple		
156	DM1923	LOTE 2	TRIPA QUIRURGICA CROMICO 0 26 MM 75 CM	Cumple		
157	DM1943	LOTE 2	TROCAR 12 MM X 100 MM (CON UNA CAMISAS Y UN PUNZON CON CUCHILLA) CON SISTEMA DE FIJACION AVANZADA	Cumple		
158	DM1944	LOTE 2	TROCAR 5MM X 100 MM (CON UNA CAMISAS Y UN PUNZON CON CUCHILLA) CON SISTEMA DE FIJACION AVANZADA	Cumple		
159	DM1979	LOTE 2	FIJADOR ABSORBIBLE PARA MALLA DE 25 A 30 DISPAROS	Cumple		
160	DM2017	LOTE 2	HEMOSTATICO ABSORBIBLE CELULOSA OXIDADA 20X10	Cumple		
161	DM2039	LOTE 2	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA PARA LAPAROSCOPIA 5.1 CM X 10.2 CM	Cumple		
162	DM2055	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA. 1/2 CIRCULO. 26 A 27 MM. HEBRA DE 75 CM O MAS	Cumple		
163	DM2062	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0.AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS- ANTIBACTERIAL	Cumple		
164	DM2063	LOTE 2	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE POLIDIOXANONA 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37MM HEBRA 90CM- ANTIBACTERIAL	Cumple		
165	DM2067	LOTE 2	PINZA BIPOLAR PUNTA CURVA 40 MM DIAMETRO 12 MM LONGITUD	Cumple		

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			22 CM			
166	DM2068	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA. CALIBRE 0. AGUJA DE 34 A 37 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS- ANTIBACTERIAL	Cumple		
167	DM2074	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CÍRCULO DE 24 A 27 MM HEBRA DE 70 CM O MÁS	Cumple		
168	DM2076	LOTE 2	MALLA DE POLIPROPILENO SUAVE DE MEDIANA DENSIDAD CON PESO DE 45 A 90G/M2. MACROPOROSA PORO DE 2.38 A 3.6 X 2.38 A 3.6 MM. NO ABSORBIBLE. 7CM A 8CM X 15CM	Cumple		
169	DM2109	LOTE 2	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 1 AGUJA REDONDA 1/2CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70-75CM	Cumple		
170	DM2128	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37MM HEBRA 75CM	Cumple		
171	DM2132	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 0.AGUJA CURVA REDONDA DE 36 A 37 MM 1/2 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
172	DM2133	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 2/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 36 A 37 MM 1/2 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
173	DM2134	LOTE 2	PIEZA DE MANO HP054 HARMONIC	Cumple		
174	DM2161	LOTE 2	TROCAR DE 5 MM CON PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA LONGITUD 100MM KIT 2 CAMISAS ESTABILIZADORA 1 TROCAR	Cumple		
175	DM2162	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 3/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
176	DM2163	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 39 MM. 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
178	DM2179	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 5/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 20 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
179	DM2180	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
180	DM2181	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 DE CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
181	DM2182	LOTE 2	SUTURA DISPOSITIVO DE CONTROL DE TEJIDOS SIN NUDOS CALIBRE 2/0 COMPUESTO DE POLIDIOXANONA AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO UNIDIRECCIONAL HEBRA DE 30CM	Cumple		
182	DM2190	LOTE 2	CATGUT CROMICO 2/0 CURVA REDO 1/2 CIRC DE 37 HEBRA DE 70-90CM(SUTURA ABSORBIBL) C1117J-923T	Cumple		
184	DM2285	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 27 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS- ANTIBACTERIAL	Cumple		
185	DM2328	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 6/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 15 A 16 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
186	DM2426	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE COPOLIMERO DE POLIGLECAPROMA 25, CALIBRE 5/0, AGUJA CURVA CORTANTE DE 10 A 11 MM, DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 40 CM DE LARGO O MAS- ANTIBACTERIAL	Cumple		
187	DM2329	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 7/0. DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6.4 A 6.5 MM 3/8 DE CIRCULO. HEBRA DE 30 CM O MAS	Cumple		
188	DM2330	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 8/0. DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6.4 A 6.5 MM 3/8 DE CIRCULO. HEBRA DE 20 CM O MAS	Cumple		
189	DM2331	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 0. AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
190	DM2332	LOTE 2	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA 910 CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS. DE CORTO TERMINO	Cumple		
191	DM2333	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIIAL CALIBRE 4/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 17 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
192	DM2451	LOTE 2	PIEZA DE MANO BLUE HP BLUE HARMONIC	Cumple		
193	DM2452	LOTE 2	PIEZA DE MANO PARA LAPAROSCOPIA COMPATIBLE CON EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONIDO	Cumple		
194	DM2463	LOTE 2	PISTOLA GRAPADORA PARA CIRUGIA ABIERTA UNIVERSAL PARA RECARGAS DE 75-80 MM	Cumple		
195	DM2464	LOTE 2	PISTOLA GRAPADORA PARA CIRUGIA ABIERTA UNIVERSAL PARA RECARGAS DE 55-60 MM	Cumple		
196	DM2465	LOTE 2	PISTOLA GRAPADORA PARA CIRUGIA ABIERTA CIRCULAR 29 MM	Cumple		
197	DM2467	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 0 CON AGUJA DE 24 A 26 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
198	DM2468	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 1 CON AGUJA DE 35 A 39 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
200	DM2474	LOTE 2	PORTA-AGUJAS CON MANGO AXIAL CON BLOQUEO DE DOS POSICIONES CON PRINCIPO DE BOLIGRAFO PUNTAS DUROGRIP RECTO 5MM DIAMETRO LOGITUD 330 CM EMBUTIDO DE CARBURO DE TUGSTENO	Cumple		

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
201	DM2506	LOTE 2	RECARGA 55-60 MM 3 ALTURAS (GRUESO, MEDIANO Y DELGADO) COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75-80MM.	Cumple		
202	DM2508	LOTE 2	RECARGA DE AUTOSUTURA LINEAL PARA TEJIDO GRUESO 55 -60 CM	Cumple		
203	DM2509	LOTE 2	RECARGA DE AUTOSUTURA LINEAL PARA TEJIDO GRUESO 75 80 CM	Cumple		
204	DM2510	LOTE 2	RECARGA DE AUTOSUTURA LINEAL PARA TEJIDO MEDIANA 55 -60 CM	Cumple		
205	DM2511	LOTE 2	RECARGA DE AUTOSUTURA LINEAL PARA TEJIDO MEDIANA 75 80 CM	Cumple		
206	DM2512	LOTE 2	RECARGA DE AUTOSUTURA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA PARA TEJIDO GRUESO 45- 60 CM	Cumple		
207	DM2513	LOTE 2	RECARGA DE AUTOSUTURA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA PARA TEJIDO MEDIANO 45- 60 CM	Cumple		
208	DM2514	LOTE 2	RECARGA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO GRUESO 6 LINEAS DE GRAPA 60MM COMPATIBLE CON ENDOGRAPADORA	Cumple		
209	DM2399	LOTE 2	CERVIX-SET HEBRA X CERCLAJE	Cumple		
211	DM2515	LOTE 2	RECARGA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO NORMAL 6 LINEAS DE GRAPA 45MM COMPATIBLE CON ENDOGRAPADORA	Cumple		
212	DM2516	LOTE 2	RECARGA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO NORMAL 6 LINEAS DE GRAPA 60MM COMPATIBLE CON ENDOGRAPADORA	Cumple		
213	DM2517	LOTE 2	RECARGA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO GRUESO 6 LINEAS DE GRAPA 45MM COMPATIBLE CON ENDOGRAPADORA	Cumple		
214	DM2518	LOTE 2	RECARGA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO INTERMEDIO 6 LINEAS DE GRAPA 45MM COMPATIBLE CON ENDOGRAPADORA	Cumple		
215	DM2519	LOTE 2	RECARGA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO INTERMEDIO 6 LINEAS DE GRAPA 60MM CON ENDOGRAPADORA	Cumple		
216	DM2520	LOTE 2	RECARGA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO VASCULAR 6 LINEAS DE GRAPA 45MM CON ENDOGRAPADORA	Cumple		
217	DM2521	LOTE 2	RECARGA TEJIDO GRUESO 45MM PARA PISTOLA ARTICULADA	Cumple		
218	DM2527	LOTE 2	ENGRAPADORA LAPAROSCOPICA DE 5 MM CON 12 CLIPS ABSORBIBLES PARA FIJACION DE MALLAS DESECHABLE	Cumple		
219	DM2528	LOTE 2	ENGRAPADORA LAPAROSCOPICA DE 5 MM CON 25 CLIPS ABSORBIBLES PARA FIJACION DE MALLAS DESECHABLE	Cumple		
220	DM2529	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24 A 26 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
221	DM2531	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
222	DM2533	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 1, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM	Cumple		
223	DM2534	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 2/0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM	Cumple		
224	DM2422	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE ACIDO GLICOLICO Y CARBONATO DE TRIMETILENO CALIBRE 2/0 -AGUJA CURVA DE 37 MM REDONDA DE MEDIO CIRCULO- LARGO DE LA HEBRA 45 CM EN ADELANTE	Cumple		
225	DM2423	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE ACIDO GLICOLICO Y CARBONATO DE TRIMETILENO CALIBRE 0 -AGUJA CURVA DE 37 MM REDONDA DE MEDIO CIRCULO- LARGO DE LA HEBRA 30 A 45 CM CM EN ADELANTE (V-LOC 180	Cumple		
226	DM2569	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE GLICONATO, CALIBRE 3/0, AGUJA CURVA CORTANTE DE 26 MM DE MEDIO CIRCULO DE 45 CM EN ADELANTE	Cumple		
227	DM2638	LOTE 2	ESPONJA HEMOSTATICA (7-8 CM X 5 CM X 1CM)	Cumple		
228	DM2575	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 15 A 17 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
229	DM2578	LOTE 2	TIJERA ULTRASONICA DE ENERGIA AVANZADA, CURVA, DIAMETRO 5 MM, LARGO 17 A 19 CM PARA CIRUGIA ABIERTA (CON APOYO TECNOLOGICO CONSOLA DE ENERGIA Y PIEZA DE MANO)	Cumple		
230	DM2581	LOTE 2	TIJERA ULTRASONICA DE ENERGIA AVANZADA, CURVA, DIAMETRO 5 MM, LARGO 35 A 37 CM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA (CON APOYO TECNOLOGICO CONSOLA DE ENERGIA Y PIEZA DE MANO)	Cumple		
231	DM2582	LOTE 2	TIJERA ULTRASONICA DE ENERGIA AVANZADA, CURVA, DIAMETRO 5 MM, LARGO 22 A 24 CM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA O ABIERTA (CON APOYO TECNOLOGICO CONSOLA DE ENERGIA Y	Cumple		

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			PIEZA DE MANO)			
232	DM2589	LOTE 2	TROCAR DE 12 MM OPTICO SIN CUCHILLA CAMISA ESTABILIZADORA LONGITUD 100MM	Cumple		
233	DM2590	LOTE 2	TROCAR DE 5 MM OPTICO SIN CUCHILLA CAMISAS ESTABILIZADORA LONGITUD 100MM	Cumple		
235	DM2674	LOTE 2	GRAPADORA CIRCULAR 25 MM CON AJUSTE DE ALTURA DE GRAPA DE 1,0MM A 2,5 MM (MANUAL)	Cumple		
236	DM2676	LOTE 2	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 55 -60 MM CON AJUSTE DE ALTURA DE GRAPA	Cumple		
237	DM2681	LOTE 2	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA PARA LAPAROSCOPIA 2,5 CM X 5 CM	Cumple		
238	DM2683	LOTE 2	HEMOSTATICO DE CELULOSA REGENERADA O NO REGENERADA FIBRILAR 5.1 X 10.2CM	Cumple		
239	DM2684	LOTE 2	HEMOSTATICO FIBRILAR ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA Y NO REGENERADA TIPO ALGODON 2.5 X 5CM	Cumple		
241	DM2717	LOTE 2	MALLA HEMOSTATICA DE CELULOSA OXIDADA NO REGENERADA 35 CM X 5CM	Cumple		
242	DM2733	LOTE 2	PISTOLA GRAPADORAPARA CIRUGIA ABIERTA CIRCULAR 25 MM (ELÉCTRICA)	Cumple		
243	DM2734	LOTE 2	TROCAR DE 12 MM CON PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA LONGITUD 100MM KIT 2 CAMISAS ESTABILIZADORA 1 TROCAR	Cumple		
244	DM2735	LOTE 2	TROCAR OPTICO 15 MM X 100 MM(CON UNA CAMISAS Y UN PUNZON SIN CUCHILLA) CON SISTEMA DE FIJACION AVANZADA	Cumple		
247	DM2773	LOTE 2	TROCAR DE 12 MM OPTICO SIN CUCHILLA CAMISA ESTABILIZADORA LONGITUD 150MM BARIATRICA	Cumple		
248	DM2777	LOTE 2	KIT DE 3 TROCARES DE LAS SIGUIENTES CARATERISTICAS: 1 TROCARES DE 10-12 X 100 MM (1 CAMISA Y 1 PUNZON CON CUCHILLA) + 2 TROCARES DE 5 X 100 MM (2 CAMISAS Y 1 PUNZON CON CUCHILLA)	Cumple		
249	DM2778	LOTE 2	KIT DE 3 TROCARES DE LAS SIGUIENTES CARATERISTICAS: 2 TROCARES DE 10-12 X 100 MM (2 CAMISA Y 1 PUNZON CON CUCHILLA) + 1 TROCARES DE 5 X 100 MM (1 CAMISAS Y 1 PUNZON CON CUCHILLA)	Cumple		
250	DM2809	LOTE 2	KIT TROCAR (UN TROCAR OPTICO 12X100 DOBLE CAMISA,UN TROCAR OPTICO 12X100 UNA CAMISA, UN TROCAR OPTICO DE 5X100 DOBLE CAMISA, UNA FUNDA PROTECTORA DE CABLE DE VIDEO)	Cumple		
251	DM2872	LOTE 2	SISTEMA DE IRRIGACION SUCCION	Cumple		
252	DM2873	LOTE 2	CANULA DE 5MM DE DIAMETRO POR 33 CMS DE LARGO	Cumple		

8. FECHA: Agosto de 2024



9. MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

1. IC- 165-2024

2. OBJETO: Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgico acorde con la descripción del anexo técnico No. 1 y el apoyo tecnológico requerido para los servicios asistenciales de las Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

3. PROPONENTE: LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	4. CRITERIOS	5. PUNTAJE OBTENIDO	6. OBSERVACIONES
	Certificación Sanitaria según su tipo: Dependiendo de la actividad que tenga aporte el documento respectivo: -FABRICAR Y VENDER: Certificado de condiciones técnico-sanitarias -IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER: Certificado de condiciones técnico-sanitarias + Certificado en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA -IMPORTAR Y VENDER: Certificado en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA	Cumple	
	Registros Sanitarios: Archivo legible del registro sanitario vigente de cada producto.	Cumple	
	Información Técnica General: Diligenciamiento del ANEXO 2 (Información técnica General) por cada producto ofertado.	Cumple	
	Ficha técnica de fábrica: Copia nítida y legible de la ficha técnica de cada producto ofertado. ***Cada archivo PDF debe contener una sola ficha técnica la cual deberá ir numerada con el código asignado en ANEXO 1.***	Cumple	
	Cambio por vencimiento y/o Vida Útil de Productos: Carta de compromiso bajo la gravedad de juramento de suministrar los productos con vida útil mayor al 75% y si es inferior debe cambiar el 100% de lo entregado sino se llega a consumir	Cumple	
	Apoyo tecnológico (elementos en comodato): Carta que indique qué insumo requiere apoyo tecnológico, informar qué tipo de apoyo aporta (Ficha técnica y registro fotográfico). El apoyo tecnológico será devuelto por la entidad una vez se agoten las existencias de los productos.	Cumple	
	7.PUNTAJE TOTAL	Cumple	

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
18	DM399	LOTE 2	LIGACLIP PARA LIGADURA EN POLIMERO NO ABSORBIBLE TAMAÑO M (CIERRE DE VASOS DE 2-7CM) CARTUCHO POR 6 UNIDADES (HEM-O-LOCK)	Cumple		
120	DM1415	LOTE 2	LIGACLIP PARA LIGADURA EN POLIMERO NO ABSORBIBLE TAMAÑO XL (CIERRE DE VASOS DE7-16CM CARTUCHO POR 6 UNIDADES (HEM-O-LOCK)	Cumple		

8. FECHA: Agosto de 2024

9. MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

1. IC- 165-2024

2. OBJETO: Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgico acorde con la descripción del anexo técnico No. 1 y el apoyo tecnológico requerido para los servicios asistenciales de las Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

3. PROPONENTE: LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	4. CRITERIOS	5. PUNTAJE OBTENIDO	6. OBSERVACIONES
	Certificación Sanitaria según su tipo: Dependiendo de la actividad que tenga aporte el documento respectivo: -FABRICAR Y VENDER: Certificado de condiciones técnico-sanitarias -IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER: Certificado de condiciones técnico-sanitarias + Certificado en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA -IMPORTAR Y VENDER: Certificado en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA	Cumple	
	Registros Sanitarios: Archivo legible del registro sanitario vigente de cada producto.	Cumple	
	Información Técnica General: Diligenciamiento del ANEXO 2 (Información técnica General) por cada producto ofertado.	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.
	Ficha técnica de fábrica: Copia nítida y legible de la ficha técnica de cada producto ofertado. ***Cada archivo PDF debe contener una sola ficha técnica la cual deberá ir numerada con el código asignado en ANEXO 1.***	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.
	Cambio por vencimiento y/o Vida Útil de Productos: Carta de compromiso bajo la gravedad de juramento de suministrar los productos con vida útil mayor al 75% y si es inferior debe cambiar el 100% de lo entregado sino se llega a consumir	Cumple	
	Apoyo tecnológico (elementos en comodato): Carta que indique qué insumo requiere apoyo tecnológico, informar qué tipo de apoyo aporta (Ficha técnica y registro fotográfico). El apoyo tecnológico será devuelto por la entidad una vez se agoten las existencias de los productos.	Cumple	
	7.PUNTAJE TOTAL	Revisar el cumplimiento por ítem.	

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2	DM006	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19MM 3/8 CIRCULO. HEBRA DE 45CM O MAS		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas.
7	DM012	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 25-27MM 70-90 CM		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
9	DM014	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 17 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las


ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
						características técnicas solicitadas
10	DM015	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 5 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 8 MM 1/4 DE CIRCULO. HEBRA DE 45 CM		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
11	DM016	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 5/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15MM A18MM 70 -75 CM		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
12	DM018	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 6 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 8 MM 1/4 DE CIRCULO. HEBRA DE 45 CM		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
36	DM744	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE COPOLIMERO DE POLIGLECAPROMA 25, CALIBRE 4/0, AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19 MM, DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
52	DM764	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE GLICONATO, CALIBRE 4/0, AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 20 MM DE 3/8 DE CIRCULO DE 45 CM EN ADELANTE		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
53	DM766	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON NEGRO CALIBRE 8/0 AGUJA DE 6 A 6.5 MM CURVA REDONDA DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 12 CM O MAS		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
57	DM773	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CALIBRE 1 AGUJA DE 24 A 26 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CÍRCULO HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE-ANTIBACTERIAL		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
59	DM878	LOTE 2	POLIDIOXANONA 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CÍRCULO DE 24 A 26 MM HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE SOBRE-ANTIBACTERIAL		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
60	DM880	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 2/0,AGUJA DE 35 A 39 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO,HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS- ANTIBACTERIAL		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
61	DM881	LOTE 2	POLIDIOXANONA 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CÍRCULO DE 24 A 26 MM HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
62	DM882	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA DE 17 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
69	DM893	LOTE 2	POLIGLECAPRONE USP 4-0 3/8 CIRC REV CORTANTE 19 MM-ANTIBACTERIAL		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
77	DM961	LOTE 2	SEDA NEGRA 0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 3/8 DE CÍRCULO DE 28 A 34 MM LARGO DE LA HEBRA 70 CM O MÁS SOBRE CAJA POR 2 DOCENAS		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
80	DM967	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
86	DM974	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8CIRCULO 22-26 MM 45 CM A 70-75 CM		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
88	DM977	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 3/0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
89	DM978	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19 MM 70-90 CM		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
91	DM980	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 4/0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
92	DM981	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 20 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
96	DM1093	LOTE 2	SUTURA PARA CERCLAJE DE CUELLO DE UTERO DOBLE AGUJA REDONDA UNIDAD		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
100	DM1123	LOTE 2	CAT GUT CROMADO PARA HIGADO CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA ROMA DE 65 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
104	DM1129	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 15 A 17 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
151	DM1867	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA. CALIBRE 6/0. DOBLE AGUJA DE 13 MM CURVA REDONDA DE 3/8. HEBRA DE 75 CM DE LARGO O MAS- ANTIBACTERIAL		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
155	DM1919	LOTE 2	TRIPA QUIRURGICA CROMICO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MM HEBRA 70-75 CM		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
167	DM2074	LOTE 2	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CÍRCULO DE 24 A 27 MM HEBRA DE 70		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general.

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			CM O MÁS			No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
174	DM2161	LOTE 2	TROCAR DE 5 MM CON PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA LONGITUD 100MM KIT 2 CAMISAS ESTABILIZADORA 1 TROCAR		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas. El registro Invima no corresponde a la configuración de kit.
184	DM2285	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 27 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS-ANTIBACTERIAL		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
187	DM2329	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 7/0. DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6.4 A 6.5 MM 3/8 DE CIRCULO. HEBRA DE 30 CM O MAS		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
188	DM2330	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 8/0. DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 6.4 A 6.5 MM 3/8 DE CIRCULO. HEBRA DE 20 CM O MAS		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
190	DM2332	LOTE 2	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA 910 CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS. DE CORTO TERMINO		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
199	DM2469	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA DE 17 A 19 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
209	DM2399	LOTE 2	CERVIX-SET HEBRA X CERCLAJE		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
220	DM2529	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24 A 26 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
221	DM2531	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
222	DM2533	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 1, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas
223	DM2534	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 2/0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
243	DM2734	LOTE 2	TROCAR DE 12 MM CON PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA LONGITUD 100MM KIT 2 CAMISAS ESTABILIZADORA 1 TROCAR		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas.
248	DM2777	LOTE 2	KIT DE 3 TROCARES DE LAS SIGUIENTES CARATERISTICAS: 1 TROCARES DE 10-12 X 100 MM (1 CAMISA Y 1 PUNZON CON CUCHILLA) + 2 TROCARES DE 5 X 100 MM (2 CAMISAS Y 1 PUNZON CON CUCHILLA)		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas. El registro Invima no corresponde a la configuración de kit.
249	DM2778	LOTE 2	KIT DE 3 TROCARES DE LAS SIGUIENTES CARATERISTICAS: 2 TROCARES DE 10-12 X 100 MM (2 CAMISA Y 1 PUNZON CON CUCHILLA) + 1 TROCARES DE 5 X 100 MM (1 CAMISAS Y 1 PUNZON CON CUCHILLA)		No cumple	La ficha técnica y el anexo 2 es general. No detalla el insumo a ofertar ni las características técnicas solicitadas. El registro Invima no corresponde a la configuración de kit.

8. FECHA: Agosto de 2024



9. MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

1. IC- 165-2024

2. OBJETO: Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgico acorde con la descripción del anexo técnico No. 1 y el apoyo tecnológico requerido para los servicios asistenciales de las Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

	4. CRITERIOS	5. PUNTAJE OBTENIDO	6. OBSERVACIONES
3. PROPONENTE: MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	**Certificación Sanitaria según su tipo: Dependiendo de la actividad que tenga aporte el documento respectivo:** -FABRICAR Y VENDER: Certificado de condiciones técnico-sanitarias -IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER: Certificado de condiciones técnico-sanitarias + Certificado en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA -IMPORTAR Y VENDER: Certificado en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA	Cumple	
	Registros Sanitarios: Archivo legible del registro sanitario vigente de cada producto.	Revisar el aporte y cumplimiento por ítem.	Revisar el aporte y cumplimiento por ítem.
	Información Técnica General: Diligenciamiento del ANEXO 2 (Información técnica General) por cada producto ofertado.	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.
	Ficha técnica de fábrica: Copia nítida y legible de la ficha técnica de cada producto ofertado. ***Cada archivo PDF debe contener una sola ficha técnica la cual deberá ir numerada con el código asignado en ANEXO 1.***	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.
	Cambio por vencimiento y/o Vida Útil de Productos: Carta de compromiso bajo la gravedad de juramento de suministrar los productos con vida útil mayor al 75% y si es inferior debe cambiar el 100% de lo entregado sino se llega a consumir	Cumple	
	Apoyo tecnológico (elementos en comodato): Carta que indique qué insumo requiere apoyo tecnológico, informar qué tipo de apoyo aporta (Ficha técnica y registro fotográfico). El apoyo tecnológico será devuelto por la entidad una vez se agoten las existencias de los productos.	N/A	
	7.PUNTAJE TOTAL	Revisar el cumplimiento por ítem.	


ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3	DM007	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0. AGUJA CURVA REDONDA DE 36 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
4	DM008	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1. AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
6	DM010	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 36 A 37 MM 1/2 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
7	DM012	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 25-27MM 70-90 CM	Cumple		
9	DM014	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0. AGUJA CURVA REDONDA DE 17 MM 1/2 CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
11	DM016	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 5/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15MM A18MM 70 -75 CM	Cumple		

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
16	DM370	LOTE 2	CERA PARA HUESO 2.5 G	Cumple		
17	DM375	LOTE 2	CINTA UMBILICAL DE ALGODON DOS TIRAS 0.30 X 45CM	Cumple		
19	DM509	LOTE 2	GANCHO DE HOOK	Cumple		
20	DM520	LOTE 2	GRAPADORA CIRCULAR CURVA CORTANTE 29MM MANUAL-ELÉCTRICA		No cumple	No cumple con la medida solicitada. El documento aportado como registro sanitario no se puede visualizar.
31	DM647	LOTE 2	PINZA DISECTOR CURVO MARYLAND, ROTACION 360, LONGITUD 350-360 MM, MANGO ERGONOMICO, CONECCION MONOPOLAR 5 MM DESCARTABLE	Cumple		
34	DM687	LOTE 2	MALLA POLIDIOXANONA (PROCEED) 30.5 X 30.5 CM SQUARE REF. 341-PCDL1 UNIDAD		No cumple	No cumple con la medida ni la composición solicitada. El documento aportado como registro sanitario no se puede visualizar.
35	DM695	LOTE 2	MALLA QUIRURGICA DE MEDIA DENSIDAD DE 15X15 CM	Cumple		
53	DM766	LOTE 2	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON NEGRO CALIBRE 8/0 AGUJA DE 6 A 6.5 MM CURVA REDONDA DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 12 CM O MAS	Cumple		
55	DM769	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 3/0, AGUJA DE 24 A 26 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS	Cumple		
56	DM770	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 4/0, AGUJADE 24 A 26 MM CURVA REDONDA, DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE	Cumple		
60	DM880	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 2/0,AGUJA DE 35 A 39 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO,HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS- ANTIBACTERIAL		No cumple	No cumple con la característica antibacterial.
62	DM882	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA DE 17 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS	Cumple		
70	DM931	LOTE 2	RECARGA TEJIDO MEDIO DE 60MM PARA ENDOGRAPADORA		No cumple	El insumo debe ser compatible con el ítem 140, del cuál no aportan ficha técnica y el anexo 2 no detalla información. No aporta registro sanitario.
73	DM935	LOTE 2	RECARGA DE AUTOSUTURA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA PARA TEJIDO DELGADO 45- 60 CM		No cumple	El documento aportado como ficha técnica no se puede visualizar. Debe ser compatible con el ítem 131, del cual aportan ficha técnica pero el anexo 2 no detalla información. No aporta registro sanitario.
79	DM965	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS		No cumple	Cumple con la información del anexo 2 pero la ficha técnica no corresponde al material solicitado.
80	DM967	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM		No cumple	Cumple con la información del anexo 2 pero la ficha técnica no corresponde al material solicitado.
81	DM968	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 1 S/A PRECORTADA 70-75 CM		No cumple	Cumple con la información del anexo 2 pero la ficha técnica no corresponde al material solicitado.
85	DM973	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 S/A PRECORTADA 70-75 CM		No cumple	Cumple con la información del anexo 2 pero la ficha técnica no corresponde al material solicitado.
86	DM974	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8CIRCULO 22-26 MM 45 CM A 70-75 CM		No cumple	Cumple con la información del anexo 2 pero la ficha técnica no corresponde al material solicitado.

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
87	DM976	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA CORTANTE DE 60 MM, HEBRA DE 75 CM O MAS	Cumple		
88	DM977	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 3/0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM		No cumple	Cumple con la información del anexo 2 pero la ficha técnica no corresponde al material solicitado.
89	DM978	LOTE 2	SEDA NEGRA TRENZADA 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19 MM 70-90 CM	Cumple		
91	DM980	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 4/0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM		No cumple	Cumple con la información del anexo 2 pero la ficha técnica no corresponde al material solicitado.
98	DM1109	LOTE 2	TIJERA DESECHABLE DE 5 MM X 35 MM UNIDAD	Cumple		
99	DM1122	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM DE MEDIO CIRCULO HEBRA DE 90 CM O MAS	Cumple		
100	DM1123	LOTE 2	CAT GUT CROMADO PARA HIGADO CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA ROMA DE 65 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
101	DM1124	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 1 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 90 CM O MAS	Cumple		
102	DM1125	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 36 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
103	DM1127	LOTE 2	TRIPA QUIRURGICA CROMICO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17MM 70-75 CM RB1	Cumple		
104	DM1129	LOTE 2	CAT GUT CROMADO CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 15 A 17 MM DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM O MAS	Cumple		
105	DM1131	LOTE 2	TROCAR 12MM X 100MM DE CUCHILLA PROTEGIDA CANULA ROSCADA O LISA REF. CFV73/CTB73 UNIDAD		No cumple	No aportan ficha técnica. La información del anexo 2 no corresponde a lo solicitado. No aporta registro sanitario.
106	DM1132	LOTE 2	TROCAR 5MM X 100MM - CON PUNTA DILATADORA	Cumple		
110	DM1279	LOTE 2	RECARGA TEJIDO DELGADO DE 60MM PARA ENDOGRAPADORA		No cumple	El documento aportado como ficha técnica no se puede visualizar. El insumo debe ser compatible con el ítem 140, del cual no aportan ficha técnica y el anexo 2 no detalla información. No aporta registro sanitario.
121	DM1443	LOTE 2	CABLE MONOPOLAR PARA ELECTRODOS DE LAPAROSCOPIA CONEXION PARA UNIDAD ELECTRO QUIRURGICA REUSABLE		No cumple	Cumple con la información del anexo 2 pero los documentos aportados como ficha técnica y registro sanitario no se pueden visualizar.
129	DM1632	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO 1 C A C C 1/2 CIRCULO DE 37MM 75 CM	Cumple		
131	DM1643	LOTE 2	PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 45 MM SIN BATERIA		No cumple	Aportan ficha técnica pero el anexo 2 no detalla información requerida. No aporta registro sanitario.
139	DM1789	LOTE 2	PINZA GRASPER DE 5 MM X 35 CM MANGO ERGO	Cumple		
140	DM1791	LOTE 2	PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 60 MM SIN BATERIA LONG		No cumple	No aportan ficha técnica y el anexo 2 no detalla información. No aporta registro sanitario.
151	DM1867	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA. CALIBRE 6/0. DOBLE AGUJA DE 13 MM CURVA REDONDA DE 3/8. HEBRA DE 75 CM DE LARGO O MAS- ANTIBACTERIAL		No cumple	No cumple con característica antibacterial.
155	DM1919	LOTE 2	TRIPA QUIRURGICA CROMICO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MM HEBRA 70-75 CM	Cumple		
156	DM1923	LOTE 2	TRIPA QUIRURGICA CROMICO 0 26 MM 75 CM	Cumple		

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
163	DM2062	LOTE 2	ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0.AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 CIRCULO.HEBRA DE 70 CM O MAS- ANTIBACTERIAL		No cumple	No cumple con característica antibacterial.
166	DM2068	LOTE 2	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA. CALIBRE 0. AGUJA DE 34 A 37 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO. HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS- ANTIBACTERIAL		No cumple	No cumple con característica antibacterial.
169	DM2109	LOTE 2	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 1 AGUJA REDONDA 1/2CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70-75CM	Cumple		
182	DM2190	LOTE 2	CATGUT CROMICO 2/0 CURVA REDO 1/2 CIRC DE 37 HEBRA DE 70-90CM(SUTURA ABSORBIBL) C1117J-923T		No cumple	Cumple con la ficha técnica pero el anexo 2 no cumple lo solicitado en cuanto al calibre de la hebra.
220	DM2529	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24 A 26 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS		No cumple	Cumple con la ficha técnica pero el anexo 2 no cumple lo solicitado en cuanto a las características de la aguja.
221	DM2531	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 19 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	Cumple		
222	DM2533	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 1, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM		No cumple	Cumple con el anexo 2 pero la ficha técnica no cumple lo solicitado en cuanto a la materia prima.
223	DM2534	LOTE 2	MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 2/0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM		No cumple	Cumple con el anexo 2 pero la ficha técnica no cumple lo solicitado en cuanto a la materia prima.
232	DM2589	LOTE 2	TROCAR DE 12 MM OPTICO SIN CUCHILLA CAMISA ESTABILIZADORA LONGITUD 100MM		No cumple	Cumple requisitos técnicos, pero no aporta registro sanitario.
233	DM2590	LOTE 2	TROCAR DE 5 MM OPTICO SIN CUCHILLA CAMISAS ESTABILIZADORA LONGITUD 100MM		No cumple	No aporta ficha técnica. No aporta registro sanitario.
234	DM2592	LOTE 2	TROCAR TORAXICO RIGIDO 10/12 MM	Cumple		
235	DM2674	LOTE 2	GRAPADORA CIRCULAR 25 MM CON AJUSTE DE ALTURA DE GRAPA DE 1,0MM A 2,5 MM (MANUAL)		No cumple	No aporta ficha técnica. No aporta registro sanitario.
247	DM2773	LOTE 2	TROCAR DE 12 MM OPTICO SIN CUCHILLA CAMISA ESTABILIZADORA LONGITUD 150MM BARIATRICA		No cumple	No aporta ficha técnica. El anexo 2 no proporciona información solicitada. No aporta registro sanitario.

8. FECHA: Agosto de 2024



9. MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

1. IC- 165-2024


2. OBJETO: Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgico acorde con la descripción del anexo técnico No. 1 y el apoyo tecnológico requerido para los servicios asistenciales de las Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

	4. CRITERIOS	5. PUNTAJE OBTENIDO	6. OBSERVACIONES
3. PROPONENTE: PROMED QUIRURGICOS EU	**Certificación Sanitaria según su tipo: Dependiendo de la actividad que tenga aporte el documento respectivo:** -FABRICAR Y VENDER: Certificado de condiciones técnico-sanitarias -IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER: Certificado de condiciones técnico-sanitarias + Certificado en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA -IMPORTAR Y VENDER: Certificado en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA	No cumple	No aporta documento
	Registros Sanitarios: Archivo legible del registro sanitario vigente de cada producto.	Cumple	
	Información Técnica General: Diligenciamiento del ANEXO 2 (Información técnica General) por cada producto ofertado.	Revisar el aporte y cumplimiento por ítem.	Revisar el aporte y cumplimiento por ítem.
	Ficha técnica de fábrica: Copia nítida y legible de la ficha técnica de cada producto ofertado. ***Cada archivo PDF debe contener una sola ficha técnica la cual deberá ir numerada con el código asignado en ANEXO 1.***	Revisar el aporte y cumplimiento por ítem.	Revisar el aporte y cumplimiento por ítem.
	Cambio por vencimiento y/o Vida Útil de Productos: Carta de compromiso bajo la gravedad de juramento de suministrar los productos con vida útil mayor al 75% y si es inferior debe cambiar el 100% de lo entregado sino se llega a consumir	Cumple	
	Apoyo tecnológico (elementos en comodato): Carta que indique qué insumo requiere apoyo tecnológico, informar qué tipo de apoyo aporta (Ficha técnica y registro fotográfico). El apoyo tecnológico será devuelto por la entidad una vez se agoten las existencias de los productos.	Cumple	
	7.PUNTAJE TOTAL	No cumple	No aporta Documento de criterio 1: "Certificación Sanitaria según su tipo: Dependiendo de la actividad que tenga aporte el documento respectivo"

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
20	DM520	LOTE 2	GRAPADORA CIRCULAR CURVA CORTANTE 29MM		No cumple	No aporta fichas técnicas, solo portafolios generales que no detallan la oferta. El anexo 2 no aporta información suficiente.
22	DM523	LOTE 2	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 REF. 341-NTLC75		No cumple	No aporta fichas técnicas, solo portafolios generales que no detallan la oferta. El anexo 2 no aporta información suficiente.

70	DM931	LOTE 2	RECARGA TEJIDO MEDIO DE 60MM PARA ENDOGRAPADORA		No cumple	No aporta fichas técnicas, solo portafolios generales que no detallan la oferta. El anexo 2 no aporta información suficiente.
74	DM936	LOTE 2	RECARGA 75-80 MM 3 ALTURAS (GRUESO, MEDIANO Y DELGADO) COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75-80MM.		No cumple	No aporta fichas técnicas, solo portafolios generales que no detallan la oferta. El anexo 2 no aporta información suficiente.
76	DM939	LOTE 2	RECARGA VERDE 60MM PARA ENDOGRAPADORA UNIDAD		No cumple	No aporta fichas técnicas, solo portafolios generales que no detallan la oferta. El anexo 2 no aporta información suficiente.
95	DM1013	LOTE 2	SISTEMA TROCAR CON BALON O SIN BALON DE 12MM X 100MM (CON CANULA LISA O ESTRIADA + OBTURADOR SIN CUCHILLA CON VALVULA PARA GAS)		No cumple	No aporta fichas técnicas, solo portafolios generales que no detallan la oferta. El anexo 2 no aporta información suficiente.
131	DM1643	LOTE 2	PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 45 MM SIN BATERIA		No cumple	No aporta fichas técnicas, solo portafolios generales que no detallan la oferta. El anexo 2 no aporta información suficiente.
140	DM1791	LOTE 2	PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 60 MM SIN BATERIA LONG		No cumple	No aporta fichas técnicas, solo portafolios generales que no detallan la oferta. El anexo 2 no aporta información suficiente.
141	DM1792	LOTE 2	PISTOLA GRAPADORA LINEAL ARTICULABLE PARA CIRUGIA RECTAL		No cumple	No aporta fichas técnicas, solo portafolios generales que no detallan la oferta. El anexo 2 no aporta información suficiente.
153	DM1915	LOTE 2	PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 60 MM CON BATERIA		No cumple	No aporta fichas técnicas, solo portafolios generales que no detallan la oferta. El anexo 2 no aporta información suficiente.
194	DM2463	LOTE 2	PISTOLA GRAPADORA PARA CIRUGIA ABIERTA UNIVERSAL PARA RECARGAS DE 75-80 MM		No cumple	No aporta fichas técnicas, solo portafolios generales que no detallan la oferta. El anexo 2 no aporta información suficiente.
196	DM2465	LOTE 2	PISTOLA GRAPADORA PARA CIRUGIA ABIERTA CIRCULAR 29 MM		No cumple	No aporta fichas técnicas, solo portafolios generales que no detallan la oferta. El anexo 2 no aporta información suficiente.
201	DM2506	LOTE 2	RECARGA 55-60 MM 3 ALTURAS (GRUESO, MEDIANO Y DELGADO) COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75-80MM.		No cumple	No aporta fichas técnicas, solo portafolios generales que no detallan la oferta. El anexo 2 no aporta información suficiente.

8. FECHA: Agosto de 2024



9. MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

1. IC- 165-2024


2. OBJETO: Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgico acorde con la descripción del anexo técnico No. 1 y el apoyo tecnológico requerido para los servicios asistenciales de las Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

	4. CRITERIOS	5. PUNTAJE OBTENIDO	6. OBSERVACIONES
3. PROPONENTE: UCIPHARMA S. A	**Certificación Sanitaria según su tipo: Dependiendo de la actividad que tenga aporte el documento respectivo:** -FABRICAR Y VENDER: Certificado de condiciones técnico-sanitarias -IMPORTAR, SEMIELABORAR Y VENDER: Certificado de condiciones técnico-sanitarias + Certificado en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA -IMPORTAR Y VENDER: Certificado en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA	Cumple	
	Registros Sanitarios: Archivo legible del registro sanitario vigente de cada producto.	Cumple	
	Información Técnica General: Diligenciamiento del ANEXO 2 (Información técnica General) por cada producto ofertado.	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.
	Ficha técnica de fábrica: Copia nítida y legible de la ficha técnica de cada producto ofertado. ***Cada archivo PDF debe contener una sola ficha técnica la cual deberá ir numerada con el código asignado en ANEXO 1.***	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.	Aporta: Revisar el cumplimiento por ítem.
	Cambio por vencimiento y/o Vida Útil de Productos: Carta de compromiso bajo la gravedad de juramento de suministrar los productos con vida útil mayor al 75% y si es inferior debe cambiar el 100% de lo entregado sino se llega a consumir	Cumple	
	Apoyo tecnológico (elementos en comodato): Carta que indique qué insumo requiere apoyo tecnológico, informar qué tipo de apoyo aporta (Ficha técnica y registro fotográfico). El apoyo tecnológico será devuelto por la entidad una vez se agoten las existencias de los productos.	N/A	
	7.PUNTAJE TOTAL	Revisar el cumplimiento por ítem.	

ÍTEM	CODIGO DINAMICA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
34	DM687	LOTE 2	MALLA POLIDIOXANONA (PROCEED) 30.5 X 30.5 CM SQUARE REF. 341-PCDL1 UNIDAD		No cumple	No cumple con las medidas ni la composición solicitada.
35	DM695	LOTE 2	MALLA QUIRURGICA DE MEDIA DENSIDAD DE 15X15 CM		No cumple	No cumple con la densidad solicitada.
94	DM1012	LOTE 2	SISTEMA DE IRRIGACION SUCCION CON CANULA DE 5MM DE DIAMETRO X 33 CM DE LARGO	Cumple		
95	DM1013	LOTE 2	SISTEMA TROCAR CON BALON O SIN BALON DE 12MM X 100MM (CON CANULA LISA O ESTRIADA + OBTURADOR SIN CUCHILLA CON VALVULA PARA GAS)	Cumple		
105	DM1131	LOTE 2	TROCAR 12MM X 100MM DE CUCHILLA PROTEGIDA CANULA ROSCADA O LISA REF. CFV73/CTB73 UNIDAD	Cumple		

108	DM1244	LOTE 2	KIT TROCAR 5 X 100MM REF CTB12	Cumple		
109	DM1277	LOTE 2	FUNDA PROTECTORA DE CABLES VIDEO	Cumple		
125	DM1501	LOTE 2	TROCAR 12 MM X 100 MM (CON UNA CAMISAS Y UN PUNZON SIN CUCHILLA) CON SISTEMA DE FIJACION AVANZADA	Cumple		
157	DM1943	LOTE 2	TROCAR 12 MM X 100 MM (CON UNA CAMISAS Y UN PUNZON CON CUCHILLA) CON SISTEMA DE FIJACION AVANZADA	Cumple		
160	DM2017	LOTE 2	HEMOSTATICO ABSORBIBLE CELULOSA OXIDADA 20X10	Cumple		
168	DM2076	LOTE 2	MALLA DE POLIPROPILENO SUAVE DE MEDIANA DENSIDAD CON PESO DE 45 A 90G/M2. MACROPOROSA PORO DE 2.38 A 3.6 X 2.38 A 3.6 MM. NO ABSORBIBLE. 7CM A 8CM X 15CM		No cumple	No cumple con la densidad solicitada
174	DM2161	LOTE 2	TROCAR DE 5 MM CON PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA LONGITUD 100MM KIT 2 CAMISAS ESTABILIZADORA 1 TROCAR		No cumple	El anexo 2 no brinda información detallada del insumo que se está ofertando.
232	DM2589	LOTE 2	TROCAR DE 12 MM OPTICO SIN CUCHILLA CAMISA ESTABILIZADORA LONGITUD 100MM	Cumple		
233	DM2590	LOTE 2	TROCAR DE 5 MM OPTICO SIN CUCHILLA CAMISAS ESTABILIZADORA LONGITUD 100MM	Cumple		
251	DM2872	LOTE 2	SISTEMA DE IRRIGACION SUCCION	Cumple		

8. FECHA: Agosto de 2024



9. MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN