E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1

CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

020 - 4

Pago 5

11 JULIO 2024 28,041,355.00

MUNDO MEDICOS SAS

VEINTIOCHO MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M

COMPROBANTE DE EGRESO 661 Jul.11/2024

Proveedor: MUNDO MEDICOS SAS

Teléfono: 6044440526 **Fax:** 6044440526

Nit / C.C.: 901.025.855 7 **Vlr. Pagado:** 28,041,355.00

Banco Beneficiario: **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:**

Banco: 01 BANCO DE BOGOTA. **Nro. Cuenta:** 534130695 BANCO BOGOTA CTA CTE GIRO DIRECTO **Tipo de Cuenta:** Corriente

Cheque: 1 **Vlr. Cheque:** 28,041,355.00

Valor en Letras: VEINTIOCHO MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: CONTRATO 020 2024 prestación de servicios especializados de mantenimiento preventivo y correctivo d elos equipos biomédicos de apoyo hospitalario que son propiedad de la E.S.E CONTRATO 020 2024 PRESTACIÓN DE SRVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE APOYO HOSPITALARIO QUE SON PRIORIDAD DE LA ESE BELLOSALUD

Vr. Br.:	12,811,033.00	**Vr. Iva:**	4,917,265.00	**Notas:**	0.00
Reten:	13,069,313.00	**R. Iva:**	737,589.00	**R. Ica:**	
Otros:	1,035,214.00	**T. Ded:**	1,772,803.00	**Neto:**	28,041,355.00
	0.00				

		Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	238	FE2119	Jun. 28 / 2024	13,880,755.00	13,880,755.00
XOT01	274	FE2097	Jul. 11 / 2024	14,160,600.00	14,160,600.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Debito	Credito
11100515	BANCO DE BOGOTA CORRIENTE 0695			28,041,355.00
24010103	PRESTACION DE SERVICIOS		28,041,355.00	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024		98	CDP 38	OBL 1831	380,695.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.004		REPUESTOS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO			
2024		1014	CDP 508	OBL 1831	12,430,542.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.006		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO			
2024		98	CDP 38	OBL 1724	2,814,588.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.004		REPUESTOS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO			
2024		1014	CDP 508	OBL 1831	2,741,245.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.004		REPUESTOS - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO			
2024		98	CDP 38	OBL 1724	12,430,541.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.006		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO			

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1

FACTURA PROVEEDOR CONTRATO

Señor (es):
MUNDO MEDICOS SAS
Nit: 901.025.855
CL 32 F 65F 7

FACTURA PROVEEDOR CONTRATO 238
Fecha: JUN. 28/2024 **Radicado:**
Valor: 13,880,755.00 **Doc. Prov:** FE2119
Contrato: 020
Obligación: OBL1724

Centro Costo: 1ZA020100 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

Observaciones:
:,ONTRATO 020 2024 prestación de servicios especializados de mantenimiento preventivo y correctivo d elos equipos biomédicos de apoyo lospitalario que son propiedad de la E.S.E

VALORES

Nombre	Valor
Valor Prodeportes	128,110.00
Valor IVA 19	2,434,096.00
Valor de retención de IVA.	365,114.00
Valor Estampillas	256,221.00
Valor retención.	512,441.00
Valor Gravado 19	12,811,033.00
Valor Ica	102,488.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
ICA	ICA	0.80	102,488.00	12,811,033.00
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	128,110.00	12,811,033.00
IVA19	IVA	19.00	2,434,096.00	12,811,033.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	365,114.00	2,434,096.00
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	256,221.00	12,811,033.00
125	SERVICIOS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA 4%	4.00	512,441.00	12,811,033.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
RPC 98		2.1.2.02.02.008.006	SERVICIOS DE MANTENIM		12,430,541.00
RPC 98		2.1.2.02.01.003.004	REPUESTOS - MANTENIMI		2,814,588.00

Cuenta		Tercero	Número	Debito	Credito	Base
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETI	901025855	889		365,114.00	2,434,096.00
24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	901025855	889		102,488.00	12,811,033.00
24360504	SERVICIOS DEL 4%	901025855	889		512,441.00	12,811,033.00
24010103	PRESTACION DE SERVICIOS	901025855	889		13,880,755.00	
58972330	MANTENIMIENTOS EQUIPOS, MA	901025855	889	12,811,033.00		
58972330	MANTENIMIENTOS EQUIPOS, MA	901025855	889	2,434,096.00		12,811,033.00
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	901025855	889		256,221.00	12,811,033.00
24072203	TASA PRO-DEPORTE	901025855	889		128,110.00	12,811,033.00

Elaborado por

Revisado por

MUNDO MEDICOS S.A.S
NIT 901.025.855-7
comercial2@mundomedicos.com.co
Tel: (034) 4440526
Medellín - Colombia
contabilidad@mundomedicos.com.co

Factura electrónica de venta N°
No. FE 2119

Señores	ESE Bellosalud		
NIT	800.174.995-1	**Teléfono**	(604) 4482030
Dirección	CR 42 20E 91	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/05/2024, 13:37
Expedición	23/05/2024, 13:37
Vencimiento	23/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	1.00	10,445,833.00	1,984,708.27	12,430,541.27
2	BATERIA	44.00	198,000.00	37,620.00	235,620.00
3	CLAVIJA	1.00	32,775.00	6,227.25	39,002.25
4	BOMBILLO OPTOTIPOSCOPIO	1.00	37,410.00	7,107.90	44,517.90
5	PEDAL	1.00	113,100.00	21,489.00	134,589.00
6	SWICHE	2.00	21,600.00	4,104.00	25,704.00
7	VALVULA ESTRANGULADORA	2.00	106,500.00	20,235.00	126,735.00
8	BRAZALETE 2 VIAS PARA TENSIOMETRO	2.00	444,600.00	84,474.00	529,074.00
9	BRAZALETE PARA TENSIOMETRO GENERICO	1.00	63,240.00	12,015.60	75,255.60
10	PERA GENERICA PARA TENSIOMETRO	3.00	93,060.00	17,681.40	110,741.40
11	PERA WELCH ALLYN PARA TENSIOMETRO	1.00	191,700.00	36,423.00	228,123.00
12	BOMBILLO 3100	1.00	201,405.00	38,266.95	239,671.95
13	TRANSDUCTOR	2.00	861,810.00	163,743.90	1,025,553.90

Total items: 13

Valor en Letras:
Quince millones doscientos cuarenta y cinco mil ciento veintinueve pesos m/cte con veintisiete cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 15,245,129.27

Total Bruto	12,811,033.00
IVA 19%	2,434,096.27
Total a Pagar	**15,245,129.27**

Observaciones:
Consignar en cuenta de ahorros Bancolombia N° 55168276566
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS
LLAMADO ENFERMERIA BATERIA (44), CLAVIJA COMPRESOR PLAYA RICA B1750, BOMBILLO OPTOTIPOSCOPIO ROSALPI B2213, PEDAL UN. ODON. ROSALPI B2871, SWITCH (2) AUTOCLAVE MARUCHENGA B2485, VALVULA (2) UN. ODON. ZAMORA B2866, BRAZALETE (3)TENSIOMETRO MIRADOR S851 Y MARUCHENGA B2473 ROSALPI B1532, PERA (4) TENSIOMETRO ROSALPI B1532 ZAMORA B554 MIRADOR S778 MARUCHENGA B2473, BOMBILLO OTOSCOPIO ZAMORA B394, TRANSDUCTOR (2) ECOTONE MIRADOR B2652 PARIS B3125

ESE BELLOSALUD
238

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764057636167 aprobado en 20231007 prefijo FE desde el número 1954 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 0.55%
CUFE: 94a58997958f0be92fbde0c8e42638e4675798b57a1fcb2102272968b24dabeb6c6d396002a1687829095a95524f874

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, validez general DIAN

BelloSalud	CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA	
Código:	Versión: 3	Pagina: 1

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
Nombre o Razón Social	MUNDO MEDICOS S.A.S
Nit	901.025.855 - 7
Nombre del Representante Legal	ISABEL CRISTINA RENDON BRAVO

INFORMACION DEL CONTRATO				
Número	Suscripción	Acta Inicio	NOMBRE DEL SUPERVISOR:	
020	29/04/2024	29/04/2024	JORGE RAÚL LÓPEZ ARIAS	
OTROS DATOS	DP	RP	VALOR	PLAZO
Inicial	508	1014	30.861.083	Hasta el 29 de junio del año 2024
Adición - 1				
Adición - 2				
Valor y tiempo final del contrato			30.861.083	Hasta el 29 de junio del año 2024

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD Y EN EL TIEMPO PACTADO CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRATADAS EN EL PERIODO O ACTIVIDAD PARA EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.	[X]	SI
	[ ]	NO
NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:	1	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	49%	

No. Factura-Cuenta de cobro	FE2119	Valor del pago:	15.245.129	Saldo del contrato:	15.615.954

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD EL OBJETO DEL CONTRATO PARA EL MES DE MAYO, PRESENTA FACTURA FE2119, EVIDENCIAS DEL SERVICIO PRESTADO EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORECTIVOS, 12 REPUESTOS, Y PLANILLA DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE # 69226516. ADEMÁS DE SOLICITAR LOS ANEXOS DESCRITOS EN EL CONTRATO SE VALIDA CON LOS LIDERES DE PROCESOS ASISTENCIALES LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPOS, TODA VEZ QUE SON ELLOS QUIENES FIRMAN LA EVIDENCIA DEL MANTENIMIENTO. SE AUTORIZA PARA PAGO.

FECHA CERTIFICACIÓN:	27 de mayo de 2024

Jorge Raúl López Arias
Subgerente Científico
Supervisor de contrato

BelloSalud	F17 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION		
Código: G-PC	Versión: 04	Fecha: Diciembre de 2017	Página: 1 de 1

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE CONTRATISTA	MUNDO MEDICOS S.A.S			
CONTRATO No	020			
SUPERVISOR	JORGE RAÚL LÓPEZ ARIAS			
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA No	FE2119			
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 15.245.129			
PERIODO DE SUPERVISION	Desde	30/04/2024	Hasta	22/05/2024

REQUISITOS DOCUMENTALES

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA	x		
SOPORTE CONTABILIZACION (CUENTA POR PAGAR)	x		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	x		
EVIDENCIAS DE EJECUCION DEL CONTRATO	x		
AUTORIZACION DE PAGO	x		

SEGUIMIENTO GENERAL

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
ENTREGA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD Y CANTIDAD.	x		
PRESENTO INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (EVIDENCIAS)	x		
CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATADO	x		

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD EL OBJETO DEL CONTRATO PARA EL MES DE MAYO, PRESENTA FACTURA FE2119, EVIDENCIAS DEL SERVICIO PRESTADO EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORECTIVOS, 12 REPUESTOS, Y PLANILLA DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE # 69226516. ADEMÁS DE SOLICITAR LOS ANEXOS DESCRITOS EN EL CONTRATO SE VALIDA CON LOS LIDERES DE PROCESOS ASISTENCIALES LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPOS, TODA VEZ QUE SON ELLOS QUIENES FIRMAN LA EVIDENCIA DEL MANTENIMIENTO. SE AUTORIZA PARA PAGO.

Jorge Raúl López
Subgerente Científico
Supervisor de contrato
Fecha de verificación: 27/05/2024

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-03-26, 07:18:53 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2024
Empresa	MUNDOMEDICOS SAS
NIT	NI 901025855
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	69226516
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	537055231
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.987.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 624.000	$ 0
N800225738	230201	PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 416.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 52.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 52.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 208.000	$ 0
N860903790	14-11	ARL SURA	6	$ 115.500	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	$ 312.000	$ 0
			SubTotales:	$ 1.987.500	$ 0
			Total a Pagar:		$ 1.987.500

Enlace Operativo, Línea Exportos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 57 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 89 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517606.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-22, 10:54:27 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: 69226516

Periodo Cotización: marzo de 2024 Periodo Servicio: abril de 2024

PAGADO 26/03/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MUNDOMEDICOS SAS		
Documento	N1901025855	Dirección	CL 32F #65 F - 7
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3063922552
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	RENDON BRAVO ISABEL CRISTINA	Identificación	CC 43759114
Total Afiliados	6	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante		Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte ESAP	Aporte Men.Educ	
[illegible]	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 1.300.000	$ 208.000	[illegible]	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.716	[illegible]	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.716
[illegible]	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 1.300.000	$ 208.000	[illegible]	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.716	[illegible]	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.716
[illegible]	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 1.300.000	$ 208.000	[illegible]	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.716	[illegible]	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.716
[illegible]	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 1.300.000	$ 208.000	[illegible]	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.786	[illegible]	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.786
[illegible]	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 1.300.000	$ 208.000	[illegible]	$ 1.300.000	$ 52.000	-0,522	$ 1.300.000	$ 6.786	[illegible]	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.786
[illegible]	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 1.300.000	$ 208.000	[illegible]	$ 1.300.000	$ 52.000	-0,522	$ 1.300.000	$ 6.786	[illegible]	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.786

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Bonos a Pagar) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
[illegible]	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 1.248.000	$ 312.000	$ 118.560	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.992.560	$ 0	$ 1.992.560

Enlace Operativo, Línea Exprésa en PILA: Barranquilla: 386 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 47 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

REPORTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES MAYO DE 2024

N. REPORTE	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	SEDE	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
107557	CONTRANGULO	NSK	N/R	EBJ70628	S-1052	MARUCHENGA	ODONTOLOGIA (MARUCHENGA)	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, pruebas funcionales, equipo operativo.
107549	ECOTONE	EDAN	SONOTRAX II PRO	304150-m13b04650095	B-2536	MARUCHENGA	CONSULTA EXTERNA-ENFERMERIA (MARUCHENGA)	Equipo de baja según el cliente, la jefe Mary Luz Escobar comenta que el equipo se encuentra de baja y por esa razón no se encuentra en el lugar
107530	Fonendoscopio	Lord	HS-30J	N.T.	S-988	MARUCHENGA	Consulta Externa, Consultorio 3 Sede Maruchenga	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, pruebas funcionales, equipo operativo.
107560	Micromotor	NSK	EX 203C	ABE10270	S-1051	MARUCHENGA	Odontología, Odontología Sede Maruchenga	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, pruebas funcionales, equipo operativo.
107567	Micromotor	NSK	EX 203	02Y41777	S-1053	MARUCHENGA	Odontología, Unidad 3 Sede Maruchenga	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, pruebas funcionales, equipo operativo.
107562	RX Odontológico	Dental Xray	Elity 70 Periapical	2430-110	NO REGISTRA	MARUCHENGA	Odontología, Odontología Sede Maruchenga	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, pruebas funcionales, equipo operativo.
107552	Tensiómetro	Welch Allyn	DS44-09 (Pediátrico)	SN140806043918	S-971	MARUCHENGA	Coordinación, Coordinación Sede Maruchenga	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, pruebas funcionales, equipo operativo.
107564	Unidad Odontológica	Odontoequipos	FM Eléctrica	S15	B-3136	MARUCHENGA	Odontología, Odontología Sede Maruchenga	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, pruebas funcionales, equipo operativo.
107565	Unidad Odontológica	Odontoequipos	FM Eléctrica	S16	B-3135	MARUCHENGA	Odontología, Odontología Sede Maruchenga	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, pruebas funcionales, equipo operativo.
108467	AMALGAMADOR	SDI	ULTRAMAT 2	115161	B-2026	MIRADOR	ODONTOLOGIA (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108471	AUTOCLAVE	AUTOMAT	3400	3400-0110	B-66	MIRADOR	ODONTOLOGIA-ESTERILIZACION (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108451	BALANZA	DETECTO	BABY SCALE	BD10023252	B-2119	MIRADOR	CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 2 (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108430	BALANZA DIGITAL PEDIATRICA	DETECTO	ACS 20A YE	47088217	B-1662	MIRADOR	CONSULTA EXTERNA, CONSULTORIO 3 (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio

108457	BASCULA DE PISO	DETECTO	D1130K	N/R	B-2044	MIRADOR	CONSULTA EXTERNA-ENFERMERIA (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108423	BASCULA DE PISO	DETECTO	D1130K	J1111119032	B-2081	MIRADOR	BODEGA (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108458	BASCULA DE PISO	SOEHNLE	STANDARD 610126118	N/R	3298	MIRADOR	CONSULTA EXTERNA-EXTRAMURAL (MIRADOR)	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, pruebas funcionales, equipo operativo.
108459	BASCULA DE PISO	SOEHNLE	STANDARD 610126118	N/R	10490	MIRADOR	BODEGA MIRADOR	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108454	PESA BEBE	DETECTO	BARRA OSCILANTE	N/R	B-2324	MIRADOR	CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 4 (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108449	PESA BEBE	DETECTO	BARRA OSCILANTE	BD10023262	B-2077	MIRADOR	CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 1 (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108463	PESA BEBE	HEALT O METER	386KGS	1300000010	B-1990	MIRADOR	CONSULTORIO 5 (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108450	BASCULA TALLIMETRO	DETECTO	RGTA-200	BD10028000	B-1981	MIRADOR	CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 1 (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108452	BASCULA TALLIMETRO	DETECTO	2392	E02220-0312	B-2927	MIRADOR	CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 2 (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108453	BASCULA TALLIMETRO	DETECTO	2392	E02320-0041	B-2926	MIRADOR	CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 3 (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108455	BASCULA TALLIMETRO	DETECTO	2392	M01421-0091	B-3896	MIRADOR	CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 4 (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108465	BASCULA TALLIMETRO	DETECTO	RGTA-200	BD10028006	B-1991	MIRADOR	CONSULTORIO 5 (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108466	COMPRESOR	THOMAS	2770	N.T	B-2057	MIRADOR	CUARTO COMPRESOR (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108468	CONTRANGULO	NSK	FX23 111	ABK64059	S-4006	MIRADOR	ODONTOLOGIA (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio

108469	CONTRANGULO	NSK	FX251:1	ABL30652	NO REGISTRA	MIRADOR	ODONTOLOGIA (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108461	ECOTONE	EDAN	SONOTRAX II PRO	304150-M13B04650034	B-2652	MIRADOR	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 5 MIRADOR	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108456	ECOTONE	HUNTLEIGH	D920	920LX0A07113-06	S-891	MIRADOR	CONSULTA EXTERNA- CONSULTORIO 4 (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108462	ECOTONE	EDAN	SONOTRAX BASIC A	560042-M22413480047	B-3372	MIRADOR	CONSULTORIO 2 (MIRADOR)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108444	Equipo de órganos	Riester	N/R	N/R	S-824	MIRADOR	Consulta Externa, Enfermería (PyP 2) Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
[illegible]	Equipo de órganos	Welch Allyn	11470 - 240A Ref:98602	N/R	S-1076	MIRADOR	Consulta Externa, Enfermería (PyP 1) Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108464	Equipo de órganos	Welch Allyn	11470 - 240A Ref:98602	[illegible]	S-779	MIRADOR	Consultorio 5 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo no presenta bombillo del oftalmoscopio
108425	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	Welch Allyn	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED	Lote: 12284	B-3117	MIRADOR	Consulta Externa, Consultorio 1 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108426	Equipo de órganos	Welch Allyn	11470 - 240A Ref:98602	N/R	S-887	MIRADOR	Consulta Externa, Consultorio 2 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108429	Equipo de órganos	Welch Allyn	11470 - 240A Ref:98602	N/R	S-06	MIRADOR	Consulta Externa, Consultorio 3 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108433	Equipo de órganos	Welch Allyn	11470 - 240A Ref:98602	N/R	S-892	MIRADOR	Consulta Externa, Consultorio 4 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108446	Equipo de órganos	Welch Allyn	71000	N/R	S-830	MIRADOR	Consulta Externa, Extramural Sede Mirador	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, pruebas funcionales, la batería está desgastada, no dura mucho la carga, se recomienda cambiar.
108460	Fonendoscopio	Littmann	3M Classic II	N/R	S-823	MIRADOR	Consulta extramural II (Sede Mirador)	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, falta aro y diafragma.
108442	Fonendoscopio	RIESTER	Adulto	N.T.	S-850	MIRADOR	Consulta Externa, Enfermería (PyP 1) Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio

108427	Fonendoscopio	Welch Allyn	N/R	N/R	S-1074	MIRADOR	Consulta Externa, Consultorio 2 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108434	Fonendoscopio	Welch Allyn	N/R	N/R	58748	MIRADOR	Consulta Externa, Consultorio 4 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108436	Fonendoscopio	Welch Allyn	Pediátrico	N/R	S-797	MIRADOR	Consulta Externa, Consultorio 5 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108447	Fonendoscopio	Welch Allyn	5079-135 Adulto	N/R	S-831	MIRADOR	Consulta Externa, Extramural Sede Mirador	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, pruebas funcionales, equipo operativo.
108448	Fonendoscopio	Lord	HS-30I	N/R	S-828	MIRADOR	Consulta Externa, Extramural Sede Mirador	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, pruebas funcionales, equipo operativo.
108445	Infantómetro	SECA	417	10000000738788	B-3385	MIRADOR	Consulta Externa, CONS 5 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108431	Infantómetro	SECA	417	10000000738772	B-3391	MIRADOR	Consulta Externa, Consultorio 3 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108437	Lámpara cuello de cisne	Press Listed	N/R	N/R	B-2007	MIRADOR	Consulta Externa, Consultorio 5 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108473	Lámpara de fotocurado	Dentsply	QHL75	50628161	B-2029	MIRADOR	Odontología, Odontología Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108474	Micromotor	NSK	EX 203C	A8FX0024	S-817	MIRADOR	Odontología, Odontología Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108475	Micromotor	NSK	FX205 B2	BBK60569	B-3005	MIRADOR	Odontología, Odontología Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108476	Pieza de alta	NSK	Pana Air	CBC60766	6916 5-923	MIRADOR	Odontología, Odontología Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108477	RX Odontológico	FIAD	Explor-X	12.94	B-2010	MIRADOR	Odontología, Odontología Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108478	Scaler ultrasónico	Woodpecker	DS	S1830822DS	B-20	MIRADOR	Odontología, Odontología Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio

108428	Tensiómetro	Welch Allyn	7670-01 767 PARED	SN121116123976	B-1660	MIRADOR	Consulta Externa, Consultorio 2 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108488	Tensiómetro	Welch Allyn	Tycos (Pared)	071129174019	B-2097	MIRADOR	Consulta Externa, Consultorio 5 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108448	Tensiómetro	Welch Allyn	Tycos (Portátil)	060911145483	S-851	MIRADOR	Consulta Externa, Enfermería (PyP 1) Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108432	Tensiómetro	Welch Allyn	Tycos (Portátil)	210212935	S-827	MIRADOR	Almacen Sede Mirador	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, brazalete y pera malo, vidrio quebrado
108480	Tensiómetro	Welch Allyn	Shock Resistant	51110065953	S-885	MIRADOR	Consulta Externa consultorio 5 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio, requiere repuesto, cambio de pera
108424	Tensiómetro	Welch Allyn	Tycos DS 44A	51109103312	S-778	MIRADOR	Consulta Externa, Consultorio 1 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108485	Tensiómetro	Welch Allyn	Serie 767 (Pared)	SN130426114026	B-3123	MIRADOR	Consulta Externa, Consultorio 4 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108439	Tensiómetro	Welch Allyn	Tycos DS 44A	SN051109171411	S-796	MIRADOR	Consulta Externa, Consultorio 5 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108440	Tensiómetro	Welch Allyn	DS44-09 (Pediátrico)	SN131204062724	S-798	MIRADOR	Consulta Externa, Consultorio 5 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108877	Tensiometro portatil	RIESTER	RI SCHOK PROF	220403257	B-3418	MIRADOR	Consulta Externa Enfermeria PYP - Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108472	Unidad Odontológica	Odontoequipos	FM Eléctrica	S13	B-3121	MIRADOR	Odontología, Unidad 1 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
108479	Unidad Odontológica	Odontoequipos	FM Eléctrica	S14	B-3124	MIRADOR	Odontologia, Unidad 2 Sede Mirador	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
107606	Fonendoscopio	Lord	HS-30J	120300289	S-970	PARIS	ENFERMERIA PYP PARIS	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, pruebas funcionales, equipo operativo.
107585	Glucómetro	Accu-Check	Performa	55303164978	S-4005	PARIS	Consulta Externa, Consultorio Enfermería- Sede Paris	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, pruebas funcionales, equipo con bateria mala, no Lee tirillas, se recomienda dar de baja.

105375	BASCULA DE PISO	DETECTO AMERICANO	SLIMPRO	DK00000130514789	B-1639	ROSALPI	CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 10 (ROSALPI)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
105382	BASCULA TALLIMETRO	DETECTO	2392	E05014-0173	B-1526	ROSALPI	CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 6 (ROSALPI)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
105385	BASCULA TALLIMETRO	DETECTO	2392	E05014-0171	B-1400	ROSALPI	CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 8 (ROSALPI)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
105396	BASCULA TALLIMETRO	DETECTO	2392	SNE05214-0117	B-2445	ROSALPI	CONSULTORIO 9 (ROSALPI)	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
105585	Equipo de órganos	Welch Allyn	97200-BIL (Portatil)	00732094184037	S-1068	ROSALPI	Urgencias , Sala de observación Sede Rosalpi	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, pruebas funcionales, equipo operativo.
105440	Regulador de Oxigeno	Air Imetan	CGA-540	121657	B-3161	ROSALPI	Hospitalización, Puesto Enfermería Sede Rosalpi	Se realiza inspección, mantenimiento y limpieza según el protocolo, equipo funcional y apto para el servicio
106703	AMALGAMADOR	SETELEC (ACTEON)	SOFTLY.8	27752	B-1882	SAN FELIX	ODONTOLOGIA SAN FELIX	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108895	AUTOCLAVE	AUTOMAT	2400	2400-0315	B-1892	SAN FELIX	ESTERILIZACION - (SAN FELIX)	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108893	BALANZA BEBE	DETECTO	BARRA OSCILANTE	BD10023249	B-1895	SAN FELIX	CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 1 SAN FELIX	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108891	BASCULA DE PISO	DETECTO AMERICANO	SLIMPRO	SO00000181216037	B-2916	SAN FELIX	CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 1 (SAN FELIX)	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108892	BASCULA DE PISO	SOEHNLE	STANDARD 610126118	N/R	B-1910	SAN FELIX	CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 1 (SAN FELIX)	Se realiza mantenimiento según protocolo, presenta deterioro por uso; pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108894	BALANZA BEBE	DETECTO	BARRA OSCILANTE	BD10023254	B-1909	SAN FELIX	CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 2 SAN FELIX	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108896	COMPRESOR	SCHULZ	MSVG	33H6028	B-1880	SAN FELIX	ODONTOLOGIA (SAN FELIX)	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108883	Ecotone	Biocare	FM-200	C118092286	B-45	SAN FELIX	Consulta Externa, Consultorio 1 Sede San Felix	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.

108884	Equipo de órganos	Welch Allyn	11470 - 240A	NO REGISTRA	NO REGISTRA	SAN FELIX	Consulta Externa, Consultorio 1 Sede San Felix	Se realiza mantenimiento según protocolo, presenta deterioro; pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108888	Fonendoscopio	Littmann	3M	N/R	S-613	SAN FELIX	Consulta Externa, Puesto de enfermería Sede San Felix	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108889	Fonendoscopio	Lord	HS-30J	N/R	S-612	SAN FELIX	Consulta Externa, Puesto de enfermería Sede San Felix	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108885	Infantómetro	SECA	417	10000000738748	B-3393	SAN FELIX	Consulta Externa, Consultorio 1 Sede San Felix	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108886	Lámpara cuello de cisne	Levinton	N/R	N/R	B-1907	SAN FELIX	Consulta Externa, Consultorio 1 Sede San Felix	Se realiza mantenimiento según protocolo, presenta deterioro por uso; pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108898	Lámpara de fotocurado	Kerr	Demi plus	760054377	B-40	SAN FELIX	Odontología, Odontología Sede San Felix	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108900	Pieza de alta	NSK	Pana Air	06172542	S-595	SAN FELIX	Odontología, Odontología Sede San Felix	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108901	Cabezote	Dental-Ray	Elite 70	1093-110V	B-1885	SAN FELIX	Odontología, Odontología Sede San Felix	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108902	RX Odontológico	Dental X-Ray	Elity 70 E	70EI-0155	B-1885	SAN FELIX	Odontología, Odontología Sede San Felix	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108903	Scaler	Astro Scaler	B5	1293	B-1883	SAN FELIX	Odontología, Odontología Sede San Felix	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108890	Tensiómetro	Welch Allyn	TYCOS	SN140801230158	B-1520	SAN FELIX	Consulta Externa, Sede San Felix	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108887	Tensiómetro	Welch Allyn	Tycos DS 44A	80311182853	S-617	SAN FELIX	Consulta Externa, Enfermería Sede San Felix	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108904	Unidad odontológica	Medencol	Hidráulica	N/R	B-867	SAN FELIX	Odontología, Unidad 1 Sede San Felix	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
108882	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	11470-240A	NO REGISTRA	S-616	SAN FELIX	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 1 SAN FELIX	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.

106841	BALANZA ANALOGA	HEALT O METER	381KG	708-598-9100 000-323-8363	B-561	ZAMORA	ALMACEN ZAMORA	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, pruebas funcionales, equipo operativo.
106847	BALANZA PEDIATRICA DIGITAL	DETECTO	8440	N/R	B-553	ZAMORA	ALMACEN ZAMORA	Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, pruebas funcionales, equipo operativo.
106730	Equipo de órganos	Welch Allyn	Pocket Junior	Ref:95001	S-23	ZAMORA	EXTRAMURAL Sede Zamora	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
106859	Equipo de órganos	Welch Allyn	Pocket Junior	Ref:95001	S-22	ZAMORA	Extramural Sede Zamora	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
106860	Fonendoscopio	Lord	HS-30J	120300280	S-1084	ZAMORA	Extramural Sede Zamora	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
106861	Fonendoscopio	Welch Allyn	5079-145 Pediátrico	LOT:0404	S-1087	ZAMORA	Extramural Sede Zamora	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
106863	Fonendoscopio	Lord	HS-30J	120300271	S-1083	ZAMORA	Extramural Sede Zamora	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
106864	Tensiometro	Welch Allyn	DS45-11	12320110812	S-4009	ZAMORA	Extramural Sede Zamora	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
106865	Tensiómetro	Welch Allyn	Tycos DS 44A	SN120703102944	S-4008	ZAMORA	Extramural Sede Zamora	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.
109359	BASCULA DE PISO	GMD	GMD-BD-1522	2017112700296	NO REGISTRA	ZAMORA	EXTRAMURAL ZAMORA	Se realiza mantenimiento según protocolo, requiere cambio de batería CR2032. Pruebas de funcionamiento equipo operativo.
109360	ECOTONE	HUNTLEIGH	FD1	FD1PX35201521	NO REGISTRA	ZAMORA	EXTRAMURAL ZAMORA	Se realiza mantenimiento según protocolo, pruebas de funcionamiento equipo operativo.

REPORTE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS MES MAYO DE 2024

N. REPORTE	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	SEDE	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
108871	COMPRESOR	THOMAS	2660CE36	080600007998	B-2255	FONTÍDUEÑO	ODONTOLOGIA (FONTIDUEÑO)	SE REALIZA AJUSTE DE VÁLVULA DE PRESURIZACIÓN, EQUIPO FUNCIONAL Y APTO PARA EL SERVICIO
108870	Unidad Odontológica	Odontoequipos	FM Eléctrica	511	B-3086	FONTIDUEÑO	Odontologia, Odontologia Sede Fontidueño	SE REALIZA AJUSTE Y ENCAJE DE VÁLVULA CONTROLADORA DE PRESIÓN DE LA UNIDAD, EQUIPO FUNCIONAL Y APTO PARA EL SERVICIO

108905	AUTOCLAVE	AUTOMAT	3400	3400-0036	B-2485	MARUCHENGA	ODONTOLOGIA (MARUCHENGA)	SE REALIZA INSPECCIÓN YA QUE EL EQUIPO SE ESTABA APAGANDO EN MEDIO DEL CICLO, SE HACE AJUSTE A SISTEMA ELÉCTRICO Y SE CAMBIÓ SWICH POR UNO DE UNA CAPACIDAD MAYOR, SE REALIZA CICLO DE PRUEBAS EL CUAL
109350	Unidad Odontológica	Tedencol/Grandent	Eléctrica	T5024	B-2873	ROSALPI	Odontología, Unidad 7 Sede Rosalpi	SE REALIZA REVISIÓN Y AJUSTE A CUELLO DE LÁMPARA DE UNIDAD EL CUAL ESTABA SUELTO, SE HACEN PRUEBAS Y SE DEJA OPERATIVO.
109352	Electrocardiógrafo	Edan	SE3	309025-M14101790059	B-1415	ROSALPI	Hospitalización, Habitación 8 Sede Rosalpi	SE HACE VERIFICACIÓN YA QUE ESTABA PRESENTANDO INTERFERENCIA, SE HACE LIMPIEZA DE PINZAS, CHUPAS Y SE VERIFICA SU ESTADO, SE REALIZA AJUSTE DE CONFIGURACIÓN DÓNDE SE CAMBIA EL TAMAÑO DE LA
109362	LLAMADO DE ENFERMERIA	WIRELESSCALLING	DIGITAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ROSALPI	URGENCIAS ROSALPI	SE REPORTA QUE NO FUNCIONA, SE VERIFICA Y EL VOLTAJE DE ENTRADA ES DEMASIADO BAJO, SE AUMENTA A 9 VOLTIOS Y QUEDA OPERATIVO.
109331	Unidad Odontológica	Tedencol/Grandent	Eléctrica	T5025	B-2865	ZAMORA	Odontología, Unidad 1 Sede Zamora	SE REALIZA INSPECCIÓN YA QUE PRESENTABA PROBLEMAS EN PASO DE AGUA, SE AJUSTA EMPAQUE DE LA PIEZA, SE LIMPIAN VÍAS Y ACOPLE BORNER; SE REALIZAN PRUEBAS Y SE DEJA OPERATIVO.
109330	Unidad Odontológica	Tedencol/Grandent	Eléctrica	T5027	B-2866	ZAMORA	Odontología, Unidad 2 Sede Zamora	SE REALIZA INSPECCIÓN YA QUE PRESENTABA PROBLEMAS EN PASO DE AGUA, SE LIMPIAN VÍAS Y ACOPLE BORNER; SE REALIZAN PRUEBAS Y SE DEJA OPERATIVO.
109351	Unidad Odontológica	Trophy	Portátil	N.T.	B-21	ZAMORA	Ingeniería, Biomédica Sede Zamora	SE HACE INSPECCIÓN YA QUE INDICAN QUE LA JERINGA TRIPLE NO CUENTA CON PUNTA, SE REVISA ESTADO DE LA JERINGA Y SE ENCUENTRA LA PUNTA DENTRO DE LA UNIDAD, AL LADO DEL COMPRESOR; SE INSTALA PUNTA Y SE HACEN
109361	Unidad Odontológica	Tedencol/Grandent	Eléctrica	T5027	B-2866	ZAMORA	Odontología, Unidad 2 Sede Zamora	SE REALIZA DESRME DEL EQUIPO PARA VERIFICAR POSIBLE DAÑO ENCONTRANDO PROBLEMAS EN LAS VALVULAR ESTRANGULADORAS, SE ENCUENTRA MECANICO EN SU SISTEMA MECANICO, SE REALIZA LUBRICACIÓN Y AJUSTE Y EL
109400	Unidad Odontológica	Tedencol/Grandent	Eléctrica	T5027	B-2866	ZAMORA	Odontología, Unidad 2 Sede Zamora	SE REPORTA QUE NO SALE EL AGUA DE LAS PIEZAS DE MANO, SE VERIFICA Y TIENE LA VÁLVULA MALA, SE REALIZA CAMBIO DE ESTÁ POR UNA NUEVA, PRUEBAS FUNCIONALES, EQUIPO OPERATIVO.
109401	Unidad Odontológica	Tedencol/Grandent	Eléctrica	T5025	B-2865	ZAMORA	Odontología, Unidad 1 Sede Zamora	SE REPORTA QUE NO SALE EL AGUA DE LAS PIEZAS DE MANO, SE VERIFICA Y TIENE LA VÁLVULA MALA, SE REALIZA CAMBIO DE ESTÁ POR UNA NUEVA, PRUEBAS FUNCIONALES, EQUIPO OPERATIVO.

EQUIPOS QUE SE RECOMIENDAN DAR DE BAJA MES MAYO DE 2024

N. REPORTE	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	SEDE	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
EN ESTE MES NO HUBO RECOMENDACIONES DE BAJAS								

COPIA CONTROLADA

N° DE COTIZACIÓN: 1789-2024



Medellín, 20 de Mayo de 2024

Señores:
E.S.E BELLOSALUD
BELLO -ANTIOQUIA

Cordial saludo,
A continuación encontrará nuestra propuesta económica, la cual confiamos será la mejor opción. De antemano agradecemos la oportunidad que nos brindan de ofrecer nuestros productos y servicios a su institución.

PROPUESTA

PRODUCTO	MARCA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	REPORTE	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Bateria 	GENERICO	Bateria 2032 tipo moneda 3v usada en basculas	Unidad	LLAMADO DE ENFERMERIA ROSALPI	$4.500,00	44	$198.000,00
CLAVIJA 	GENERICO	CLAVIJA	Unidad	COMPRESOR PLAYA RICA B-1750	$32.775,00	1	$32.775,00
BOMBILLO 150W . 24V 	OSRAM	150W . 24V	UNIDAD	OPTOTIPOSCOPIO ROSALPI B-2213	$37.410,00	1	$37.410,00
Pedal 	GENERICO	Pedal para unidad odontología cuatro servicio	Unidad	UNIDAD ODONTOLOGICA ROSALPI B-2871	$113.100,00	1	$113.100,00

PRODUCTO	MARCA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	REPORTE	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Switch 	GENERICO	de dos posiciones	N/A	AUTOCLAVE MARUCHENGA B-2485	$10.800,00	2	$21.600,00
valvula Estranguladora 	N/A	Valvula estranguladora	N/A	UNIDAD ODONTOLOGICA ZAMORA B-2866	$53.250,00	2	$106.500,00
BRAZALETE FLEXIPORT 	WELCHALLYN	BRAZALETE FLEXIPORT PARA ADULTO	NO REGISTRA	TENSIOMETROS MIRADOR S-851 Y MARUCHENGA B-2473	$222.300,00	2	$444.600,00
BRAZALETE 2 VIAS 	GENERICO	BRAZALETE TENSIOMENTRO 2 VIAS	NO REGISTRA	TENSIOMETRO ROSALPI B-1532	$63.240,00	1	$63.240,00
PERA 	GENERICO	Pera en goma con valvula para tensiometros	Unidad	TENSIOMETRO ROSALPI B-1532, ZAMORA B-554 Y MIRADOR S-778	$31.020,00	3	$93.060,00
PERA 	WELCH ALLYN	Pera ergonomica en goma con valvula ref:5088-01 para tensiometros WELCH ALLYN	Unidad	TENSIOMETRO MARUCHENGA B-2473	$191.700,00	1	$191.700,00
Bombillo 3100 	WELCH ALLYN	Bombillo para otoscopio ref: 20000,20200,20202,21700 WELCH ALLYN	Unidad	EQUIPO DE ORGANOS ZAMORA B-394	$201.405,00	1	$201.405,00
Transductor 	Edan	Doppler	N/A	ECOTONE MIRADOR B - 2652 Y PARIS B - 3125	$430.905,00	2	$861.810,00

SUBTOTAL	$2.365.200,00
IVA	$449.388,00
TOTAL	$2.814.588,00
TRANSPORTE	$0,00

NOTA: EL DESPLAZAMIENTO DEL BIOMÉDICO PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS REPUESTOS SERA ASUMIDO POR EL CLIENTE CON UN VALOR $0,00 PESOS

CONDICIONES COMERCIALES

MODALIDAD DE PAGO:	100% anticipado
MONEDA DE LA OFERTA:	No aplica
GARANTÍA:	1 año por defectos de fábrica. no ampara material de consumo como cables, sensores, transductores, descartables, circuitos de paciente etc.
TRANSPORTE E INSTALACIÓN:	En el hospital
DOCUMENTACIÓN:	Documentación legal del equipo y la compañía
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 días
TIEMPO DE ENTREGA:	10 a 15 días después de la orden de compra
PAGOS:	Realice sus pagos a la cuenta de ahorros N° 55168276566 Bancolombia a nombre de MUNDOMEDICOS SAS

Isabel Cristina Rendon Bravo

Gerente

3053922552

Mundomédicos equipos saludables

gerencia@mundomedicos.com.co

mundomedicos.com.co

Equipos Saludables Mundo médicos

MANTENIMIENTO, ASESORÍA, VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

INFORME DE ACTIVIDADES MAYO DE 2.024

Fecha: 23 de Mayo de 2024 OBJETO: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de biomédicos y de cadena de frío relacionados en el anexo del presente contrato y a garantizar la calidad del mismo, además de la entrega de las hojas de vida de los equipos relacionados.	ADICIÓN Y PRORROGA: 2 meses	CONTRATISTA: MUNDOMEDICOS S.A.S. Nit 901.025.855 - 7 DEPENDENCIA INTERESADA: Gerencia PERIODO: 24 de abril de 2.024 al 23 de mayo de 2.024

INFORME DE ACTIVIDADES

Durante el mes de mayo se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos anexos en resumido Excel y en PDF uno a uno.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: SEDE MIRADOR 53 EQUIPOS
SEDE SAN FELIX 21 EQUIPOS
SEDE PLAYA RICA 69 EQUIPOS

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS: SEDE ROSALPI 3 EQUIPOS
SEDE MARUCHENGA 1 EQUIPOS
SEDE FONTIDUEÑO 2 EQUIPOS
SEDE ZAMORA 6 EQUIPOS

23 de Mayo de 2.024

MUNDOMEDICOS S.A.S.
NIT 901.025.855-7

ANEXO 1
Se realizan los mantenimientos preventivos según la programación realizada, para el mes de Mayo de 2024 se llevaron a cabo las sedes de Mirador y Playa Rica. Los mantenimientos correctivos se hacen sin programación ya que estos los reportan a medida que se van presentando.

Anexo propuesta (cotización) presentada para el mantenimiento y posibles repuestos. (Ver adjuntos) para los meses de Mayo a Junio de 2024 (Adición del contrato inicial)
1756-2024 COTIZACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS BIOMEDICOS BELLO SALUD (2 MESES)
1758-2024 COTIZACION POSIBLES REPUESTOS CORRECTIVOS EQUIPOS BIOMEDICOS (2 MESES)

Anexo Cronograma año 2.024 (Ver adjunto)
CRONOGRAMA MANTENIMIENTO ESE BELLO SALUD EQUIPOS BIOMEDICOS 2.024 – OK

ANEXO 2
Ingresar al link anexo donde se evidencia cada mantenimiento preventivo con registro fotográfico, hallazgos del trabajo, chek-list de lo que se debe hacer según el protocolo de cada equipo, firma del biomédico y recibido del personal encargado. Al igual que los mantenimientos correctivos según reportes de la entidad por medio de las jefes de cada servicio a través del señor Isnardo.

https://wetransfer.com/downloads/ce7fbbe3b55db7ad8595fe97eea6f54020240702201635/1febf0fc914c8eef7a45c6a736511ed920240702201653/6b4d20

Cabe anotar que adicional a este link que generamos mes a mes la entidad ESE BELLOSALUD posee en nuestra aplicación un usuario y una contraseña donde puede ver estos reportes de los mantenimientos preventivos uno a uno, mes a mes, por placas, por dependencia y evidenciar este link adjunto que se envía a solicitud de la entidad todo lo en este link es enviado está disponible en cualquier momento, estos están en la página así:

www.mundomedicosapp.com
USUARIO: BELLOSALUD
CLAVE: 800174995

ANEXO 3
Se realizan los mantenimientos preventivos según la programación realizada, para el mes de Mayo de 2024 se llevaron a cabo las sedes de Mirador y Playa Rica. Los mantenimientos correctivos se hacen sin programación ya que estos los reportan a medida que se van presentando.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS:

SEDE MIRADOR 53 EQUIPOS
SEDE SAN FELIX 21 EQUIPOS
SEDE PLAYA RICA 69 EQUIPOS

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS:
SEDE ROSALPI 3 EQUIPOS
SEDE MARUCHENGA 1 EQUIPOS
SEDE FONTIDUEÑO 2 EQUIPOS
SEDE ZAMORA 6 EQUIPOS

ANEXO 4 SUBCARPETA 1
Ingresar al link anexo donde se evidencian los protocolos de mantenimiento de cada uno de los equipos.

https://wetransfer.com/downloads/e9d7dc8e71e678d16be5a6e02a6f6a2b20240702213017/a9ac351132a408cd068a7b87f0c542b320240702213036/f5abcf

Cabe anotar que adicional a este link que generamos mes a mes la entidad ESE BELLOSALUD posee en nuestra aplicación un usuario y una contraseña donde puede ver los protocolos de mantenimiento de cada equipo igual que en este link adjunto que se envía a solicitud de la entidad todo lo en este link es enviado está disponible en cualquier momento, estos están en la página así:

www.mundomedicosapp.com
USUARIO: BELLOSALUD
CLAVE: 800174995

ANEXO 4 SUBCARPETA 2
Lo hemos realizado a solicitud de ESE BELLOSALUD pero para el mes de Mayo no aplica ya que no solicitaron dicho apoyo en habilitación de algún servicio.

ANEXO 4 SUBCARPETA 3
Durante el contrato no se han presentado procedimientos de eventos adversos concernientes a los dispositivos médicos.

ANEXO 4 SUBCARPETA 4
Lo hemos realizado a solicitud de ESE BELLOSALUD pero para el mes de Mayo no aplica ya que no solicitaron dicha participación en ninguna auditoría interna.

ANEXO 5
Las fichas técnicas u hojas de vida de cada equipo se encuentra en la APP y se realizan una sola vez al inicio del contrato con modificaciones previas aprobadas por BELLOSALUD, como cambios de placas, ubicación y demás.

USUARIO: BELLOSALUD
CLAVE: 800174995

Adjunto un ejemplo de una:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	Nº REPORTE	RESPONSABLE
2023-05-02	Mundo Médicos S.A.S	revisión de carcasa, cuchillas puesta cero, limpieza general	PREVENTIVA	97410	SEBASTIAN MARIN VILLADA
2023-09-01	Mundo Médicos S.A.S	Se hace inspección según el protocolo y prueba funcional	PREVENTIVA	101357	SEBASTIAN MARIN VILLADA
2024-05-02	Mundo Médicos S.A.S	SE REALIZA DESARME DEL EQUIPO, LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	PREVENTIVA	108530	GABRIEL ANTONIO GUERRERO SILVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRECTIVAS

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	Nº REPORTE	RESPONSABLE

No hay datos

ANEXO 6
Ofrecemos según la propuesta 2 capacitaciones al año (una cada semestre) la del primer semestre fue realizada en Marzo de 2024 pero para el mes de Mayo no se concertó ninguna capacitación, si se solicitan más capacitaciones durante el contrato y se reúne el personal por medio de sus coordinadores nos informan fecha y hora y de manera concertada podemos realizar más de dichas capacitaciones.

Anexo asistencia de capacitación
NO APLICA

ANEXO 7
Lo hemos realizado a solicitud de ESE BELLOSALUD pero para el mes de Mayo no aplica ya que no solicitaron dicho apoyo en planes de mejoramiento.

ANEXO 8
No aplica ya que no se ha modificado la propuesta según lo pactado inicialmente.

ANEXO 9
Para el mes de Mayo de 2024 se realizaron atenciones a los correctivos reportados así:

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS:
SEDE ROSALPI 3 EQUIPOS
SEDE MARUCHENGA 1 EQUIPOS
SEDE FONTIDUEÑO 2 EQUIPOS
SEDE ZAMORA 6 EQUIPOS

https://wetransfer.com/downloads/e9d7dc8e71e678d16be5a6e02a6f6a2b20240702213017/a9ac351132a408cd068a7b87f0c542b320240702213036/f5abcf

Cabe anotar que adicional a este link que generamos mes a mes la entidad ESE BELLOSALUD posee en nuestra aplicación un usuario y una contraseña donde puede ver estos reportes de los mantenimientos correctivos uno a uno, mes a mes, por placas, por dependencia y evidenciar este link adjunto que se envía a solicitud de la entidad todo lo en este link es enviado está disponible en cualquier momento, estos están en la página así:

www.mundomedicosapp.com
USUARIO: BELLOSALUD
CLAVE: 800174995

ANEXO 10
Se envían hojas de vida del personal que realiza los mantenimientos con sus anexos como experiencia, diplomas, tarjetas COPNIA y registros INVIMA.

Anexos hojas de vida
HOJA DE VIDA SEBASTIAN MARIN CON COPNIA INCLUIDA
INVIMA SEBASTIAN MARIN

HOJA DE VIDA ESTEBAN NOREÑA
COPNIA ESTEBAN NOREÑA
INVIMA ESTEBAN NOREÑA

HOJA DE VIDA GABRIEL ANTONIO GUERRERO
COPNIA GABRIEL ANTONIO GUERRERO
INVIMA GABRIEL ANTONIO GUERRERO


ANEXO 11
No aplica ya que no hemos sostenido ninguna reunión sobre alguna observación o sugerencias sobre el servicio.

ANEXO 12
Para el proceso sistematizado del mantenimiento de los equipos tenemos la APP que hemos mencionado anteriormente en varios puntos, la cual anexo al igual que su manual:

www.mundomedicosapp.com
USUARIO: BELLOSALUD
CLAVE: 800174995

Anexo manual APP
PRESENTACION APP MUNDOMEDICOS

ANEXO 13
Se envían fotos de algunas de las herramientas utilizadas para realizar las obligaciones del contrato.







ANEXO 14
Se informe resumido con hallazgos de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados en el mes de Mayo de 2024.

Anexo informes
Informe Preventivos E.S.E BELLOSALUD MAYO
Informe Correctivos E.S.E BELLOSALUD MAYO

ANEXO 15
Se envía los soportes y paz y salvo seguridad social.

Anexo informes

AUTOLIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL (MAYO)
CARTA DE PARAFISCALES MUNDOMEDICOS (MAYO)
COMPROBANTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL (MAYO)


ANEXO 16
Se envía la factura del mes de Mayo número 2119 la cual incluye el cobro de los repuestos de los correctivos realizados.

Anexo factura y cotización
FRA 2119 BELLOSALUD
COTIZACION REPUESTOS BELLOSALUD MAYO

LOGROS Y RESULTADOS PRINCIPALES
Cumplimientos en el cronograma y buenos comentarios de los funcionarios de la ESE BELLOSALUD, recuperación de equipos que habían pasado para dar de baja y reparaciones de equipos para alargar su vida útil.

ASPECTOS POR MEJORAR

CONCLUSIONES

Nombre	ISABEL CRISTINA RENDON BRAVO
Firma	
Cédula	43.759.114
Número de contacto	3004686716
Email	gerencia@mundomedicos.com.co