EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN DE ABREVIADA N° SA-058-2024-HOMIL

1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

1

1.OFERENTE: ALLENKO

LOTE 2 LENTE CISTOSCOPIA UROLOGIA						
CÓDIGO UNSPSC	**ITEM**	**EQUIPO**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**CANT. REQUERIDA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
42294200	**1**	**OPTICA DE VISION**	**OPTICA DE VISION PARA CISTOSCOPIA DE 30 GRADOS LONGITUD 30 CMS DE 4.0 MM COMPATIBLE CON CISTOSCOPIOS GIMMY EXISTENTES EN LA ENTIDAD**	1	X	

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN TECNICA (REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES)

ÍTEM	REQUISITO TÉCNICO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Garantía mínima de 2 años que cubra todos los defectos de fabricación e implique cambio de las piezas o reposición emitida por la casa fabricante.	X	
2	Carta de compromiso autorizada por la casa fabricante para la realización de dos mantenimientos preventivos y correctivos por año. Durante el periodo de garantía de 2 años de los dispositivos adquiridos. Para cada uno de los ítems que componen los grupos. Entendiéndose por mantenimiento preventivo (afilado, ajuste, desmanchado, marcación y demás que apliquen). Para mantenimiento correctivo por términos de garantías.	X	
3	Carta de compromiso de apoyo post venta otorgado (jornadas de capacitación en el horario diurno) para el personal que lo requiera, incluyendo medios físicos y audiovisuales. Para cada uno de los grupos de los ítems ofertados.		
4	registros sanitarios invima por cada uno de los ítems ofertados (específicos por clasificación de instrumental) de todos los elementos solicitados en este pliego	X	
5	Catálogos originales de los ítems ofertados y con su respectiva traducción en español. Si el proponente resulta	X	

Powered by CamScanner

	seleccionado, deberá presentar la traducción oficial de los documentos presentados con su oferta. Entiéndase por traducción oficial aquella traducción que se entrega en papel, con la firma, sello y certificación de un traductor oficial habilitado en la base de datos del ministerio de relaciones exteriores. Una vez traducido el documento deberá apostillarse o legalizarse la firma del traductor oficial.		
6	Certificación emitida por el fabricante, donde conste la experiencia mínima de diez años como fabricante real en la producción del Instrumental y Contenedores presentados en la oferta	X	
7	Certificación de distribución en Colombia, avalado por la casa fabricante, como distribuidor autorizado del producto que se compatible con la marca requerida en las especificaciones técnicas.	X	
8	Certificado de suministro de repuestos, para cada uno de los ítems requeridos, este debe ser expedido por el fabricante garantizando el suministro de repuestos por un tiempo mínimo de diez (10) años calendario, a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien, o durante la vida útil del equipo si es inferior. Si el tiempo de vida útil de los equipos es inferior a diez (10) años, el fabricante debe certificar dicho tiempo.	X	
9	Certificación emitida por el fabricante real que avale el taller y/o área de servicio técnico propiedad del oferente donde se presten las garantías, mantenimientos preventivos y/o correctivos y servicio postventa al Instrumental	X	

Powered by CamScanner

ASIGNACIÓN PUNTAJE A LA EVALUACIÓN TÉCNICA POR CARACTERISTICAS TÉCNICAS ADICIONALES.

El oferente que ofrezca la ponderación técnica se le asignará puntaje de acuerdo a la periodicidad ofrecida así:

1. PUNTAJE	MARCACION DE LAS PIEZAS QUIRURGICAS CON TECNOLOGIA DATA MATRIX PARA CADA PIEZA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LA INSTITUCION.	**150 PUNTOS**
2. PUNTAJE	CARTA DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL FABRICANTE, DONDE SE EVIDENCIE LA CALIDAD DEL ACERO EUROPEO UTILIZADO PARA LA MANUFACTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO.	**150 PUNTAJE**
TOTAL PUNTAJE		**300 PUNTOS**

EVALUACION TECNICA: LA FIRMA ALLENKO CUMPLE TECNICAMENTE PARA EL LOTE 1. TIENE UNPA PONDERACION TENICA DE 300 PUNTOS

Paula Valderrama

EVALUADOR: PAULA ANDREA VALDERRAMA BAEZ

Powered by CamScanner

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN DE ABREVIADA N° SA-058-2024-HOMIL

2. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

2.OFERENTE: B.BRAUN

4

LOTE 1 MOTOR ELECTRICO TRAUMA DE ORTOPEDIA						
CODIGO USPC	ITEM	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT. REQUERIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
42294200	1	CARGADOR BATERIAS	CARGADOR CON CONEXIÓN ELECTRICA PARA 4 BATERIAS COMPATIBLES CON MOTOR FUNCIONAL CON BATERIA RECARGABLE, QUE CONSTE DE CUATRO COMPATIMENTOS DE CARGA INDEPENDIENTES CADA COMPARTIMENTO CON SU CUADRO INDICADOR EN EL FRONTAL DISEÑADO CON UN RANGO DE TENSION DE 100V A 120 V	1	X	
	2	PERFORADOR FRESADOR	PIEZA DE MANO, PERFORADOR FRESADOR ERGONOMICO FUNCIONAL CON BATERIAS RECARGABLES COMPATIBLE CON LOS ADAPTADORES SOLICITADOS EN LOS SIGUIENTES ITEMS.	1	X	
	3	MOTOR SIERRA OSCILANTE	PIEZA DE MANO, MOTOR SIERRA OSCILANTE ERGONOMICO FUNCIONAL CON BATERIAS RECARGABLES COMPATIBLES CON HOJAS DE SIERRA OSCILANTE TAMAÑOS VARIOS POTENCIA DE 250W, DIMENSIONES DE 221-225 MM DE LARGO X 177-180 MM DE ANCHO POR 55-60 MM DE ALTO Y/O 156 MM ALTO. 38 MM ANCHO, 171 MM DE LARGO, QUE INCLUYA 10 HOJAS PARA SIERRA OSCILANTE COMPATIBLES CON EL MOTOR SOLICITADO UN SOPORTE PARA LA CESTA DE ALMACENAMIENTO Y ESTERILIZACION DE LA PIEZA DE MANO DEL MOTOR Y LA SIERRA UN SOPORTE PARA LA CESTA DE ESTERILIZACION TRIPLE PARA LOS TRES ADAPTADORES CUATRO SOPORTES PARA LA CESTA DE ESTERILIZACION PARA LOS EMBUDOS Y TAPAS DEL MOTOR	1	X	

Powered by CamScanner

	4	BATERIA	BATERIA RECARGABLE CON CAPACIDAD DE CARGA DE 340 a 400 GRAMOS DE PESO VOLTAJE 9,6 V DE ALUMINIO Y PLASTICO NO ESTERILIZABLE	1		
	5	TAPA Y/o PORTECTOR PIEZA DE MANO	TAPA Y/O PROTECTOR PARA PIEZAS DE MANO AUTOAJUSTABLE, PARA SOSTENER LA BATERIA	1	X	
	6	FUNDA PARA MOTOR	FUNDA PARA TRANSPORTE Y PROTECCION PASO DE LA BATERIA NO ESTERIL O ESTERIL, PLASTICO O METALICO AL MOTOR, EN CASO DE NO SER ESTERIL DEBE GARANTIZAR QUE NO CAUSARÁ NINGUN TIPO DE CONTAMINACIÓN POR MANIPULACION EN EL PROCESO DE INSERCION DE LA BATERIA.	1	X	
	7	ADAPTADOR	ADAPTADOR BROCAS CON JACOB COMPATIBLE CON PIEZA DE MANO MOTOR	1	X	
	8	ADAPTADOR	ADAPATADOR AGUJAS KISCHNER PISTOLA AUTOAJUSTABLE QUE PERMITE EL AVANCE PROGRESIVO DE LOS CLAVOS	1	X	
	9	ADAPATADOR	ADAPTADOR UNIVERSAL BROCAS DE ANCLAJE RAPIDO COMPATIBLE CON PIEZA DE MANO MOTOR	1	X	
	10	CESTA PARA ESTERILIZACION	CESTA PARA ESTERILIZACION MEDIDAS DE 406-285 MM X 277-253 MM 191-106 MM	1	X	
	11	CUBETA CONTENEDOR	CUBETA PARA CONTENEDOR DIMENSION PROPORCIONAL A LA CESTA DE ESTERILIZACIÓN QUE SE INCLUYA EN EL MISMO	1	X	
	12	TAPA CUBETA CONTENEDOR	TAPA CUBETA CONTENEDOR TAPA METALICA O PLASTICA CON FILTRO REUTILIZABLE	1	X	

Powered by CamScanner

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN TECNICA (REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES)

ÍTEM	REQUISITO TÉCNICO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Garantía mínima de 2 años que cubra todos los defectos de fabricación e implique cambio de las piezas o reposición emitida por la casa fabricante.	X	
2	Carta de compromiso autorizada por la casa fabricante para la realización de dos mantenimientos preventivos y correctivos por año. Durante el periodo de garantía de 2 años de los dispositivos adquiridos. Para cada uno de los ítems que componen los grupos. Entendiéndose por mantenimiento preventivo (afilado, ajuste, desmanchado, marcación y demás que apliquen). Para mantenimiento correctivo por términos de garantías.	X	
3	Carta de compromiso de apoyo post venta otorgado (jornadas de capacitación en el horario diurno) para el personal que lo requiera, incluyendo medios físicos y audiovisuales. Para cada uno de los grupos de los ítems ofertados.	X	
4	registros sanitarios invima por cada uno de los ítems ofertados (específicos por clasificación de instrumental) de todos los elementos solicitados en este pliego	X	
5	Catálogos originales de los ítems ofertados y con su respectiva traducción en español. Si el proponente resulta seleccionado, deberá presentar la traducción oficial de los documentos presentados con su oferta. Entiéndase por traducción oficial aquella traducción que se entrega en papel, con la firma, sello y certificación de un traductor oficial habilitado en la base de datos del ministerio de relaciones exteriores. Una vez traducido el documento deberá apostillarse o legalizarse la firma del traductor oficial.	X	
6	Certificación emitida por el fabricante, donde conste la experiencia mínima de diez años como fabricante real en la producción del Instrumental y Contenedores presentados en la oferta	X	
7	Certificación de distribución en Colombia, avalado por la casa fabricante, como distribuidor autorizado del producto que se compatible con la marca requerida en las especificaciones técnicas.	X	
8	Certificado de suministro de repuestos, para cada uno de los ítems requeridos, este debe ser expedido por		X

Powered by CamScanner

	el fabricante garantizando el suministro de repuestos por un tiempo mínimo de diez (10) años calendario, a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien, o durante la vida útil del equipo si es inferior. Si el tiempo de vida útil de los equipos es inferior a diez (10) años, el fabricante debe certificar dicho tiempo.		
9	Certificación emitida por el fabricante real que avale el taller y/o área de servicio técnico propiedad del oferente donde se presten las garantías, mantenimientos preventivos y/o correctivos y servicio postventa al Instrumental		X

ASIGNACIÓN PUNTAJE A LA EVALUACIÓN TÉCNICA POR CARACTERISTICAS TÉCNICAS ADICIONALES.

El oferente que ofrezca la ponderación técnica se le asignará puntaje de acuerdo a la periodicidad ofrecida así:

1. PUNTAJE	MARCACION DE LAS PIEZAS QUIRURGICAS CON TECNOLOGIA DATA MATRIX PARA CADA PIEZA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LA INSTITUCION.	**NO**
2. PUNTAJE	CARTA DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL FABRICANTE, DONDE SE EVIDENCIE LA CALIDAD DEL ACERO EUROPEO UTILIZADO PARA LA MANUFACTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO.	**SI**
TOTAL PUNTAJE		

EVALUACION TECNICA

La firma B.BRAUN **NO CUMPLE TECNICAMENTE**, PARA EL LOTE 1, REQUIERE SUBSANAR EL ITEM 8 Y EL ITEM 9 DEL NUMERAL 8 REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES.

EN LA ASIGNACION PUNTAJE TECNICO NO APORTA LA CARTA DE MARCACION DE LAS PIEZAS QUIRURGICAS CON DATA MATRIX, SOLO APORTA LA CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE DE LA CALIDAD DEL ACERO EUROPEO.

HASTA NO SUBSANAR TECNICAMENTE LOS DOCUMENTOS SUBSANABLES NO SE OTORGAN LOS 150 PUNTOS DE PONDERACION TECNICA.

EVALUADOR SMSM MARTHA LGIA CASTAÑO

Powered by CamScanner

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN DE ABREVIADA N° SA-058-2024-HOMIL

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

OFERENTE: BIOART

LOTE 1 MOTOR ELECTRICO TRAUMA DE ORTOPEDIA						
CODIGO USPC	ITEM	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT. REQUERIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
42294200	1	CARGADOR BATERIAS	CARGADOR CON CONEXIÓN ELECTRICA PARA 4 BATERIAS COMPATIBLES CON MOTOR FUNCIONAL CON BATERIA RECARGABLE, QUE CONSTE DE CUATRO COMPATIMENTOS DE CARGA INDEPENDIENTES CADA COMPARTIMENTO CON SU CUADRO INDICADOR EN EL FRONTAL DISEÑADO CON UN RANGO DE TENSION DE 100V A 120 V	1	X	
	2	PERFORADOR FRESADOR	PIEZA DE MANO, PERFORADOR FRESADOR ERGONOMICO FUNCIONAL CON BATERIAS RECARGABLES COMPATIBLE CON LOS ADAPTADORES SOLICITADOS EN LOS SIGUIENTES ITEMS.	1	X	
	3	MOTOR SIERRA OSCILANTE	PIEZA DE MANO, MOTOR SIERRA OSCILANTE ERGONOMICO FUNCIONAL CON BATERIAS RECARGABLES COMPATIBLES CON HOJAS DE SIERRA OSCILANTE TAMAÑOS VARIOS POTENCIA DE 250W, DIMENSIONES DE 221-225 MM DE LARGO X 177-180 MM DE ANCHO POR 55-60 MM DE ALTO Y/O 156 MM ALTO. 38 MM ANCHO, 171 MM DE LARGO, QUE INCLUYA 10 HOJAS PARA SIERRA OSCILANTE COMPATIBLES CON EL MOTOR SOLICITADO UN SOPORTE PARA LA CESTA DE ALMACENAMIENTO Y ESTERILIZACION DE LA PIEZA DE MANO DEL MOTOR Y LA SIERRA UN SOPORTE PARA LA CESTA DE ESTERILIZACION TRIPLE PARA LOS TRES ADAPTADORES	1	X	

Powered by CamScanner

			CUATRO SOPORTES PARA LA CESTA DE ESTERILIZACION PARA LOS EMBUDOS Y TAPAS DEL MOTOR			
	4	BATERIA	BATERIA RECARGABLE CON CAPACIDAD DE CARGA DE 340 a 400 GRAMOS DE PESO VOLTAJE 9,6 V DE ALUMINIO Y PLASTICO NO ESTERILIZABLE	1		
	5	TAPA Y/o PORTECTOR PIEZA DE MANO	TAPA Y/O PROTECTOR PARA PIEZAS DE MANO AUTOAJUSTABLE, PARA SOSTENER LA BATERIA	1	X	
	6	FUNDA PARA MOTOR	FUNDA PARA TRANSPORTE Y PROTECCION PASO DE LA BATERIA NO ESTERIL O ESTERIL, PLASTICO O METALICO AL MOTOR, EN CASO DE NO SER ESTERIL DEBE GARANTIZAR QUE NO CAUSARÁ NINGUN TIPO DE CONTAMINACIÓN POR MANIPULACION EN EL PROCESO DE INSERCION DE LA BATERIA.	1	X	
	7	ADAPTADOR	ADAPTADOR BROCAS CON JACOB COMPATIBLE CON PIEZA DE MANO MOTOR	1	X	
	8	ADAPTADOR	ADAPATADOR AGUJAS KISCHNER PISTOLA AUTOAJUSTABLE QUE PERMITE EL AVANCE PROGRESIVO DE LOS CLAVOS	1	X	
	9	ADAPATADOR	ADAPTADOR UNIVERSAL BROCAS DE ANCLAJE RAPIDO COMPATIBLE CON PIEZA DE MANO MOTOR	1	X	
	10	CESTA PARA ESTERILIZACION	CESTA PARA ESTERILIZACION MEDIDAS DE 406-285 MM X 277-253 MM 191-106 MM	1	X	
	11	CUBETA CONTENEDOR	CUBETA PARA CONTENEDOR DIMENSION PROPORCIONAL A LA CESTA DE ESTERILIZACIÓN QUE SE INCLUYA EN EL MISMO	1	X	
	12	TAPA CUBETA CONTENEDOR	TAPA CUBETA CONTENEDOR TAPA METALICA O PLASTICA CON FILTRO REUTILIZABLE	1	X	

Powered by CamScanner

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN TECNICA (REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES)

ÍTEM	REQUISITO TÉCNICO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Garantía mínima de 2 años que cubra todos los defectos de fabricación e implique cambio de las piezas o reposición emitida por la casa fabricante.	X	
2	Carta de compromiso autorizada por la casa fabricante para la realización de dos mantenimientos preventivos y correctivos por año. Durante el periodo de garantía de 2 años de los dispositivos adquiridos. Para cada uno de los ítems que componen los grupos. Entendiéndose por mantenimiento preventivo (afilado, ajuste, desmanchado, marcación y demás que apliquen). Para mantenimiento correctivo por términos de garantías.	X	
3	Carta de compromiso de apoyo post venta otorgado (jornadas de capacitación en el horario diurno) para el personal que lo requiera, incluyendo medios físicos y audiovisuales. Para cada uno de los grupos de los ítems ofertados.	X	
4	registros sanitarios invima por cada uno de los ítems ofertados (específicos por clasificación de instrumental) de todos los elementos solicitados en este pliego	X	
5	Catálogos originales de los ítems ofertados y con su respectiva traducción en español. Si el proponente resulta seleccionado, deberá presentar la traducción oficial de los documentos presentados con su oferta. Entiéndase por traducción oficial aquella traducción que se entrega en papel, con la firma, sello y certificación de un traductor oficial habilitado en la base de datos del ministerio de relaciones exteriores. Una vez traducido el documento deberá apostillarse o legalizarse la firma del traductor oficial.	X	
6	Certificación emitida por el fabricante, donde conste la experiencia mínima de diez años como fabricante real en la producción del Instrumental y Contenedores presentados en la oferta	X	
7	Certificación de distribución en Colombia, avalado por la casa fabricante, como distribuidor autorizado del producto que se compatible con la marca requerida en las especificaciones técnicas.	X	

Powered by CamScanner

8	Certificado de suministro de repuestos, para cada uno de los ítems requeridos, este debe ser expedido por el fabricante garantizando el suministro de repuestos por un tiempo mínimo de diez (10) años calendario, a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien, o durante la vida útil del equipo si es inferior. Si el tiempo de vida útil de los equipos es inferior a diez (10) años, el fabricante debe certificar dicho tiempo.	X	
9	Certificación emitida por el fabricante real que avale el taller y/o área de servicio técnico propiedad del oferente donde se presten las garantías, mantenimientos preventivos y/o correctivos y servicio postventa al Instrumental	X	

ASIGNACIÓN PUNTAJE A LA EVALUACIÓN TÉCNICA POR CARACTERISTICAS TÉCNICAS ADICIONALES.

El oferente que ofrezca la ponderación técnica se le asignará puntaje de acuerdo a la periodicidad ofrecida así:

1. PUNTAJE	MARCACION DE LAS PIEZAS QUIRURGICAS CON TECNOLOGIA DATA MATRIX PARA CADA PIEZA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LA INSTITUCION.	**0**
2. PUNTAJE	CARTA DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL FABRICANTE, DONDE SE EVIDENCIE LA CALIDAD DEL ACERO EUROPEO UTILIZADO PARA LA MANUFACTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO.	**0**
TOTAL PUNTAJE		**0**

EVALUACION TECNICA : LA FIRMA BIOART **CUMPLE TECNICAMENTE** PARA EL LOTE 1, APORTA TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL NUMERAL 9 REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES.

NO APORTA NINGUNA DE LAS CARTAS DE PONDERACION TECNICA, NO GENERA PUNTAJE TECNICO

EVALUADOR SMSM MARTHA LIGIA CASTAÑO ARROYO

Powered by CamScanner

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN DE ABREVIADA N° SA-058-2024-HOMIL

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

4.OFERENTE: STRYKER

LOTE 1 MOTOR ELECTRICO TRAUMA DE ORTOPEDIA						
CODIGO USPC	ITEM	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT. REQUERIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
42294200	1	CARGADOR BATERIAS	CARGADOR CON CONEXIÓN ELECTRICA PARA 4 BATERIAS COMPATIBLES CON MOTOR FUNCIONAL CON BATERIA RECARGABLE, QUE CONSTE DE CUATRO COMPATIMENTOS DE CARGA INDEPENDIENTES CADA COMPARTIMENTO CON SU CUADRO INDICADOR EN EL FRONTAL DISEÑADO CON UN RANGO DE TENSION DE 100V A 120 V	1	X	
	2	PERFORADOR FRESADOR	PIEZA DE MANO, PERFORADOR FRESADOR ERGONOMICO FUNCIONAL CON BATERIAS RECARGABLES COMPATIBLE CON LOS ADAPTADORES SOLICITADOS EN LOS SIGUIENTES ITEMS.	1	X	
	3	MOTOR SIERRA OSCILANTE	PIEZA DE MANO, MOTOR SIERRA OSCILANTE ERGONOMICO FUNCIONAL CON BATERIAS RECARGABLES COMPATIBLES CON HOJAS DE SIERRA OSCILANTE TAMAÑOS VARIOS POTENCIA DE 250W, DIMENSIONES DE 221-225 MM DE LARGO X 177-180 MM DE ANCHO POR 55-60 MM DE ALTO Y/O 156 MM ALTO. 38 MM ANCHO, 171 MM DE LARGO, QUE INCLUYA 10 HOJAS PARA SIERRA OSCILANTE COMPATIBLES CON EL MOTOR SOLICITADO UN SOPORTE PARA LA CESTA DE ALMACENAMIENTO Y ESTERILIZACION DE LA PIEZA DE MANO DEL MOTOR Y LA SIERRA UN SOPORTE PARA LA CESTA DE ESTERILIZACION TRIPLE PARA LOS TRES ADAPTADORES CUATRO SOPORTES PARA LA CESTA DE ESTERILIZACION PARA LOS EMBUDOS Y TAPAS DEL MOTOR	1	X	
	4	BATERIA	BATERIA RECARGABLE CON CAPACIDAD DE CARGA DE 340 a 400 GRAMOS DE PESO VOLTAJE 9,6 V DE ALUMINIO Y PLASTICO NO ESTERILIZABLE	1	X	

Powered by CamScanner

	5	TAPA Y/o PORTECTOR PIEZA DE MANO	TAPA Y/O PROTECTOR PARA PIEZAS DE MANO AUTOAJUSTABLE, PARA SOSTENER LA BATERIA	1	X	
	6	FUNDA PARA MOTOR	FUNDA PARA TRANSPORTE Y PROTECCION PASO DE LA BATERIA NO ESTERIL O ESTERIL, PLASTICO O METALICO AL MOTOR, EN CASO DE NO SER ESTERIL DEBE GARANTIZAR QUE NO CAUSARÁ NINGUN TIPO DE CONTAMINACIÓN POR MANIPULACION EN EL PROCESO DE INSERCION DE LA BATERIA.	1	X	
	7	ADAPTADOR	ADAPTADOR BROCAS CON JACOB COMPATIBLE CON PIEZA DE MANO MOTOR	1	X	
	8	ADAPTADOR	ADAPATADOR AGUJAS KISCHNER PISTOLA AUTOAJUSTABLE QUE PERMITE EL AVANCE PROGRESIVO DE LOS CLAVOS	1	X	
	9	ADAPATADOR	ADAPTADOR UNIVERSAL BROCAS DE ANCLAJE RAPIDO COMPATIBLE CON PIEZA DE MANO MOTOR	1	X	
	10	CESTA PARA ESTERILIZACION	CESTA PARA ESTERILIZACION MEDIDAS DE 406-285 MM X 277-253 MM 191-106 MM	1	X	
	11	CUBETA CONTENEDOR	CUBETA PARA CONTENEDOR DIMENSION PROPORCIONAL A LA CESTA DE ESTERILIZACIÓN QUE SE INCLUYA EN EL MISMO	1	X	
	12	TAPA CUBETA CONTENEDOR	TAPA CUBETA CONTENEDOR TAPA METALICA O PLASTICA CON FILTRO REUTILIZABLE	1	X	

Powered by CamScanner

10. CRITERIOS DE SELECCIÓN TECNICA (REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES)

ÍTEM	REQUISITO TÉCNICO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Garantía mínima de 2 años que cubra todos los defectos de fabricación e implique cambio de las piezas o reposición emitida por la casa fabricante.	X	
2	Carta de compromiso autorizada por la casa fabricante para la realización de dos mantenimientos preventivos y correctivos por año. Durante el periodo de garantía de 2 años de los dispositivos adquiridos. Para cada uno de los ítems que componen los grupos. Entendiéndose por mantenimiento preventivo (afilado, ajuste, desmanchado, marcación y demás que apliquen). Para mantenimiento correctivo por términos de garantías.	X	
3	Carta de compromiso de apoyo post venta otorgado (jornadas de capacitación en el horario diurno) para el personal que lo requiera, incluyendo medios físicos y audiovisuales. Para cada uno de los grupos de los ítems ofertados.	X	
4	registros sanitarios invima por cada uno de los ítems ofertados (específicos por clasificación de instrumental) de todos los elementos solicitados en este pliego		X
5	Catálogos originales de los ítems ofertados y con su respectiva traducción en español. Si el proponente resulta seleccionado, deberá presentar la traducción oficial de los documentos presentados con su oferta. Entiéndase por traducción oficial aquella traducción que se entrega en papel, con la firma, sello y certificación de un traductor oficial habilitado en la base de datos del ministerio de relaciones exteriores. Una vez traducido el documento deberá apostillarse o legalizarse la firma del traductor oficial.	X	
6	Certificación emitida por el fabricante, donde conste la experiencia mínima de diez años como fabricante real en la producción del Instrumental y Contenedores presentados en la oferta		X
7	Certificación de distribución en Colombia, avalado por la casa fabricante, como distribuidor autorizado del producto que se compatible con la marca requerida en las especificaciones técnicas.	X	
8	Certificado de suministro de repuestos, para cada uno de los ítems requeridos, este debe ser expedido por el fabricante garantizando el suministro de repuestos por un tiempo mínimo de diez (10) años calendario, a partir		X

Powered by CamScanner

10. CRITERIOS DE SELECCIÓN TECNICA (REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES)

ÍTEM	REQUISITO TÉCNICO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Garantía mínima de 2 años que cubra todos los defectos de fabricación e implique cambio de las piezas o reposición emitida por la casa fabricante.	X	
2	Carta de compromiso autorizada por la casa fabricante para la realización de dos mantenimientos preventivos y correctivos por año. Durante el periodo de garantía de 2 años de los dispositivos adquiridos. Para cada uno de los ítems que componen los grupos. Entendiéndose por mantenimiento preventivo (afilado, ajuste, desmanchado, marcación y demás que apliquen). Para mantenimiento correctivo por términos de garantías.	X	
3	Carta de compromiso de apoyo post venta otorgado (jornadas de capacitación en el horario diurno) para el personal que lo requiera, incluyendo medios físicos y audiovisuales. Para cada uno de los grupos de los ítems ofertados.	X	
4	registros sanitarios invima por cada uno de los ítems ofertados (específicos por clasificación de instrumental) de todos los elementos solicitados en este pliego		X
5	Catálogos originales de los ítems ofertados y con su respectiva traducción en español. Si el proponente resulta seleccionado, deberá presentar la traducción oficial de los documentos presentados con su oferta. Entiéndase por traducción oficial aquella traducción que se entrega en papel, con la firma, sello y certificación de un traductor oficial habilitado en la base de datos del ministerio de relaciones exteriores. Una vez traducido el documento deberá apostillarse o legalizarse la firma del traductor oficial.	X	
6	Certificación emitida por el fabricante, donde conste la experiencia mínima de diez años como fabricante real en la producción del Instrumental y Contenedores presentados en la oferta		X
7	Certificación de distribución en Colombia, avalado por la casa fabricante, como distribuidor autorizado del producto que se compatible con la marca requerida en las especificaciones técnicas.	X	
8	Certificado de suministro de repuestos, para cada uno de los ítems requeridos, este debe ser expedido por el fabricante garantizando el suministro de repuestos por un tiempo mínimo de diez (10) años calendario, a partir		X

Powered by CamScanner

	de la fecha de recibo a satisfacción del bien, o durante la vida útil del equipo si es inferior. Si el tiempo de vida útil de los equipos es inferior a diez (10) años, el fabricante debe certificar dicho tiempo.		
9	Certificación emitida por el fabricante real que avale el taller y/o área de servicio técnico propiedad del oferente donde se presten las garantías, mantenimientos preventivos y/o correctivos y servicio postventa al Instrumental	X	

ASIGNACIÓN PUNTAJE A LA EVALUACIÓN TÉCNICA POR CARACTERISTICAS TÉCNICAS ADICIONALES.

El oferente que ofrezca la ponderación técnica se le asignará puntaje de acuerdo a la periodicidad ofrecida así:

1. PUNTAJE	MARCACION DE LAS PIEZAS QUIRURGICAS CON TECNOLOGIA DATA MATRIX PARA CADA PIEZA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LA INSTITUCION.	**NO**
2. PUNTAJE	CARTA DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL FABRICANTE, DONDE SE EVIDENCIE LA CALIDAD DEL ACERO EUROPEO UTILIZADO PARA LA MANUFACTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO.	**SI**
TOTAL PUNTAJE		

EVALUACION TECNICA LA FIRMA STRYKER NO CUMPLE TECNICAMENTE, REQUIERE SUBSANAR LOS DOCUMENTOS PARA LOS ITEMS 4, 6 Y 8 DE LOS REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES.

APORTA PARA PUNTAJE TECNICO CARTA DE CERTIFICACION CALIDAD DEL ACERO EUROPEO, NO APORTA CERTIFICACION PARA MARCACION DATA MATRIX.

NO SE OTORGA PUNTAJE HASTA QUE EL OFERENTE SUBSANE LOS DOCUEMENTOS SUBSANABLES

EVALUADOR

SMSM MARTHA LIGIA CASTAÑO

Powered by CamScanner