ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

✓ PAPEL TERMICO ALTA SENSIBILIDAD PARA AUTOCLAVES TUTTNAUER / CISA / ESTERILIZADORES.

PRESENTACION: ROLLO

MEDIDAS: 57mm X 25 mts

COLOR: BLANCO

TIPO DE SENSOR: MAGNETICO (Marca Negra) ☐

OPTICO (Perforación) ☐

NO UTILIZA ■

CARACTERISTICA TECNICAS			
Sensibilidad:		Alta	
Velocidad impresión:		Max. 12 inch / 300 mm por segundo	
Capa de protección:		Sin topcoat - (No protegido / Sin Recubrimiento)	
Estabilidad:		Resistencia normal a influencias ambientales	
Duración / Durabilidad De Imagen		7 años *	
CARACTERISTICAS FISICAS	**VALOR**	**UNIDAD**	**METODO**
Gramaje	55 ± 4	g/m²	ISO536
Calibre	55 ± 5	micrón	ISO534
Lisura (Becq.)	> 350	sec	ISO5627
Blancura (R 457)	> 87	%	ISO2469
Carga de rotura longitudinal (md)	> 47	N/15mm	ISO1924/1
Carga de rotura transversal (cd)	> 11	N/15mm	ISO1924/1
Opacidad	> 86	%	ISO2471
RESISTENCIA A INFLUENCIAS AMBIENTALES		**ESTABILIDAD**	
CLASE DE RESITENCIA	**CONDICIONES**	**IMAGEN**	**CONTRASTE**
Calor	60°C/24h.	> 80%	> 75%
Humedad	40°C/90% r.h. /24h.	> 85%	> 85%
Luz incl. UV	10.000 kJ/m²	> 90%	> 85%
COMPOSICION DEL PAPEL Y CAPA TERMICA		**PORCENTAJE %**	
FORMADOR DE COLOR		0.5	
DESAROLLADOR		1.5	
SENSIBILIZADOR / CERAS		2	
PIGMENTOS INORGANICOS		15	
PIGMENTOS ORGANICOS		5	
PULPA		75	
FECULA		1	
PULPA / CELUSOSA		70% FIBRAS CORTAS 30% FIBRAS LARGAS	

TAPPI T 413Ash in Wood, Pulp, PAPER and paperboard: Combustion at 900 °C, / - ISO 2144 Paper, board and Pulps. Determination of Residue (ASH) on Ignition at 900°C, / ISO 1762 Paper, Board and Pulps. Determination of Residue (ASH) on Ignition at 525 °C, / ASTM 1102 Standard Test Method for Ash in Wood.

Carrera 58 # 5C – 35 - Bogotá Colombia – Sur América
Tels. 57-1-4763777 / 321-3715940 / Email: comercial@painmedsas.com
www.painmedsas.com

CERTIFICACIÓN No. 2012008022

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS DEL INVIMA CERTIFICA

Que hasta la fecha y de conformidad con nuestra Legislación Sanitaria vigente, el producto: PAPEL PARA REGISTRO DE LOS EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO. MARCA: PAPELES MEDICOS PAINMED- PARA TODA MARCA Y REFERENCIA DE EQUIPO MEDICO.

Esta contemplado entre los productos que NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia

INTERESADO: PAINMED S. A. S.
SOLICITANTE: CONSTANZA GOELKEL A.
RADICACIÓN: **2012045174**
FECHA RADICACIÓN: 23/04/2012

OBSERVACIONES: USOS: IMPRIMIR PARA EL ARCHIVO DE UNA HISTORIA CLÍNICA, LOS RESULTADOS TOMADOS POR: ELECTROCARDIOGRAMAS- MONITORES FETALES- DOOPLERS- ECÓGRAFOS- DESFIBRILADORES- ENCEFALOGRAMAS- ANÁLISIS GASES- ESTERILIZADORES- ENTRE OTROS.

Tendrá CINCO (5) días hábiles para solicitar corrección a este documento.

Se expide en Bogotá D. C. , el 27 de Abril de 2012 .

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO
SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS

x

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1