PAPEL TÉRMICO ALTA SENSIBILIDAD PARA

MON. FETAL - EDAN F3 / F6 / F9

PRESENTACION: Z / FOLD / RESMA

MEDIDAS: 152 mm X 90 mm x 150 Hojas

COLOR: ROJO

TIPO DE SENSOR: MAGNÉTICO (Marca Negra) ☐

ÓPTICO (Perforación) ☐

NO UTILIZA ■

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

✓ Sensibilidad: Super Alta.
✓ Capa de protección: Sin topcoat - (No protegido / Sin Recubrimiento) .
✓ Duración / Durabilidad De Imagen: 7 años *.
✓ Velocidad impresión: Max. 12 inch / 300 mm por segundo.
✓ Estabilidad: Resistencia normal a influencias ambientales.

CARACTERÍSTICAS FISICAS	VALOR	UNIDAD	MÉTODO
Gramaje	55 ± 4	g/m²	ISO536
Calibre	55 ± 5	micrón	ISO534
Lisura (Becq.)	> 350	sec	ISO5627
Blancura (R 457)	> 87	%	ISO2469
Carga de rotura longitudinal (md)	> 47	N/15mm	ISO1924/1
Carga de rotura transversal (cd)	> 11	N/15mm	ISO1924/1
Opacidad	> 86	%	ISO2471

RESISTENCIA A INFLUENCIAS AMBIENTALES		ESTABILIDAD	
CLASE DE RESISTENCIA	**CONDICIONES**	**IMAGEN**	**CONTRASTE**
Calor	60°C/24h.	> 80%	> 75%
Humedad	40°C/90% r.h. /24h.	> 85%	> 85%
Luz incl. UV	10.000 kJ/m²	> 90%	> 85%

COMPOSICIÓN DEL PAPEL Y CAPA TÉRMICA	PORCENTAJE %
FORMADOR DE COLOR	0.5
DESAROLLADOR	1.5
SENSIBILIZADOR / CERAS	2
PIGMENTOS INORGANICOS	15
PIGMENTOS ORGÁNICOS	5
PULPA	75
FECULA	1
PULPA / CELUSOSA	70% FIBRAS CORTAS 30% FIBRAS LARGAS


TAPPI T 413Ash in Wood, Pulp, PAPER and paperboard: Combustion at 900 °C, / - ISO 2144 Paper, board and Pulps. Determination of Residue (ASH) on Ignition at 900°C, / ISO 1762 Paper, Board and Pulps. Determination of Residue (ASH) on Ignition at 525 °C, / ASTM 1102 Standard Test Method for Ash in Wood.

Fijo
+57(1) – 476 3777
Móvil
(+57) 321 3715940 / (+57) 312 5724466
Correo
painmedsas@gmail.com
Dirección
Carrera 58 Nro 5C-35, Bogotá, Colombia.


PAPEL TÉRMICO ALTA SENSIBILIDAD PARA

MON. FETAL - EDAN F3 / F6 / F9

SENSIBILIDAD ESTÁTICA



SENSIBILIDAD DINÁMICA



Rev: 5SA (Se reservan modificaciones)

Fecha: 14/ abril/ 2003 ref: DF

- Tiempos de entrega: Entre 1 ó 5 días hábiles.
- Cantidades mínimas por referencia.
- Envíos a todo Sur América y América Central.
- Pedidos con su marca personalizada.

PAPEL MÉDICO DE CALIDAD

+ 18 años de EXPERIENCIA

MITSUBISHI PAPER MILLS LIMITED

Fijo
+57(1) – 476 3777

Móvil
(+57) 321 3715940 / (+57) 312 5724466

Correo
painmedsas@gmail.com

Dirección
Carrera 58 Nro 5C-35, Bogotá, Colombia.

CERTIFICACIÓN No. 2012008022

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS DEL INVIMA CERTIFICA

Que hasta la fecha y de conformidad con nuestra Legislación Sanitaria vigente, el producto: PAPEL PARA REGISTRO DE LOS EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO. MARCA: PAPELES MEDICOS PAINMED- PARA TODA MARCA Y REFERENCIA DE EQUIPO MEDICO.

Esta contemplado entre los productos que NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia

INTERESADO: PAINMED S. A. S.
SOLICITANTE: CONSTANZA GOELKEL A.
RADICACIÓN: **2012045174**
FECHA RADICACIÓN: 23/04/2012

OBSERVACIONES: USOS: IMPRIMIR PARA EL ARCHIVO DE UNA HISTORIA CLÍNICA, LOS RESULTADOS TOMADOS POR: ELECTROCARDIOGRAMAS- MONITORES FETALES- DOOPLERS- ECÓGRAFOS- DESFIBRILADORES- ENCEFALOGRAMAS- ANÁLISIS GASES- ESTERILIZADORES- ENTRE OTROS.

Tendrá CINCO (5) días hábiles para solicitar corrección a este documento.

Se expide en Bogotá D. C. , el 27 de Abril de 2012 .

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO
SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS

x

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700
Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1