MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
GRUPO DE CONTRANTOS

PN HOCEN SA 015 2024

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.

ADENDA No. 1

El Hospital Central de la Policía Nacional en aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, expide la presente adenda siendo esté el documento por medio del cual la Entidad Estatal puede modificar el pliego de condiciones del proceso PN HOCEN SA 015 2024, por tal motivo y de conformidad con las respuestas a las observaciones presentadas, la Entidad modifica los estudios previos para contratos del proceso, quedando así:

ESTUDIO PREVIO

I. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO.

4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

4.2.1 EVALUACIÓN FINANCIERA

El oferente deberá diligenciar el **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA** del estudio previo.

Verificación Capacidad Financiera y Organizacional (Cumple o No Cumple)

El oferente debe presentar los indicadores de capacidad financiera y organizacional contenidos en el Titulo1, Capitulo 1, Sección 1, Subsección 5, artículos 2.2.1.1.1.5.3 y PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. del artículo 2.2.1.1.1.5.6 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Articulo 2. del Decreto 1041 de 2022, en consecuencia, los indicadores que deben estar contenidos en el (RUP) registro único de proponentes corresponden a la vigencia fiscal 2023, así:

B. Indicadores de capacidad organizacional:

Rentabilidad del patrimonio: (Utilidad Operacional/Patrimonio) este indicador muestra la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el patrimonio. La rentabilidad del patrimonio para el presente proceso de contratación debe ser mayor o igual al **0,05**

Rentabilidad del activo: (Utilidad Operacional/Activo Total) este indicador mide los beneficios y utilidades generadas por los activos de la empresa. La rentabilidad del activo para el presente proceso de contratación debe ser mayor o igual al **0,04**

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	RENTABILIDAD DEL ACTIVO
>= 0,05	>= 0,04

ANEXOS Y FORMULARIOS

GRUPO No. 2 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA)				
ÍTEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA
3	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO PEDIATRICO	Elaborado en PVC PEDIATRICO: 140cm – 165 a 200cm de longitud Con filtro intercambiador de calor humedad y antibacteriano con un adaptador en "Y". Manguera corrugada Con balón	UNIDAD	

Scanned with CamScanner

		Que no se acode Libre de latex		

GRUPO No. 5 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SISTEMAS DE SUCCION				
ÍTEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA
2	SISTEMA CERRADO DE DRENAJE DE 400ML A 450ML	Sistema cerrado de drenaje, para heridas de 400 a 450 ml, Con trocar redondo de 12fr o 1/8", de 14fr o 3/16" y 18fr o 1/4" Con reservorio de 400 a 450 cc Con válvula anti retorno Dren redondo de 12 FR, 14 fr o 18fr en silicona	UNIDAD	

GRUPO No. 6 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES				
ÍTEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA
1	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON	Siliconizado, línea radiopaca continua, con balón inflable, libre de látex, Estéril, Números, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	UNIDAD	
2	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON	Siliconizado, línea radio paca continua, libre de látex, estéril Números 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0	UNIDAD	
3	TUBOS ENDOTRAQUEALES ANILLADO	Siliconizado, línea radio paca continua, Con balón inflable con espiral en acero inoxidable, libre de látex, estéril Números, 5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	UNIDAD	
4	TUBOS ENDOTRAQUEALES DOBLE LUZ DERECHO E IZQUIERDO	Siliconizado, línea radio paca continua, Con doble balón inflable libre de látex, estéril, Números 35, 37, 39	UNIDAD	
GRUPO No 7 SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS				
ÍTEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA
1	TRANSDUCTOR DEL EQUIPO BIOESPECTRAL (sensores BIS)	Sensor compatible con el monitor bis spacelabs modelo 90367 Desechable Empaque individual	UNIDAD	
2	COMPRESA DE LAPAROTOMÍA NO ESTÉRIL	Medida 45x45 cms con cuatro capas con costuras internas. Deben tener material radiopaco PVC grado medico impregnado en bario, 10 cm de longitud, con manija de sujeción. trama de 22 a 26 hilos y desde 18 a 24 hilos por pulgada cuadrada	UNIDAD	
3	MANTAS DE PRECALENTAMIENTO	Mantas de precalentamientos, acolchadas, capa interior de polipropileno, libre de látex, con aire forzado, adulto y pediátrica. Para adulto y niño. **Nota**: Se aclara que la manta solicitada corresponde a manta sobre paciente de cuerpo completo.	UNIDAD	

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
FORMULARIO PORCENTAJE DE IVA	

Bogotá D.C, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Ciudad.

Referencia: FORMULARIO PORCENTAJE DE IVA del proceso de Selección Abreviada con subasta Inversa, Número PN HOCEN SA 015 2024 cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.**
Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas naturales y/o personas jurídicas que represento o apodero que, la información a continuación relacionada es cierta, y puede ser verificada.

El oferente (futuro contratista) debe diligenciar el presente Formulario y establecer el porcentaje de IVA del Ítem ofertado, o indicar si están EXENTO O EXCLUIDO de IVA.

GRUPO No.1 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SISTEMA DE COMPRESION VASCULAR					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	%IVA	EXENTO	EXCLUIDO
1	MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL, L,M, S	UNIDAD	%		
2	MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA XL, L,M, S	UNIDAD	%		
3	FUNDAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA L , M Y S	UNIDAD	%		
4	FUNDAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA L , M Y S	UNIDAD	%		
GRUPO No. 2 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA)					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	%IVA	EXENTO	EXCLUIDO
1	CANULA DE MAYO	UNIDAD	%		
2	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	UNIDAD	%		

Scanned with CamScanner

3	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO PEDIATRICO	UNIDAD	____ %		
4	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO	UNIDAD	____ %		
5	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO RESONADOR	UNIDAD	____ %		
6	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA	UNIDAD	____ %		
7	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL	UNIDAD	____ %		

GRUPO No. 3 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ELECTROMEDICINA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	% IVA	EXENTO	EXCLUIDO
1	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO CON CABLE	UNIDAD	____ %		
2	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO SIN CABLE	UNIDAD	____ %		
3	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA PEDIATRICO CON CABLE	UNIDAD	____ %		
4	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA PEDIATRICO SIN CABLE	UNIDAD	____ %		
5	LAPIZ DE ELECTROBISTURI	UNIDAD	____ %		

GRUPO No. 4 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ADMINISTRACION DE ANESTESIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	%IVA	EXENTO	EXCLUIDO
1	AGUJA PARA ANESTESIA SUBARACNOIDEA	UNIDAD	____ %		
2	AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO	UNIDAD	____ %		
3	BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL ADULTO	UNIDAD	____ %		

GRUPO No. 5 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SISTEMAS DE SUCCION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	%IVA	EXENTO	EXCLUIDO
1	SISTEMA DE SUCCION DE 1300 ML A 3200 ML	UNIDAD	____ %		
2	SISTEMA CERRADO DE DRENAJE DE 400ML A 450ML	UNIDAD	____ %		

GRUPO No. 6 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	%IVA	EXENTO	EXCLUIDO
1	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON	UNIDAD	____ %		
2	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON	UNIDAD	____ %		
3	TUBOS ENDOTRAQUEALES ANILLADOS	UNIDAD	____ %		
4	TUBOS ENDOTRAQUEALES DOBLE LUZ DER Y IZQ	UNIDAD	____ %		

GRUPO No 7 SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	%IVA	EXENTO	EXCLUIDO
1	TRANSDUCTOR DEL EQUIPO BIOESPECTRAL (SENSORES DEL BIS (caja x 25 unidades) soporte tecnico 1 equipo monitor bis vista	UNIDAD	____ %		
2	COMPRESA DE LAPAROTOMIA NO ESTERIL	UNIDAD	____ %		
3	MANTA DE PRECALENTAMIENTO	UNIDAD	____ %		

Los demás términos que no son sujetos de modificación se mantienen.

Bogotá D.C. 30 AGO 2024

Atentamente

Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director Hospital Central Policía Nacional

Elaboró: IT. ROCIO AGUDELO CRUZ
HOCEN-GUCON

Revisó: PS-16 MARIA TERESA FUELPAZ BOBADILLA
HOCEN-GUCON

Revisó: MY GUILLERMO ENRIQUE USMA
HOCEN-ARLOG

Revisó: PS-24 MARIA VICTORIA BERMUDEZ ESPINOSA
HOCEN-ASJUR

Fecha de Elaboración: 29/08/2024
Ubicación: C:\Users\blanca.agudelo\Documents\BACKAUP\VIGENCIA 2024\SA 015 2024 INSUMOS CX GENERAL
Carrera 59 No.26-21
Teléfono: 5804401 ext 1037

INFORMACION PÚBLICA

Scanned with CamScanner