
MI MONITOR

Registro REFRIGERADOR 5 DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN Temperatura

Organización: SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S **Dispositivo:** REFRIGERADOR 5 DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN **Año:** 2024



(M) Mañana (T) Tarde

Fecha	01/06/2024		02/06/2024		03/06/2024		04/06/2024		05/06/2024		06/06/2024		07/06/2024		08/06/2024		09/06/2024		10/06/2024	
Temperatura	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
Máxima	5.2	4.6	4.1	5.1	5.1	4.2	4.4	5.3	4.7	5.7	4.2	4.4	9.1	6.5	3.9	4.2	4.7	4.9	4.6	4.2
Actual	4.4	4.1	4.1	4.5	4.3	4.2	4.3	5	4.3	5.2	3.9	3.6	4.1	4.6	3.9	3.7	4.4	4.6	4.1	4.1
Mínima	4.3	4	3.9	4.1	4.1	4.1	4.1	3.9	4.1	4.2	3.5	3.4	3.7	3.9	3.3	3.2	4.2	4.4	4.1	4.1

Fecha	11/06/2024		12/06/2024		13/06/2024		14/06/2024		15/06/2024		16/06/2024		17/06/2024		18/06/2024		19/06/2024		20/06/2024	
Temperatura	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
Máxima	4.6	6.8	4.9	7.6	5	5.4	5.6	4.6	4.3	4.4	4.5	4.1	3.9	3.9	6.1	5.9	6.6	6.7	3.7	4.8
Actual	4.3	4.4	4.4	6.7	4.5	4.2	3.9	4.4	4.1	4.1	4.3	3.9	3.9	3.6	4.6	4.6	4.1	4.1	3.7	4.1
Mínima	3.9	3.9	4.1	4.2	3.7	3.4	3.6	3.7	3.6	3.6	4	3.9	3.4	3.2	3.7	4.2	3.9	3.6	3.4	3.4

Fecha	21/06/2024		22/06/2024		23/06/2024		24/06/2024		25/06/2024		26/06/2024		27/06/2024		28/06/2024		29/06/2024		30/06/2024		01/07/2024	
Temperatura	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
Máxima	4.2	4.7	7.6	5.2	4	4.2	5.2	9.4	4	8.1	3.7	4.1	3.6	5.6	6.4	6.1	6.1	7.9	4.7	3.9	3.9	4.3
Actual	4.1	3.9	4.3	4.1	3.9	4.1	4.6	4.8	3.9	4.7	3.6	3.7	3.6	4.8	6.2	5.7	6	4.1	4.2	3.9	3.9	4.1
Mínima	3.4	3.4	4.1	3.9	3.8	3.9	4.1	3.9	3.3	3.4	3.1	3.1	3.1	3.1	5.4	5.6	5.4	4	3.9	3.8	3.8	3.9

MI MONITOR

SOLUCIONES INTELIGENTES, CON CALIDAD E INNOVACIÓN

netux

+57 (4) 448 0368
+57 317 641 50 29

Circular 3 # 73 - 34
Medellín - Colombia