TODO GAS s.a. "Su solución en Gases Medicinales"	REPORTE DE MANTENIMIENTO ALARMA DE GASES MEDICINALES	CÓDIGO	FMT-010
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	Página 1 de 1
	MANTENIMIENTO	FECHA	28-06-2017

Nº 0107

INSTITUCIÓN	Hospital militar 4º Brigada			FECHA		
SERVICIO	Salud Operacional	UBICACIÓN	Puesto de Enfermeria	02	11	2017
MARCA	Amico	MODELO	Alert-2	SERIE	N/A	CÓDIGO INSTITUCIÓN N/A

TIPO DE SERVICIO	PREVENTIVO	X	CORRECTIVO		OTRO		¿Cuál?

TIPO DE ALARMA:	ÁREA	X	MAESTRA		COMBINADA	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

ALARMA DE ÁREA

Tipo de Gas que monitorea	O2	VAC	Air M	Air I	N2O	CO2	N2	Otro
	X							

Verificar Funcionamiento de los Sensores

Presión Digital	58	VAC	Air M	Air I	N2O	CO2	N2	Otro
Presión Análoga	60	VAC	Air M	Air I	N2O	CO2	N2	Otro
Diferencia	02							

Revisar Pilotos de Alta y de Baja

Presión Limite de Alta	70	VAC	Air M	Air I	N2O	CO2	N2	Otro
Presión Limite de Baja	40	VAC	Air M	Air I	N2O	CO2	N2	Otro

ESTADO	B	M	NA
Verificar funcionamiento de todas las luces Led	X		
Realizar Prueba de TEST	X		
Probar Funcionamiento de silenciador de alarma	X		
Medir Voltaje y Amperaje de la Fuente	X		
Revisar Conectores de la fuente a tarjetas	X		
Realizar Limpieza a tarjetas electrónicas	X		
Realizar Limpieza General	X		

ALARMA MAESTRA

Tipo de Señal que monitorea

ESTADO	B	M	NA
Verificar funcionamiento de todas las Señales			
Verificar funcionamiento de todas las luces Led			
Realizar Prueba de TEST			
Probar Funcionamiento de silenciador de alarma			
Medir Voltaje y Amperaje de la Fuente			
Revisar Conectores de la fuente a tarjetas			
Realizar Limpieza a tarjetas electrónicas			
Realizar Limpieza General			

OBSERVACIONES

Alarma inactiva. EOI por contactos.

ESTADO DEL SERVICIO REALIZADO

CONCLUIDO	X	EN PROCESO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO		OTRO:

REPUESTOS REQUERIDOS

REALIZADO POR		RECIBIDO POR	
NOMBRE	Noum Esteban Ruiz Lopez.	NOMBRE	Diego Villa R.
FIRMA	Noum Esteban Ruiz Lopez.	FIRMA	
CARGO	Tecnologico Biomedico	CARGO	Biomédico T.P. 68738-027311 SLE