

**TODO GAS S.A.**

"Su solución en Gases Medicinales"

**REPORTE DE MANTENIMIENTO
CONTROL ZONAL DE GASES MEDICINALES****MANTENIMIENTO**

CÓDIGO	FMT-013
VERSIÓN	1
PÁGINA	Página 1 de 1
FECHA	28-06-2017

Nº 0461

INSTITUCIÓN	Hospital Militar Cuarta Brigada	SERVICIO	Cirujía 3º piso Q.1	FECHA	28 JUN 2017
MARCA	N/D	CANTIDAD DE GASES QUE CONTROL			
TIPO DE SERVICIO	PREVENTIVO ☒	CORRECTIVO ☐	OTRO ☐	¿Cuál?	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

Gases que Controla	☒ O ₂	☒ A ₁	☒ V ₂	☒ N ₂	CO ₂	N ₂	Otro
Diámetro de Válvulas	1/2	1/2	3/4	1/2			
Registrar Presión Indicada	56	0	0	0			
Valor máximo de lectura de los Manómetros	200	150	30	50			
¿Válvulas Soldadas?	☒ SI	☐ NO					

ESTADO

B	M	NA
X		
X		
X		
X		
X		

Verificar Escapes en todas las partes de las válvulas

Verificar si la Tapa Acrílica esta debidamente marcada

Verificar si la Tapa Acrílica se encuentra en buen estado

Realizar Prueba de Funcionamiento

Realizar Limpieza General

OBSERVACIONES**ESTADO DEL SERVICIO REALIZADO**

CONCLUIDO	☒	EN PROCESO	☐	FUERA DE SERVICIO	☐	OTRO:	
-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	-------	--

REPUESTOS REQUERIDOS**REALIZADO POR**NOMBRE Naum Esteban Ruiz LopezFIRMA Naum Esteban Ruiz LopezCARGO Tecnólogo Biomecánico**RECIBIDO POR**NOMBRE Edwin A. Gil R.FIRMA Edwin A. Gil R.CARGO BiomedicoR.L. RH201002-102
C.C. 71.219.826