| | |
|---|---|
| cibiomed | **FICHA TÉCNICA**<br>**ELECTRODO MULTIFUNCIÓN** |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | ELECTRODOS MULTIFUNCION EURO DEFI PADS TIPO ADULTO |
| **REFERENCIA:** | F7986W |
| **MODELO:** | N/A |
| **MARCA:** | FIAB |
| **CODIGO CIBIOMED:** | MQ10563 |
| **CALIFICACION DE RIESGO:** | I |
| **TIPO DE DISPOSITIVO:** | Dispositivo médico No Invasivo |




| | |
|---|---|
| **CARACTERISTICAS:** | Multifunción: Desfibrilación, Estimulación No Invasiva, Cardioversión y monitorización de ECG estandar.<br>Uso estan en mayores de 8 años de edad.<br>No. de descargas soportadas por el electrodo : 50 a 360J.<br>Uso unicamente en pacientes con peso superior a 25Kg. |
| **ALMACENAMIENTO:** | Temperatura de almacenamiento: 5 a 35ºC.<br>Protección: Proteger contra daños fisicos externos.<br>Vida Util: 2 Años en condiciones optimas de almacenamiento. |
| **COMPONENTES:** | Espuma medica, 1mm de espesor.<br>Gel Adhesivo conductivo de baja impedancia.<br>Hoja de Metal.<br>Conector Plastico antichoque o clip. |
| **PRESENTACIÓN COMERCIAL:** | Una (1) unidad |
| **IDENTIFICACIÓN DE RIESGO:** | Conector defectuoso al ingresar al equipo.<br>Ruptura del cable conector.<br>Alteración de resuldados debido a ubicación del electrodo. |
| **MODELOS COMPATIBLES:** | MEDIANA D500 |
| **INFORMACIÓN REGULATORIA:** | Para la manipulación de este dispositivo medico se debe cumplir con los requisitos establecidor en la Resolución 4002 de 2007. |
| **CONTACTO:** | Atención al cliente: comercial@cibiomed.com Telefono: 7946868 |

REV. 05/2020