Bogotá, 29 agosto 2024

Señores
SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Departamento de Contratación
Ciudad

Asunto: Aclaraciones a ítems a subsanar estudio de mercado EM-169-2024

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos presentar las aclaraciones a los ítems a subsanar en el proceso EM-169-2024 descritas así:

- ***ITEM 5 HOOK INTERCAMBIABLE PARA ELECTRODO MONOPOLAR- GANCHO***

  evaluación técnica: observación 1 Rs no describe compatibilidad con electrobisturí bovie modelo ids'200, ft no describe compatibilidad con electrobisturí bovie modelo ids'200

  Justificación

Se resalta en la ficha técnica y registro sanitario los equipos compatibles de acuerdo con la solicitud



FICHA TECNICA

Medtronic

LAT-CO-SII(HW,VS&ES)-018-R0

ELECTRODO PARA LAPAROSCOPIA

Página 1 de 3

1. Información General

Producto (Según Registro Sanitario)	Electrosurgical Generators / Generadores de Electrocirugía Accesorios, Consumibles, Software y Repuestos
Nombre Comercial	OPTI 2™ CleanCoat™
Marcas	Valleylab, Force, Force FX, Force EZ, Reliant, Cleancoat, Edge, Cool-Tip, Surgistat, Liga Suture, Ligasure, Ligasure Atlas, Ligasure Impact, Ligasure Advance, Ligasure Precise, Covidien, Medtronic
Fabricante Legal	Covidien, 5920 Longbow Drive, 80301, Boulder, Colorado - USA
Número de Registro Sanitario	INVIMA 2019EBC-0001750-R1
Fecha de expiración del Registro Sanitario	30-Julio-2029
Clasificación del riesgo	IIB
Código GMDN	44684

E3773-36	Valleylab™ Laparoscopic Wire L-Hook Electrode Solid 36 cm

- ***ITEM 13 " SENSOR SPO2 NEONATAL DESECHABLE CONECTOR COMPATIBLE NELLCOR 7 PINES "***

evaluación técnica: observación ft no aclara que sea de 7 pines

Justificación

De acuerdo con los requisitos establecidos en el estudio de mercado se solicita que el producto ofertado sea compatible con NELLCOR confirmamos que para la solicitud de este Ítem el producto ofertado es compatible con la marca Nellcor como se evidencia en la ficha técnica adjunta y registro sanitario y en la siguiente fotografía



- ***ITEM 15 CATETER DOBLE J 4.7FRX18cm***

evaluación técnica: observación no presenta en ficha técnica la longitud solicitada

- **Justificación**

Aclaramos que la longitud ofertada es de 24 cm como lo especifica la ficha técnica

PRESENTACION COMERCIAL	Fr 4,0 x 12 cm - Fr 4,0 x 16 cm - Fr 4,7 x 24 cm - Fr 6,0 x 24 cm Empaque individual - Caja x 20 Un

- ***ITEM 16 CATETER DOBLE J 4.7Fr X 4.8 * 26cm***

evaluación técnica: observación no presenta en ficha técnica la longitud solicitada

Justificación

Aclaramos que la longitud ofertada es de 24 cm como lo especifica la ficha técnica

PRESENTACION COMERCIAL	Fr 4,0 x 12 cm - Fr 4,0 x 16 cm - Fr 4,7 x 24 cm - Fr 6,0 x 24 cm Empaque individual - Caja x 20 Un

- ***ITEM 23 ESPARADRAPO ELASTICO ADHESIVO ROLLO DE 10 CM X 10 M***

evaluación técnica: observación RS incompleto

- **Justificación**

Anexamos Invima completo bajo el documento nombrado RS ITEM 23

De acuerdo con lo anterior adjuntamos documentos “fichas técnicas y registros sanitarios” que soportan el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por la institución



NELLY MORALES GONZALEZ
Representante Legal