MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No. _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Bogotá, D.C; 02 de septiembre 2024 - 064849 -

Señora
María Teresa Fuelpaz Bobadilla
Jefe Grupo de Contratos HOCEN
Ciudad

Asunto: Subsanación y observaciones a la evaluación técnica del proceso - PN HOCEN MI 024 2024

Respetuosamente me permito hacer entrega a la Señora María Teresa Fuelpas Bobadilla la evaluación correspondiente al Comité Técnico del proceso de contratación: "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL", respecto a los cuatro oferentes que se presentaron.

Cconsolidado de evaluación de las propuestas presentadas:

Grupo	Oferente	Cumple	No Cumple	Rechazada	Observación
2	M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S (Ítem 1)	X			
2	MEDICOX LTDA (Ítem 2)			X	*Posterior a la verificación de la ficha técnica allegada, el comité técnico puede identificar que el dispositivo no cumple con la condición "balón de retención en silicona dentro de la punta de la sonda para evitar presión sobre la pared" ya que la ficha técnica allegada en el periodo de subsanación mencionan "Punta de salida redondeada con extremo distal abierto para fácil inserción y comodidad para el paciente y correcta administración de la formula con menor riesgo de taponamiento", por tanto el oferente no cumple con* la condición técnica solicitada.

Subsanación Grupo 2 Ítem 1 M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S

Después de la verificación de la documentación allegada en el periodo de subsanación se establece:

- El oferente cuenta con la referencia del botón 24 fr por 4.5 cm.
- El oferente allega el pantallazo de Soporte del registro de la autoevaluación del SGSST ante el Ministerio de Trabajo.
- Por lo tanto cumple técnicamente para el Grupo 2 Ítem 1.

Subsanación Grupo 2 Ítem 2 y respuesta a observaciones MEDICOX LTDA

Observación 1 "evaluación técnica: observación 1 "Con la información de la ficha técnica no es posible identificar ni especifica si el puerto es conector ENFIT"


Respuesta: Se acepta la observación en atención, que posterior a la verificación de la ficha técnica allegada y la información pública en la página web de Medicox LTDA, se aprecia en las fichas técnicas que el dispositivo cuenta el dispositivo cuenta con conector ENFIT. Por la tanto cumple con esta condición técnica.

Observación 2. Evaluación técnica: observación 2 no se especifica que el elemento es una sola pieza.

Respuesta: Se acepta la observación en atención a que posterior a la verificación de la ficha técnica allegada se evidencia que describe que el dispositivo es una sola pieza por lo tanto el dispositivo cumple con la condición técnica solicitada.

Observación 3, La ficha técnica del insumo no ofrece aro de retención dentro de la punta de la sonda para evitar presión sobre la pared abdominal"

Respuesta: No se acepta la observación en atención, que posterior a la verificación de la ficha técnica allegada, el comité técnico puede identificar que el dispositivo no cumple con la condición "balón de retención en silicona **dentro de la punta de la sonda** para evitar presión sobre la pared" ya que la ficha técnica allegada en el periodo de subsanación mencionan "**Punta de salida redondeada con extremo distal** abierto para fácil inserción y comodidad para el paciente y correcta administración de la formula con menor riesgo de taponamiento", por tanto el oferente no cumple con la condición técnica solicitada.



SONDA DE GASTROSTOMÍA ENFit

Ficha Técnica

Marca: KANGAROO
Clasificación de riesgo: IIA
Método de esterilización: EO
Vida útil: 60 meses

Sonda de recambio para la administración de nutrición, líquidos y medicamentos al estómago en pacientes que no son físicamente capaces de realizar la masticación y deglución normales de la ingesta nutricional. El puerto de alimentación es incompatible con las conexiones luer lock o IV, lo que reduce el riesgo de una conexión o infusión accidental. Disponible con conexiones enterales seguras para abordar la alerta de evento Sentinel de conexiones erróneas de tuberías de la JCAHO de 2006

1. Información básica del producto

- Material 100% de silicona de uso médico que garantiza comodidad para el paciente y durabilidad.
- La sonda de gastrostomía viene en una sola pieza, no requiere ensambles ni acoples adicionales.
- Conector próximal en Y color lila
- Aro de retención externo que mantiene la sonda en su posición y con perforaciones que permiten la circulación de aire alrededor del estoma.
- Balón de retención interno que garantiza un sello completo y evita filtraciones de contenido gástrico.
- punta de salida redondeada y atraumática que se desliza a través del tracto gastrico con extremo distal abierto para fácil inserción, comodidad para el paciente y correcta administración de la fórmula.
- Graduación en el cuerpo de la sonda que permite ajustes parciales de profundidad.
- Marca que indica la medida de la sonda (Fr) y la cantidad de agua necesaria para el llenado del balón
- para evitar infusión insuficiente o excesiva.
- Compatible desde 12 hasta 24 French.
- Propiedad radiopaca total.
- Libre de DEHP.
- Puerto ENFit.

2. Otras Especificaciones

CONCLUSIÓN:

OFERENTE 2- M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S.

Se presenta para el grupo No.2 DISPOSITIVOS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN ENTERAL, Ítem 1 KIT BOTON DE GASTROSTOMIA de las cuales se tienen en cuenta las siguientes *observaciones:*

- Cumple técnicamente para el grupo 2 ítem 1.

OFERENTE 4- MEDICOX LTDA

Se presenta para el grupo No.2 DISPOSITIVOS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN ENTERAL Ítem 2 TUBOS DE GASTROSTOMIA, de las cuales se tienen en cuenta las siguientes observaciones:

- Rechazada por causales de rechazo de la propuesta incluida en la invitación pública a presentar oferta, proceso de mínima cuantía, numeral:
  N. "*No subsanar en los términos establecidos en parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 5º de la Ley 1882 de 2018.*"

Grupo	Oferente	Cumple	No Cumple	Rechazada	Observación
2	M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S (Ítem 2)		X		Para el Ítem 2 en la ficha técnica describe el insumo elaborado en dos materiales silicona y TPE (termoplástico), y no se conoce la proporción del uso de estos ni la parte que lo contenga, sin embargo para la entidad se solicita 100% silicona grado medico Con la información de la ficha técnica no es posible identificar ni especifica si el puerto es conector ENFIT, y no se especifica que el elemento es una sola pieza No adjunta INVIMA de tubos de gastrostomía.

EVALUACION M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S.

Grupo No.2 DISPOSITIVOS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN ENTERAL, ítem 2 TUBO DE GASTROSTOMIA QUIRURGICA SILICONA DESDE 12 HASTA 24 FRENCH de las cuales se tienen en cuenta las siguientes observaciones:

- No adjunta registro INVIMA de tubos de gastrostomía.
- En la ficha técnica describe el insumo elaborado en dos materiales silicona y TPE (termoplástico), y no se conoce la proporción del uso de estos ni la parte que lo contenga, *sin embargo para la entidad se solicita 100% silicona grado medico*
- Con la información de la ficha técnica no es posible identificar ni especifica si el puerto es conector ENFIT, y no se especifica que el elemento es una sola pieza.
- No cumple técnicamente para en ítem 2 del grupo 2.

Atentamente,

Nidia J. Anzola

Auxiliar **NIDIA JOHANA ANZOLA YATE**
Enfermera - Comité Técnico

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Bogotá, D.C; 02 de septiembre 2024 -064994-

Señora
María Teresa Fuelpaz Bobadilla
Jefe Grupo de Contratos HOCEN
Ciudad


Asunto: Subsanación y observaciones a la evaluación técnica del proceso - PN HOCEN MI 024 2024

Respetuosamente me permito hacer entrega a la Señora María Teresa Fuelpas Bobadilla la evaluación correspondiente al Comité Técnico del proceso de contratación: "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL", respecto a los cuatro oferentes que se presentaron.

Cconsolidado de evaluación de las propuestas presentadas:

Grupo	Oferente	Cumple	No Cumple	Rechazada	Observación
2	MINERVA MEDICAL S.A.S. (Item 1)	X			

MINERVA MEDICAL S.A.S.



2	MINERVA MEDICAL S.A.S.	E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL 188-2019 Valor en SMMLV 190,77	X	
		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA 328 DE 2022 valor en SMMLV 112,7		
		HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL 96-8-201255-22 valor en SMMLV 126,5		

EVALUACION MINERVA MEDICAL S.A.S.

Se presenta para el grupo No.2 DISPOSITIVOS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN ENTERAL, ítem 1 KIT BOTON DE GASTROSTOMIA CON SISTEMA DE FIJACION INTERNA POR BALON EN SILICONA 100 % GRADO MEDICO de las cuales se tienen en cuenta las siguientes observaciones:

- Cumple técnicamente.

Atentamente,

Nidia J. Anzola

Auxiliar **NIDIA JOHANA ANZOLA YATE**
Enfermera - Comité Técnico

Carrera 59 N°26-21 CAN
Teléfono: IP 2144
www.policia