ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
DIMF GESTANDO FUTURO -2023

HOJA DE VIDA PESABEBES

Báscula de piso	
Nombre del equipo	Báscula pesabebés
Tipo de equipo	Pesabebés electrónico de fina graduación
Marca	SECA
Modelo	334
Serial o lote	10000000311110
Ubicación	Oficina de Nutrición GT Periodistas
Código interno o placa ID	APC GT Periodistas 002
Responsable del equipo	Coordinación – Nutricionistas GT
Fecha de ingreso	SIN INFORMACIÓN
Instrucciones de uso	De bajo peso, construcción muy sólida y diseño fácil de usar, con pilas de larga duración y una precisión que diferentes niveles de humedad no afectan. Cuando se realicen exámenes en serie, no hay necesidad de agacharse una y otra vez; la báscula se enciende con el simple contacto de la punta del pie sobre el botónde encendido y apagado. La doble pantalla ofrece una fácil y simultánea lectura para el paciente y el personal médico, desde diferentes posiciones. Y el botón 2en 1 permite el pesaje de un niño en brazos de su progenitor.
Datos técnicos	• Capacidad: 20 kg / 44 lbs / 31 sts • División: 5 g / 0,2 oz • Dimensiones (BxHxA): 638 x 105 x 300 mm • Peso: 2,6 kg • Funciones: “step off”, Auto-HOLD, desconexión automática • El suministro incluye: 4 pilas tipo AAA.
Sensibilidad	5 g.
Capacidad	20 Kg.
Anexos	Manual de instrucciones y hoja del producto

Trazabilidad de calibración:

N°	Fecha	Resultado	Observaciones
1	10/08/2022	Informe de Calibración SH22-3027	Calibración realizada por laboratorio SERVIHOY Básculas y Balanzas S.A.S.
2	10/02/2023	Inspección equipo. Hoja de vida del equipo.	Se realiza inspección del equipo y se confirma que se encuentra con todas las partes en buen estado y se elabora el documento de la hoja de vida.

Verificaciones intermedias:

N°	Fecha	Resultado	Observaciones
1			
2			
3			

Powered by CamScanner