ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
DIMF GESTANDO FUTURO -2023

HOJA DE VIDA INFANTOMETRO

Infantometro	
Nombre del equipo	Infantometro
Tipo de equipo	Tabla de medición sólida y ligera para el uso móvil
Marca	SECA
Modelo	417
Serial o lote	SIN INFORMACIÓN
Ubicación	Oficina de Nutrición GT Periodistas
Código interno o placa ID	APC GT Periodistas 003
Responsable del equipo	Coordinación – Nutricionistas GT
Fecha de ingreso	SIN INFORMACIÓN
Instrucciones de uso	La tabla de medición seca 417 se abre mediante una bisagra. Dispone de un tope integrado para la cabeza y de un tope separado para los pies, que se desliza con suavidad y precisión en un sistema de rieles de guía ligeramente elevado. Para medir la talla, sólo se debe colocar la cabeza del pequeño debajo del tope hasta que haga contacto con él, estirar cuidadosamente las piernas y subir el tope para los pies, hasta que toque las plantas de los pies del bebé
Datos técnicos	Alcance de medición: 10 – 100 cm / 4 – 39" • División: 1 mm / 1/16" • Dimensiones/caja (AxAxP): 1.110 x 115 x 333 mm / 43.7 x 4.5 x 13.1" • Dimensiones en estado plegado (AxAxP): 577 x 115 x 333 mm / 22.7 x 4.5 x 13.1" • Peso: 1.6 kg / 3.5 lbs
Sensibilidad	1 mm
Capacidad	10 – 100 cm
Anexos	Manual de instrucciones y hoja del producto

Trazabilidad de calibración:

N°	Fecha	Resultado	Observaciones
1	10/08/2022	Informe de Calibración IC-SH22-3026	Calibración realizada por laboratorio SERVIHOY Básculas y Balanzas S.A.S.
2	10/02/2023	Inspección del equipo. Hoja de vida del equipo.	Se realiza inspección del equipo y se confirma que se encuentra con todas las partes en buen estado y se elabora el documento de la hoja de vida.

Verificaciones intermedias:

N°	Fecha	Resultado	Observaciones

Powered by CamScanner