Zipaquirá, diecinueve (19) de Julio de dos mil veinticuatro (2024)

Doctora
MARYIT VANESSA BLANCO QUIMBAYO
Secretaria de Salud de Zipaquirá
Ciudad.

Informe de diagnóstico técnico de la dotación de equipos médicos de la ambulancia

El dia diecisiete (17) de Julio del 2024 los Contratistas Claudia Marcela Orduy Forero y Luis Carlos Orduy Forero de la Secretaria de Salud de Zipaquirá se remitió a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zipaquirá ubicado en la Calle 1 # 9 -36 Barrio El Centro, para realizar un diagnóstico técnico de la Dotación de equipos médicos de la ambulancia y verificación Documental de los Estándares de Habilitación para la prestación del servicio.


SERVICIO	AMBULANCIA DE TRASNPORTE ASISTENCA BASICO	**MARCA**	NISSAN
UBICACION	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ZIPAQUIRA	**MODELO**	2023
LINEA	FRONTIER	**PLACA**	LXS315
PROPIEDAD	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ	**NIT**	899999318
TECNOMECANICA	No registra en el RUNT (vehículo modelo 2023)	**SOAT**	Vigente hasta Marzo 2025



Fotografía Ambulancia de transporte asistencia básico del municipio de Zipaquirá.

.

EQUIPOS AMBULANCIA	ESTADO	DETALLE	EVIDENCIA
TERMOHIGROMETRO	FUNCIONAL	Marca: Thermometer Modelo: Digital Serie: NT Equipo no cuenta con Documentación como: ✓ Hoja de Vida del equipo ✓ Reporte de Mantenimiento ✓ Certificado de Calibración ✓ Manual de Uso	

FLUJOMETRO	FUNCIONAL	Marca: Acare Modelo: Sencillo Serie: NT Equipo no cuenta con Documentación como: ✓ Hoja de Vida del equipo ✓ Reporte de Mantenimiento ✓ Certificado de Calibración ✓ Manual de Uso	
BALA DE OXIGENO	NO FUNCIONAL (No Cuenta con Regulador)	Marca: No identificado Modelo: Portátil Serie: No identificado Equipo no cuenta con Documentación como: ✓ Hoja de Vida del equipo ✓ Reporte de Mantenimiento ✓ Pruebas electroestáticas ✓ Manual de Uso	
MONITOR MULTIPARAMETROS	FUNCIONAL	Marca: EDAN Modelo: x8 Serie: 261586-M2291810085 Equipo cuenta con la siguiente Documentación: ✓ Hoja de Vida del equipo ✓ Registro INVIMA ✓ Declaración de Importación Documentos Faltantes ✓ Reporte de Mantenimiento ✓ Certificado de Calibración ✓ Manual de Uso Accesorios ✓ Cable AC ✓ Sensor NIBP (brazalete adulto y pediátrico) ✓ Sensor Spo2 ✓ Sensor ECG ✓ Sensor Temperatura	
SUCCIONADOR	FUNCIONAL	Marca: NEW ASPIRET Modelo: NEW ASPIRECT 310001 Ca-Mi Serie: 172160 Equipo cuenta con la siguiente Documentación: ✓ Hoja de Vida del equipo ✓ Registro INVIMA ✓ Declaración de Importación Documentos Faltantes ✓ Reporte de Mantenimiento ✓ Manual de Uso Accesorios ✓ Cable AC ✓ Filtro hidrofóbico ✓ Mangueras ✓ Tarro reservorio de agua	

DEA	NO FUNCIONAL (No Cuenta con parches)	Marca: HEARTSINE TECHNOLOGIES LTD Modelo: SAM360P Serie: 22E91119133F22 Equipo cuenta con la siguiente Documentación: ✓ Hoja de Vida del equipo ✓ Registro INVIMA ✓ Declaración de Importación Documentos Faltantes ✓ Reporte de Mantenimiento ✓ Certificado de Calibración ✓ Manual de Uso Accesorios ✓ Batería	 
FONENDOSCOPIO ADULTO	FUNCIONAL	Marca: GMD Modelo: ADULTO Serie: NT Equipo no cuenta con Documentación como: ✓ Hoja de Vida del equipo ✓ Reporte de Mantenimiento ✓ Manual de Uso	
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	FUNCIONAL	Marca: Bokang Modelo: Pediátrico Serie: NT Equipo no cuenta con Documentación como: ✓ Hoja de Vida del equipo ✓ Reporte de Mantenimiento ✓ Manual de Uso	
TENSIOMETRO ADULTO	NO FUNCIONAL (No Cuenta con Manómetro y pera con válvula de alivio)	Marca: GMD Modelo: Aneroide Serie: NT Equipo cuenta con la siguiente Documentación: ✓ Hoja de Vida del equipo Documentos Faltantes ✓ Registro INVIMA ✓ Declaración de Importación ✓ Reporte de Mantenimiento ✓ Certificado de Calibración ✓ Manual de Uso	
TENSIOMETRO PEDIATRICO	FUNCIONAL	Marca: BOKANG Modelo: BK2002 Serie: 210132 Equipo cuenta con la siguiente Documentación: ✓ Hoja de Vida del equipo ✓ Registro INVIMA ✓ Declaración de Importación Documentos Faltantes ✓ Reporte de Mantenimiento	

		✓ Certificado de Calibración ✓ Manual de Uso	
LINTERNA OCULAR	NO FUNCIONAL (No Cuenta con baterías)	Marca: NT Modelo: NT Serie: NT	
TERMOMETRO DIGITAL	FUNCIONAL	Marca: GMD Modelo: GMD-FD-33 Serie: NT Documentos Faltantes ✓ Hoja de Vida del equipo ✓ Registro INVIMA ✓ Declaración de Importación ✓ Reporte de Mantenimiento ✓ Certificado de Calibración ✓ Manual de Uso	
GLUCOMETRO	FUNCIONAL pero no coincide con el entregado por el proveedor con los siguientes datos Marca: VIVACHECK Modelo: VGM02 Serie: 30250002090	Marca: GLUCOQUICK Modelo: G30a Serie: 424111813000849E Documentos Faltantes ✓ Hoja de Vida del equipo ✓ Registro INVIMA ✓ Declaración de Importación ✓ Reporte de Mantenimiento ✓ Certificado de Calibración ✓ Manual de Uso	
CAMILLA	FUNCIONAL	Marca: CARRERA XL Modelo: CA50010 Serie: NT Documentos Faltantes ✓ Hoja de Vida del equipo ✓ Reporte de Mantenimiento ✓ Manual de Uso	
SILLA DE RUEDA	FUNCIONAL	Marca: NT Modelo: NT Serie: NT Documentos Faltantes ✓ Hoja de Vida del equipo ✓ Reporte de Mantenimiento ✓ Manual de Uso	

El día diecinueve (19) de Julio del 2024 en la Secretaria de Seguridad y Convivencia se verificación documentación sobre la Adquisición de La ambulancia TAB y su dotación teniendo como resultado:

Compra realizada por:	Colombia Eficiente
Objetivo del Contrato:	Adquisición del vehículo tipo ambulancia TAB para el Municipio de Zipaquirá Cundinamarca
Fecha de Inicio:	6 de Octubre de 2022
Fecha de Terminación:	6 de Abril de 2023
Empresa adjudicada:	Alfa AM SAS
Orden de Compra	97118
Fecha entrega por el Contratista	21 Marzo del 2023
Garantía:	1 Año
terminación Garantía	21 Marzo del 2024

Ultimo mantenimiento de la móvil	18 Marzo del 2024 (Cambio de Aceite y filtro de Aceite a los 15.000 Km)

Verificación de documental

No	DOCUMENTOS VERIFICADOS	ESTADO
1	Verifique que los distintivos publicados correspondan a los servicios habilitados y a su sede.	En proceso
2	Dirección de la IPS publicada en la entrada principal	Cumple
3	DISTINTIVOS PUBLICADOS	En proceso
4	Cámara de comercio vigente (LEY 1806 DE 2016 ART. 87) Calle 4 # 9-74)	Inscripción de dignatario
5	Nombre de la sede coincide con el registrado en la cámara de comercio y en el REPS	Inscripción de dignatario
6	RUT (ACTIVIDAD REGISTRADA: _____)	Cumple
7	Copia de la cedula del representante legal.	Cumple
8	Certificado visita de bomberos (Calle 1 #9-36)	Cumple
9	Uso de suelo (planeación) Ventanilla única /página web alcaldía de Zipaquirá https://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co/	En proceso
10	Certificado de la empresa de acueducto de potabilidad del agua	En proceso
11	Planos de la sede	Cumple
12	Licencia de construcción	En proceso con planeación
13	Certificación RETIE	Cumple
14	Contrato de arrendamiento del inmueble	comodato
15	Plan anual de mantenimiento de la planta física e instalaciones fijas	Cumple
16	Concepto sanitario anual expedido por la secretaria de salud del Municipio	Al terminar adecuación solicitar visita
17	Contrato con empresa de residuos vigente	En proceso
18	Contrato con empresa de lavado de tanques y fumigación contra plagas	En proceso
19	Resultados anuales de lavado de tanques	Semestral
20	Resultados anuales de fumigación	Semestral
21	Capacidad instalada acorde a servicios habilitados	Adecuación Áreas
22	Cumple condiciones de accesibilidad para discapacidad: resolución	En proceso

Es de aclarar, que la visita se realiza hasta el alcance de las competencias por parte de la Secretaria de Salud de Zipaquirá.

LUIS CARLOS ORDUY FORERO
Profesional Especialista- Contratista
CONTRATISTA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL
DIRECCION DE SALUD PÚBLICA
SECRETARIA DE SALUD.

Dependencia.	Elaboró:	Reviso:	Aprobó:	Ruta:
Secretaría de Salud	/Luis Carlos Orduy Contratista	Lorena Pinzón Garzón Directora Salud Pública	Maryit Vanessa Blanco Quimbayo Secretario de Salud	saludpu.prof6\Documents\PROYEC SALUD AMBIENTAL\2024\PQRS\OFICIOS