JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

Sasaima - Cundinamarca, 24 de Febrero de 2024.

Señores:
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Hogar San José
Sasaima

Durante el día 24 de febrero del presente año, se ejecutó la visita programada de mantenimiento biomédico, al Hogar San José, donde se realizaron las siguientes actividades:

- Elaboración de Cronograma de mantenimiento año 2024.
- Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Reportes del mantenimiento realizado.

EQUIPOS:

	ÁREAS					
	ENFERMERÍA	**HOGAR**	**NUTRICIÓN**	**MEDICAMENTOS**	**TERAPIA FÍSICA**	**DESECHOS**
EQUIPOS	12	5	6	1	7	1
	TOTAL EQUIPOS: 32					

REPORTES:

ÁREA	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	CORRECTIVO / PROX VISITA
Enfermería	BASCULA ELECTRONICA	S/M	T3803	300 KG	
	FONENDOSCOPIO DOBLE	GMD	GMD 30-ROSADO	N/A	
	FONENDOSCOPIO DOBLE	GMD	GMD 30-NEGRO	N/A	
	FONENDOSCOPIO DOBLE	ADVANCE	NEGRO	N/A	
	FONENDOSCOPIO SENCILLO	LITTMANN	NEGRO	N/A	
	OXIMETRO DE PULSO	CHOICEMMED	MD300C29	204964712020	
	OXIMETRO DE PULSO	CHOICEMMED	MD300C29	204964712019	Se evidencia sin tapa de bateria
	TENSIOMETRO ANEROIDE	KaWe	A3	5505144	Ajuste a cero
	TENSIOMETRO ANEROIDE	KaWe	A3	5505128	Ajuste a cero
	TENSIOMETRO DIGITAL	SEJOY	BP-1312	2101219914732	
	TENSIOMETRO DIGITAL	PLENIA	EDT03-25BB	1908060633	
	TERMOHIGROMETRO	KEX GERMANY	SH-121	EQM2018	

Hogar	TENSIOMETRO ANEROIDE	KaWe	A3	5505102	
	TENSIOMETRO ANEROIDE	KaWe	A3	5505143	Ajuste a cero
	FONENDOSCOPIO SENCILLO	GENERICO	NEGRO	N/A	
	OXIMETRO DE PULSO	DRIVE TM	MQ3000	(21) 8N1611031180	
	TENSIOMETRO DIGITAL	OMRON	HEM-7114	2014100152LF	
Nutrición	BASCULA ELECTRONICA	BBG	LM33	2080477	
	GRAMERA	BADECOL	EK8810H	S/S	
	TERMOMETRO DE PUNZON	WALFRONT	WT-1	N/A	Queda fuera de servicio
	TERMOMETRO DE PUNZON	WALFRONT	WT-1	N/A	Queda fuera de servicio
	TERMOMETRO DE PUNZON	WALFRONT	WT-1	N/A	Queda fuera de servicio
	TERMOMETRO DE PUNZON	WALFRONT	WT-1	N/A	Queda fuera de servicio
Medicamentos	TERMOHIGROMETRO	DIGITAL T&H	HTC-2	210415845073	
Terapia Física	BAÑO PARAFINA	THERA BAND	24050	98-06281	
	CAMINADORA	PRO-FORM	PFTL39511.2	DD931R00098	
	CAMINADORA	PRO-FORM	PFTL39511.2	DD931R00066	
	ELECTROESTIMULADOR	MULTISTIM FOUR	EMS	11-161	
	HIDROCOLECTOR	NACIONAL	S/M	S/S	
	ULTRASONIDO	HTM	S/M	042262	
	LAMPARA CUELLO DE CISNE	S/M	S/M	S/S	
Desechos	BASCULA ELECTRONICA	BBG	ELECTRONIC SCALE	89165956	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Equipos - Mantenimiento:

JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

















Sasaima, Cund.: Cra 4 # 6-21 / CEL: 323 2311557 / CORREO: johanin 18@hotmail.com

TEMPERATURE IN 28.1°C 13476% CLOCK / HUMIDITY HTC-2 MODE ADJ MEMORY 26.6°C 59% CLEAR MODE ADJ MAX/MIN °C/°F DIGITAL THERMO-HYGROMETER KEX GERMANY SH-121	
Thera-Band PARAFFIN BATH	

Todo lo presentado en el anterior informe, esta soportado por documentación digital, que sera entregada al Hogar, el cual sera almacenado en su respectiva carpeta para el área de Archivo.

Gracias por la atención prestada.

Atentamente,

JOHANNA R.

Ing. Johana Rodríguez Romero
Departamento de Ingeniería

Suministros Medicos
Aresco

Bogotá, 04 de marzo de 2024

Srs.
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Sasaima – Cundinamarca

Ref: Calibración de Equipos

Cordial saludo

Suministros Médicos ARESCO SAS, informa que a los siguientes equipos se le realizó la calibración en nuestra empresa, desde el día 29 de febrero de 2024:

Equipo	Serie	Marca	Referencia
Gramera	S/S	BADECOL	EK8810H
Báscula	2080477	BBG	N/T
Báscula	2080102	BBG	N/T
Báscula	300 KG	N/T	T3803
Tensiómetro Digital	2101219914732	SEJOY	BP-1312
Tensiómetro Digital	1908060633	EDT03-25BB	PLENIA
Tensiómetro Digital	2014100152LF	HEM-7114	OMRON
Tensiómetro Análogo	S/S	KaWe	A3
Tensiómetro Análogo	S/S	KaWe	A3
Masa	S/S	N/T	10KG

Atentamente,

Ing. Manuel Arévalo M.
Rep. Legal