IMPORTLAB GROUP

Cotización No.:	COT-IP-1008
Fecha:	AG. 25 de 2024


CLIENTE: **Nit: 899.999.034**
SENA REGIONAL CALDAS **Teléfono:**
Contacto: BIOTECNOLOGÍA. **E-mail:**

Item	EQUIPO	DESCRIPCIÓN		CANT	Valor UNIT	Valor Total
1	Autoclave TUTTNAUER modelo 2540ML Placa SENA: 91127363. El equipo supera el rango seguro de temperatura y presion, sobrepasa 3.5 PSI	Requiere: recuperación o reposición de la tarjeta principal de programación y temporización de ciclos, recuperación del sistema de control y temporización de temperatura, recuperación del control de seguridad de presión y temperatura, desensamblaje, limpieza y puesta a punto.		1	1,000,000	1,000,000
2	Incubadora orbital, Thermo Scientific MAXQ 4450, Modelo SHKE 4450 Placa 92198137	Requiere chequeo operativo, calibracion de termporizador , temperatura y agitacion, limpieza interna y externa.		1	450,000	450,000
3	Autoclave TUTTNAUER modelo 2540ML Placa SENA: 91127364.	Requiere chequeo operativo, verificar y calibrar presion de esterilizacion, limpieza externa e interna del equipo.		1	480,000	480,000
4	Multiparametro SI Analytics, modelo HandyLab 100, placa SENA: 92197225.	Requiere chequeo operativo, limpieza y calibracion de sensor de pH.		1	350,000	350,000
5	PH metro SCHOTT Instruments, modelo ProLab 2000 , placa SENA: 91127718	Requiere chequeo operativo, limpieza y calibracion de sensores de pH, oxigeno disuelto y conductividad, puesta a punto.		1	280,000	280,000

6	Balanza Precisa BJ 1000 C, Placa SENA 91127384	.Requiere chequeo operativo, revision de sistema electronico , limpieza, calibracion con patron F1.		1	350,000	350,000
7	Balanza Precisa BJ 4100D, Placa SENA 91127382	Requiere chequeo operativo, revision de sistema electrico , limpieza, la abalanza no enciende. El cable de corriente esta en buen estado.		1	600,000	600,000
8	Incubadora de CO2, Modelo CO2CELL 50 COMFORT S, placa: 92197662.	Requiere chequeo operativo y limpieza, puesta a punto.		1	250,000	250,000
9	Centrifugadora Universal 320, Hettich, Placa Sena: 91127366.	Requiere chequeo operativo, revision de sistemas mecanicos y limpieza.		1	220,000	220,000
10	Ultracongelador. Marca ESCO. Serie # 201013947. Modelo UUS668A-1. Placa SENA 91127719 .	Requiere chequeo operativo y calibración del sistema de refrigeración.		1	1,100,000	1,100,000
11	Microscopio OPTIKA B 350, placa SENA 91127374	Requiere: recuperación de la estructura del bloque del sistema óptico, reposición y acondicionamiento del prisma y lente inferior al prisma, recuperación o reposición de la tarjeta y fuente del sistema de regulación de intensidad de luz incluida lámpara.		1	950,000	950,000
12	Cabina de bioseguridad. Marca ESCO. . Modelo AC2-4E9. Placa SENA 91127707	Requiere chequeo operativo, la cabina enciende pero el sistema de filtracion no enciende y por ende no filtra el aire, No funcionan los comandos de encendido del ventilador, de luz ultravioleta y luz. Requiere: recuperación o reposición de la tarjeta de regulación y de relevos, recuperación o reposición de la interfasende board principal incluida BIOS, recuperación o reposición de la interfase de suicheo y temporización del motor y recuperación y o reposición del motor incluida tarjeta, desensamblaje, limpieza, desinfección de la cabina.		1	5,500,000	5,500,000
					SUBTOTAL	11,530,000
					IVA	2,190,700
					TOTAL	13,720,700

CONDICIONES DEL SERVICIO
VALIDEZ 30 DÍAS
FORMA DE PAGO CONTADO
PROGRAMACIÓN

Atentamente,



DAVID OSPINA
DIRECTOR COMERCIAL
CC. 1.032.413.451
Tel. 7355982

IMPORTLAB GROUP

COT-IP-720

viernes, 21 de abril de 2023

CLIENTE: **Nit: 899.999.034** SENA UNIVERSIDAD DE CALDAS	**Nit:**	890-801-063				
	Teléfono:	8781500				
Contacto:	**EQUIPO**	DESCRIPCIÓN		CANT	Valor UNIT	
UNIDAD TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS	Autoclave TUTTNAUER modelo 2540ML Placa SENA: 91127363. El equipo supera el rango seguro de temperatura y presion, sobrepasa 3.5 PSI			1	1,000,000	1,000,000
	Incubadora orbital, Thermo Scientific MAXQ 4450, Modelo SHKE 4450 Placa 92198137			1	450,000	450,000
3	Autoclave TUTTNAUER modelo 2540ML Placa SENA: 91127364.			1	480,000	480,000
4	Multiparametro SI Analytics, modelo HandyLab 100, placa SENA: 92197225.			1	350,000	350,000

5	PH metro SCHOTT Instruments, modelo ProLab 2000 , placa SENA: 91127718			1	280,000	280,000
6	Balanza Precisa BJ 1000 C, Placa SENA 91127384			1	350,000	350,000
7	Balanza Precisa BJ 4100D, Placa SENA 91127382			1	600,000	600,000
8	Incubadora de CO2, Modelo CO2CELL 50 COMFORT S, placa: 92197662.			1	250,000	250,000
9	Centrifugadora Universal 320, Hettich, Placa Sena: 91127366.			1	220,000	220,000
10	Ultracongelador. Marca ESCO. Serie # 201013947. Modelo UUS668A-1. Placa SENA 91127719 .			1	1,100,000	1,100,000
11	Microscopio OPTIKA B 350, placa SENA 91127374			1	950,000	950,000
12	Cabina de bioseguridad. Marca ESCO. . Modelo AC2-4E9. Placa SENA 91127707			1	5,500,000	5,500,000
					SUBTOTAL	11,530,000
					IVA	2,190,700
					TOTAL	13,720,700

CONDICIONES DEL SERVICIO
VALIDEZ 30 DÍAS
FORMA DE PAGO CONTADO
PROGRAMACIÓN