LABORATORIO DE METROLOGIA
CREACIONES Y SUMINISTROS SAS.

REPORTE DE SERVICIO

CS-RTL-FTG-014

VERSIÓN: 04

TIPO DE SERVICIO

CONSECUTIVO CA:

☒ CALIBRACION ☐ CAL. OPERACIONAL ☐ CAL. DESEMPEÑO ☐ CAL. INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO

DATOS GENERALES

Fecha: 2024-09-24
Empresa: Instituto Nacional de Salud.
Dirección: Avenida calle 26 #51-20
Ciudad: Bogotá

CONDICIONES DEL SERVICIO

Hora Inicio: 9:20
Tmp. Amb. inicial: 18.3
%hr inicial: 50.1
Hora Fin: 10:25
Tmp. Amb. final: 17.9
%hr final: 49.2

SALIDA Y ENTRADA DE PATRONES DE TRABAJO

Fecha Salida: 2024-09-23
Patron 1: PPT-028
Patron 2:
Fecha Entrada:
Sensores: TV6 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)
Otros: Termohigrometro.

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS

	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Resolución	Puntos a calibrar	Intervalo de medición	Identificación del cliente	Identificación interna	Certificado
1	Congelador	Antech Scientific	MDF-25V600	KY0059BF224 041003	0,1 °C	-20 °C	-25 a -10		MI-091-24	CMI-091-24
2										
3										
4										
5										
6										

Observaciones: El equipo se calibra sin carga
la calibración se realiza en el Grupo de Microbiología.

Metrologo Responsable:	Nombre del Cliente: Chelsen Castañeda	Sello	Vo. Bo. (Dir. Recursos Técnicos del Laboratorio)
Hilen Martaya.	Cargo: GELP.		
	Tel: 1273.		