CRA 15a Bis No 58a - 45 / Bogotá D.C. - Colombia
PBX: 8 140 200 / Cel: 313 36120 86
www.tecnigenltda.com
E-MAIL: info@tecnigenltda.com

tecnigen
equipo científico y servicio técnico nit 830.145.062-0

INFORME DE SERVICIO

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.			INFORME N° Nº 1123
EQUIPO: CONGELADOR BIOMEDICO	UBICACIÓN: LAB. MICROBIOL.		
MARCA: ANTECH · F22404003	MODELO: MDF250600		
Nº DE SERIE: KYDD0898F22	PLACA/INVENTARIO:	PROCESO:	
FECHA DE INSTALACIÓN O ÚLTIMO SERVICIO: INSTALACION	Día	Mes	Año
PERSONA A CARGO:	Día 16	Mes 09	Año 2024

ACCESORIOS Y COMPONENTES

NOMBRE	MARCA	MODELO O REFERENCIA
REGULADOR NEW.LINE 3KVA. - BANDEJAS		DE CARGA.

CONDICIONES GENERALES Y AMBIENTALES

CONDICIÓN	VALOR SUGERIDO	VALOR ACTUAL
Temperatura Ambiente	< 40°C	18°C
Humedad Ambiente	< 70%.	64%.
Incidencia Solar/ otras radicaciones	/	/
Voltaje y corriente	115 VAC	119 VAC
Otros	/	/

Actividad												Descripción	Observación
Instalación	Diagnostico	Mtoo preventivo	Mtoo correctivo	Reemplazo	Reparación	Insp. externa	Insp. interna	Calibración	Calificación	Limpieza	Pruebas de funcionamiento		
X												EQUIPO SE RECIBE EN INSTALACION. OK ESTRUCTURA OK. PUERTA EMPAQUE BISAGRAS CIERRE. OK SUPERFICIE ESTABE SUMINISTRO ELECTRICO. OK	
X												SISTEMA REFRIGERACION / OK BATERIA DE ALARMAS OK	
X												SENSOR TEMPERATURA OK ENCENDIDO INICIAL. OK	
X												ENCENDIDO DATA LOGGER. OK SET. = 25°C ALARMAS ± 10°C.	
X												TIEMPO ESTABILIZACION < 45 min BANDEJAS DE CARGA OK	
X												ILUMINACION INTERIOR. OK FECHA Y HORA. OK	
X												EQUIPO EN ESTABILIZACION DE TEMPERATURA PARA CALIBRACION	

Angela Cortés
PERSONA A CARGO 2024.09.16

SERVICIO TÉCNICO