CONTENIDO DEL INFORME

CONDICIONES DEL CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO
ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENESENTREGADOS.
OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOSPRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 24000913 H3 DE 2024
Nombre del Contratista: B.M.O LINE S.A.S
Periodo informe: Veinticinco (25) de julio de 2024 al dieciséis (16) de septiembre de 2024
Nombre de Supervisor: Claudia Bibiana Montes Rivera
Nombre del Interventor: N/A
Área perteneciente: Dirección Regional

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se da cumplimiento a lo establecido en el contrato 24000913 H3 DE 2024, correspondientes a realizar el mantenimiento de los equipos del gimnasio y calibración de equipos médicos de seguridad y salud en el trabajo en el aeropuerto de Rionegro

DATOS DEL EQUIPO	DESCRIPCIÓN
-EQUIPO: Bicicletas Elíptica - MARCA: PRO FORM - MODELO: 950 - SERIE: U92G00708	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo Operativo. Carcasa de la barra y del tablero de comandos con sujeciones de tornillos rotos, se reparan. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza Interna y Externa - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo.
-EQUIPO: Bicicletas Elíptica - MARCA: PRO FORM - MODELO: 950 - SERIE: U92G01403	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo Operativo. Carcasa de la barra y del tablero de comandos con sujeciones de tornillos rotos, se reparan. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza Interna y Externa - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo.
-EQUIPO: Caminador - MARCA: PRO FORM - MODELO: 565 -SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Correctivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo NO operativo, presenta problemas para encendido. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Se encuentra falla en el sistema de encendido, se repara y se instala fusible cerámico 500V/20Ah. - Limpieza Interna y Externa - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo.

-EQUIPO: Caminador - MARCA: PRO FORM - MODELO: 325 -SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Correctivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo NO operativo, presenta problemas para encendido. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Se encuentra falla en el sistema de encendido, se repara suiche y porta fusible, se instala fusible cerámico 500V/20Ah . - Limpieza Interna y Externa - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo.
-EQUIPO: Tensiómetro Aneroide -MARCA: Welch Allyn® -MODELO: FlexiPort® -SERIE: 210908025419	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo Operativo.- ACTIVIDADES: Se realiza rutina descrita - ESTADO FINAL: Equipo operativo
-EQUIPO: Medidor de Signos Vitales -MARCA: Welch Allyn® -MODELO: LXi Spot® -SERIE: 20130502691	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo parcialmente operativo. Batería descargada, no mantiene conectado, solo usa NIBP, TC° y SO2%. - Inicialmente no permite toma de presión, al parecer la batería no soporta la carga y se apaga en esta variable. - Pruebas de TC° y SO2% funcionales. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Se realiza rutina descrita - Limpieza Interna y Externa. - Se deja cargando la batería para realizar pruebas y verificar funcionalidad. - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo parcialmente operativo
-EQUIPO: Equipo de órganos sentidos - MARCA: Welch Allyn® - MODELO: WA99090 - SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo parcialmente operativo, solo funciona el oftalmoscopio; el bombillo Welch Allyn Ref 02900 Para otoscopios 19090 Wa se encuentra fundido, el oftalmoscopio le falta parte (Fracturado) del pin de contacto entre la borneta y el bombillo. - ESTADO FINAL: Equipo operativo, Baterías oftalmoscopio, 1,6V, Otoscopio sin baterías y falta reemplazar bombillo. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Se recomienda comprar batería del otoscopio y bombillo Welch Allyn Ref 02900 para otoscopios 19090 Wa (tienen alto valor comercial por pertenecer a equipo descontinuado). Equipo descontinuado por el fabricante, no permite actualización por inexistencia de repuestos, de requerirse reparaciones es mejor optar por el cambio de tecnología por una actual.
-EQUIPO: Báscula mecánica médica con tallimetro -MARCA: Health o Meter -MODELO: 233k - SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo, con diferenciad de peso con otras basculas de hasta 3K. - La bascula esta descontinuada - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Se realiza rutina descrita. - Limpieza Interna y Externa - Se realiza ajuste del brazo basculante y contrapesos. - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo, se debe verificar con patrones. - RECOMENDACIONES: Equipo descontinuado por el fabricante, no permite actualización por inexistencia de repuestos, de requerirse reparaciones es mejor optar por el cambio de tecnología por una actual. - PENDIENTE: Realizar verificación con patrones de masa.
-EQUIPO: Fonendoscopio - MARCA: Littman® - MODELO: Clasic II -SERIE: 17Z77861	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo Operativo. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Se realiza rutina descrita. - Limpieza Interna y Externa - Verificación de funcionabilidad - ESTADO FINAL: Equipo operativo -
-EQUIPO: Barra olímpica EZ - MARCA: Sport Fitness - MODELO: No Registra - SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad

-EQUIPO: Bicicletas de Spining -MARCA: Schwinn - MODELO: No Registra - SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo, presenta ataque por oxido en el disco volante de inercia. ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza general y descontaminación del oxido en el volante de inercia. - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad.
-EQUIPO: Bicicletas de Spining -MARCA: Schwinn - MODELO: No Registra - SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo, presenta ataque por oxido en el disco volante de inercia. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza general y descontaminación del oxido en el volante de inercia. - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad.
-EQUIPO: Bicicletas de Spining -MARCA: Schwinn - MODELO: No Registra - SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo, presenta ataque por oxido en el disco volante de inercia. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza general y descontaminación del oxido en el volante de inercia. - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad.
-EQUIPO: Bicicletas de Spining -MARCA: Studio Cycle - MODELO: No Registra - SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo, presenta ataque por oxido en el disco volante de inercia. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza general y descontaminación del oxido en el volante de inercia. - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad.
-EQUIPO: Bicicletas de Spining -MARCA: Studio Cycle - MODELO: No Registra - SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo, presenta ataque por oxido en el disco volante de inercia. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza general y descontaminación del oxido en el volante de inercia. - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad.
-EQUIPO: Bicicletas de Spining -MARCA: Studio Cycle - MODELO: No Registra - SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo, presenta ataque por oxido en el disco volante de inercia. ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza general y descontaminación del oxido en el volante de inercia. - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad.

-EQUIPO: Bicicletas de Spining -MARCA: Studio Cycle - MODELO: No Registra - SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo, presenta ataque por oxido en el disco volante de inercia. ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza general y descontaminación del oxido en el volante de inercia. - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad.
-EQUIPO: Multifuncional - MARCA: BIANGULAR - MODELO: No Registra - SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo Operativo. ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza Interna y Externa - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario.
-EQUIPO: Multifuncional - MARCA: Sport Fitness - MODELO: No Registra - SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo Operativo, ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza Interna y Externa - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario.
-EQUIPO: ESCALERA Pantalla LED -MARCA: GYM FACTORY - MODELO: GYM-002 - SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo Operativo - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - Limpieza Interna y Externa - Verificación de Funcionalidad. - ESTADO FINAL: Equipo operativo. equipo funciona adecuadamente, no requiere lubricación, panel de control funcional, estructura intacta, sistema eléctrico y electrónico sin alteraciones.
-EQUIPO: Monitores de ritmo cardiaco -MARCA: POLAR - MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo Operativo. ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - ESTADO FINAL: Equipo operativo
-EQUIPO: Monitores de ritmo cardiaco -MARCA: POLAR - MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo Operativo. ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo - Se realiza rutina descrita - ESTADO FINAL: Equipo operativo
-EQUIPO: Femoral flexión pierna acostado -MARCA: Sport Fitness -MODELO: T1001 -SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad. -
-EQUIPO: BANCA HIPEREXTENSION 45 - MARCA: GYM FACTORY - MODELO: GFTB45 - SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad. -
EQUIPO: Banca graduable para trabajo con Mancuernas -MARCA: GYM SHOP -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad.

-EQUIPO: Barra para mancuernas de rosca y collar -MARCA: No Registra -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad.
-EQUIPO: Barra para mancuernas de rosca y collar -MARCA: No Registra -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad.
-EQUIPO: Step Banca para aeróbicos -MARCA: Sport Fitness -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad.
-EQUIPO: Step Banca para aeróbicos -MARCA: Sport Fitness -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad. -
-EQUIPO: Step Banca para aeróbicos -MARCA: Sport Fitness -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad. -
-EQUIPO: Step Banca para aeróbicos -MARCA: Sport Fitness -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad.
-EQUIPO: KIT TRX - sistema de entrenamiento por suspensión TRX - MARCA: TXR -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Instalación inicial - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad

-EQUIPO: 30 Discos olímpicos -MARCA: No Registra -MODELO: No Registra -SERIE: No Registra	TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ACTIVIDADES: Revisión visual general del estado del equipo. - Limpieza general. - Se ejecuta la rutina descrita. - ESTADO FINAL: Equipo operativo - Equipo apto para uso. - RECOMENDACIONES: Las del Fabricante, ver manuales de usuario. Realizar limpieza periódica con paño húmedo y alcohol 70%, aplicar lubricante penetrante a los ejes de las ruedas cada mes. Evitar la exposición al sol o a la humedad.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Durante el periodo ejecutado el contratista prestó los servicios de mantenimiento de los equipos del gimnasio y calibración de equipos médicos de seguridad y salud en el trabajo en el aeropuerto de Rionegro

RODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

No aplica

OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación.

OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presenta ninguna observación.

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES:		

VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.1. EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguienteinformación:

FECHA DE REALIZACIÓNDEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DELEXAMEN**

5.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la DirecciónAdministrativa informe.**

PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PERIODO PENDIENTE
24000913 H3 de 2024	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO	$6.830.000	25 - 07 - 2024 al 16 - 09- 2024	$6.830.000	$0	$3,681,560.12

AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOSY/O BIENES ENTREGADOS.

El avance de ejecución del contrato con corte al 19 de septiembre de 2024 es del 50%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

CLAUDIA BIBIANA MONTES RIVERA

Supervisor