MÓDULO ODONTOLÓGICO ELÉCTRICO

Equipos diseñados para comodidad del odontólogo, con los mejores materiales para poder garantizar su durabilidad.



DESCRIPCIÓN

TOPE ELÉCTRICO

Tope de diseño anatómico, tapizado en cordobán sin costuras, apoya brazo derecho con desplazamiento lateral para comodidad del paciente al sentarse, cabecero desplazable que permite diferentes alturas, movimiento del espaldar de 90 a 180 grados, accionado por motorreductor silencioso de 700 libras de capacidad de ascenso.

BASE

Base del sillón en cold rolled, pintura electrostática por lo cual garantiza duración indeterminada, motorreductor silencioso, con capacidad de levante de 750 libras.

MODULO

Esta adaptado al sillón en brazo doble para mejor desplazamiento.

- Caja en cold rolled y pintura electrostática.
- Jeringa triple, con dos cánulas esterilizables en auto clave.
- Conexión para una pieza de mano de alta y una de baja, con holders automáticos.
- Pedal neumático de disco.
- Reguladoras para el agua y el aire.

- Reloj digital y manómetro plano con vista externa.

- Bandeja de acero inoxidable ubicada sobre el modulo y soportada por otra bandeja similar en plástico, es decir doble bandeja.

- Mangueras lisas de fácil limpieza, como lo exige el Ministerio de salud.

- Tanque presurizado para suministro de agua a las piezas de trabajo, de capacidad de 1000 c.c, con cambia vías de doble opción (usar el agua del tanque o del acueducto), con reguladora para control de presión del aire del tanque.

ESCUPIDERA

Caja con pintura electrostática adaptada al sillón en brazo doble para mejor desplazamiento y comodidad del paciente al escupir, contorno redondeado para fácil limpieza, taza en cerámica porcelanizada con sistema de agua para el lavado, porta vaso con su llenador de agua, eyector de vacio por presión del agua o del aire de la unidad. Estos componentes tienen sus respectivas reguladoras.

LAMPARA

Cabezote con reflector en cristal en brazo articulado adaptada a la columna, con movimiento horizontal y vertical, luz fría con bombillo Led a 110 voltios. (no necesita transformador), sistema de encendido con interruptor instalado en la caja del módulo para mayor comodidad.

COLUMNA

Adaptada a la base del sillón con brazo adicional el cual incluye:

- Bandeja doble en acero inoxidable sobrepuesta en bandeja en cold rolled y negatoscopio de 30 cm de ancho por 22 cm de alto.

BUTACO ODONTOLÓGICO

Butaco neumático con cinco rodachines para fácil desplazamiento, asiento y espaldar tapizados en el mismo material del sillón odontológico.

CAJA DE CONTROL

Fabricada en cold rolled calibre 18 pintura electrostática, dimensiones 25x35x15 cms, con conexiones para su instalación del piso hacia arriba.

RECOMENDACIONES

1. Tener en cuenta que el voltaje no exceda los 120 voltios en las respectivas conexiones del consultorio.

2. Lavar la taza de la escupidera posterior a la atención de cada paciente.

3. Tener en cuenta que el paciente no tenga objetos cortantes en los bolsillos traseros del pantalón, para evitar la ruptura del tapizad.

4. Asear el equipo diariamente después de terminada la jornada de trabajo.

5. Mantener siempre seca la unidad para prevenir la corrosión producida por el cloro contenido en el agua.