INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 254 DE 2024 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-253-2024
Contrato N°:	254
Término:	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Fecha Inicio:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Finalización:	22 DE NOVIEMBRE 2024
Valor Inicial	**NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE($969.804.600.00)**
Contratista:	**JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ**
NIT o Cedula de Ciudadanía	No. 94.487.314
Objeto del Contrato:	COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA TRAMO 1, URGENCIAS GINECOLOGIA, CIRUGIA, ENDOSCOPIA, URGENCIAS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Forma de pago:	El Hospital Susana López de Valencia E.S.E. pagará al contratista en una única cuota una vez cumpla con la entrega total de la respectiva factura y luego de la certificación por parte del supervisor asignado. A la orden de pago se le realizaran los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará mediante los trámites administrativos establecidos por el Hospital, según procedimiento interno de pago de cuentas.
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. 411 del 12 de agosto del 2024
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo de Julián Andrés Legarda Guzmán, subdirector administrativo o quien haga sus veces, con el apoyo que se designe, quienes podrán ser ubicados en las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
Período a que corresponde el informe	**N.A**

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$969.804.600**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$969.804.600**
VALOR EJECUTADO	**$969.804.600**
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	**$969.804.600**
SALDO A EJECUTAR	**$0**

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 254 DE 2024 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

Informes de actividades anexos.


ITEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
1	Atender las recomendaciones dadas por el supervisor del contrato durante la vigencia de	El contratista acata las recomendaciones del supervisor	Entrega de documentación al área de ingeniería biomédica
2	Comunicar al Supervisor cualquier error u omisión que encuentre al confrontar las especificaciones técnicas de los equipos con lo que requiere el Hospital y le solicitará las aclaraciones y modificaciones pertinentes.	No se realizaron modificaciones	No se realizaron modificaciones
3	Realizar capacitación al personal asistencial y administrativo sobre el uso adecuado de los equipos.	El contratista entrega las fechas de capacitación a la ingeniera encargada de capacitaciones	Comunicación email de las fechas de las capacitaciones
4	Los equipos deben contar con una garantía mínima de un (1) año.	Se entrega carta de garantía de un año	Se anexa a la carpeta de los equipos biomédicos entregados
5	Suministrar oportunamente la dotación requerida, previa autorización del supervisor del contrato. La entrega total debe realizarse conforme al pedido que realice el Hospital, según las especificaciones de presentación, marca, calidad y precios estipulados en el contrato.	Se entrega oportunamente toda dotación según las especificaciones realizadas por el hospital acta de entrega en suministros.	Acta de entrega a satisfacción en suministros
6	Presentar cronograma de mantenimiento preventivo para los equipos durante los periodos de garantía.	Se entrega al ingeniero de servicio los cronogramas de mantenimiento de los equipos entregados a los servicios	Los cronogramas reposan en las carpetas los servicios
7	Entregar protocolos de mantenimiento de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de fabricante.	Se entrega al ingeniero de servicio especificaciones técnicas de los equipos entregados a los servicios	Las especificaciones reposan en las carpetas los servicios
8	Brindar capacitaciones sobre el uso adecuado de los equipos, las cuales deberán ser impartidas a la totalidad del personal a cargo, así:	El contratista entrega las fechas de capacitación a la ingeniera encargada de capacitaciones	Comunicación email de las fechas de las capacitaciones

	Capacitación Usuario Clínico: Esta capacitación deberá considerar todos los modos de funcionamiento y potencialidades riesgos del equipo biomédico, además una manutención usuaria. Mínimo UNA (1) capacitación.		
9	Los equipos biomédicos deben entregarse en buen estado (presentación, conservación, etc.), en caso de recibirse averiados, presenten defectos de calidad o empaque, se debe proceder a la sustitución sin ningún costo adicional, a los cinco (5) días siguientes al reporte de la institución.	Los equipos se entregan en buenas condiciones y son verificados por el personal de ingeniería	Los equipos son recibidos en buen estado con acta de entrega al ingeniero líder del programa de ingeniería biomédica

Especificaciones técnicas

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO	ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
MONITOR SIGNOS VITALES	1	Monitor de signos vitales para paciente adultos	
	2	Con monitorización de: ecg-spo2-nibp-frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura	
	3	Rango de medición spo2 de 0 a 100%	
	4	Exactitud de medición de spo2 entre más 2% y menos 2%	
	5	Medición de respiración con rango inferior de 0 a 5 rpm y rango superior de 150 a 200rpm	
	6	Monitorización de ecg mínimo 5 derivadas. (i, ii, iii, avr, avl, avf, v1 a v6)	
	7	Modo standby o espera de paciente.	
	8	Nibp con técnica de medición oscilometría y rango mínimo de 0 a máximo a 300mmhg	
	9	Con análisis de arritmias.	

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 254 DE 2024 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ


	10	Tamaño de la pantalla mínima de 12 pulgadas a color y touch screen.	 
	11	Visualización mínima de 6 trazos en pantalla	
	12	Batería con autonomía mínima de 90 minutos.	
	13	Con opción de configurar las alarmas de alta, media y baja prioridad.	
	14	Opción de conectar a una central de monitoreo	
	15	Tendencias mínimo de 20 horas con datos gráficos y numéricos	
	17	Debe incluir los siguientes accesorios para población adulta: brazalete de nibp, sensor de oximetría, sensor de temperatura cutáneo, módulos para los parámetros solicitados, interfaces para cada módulo y sensor respectivo, cable de medición ecg, manguera de nibp, batería y cable de poder para el monitor	
	18	Incluye carro de transporte	
	19	Alimentación eléctrica: 100 a 240 vac +/- 10%	
LARINGOSCOPIO ADULTO	1	Laringoscopio de uso adulto	
	2	Mangos de fibra óptica con luz halógena	
	3	Valvas rectas y curvas de fibra óptica, nro: 2, 3 y 4	
	4	Sistema eléctrico alimentado por baterías	
	5	Hojas fabricadas en una sola pieza	
	6	Hojas fabricadas en acero inoxidable	

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 254 DE 2024 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ


			

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 254 DE 2024 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ

DESFIBRILADOR	1	Desfibrilador bifásico	 
	2	Apto para paciente adulto – pediátrico	
	3	Monitoreo de ecg con velocidad de barrido de 25 a 50 mm/s	
	4	Con monitorización de saturación de spo2 (opcional)	
	5	Batería recargable con capacidad de respaldo de mínimo 180 minutos de monitoreo continuo y 100 descargas de energía máxima	
	6	Paletas para paciente adulto y pediátrico	
	7	Estándares de seguridad eléctrica BF y CF	
	8	Tiempo de carga menor de 5 segundos para onda bifásica de 0 a 200 julios	
	9	Registro de eventos con posibilidad de transferencia y almacenamiento de datos	
	10	Con modo cardioversión sincrónica	
	11	Onda bifásica de 1 a mínimo 270 julios	
	12	Con marcapasos no invasivo con frecuencia de 40 a 170 impulsos/minuto	
	13	Corriente de salida de 8 a 200 ma en marcapasos	
	14	Comprobación de funciones automática o semiautomática	
	15	Función AED	
	16	Pantalla LCD a color de mínimo 6 pulgadas	
	17	Fuente de alimentación eléctrica: 100 - 240 Vac; Frecuencia: 50/60 hz	
	18	Incluir accesorios: cable ekg, cable de poder, sensor spo2 (opcional), interface y cables para	

		cada modo, electrodos o parches multifunción adulto y pediátrico	
ASPIRADOR	1	Aspirador de secreciones portátil	
	2	Capacidad de aspiración mínima de 18 l/min	
	3	Nivel acústico: máximo de 60 db.	
	4	Bomba de vacío sin lubricación	
	5	con recipiente recolector de plástico con capacidad de almacenamiento mínima de 1000 cc.	
	6	Peso máximo de 4.5 kg	
	7	Fuente de alimentación eléctrica: 100 - 240 vac; frecuencia: 50/60hz	
	8	El equipo debe incluir sistema de filtración viral, cable de poder.	
CARRO DE PARO	1	Cable de poder, toma auxiliar	
	2	Estructura fabricada en lámina y tubería estructural de acero cold rolled de alta resistencia	
	3	Dimensiones	
	4	Alto: entre 90cm y 115cm	
	5	Ancho: entre 80 cm y 90 cm	
	6	Largo: entre 45cm y 60cm.	
	7	Tabla de reanimación incorporada	
	8	Incluir soporte - bandeja para desfibrilador	
	9	Atril porta suero	
	10	Sistema de bloqueo de cajones	
	11	Mínimo cinco gavetas	
	12	Soporte para cilindro de oxígeno portátil	
	13	Con sistema de ruedas de mínimo 4 pulgadas en plástico abs o poliuretano	
	14	Sistema de bloqueo en cada rueda	


CONTINUACION INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 254 DE 2024 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ

	15	Protección para choques perimetral	
LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO	1	Laringoscopio de uso pediátrico	
	2	Mangos de fibra óptica con luz halógena	
	3	Valvas rectas No 00 y No 0	
	4	Valvas curvas y rectas No1	
	5	Sistema eléctrico alimentado por baterías AA (tipo C)	
	6	Hojas fabricadas en una sola pieza	
	7	Hojas fabricadas en acero inoxidable	
LAMPARA CIELITICA DOBLE SATELITE	1	LEDs (diodos emisores de luz) de alta eficiencia.	
	2	Temperatura de Color: entre 3500 K y 5000 K	
	3	Intensidad Luminosa: Hasta 160,000 lux por cada cabezal.	
	4	Ajuste de Intensidad: Control continuo de la intensidad luminosa desde 5% hasta 100%.	
	5	Vida Útil de los LEDs: Aproximadamente 50,000 horas.	
	6	Diámetro del Campo Luminario entre 160 mm a 280 mm.	
	7	Intensidad luminosa Hasta 1200 mm	
	8	Rotación cada cabezal puede rotar 360 grados	
	9	Panel de control en el cabezal	
	10	Índice de reproducción cromática (Ra y R9) del 96	
	1	pantalla táctil a color de alta resolución que facilita la visualización clara y precisa de los datos FHR	
	2	Cuenta con monitoreo de SPO2, NIPB, ECG, Temperatura	
	3	Cuenta con carro de transporte	

MONITOR FETAL CON SPO2 NIBP ECG	4	capacidad de registro continuo de las contracciones uterinas y la FHR, permitiendo un seguimiento detallado durante el trabajo de parto	
	5	Memoria interna que permite almacenar y revisar datos históricos, facilitando el análisis retrospectivo y la gestión de la información del paciente	
	6	Batería recargable de litio-ion	
	7	Dispone de una impresora térmica de alta calidad para imprimir gráficos y datos fetales en tiempo real.	
	8	Incluye un toco dinamómetro para medir la frecuencia y la intensidad de las contracciones uterinas	
	9	transductores ultrasónicos tienen una alta sensibilidad para una detección precisa de la frecuencia cardíaca fetal y los movimientos fetales.	
	1	pantalla táctil a color de alta resolución que facilita la visualización clara y precisa de los datos fetales y maternos.	
	2	Cuenta con carro de transporte	
	3	capacidad de registro continuo de las contracciones uterinas y la FHR, permitiendo un seguimiento	

		detallado durante el trabajo de parto	
MONITOR FETAL	4	Memoria interna que permite almacenar y revisar datos históricos, facilitando el análisis retrospectivo y la gestión de la información del paciente	
	5	sistema de alarmas configurable para alertar al personal médico sobre cualquier anomalía en la FHR o las contracciones uterinas.	
	6	Dispone de una impresora térmica de alta calidad para imprimir gráficos y datos fetales en tiempo real.	
	7	Incluye un tocodinamómetro para medir la frecuencia y la intensidad de las contracciones uterinas	
	8	transductores ultrasónicos tienen una alta sensibilidad para una detección precisa de la frecuencia cardíaca fetal y los movimientos fetales.	
DOPPLER FETAL	1	Equipado con una pantalla LCD que muestra la frecuencia cardíaca fetal (FHR) de manera clara y precisa.	
	2	Proporciona mediciones precisas de la frecuencia cardíaca fetal, con un rango de medición de 50 a 210 BPM.	
	3	Incluye un altavoz	
	4	Funciona con baterías recargables o baterías AA,	

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 254 DE 2024 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ

			
CAMA HOSPITALARIA	1	Permite ajustes eléctricos de altura, respaldo y rodillas.	
	2	Ruedas giratorias de alta calidad con sistema de bloqueo centralizado	
	3	Barandillas laterales abatibles y ajustables	
	4	Paneles de control tanto para el paciente como para el personal médico	
	5	Posiciones de Trendelenburg y anti-Trendelenburg.	
	6	Diámetro de las ruedas 15 cm	
	7	Carga máxima segura entre 230 y 250 Kg	
	8	Peso máximo del paciente entre 200 y 220 kg	
	9	Tamaño: longitud entre 2100mm - 2200 mm Ancho: 970mm-1000 mm	
MESA QUIRURGICA	1	Mesa de operaciones electrica multiusos	
	2	Tres paneles de control, incluido el panel remoto, el panel de respaldo y el interruptor de pie.	
	3	Placa radiolúcida en la mesa para libre acceso con el brazo en C.	
	4	Regreso a la posición original con solo oprimir un botón.	
	5	Batería con energía para 50 a 80 operaciones.	
	6	Capacidad de carga hasta 180 kg	


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6800870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383


		+/- 10 kg en posición estándar	
	7	Colchón de descompresión con diseño antiestático, impermeable y sin costuras.	
INCUBADORA ABIERTA	1	Lámpara de calor servocontrolada.	
	2	Temperatura de piel servocontrolada.	
	3	Tres modos de control: manual, pre-calentamiento, modo bebé.	
	4	Bandeja porta chasis Rx.	
	5	Requisito de energía: AC120/60HZ.	
	6	Máximo rango efectivo de radiación > 1000uW/cm2	
	7	Rango de control del modo de control de bebé: 34,5ºC - 37,5ºC	
	8	Ángulo del módulo: 0°, 30°, 60°, 90° de dos maneras	
	9	La precisión del sensor de temperatura de la piel: <0,3 ° C	
	10	Alarmas: alarma de temperatura, alarma de desviación, alarma de fallo del sensor, alarma de fallo de alimentación, ajustes de la alarma, control de alarma y así sucesivamente.	
TENSIOMETRO CON SOPORTE MOVIL	1	Mecanismo de Medición tipo Aneroid	
	2	Método Esfigmomanometría manual	
	3	Escala de medición: Generalmente de 0 a 300 mmHg	
	4	Precisión: ±3 mmHg	
	5	Tamaño del brazalete adulto estándar.	

	6	Pera de inflado	 
	7	Válvula de liberación de aire	
	8	Base Con ruedas para facilitar el transporte	
	9	Pedestal con altura ajustable	
LAMPARA DE EXAMEN GENERAL	1	Tipo de luz: LED de alta intensidad	
	2	Vida útil del LED: Aproximadamente 50,000 horas	
	3	Temperatura de color: Aproximadamente 5,000 - 5,500 Kelvin (luz blanca fría)	
	4	encendido/apagado sin contacto	
	5	Brazo articulado flexible y ajustable, permitiendo un rango amplio de movimiento y posicionamiento preciso	
	6	Fuente de alimentación: Adaptador de corriente con entrada de 100-240V AC, 50/60 Hz	

			
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	1	Incluye un oftalmoscopio	
	2	Incluye un otoscopio	
	3	Fuente de Luz LED	
	4	Vida Útil del LED Aprox. 20,000 horas	
ELECTROCARDIOGRAFO	1	Voltaje de funcionamiento= 100 V-240 V~	
	2	Frecuencia de funcionamiento = 50 Hz/60 Hz	
	3	Rango de FC 30 lpm ~300 lpm	
	4	Precisión: ±1 lpm	
	5	12 derivaciones estándar	
	6	Impresora térmica de matriz de puntos	
	7	Detección de marcapasos	
	8	Filtro AC: encendido/apagado	
	9	Filtro DFT: 0,01 Hz/0,05 Hz/0,15 Hz/0,25	
	10	Hz/0,32 Hz/0,5 Hz/0,67 Hz	
	11	Filtro EMG: Desac/25 Hz/35 Hz/45 Hz	
	12	Filtro Pasabaja: 300 Hz/270 Hz/150 Hz/100	
	13	Cuenta con carro de transporte	

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 254 DE 2024 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ


SILLA DE RUEDAS	1	Capacidad 130Kg +/- 10Kg	
	2	Apoyabrazos removibles	
	3	Estructura en acero martillado	
	4	Reposapiés abatibles y removibles	
	5	Aros de propulsión	
	6	Ruedas delanteras rin estrella	
	7	Ancho total de la silla entre 68 cm y 74cm	
	8	ancho del asiento: 45cm-52cm +/- 1cm	
	9	Altura del respaldo 42 cm	
SILLA DE RUEDAS PARA AMBULANCIA	1	Silla de ruedas plegable	
	2	Terminada pintura electroestática	
	3	lona de alta resistencia bacterias, manchas, hongos	
	4	con cinturón de dos puntos	
	5	Descansa pies	
	6	capacidad de carga: entre 140kg-160kg	
TERMOMETRO TIPO PISTOLA	1	Selección de función de retroiluminación	
	2	Selección de unidades °C/°F	
	3	Batería fácil de reemplazar	
	4	Cumple con los estándares FDA clase II	
	5	Ergonómico con grip en el mango	
	1	·Modos ventilatorios: VCP, VCV, SIMV PC, SIMV VC, VPC-VG, PSV.	

MAQUINA DE ANESTESIA	2	·Pantalla Touch Screen de 12.1" de matriz activa TFT a color, interfaz de usuario intuitiva de fácil manejo y visualización.	
	3	·Sistema respiratorio flexible, libre de herramientas, calefactado con temperatura constante a 35°C disminuyendo la condensación de agua en el sistema respiratorio.	
	4	·Monitorización de la mecánica respiratoria: ondas (P, V, F, CO2, BIS) bucles (P-V, F-V, F-P) permite guardar 5 bucles y mostrar línea de referencia.	
	5	·Monitorización numérica FI CO2, FE CO2, PRESION PICO, MESETA, PEEP, VC, VM, FR, RAW y COMPL.	
	6	·Monitorización modulo AG: O2 inspirado, O2 espirado, AG inspirado, AG espirado y MAC.	
	7	·Sistema respiratorio compacto 2,6 L libre de látex.	
	8	·Sistema de alarmas técnicas y fisiológicas de rápida detección con visualización de posibles causas y su resolución.	
	9	·Batería de ion Litio (2) que brindan 240 minutos de soporte.	
	10	·Tres cajones con amplio espacio interior y cierre con llave.	
	11	·Freno central.	
	12	·Puertos de conexión DB9, RS232, Ethernet.	
	13	·Superficie de trabajo iluminada con luz led de dos niveles.	
	14	·Sistema modular permite modulo AG-O2- BIS 2 o 3 slot.	
	15	·Sistema respiratorio autoclavable.	
	16	·ACGO mecánico.	


CONTINUACION INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 254 DE 2024 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ

MODULO DE GASES ANESTESICOS Y BIS	1	Identifica y mide los valores inspirados y caducados de O2, CO2, N2O y 5 agentes anestésicos.	
	2	El módulo puede identificar automáticamente los agentes anestésicos usados y proporcionar mediciones de MAC relacionadas con la edad del paciente.	
	3	Proporciona un seguimiento continuo del nivel de sedación del paciente mediante la medición de la actividad cerebral.	
	4	Proporciona datos en tiempo real sobre el estado de sedación del paciente, ayudando a los anestesiólogos a ajustar la dosificación de agentes anestésicos según sea necesario.	
PESA ADULTO DIGITAL GRADO MEDICO	1	Capacidad 200Kg	
	2	División (g) 50 g < 150 kg > 100 g	
	3	función madre/bebé, conmutación kg/lbs, desconexión automática, Medición móvil, Auto-HOLD	

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 254 DE 2024 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ

ELECTROBISTURY	1	Lee la composición del tejido en tiempo real, mayor a 430,000 veces por segundo, lo que permite un control preciso y constante de la energía aplicada	
	2	Monopolares modos de corte y coagulación mejorados para mayor precisión y menor daño térmico.	
	3	Bipolar activación más rápida y eficiente, con menor temperatura de las mandíbulas para una coagulación más segura y controlada.	
	4	tecnología LigaSure mejor desempeño en el Sellado de vasos proporcionando una transmisión de energía precisa a los tejidos	
	5	pantalla touch con ajustes rápidos	
	6	Compatible con dispositivos de ablación quirúrgica Cardioblate	
	7	Dimensiones (+/- 1cm): 36.0 cm de ancho, 17.0 cm de alto, 46.0 cm de profundidad	
	8	con conectores inteligentes	
	9	Con carro de transporte	
CAMILLA DE DIAGNOSTICO	1	Base con dos columnas (cilindros) hidráulicas	
	2	La camilla pose una manivela para ajustar el plano de pies de manera manual	
	3	Colchoneta grado médico, es lavable, hipoalergénico e ignífugo	
	4	Atril Porta Suero	
	5	Cuatro (4) ruedas de 20cm +-/1cm de diámetro, con sistema de freno de bloqueo central,	
	6	Pintura de aplicación electrostática en polvo	

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 254 DE 2024 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ

	7	Superficie o Tendido Compuesto por cuatro (4) planos, uno (1) fijo y tres (3) móviles, fabricados en Acero Inoxidable.	
	8	Elevación Pies 34o +/-1o Peso del Paciente	
	9	Altura Máxima 82cm +/-1cm	
	10	Dimensiones Externas 78cm x 208cm +/-1cm	
	11	Altura Mínima 53cm +/-1cm	
	12	Trendelenburg 15o +/-1o Trendelenburg Inverso -15o +/-1o	
	13	Elevación Espaldar 84o +/-1o	
	14	Capacidad de carga del paciente: 180kg	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES:

- El contratista cumplió con lo pactado contractualmente para el periodo en ejecución.

5. ANEXOS:

6. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

- Factura Electrónica FL-28 del 30 de septiembre del 2024 por valor de **$ $969.804.600**
- Seguridad social mes de septiembre de 2024
- Ingreso de activos

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 254 DE 2024 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ

7. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

Se han autorizado pagos por valor de:

PERIODO AUTORIZADO	VALOR
N.A DE 2024	**$$969.804.600**

El anterior informe se firma a los 8 días del mes de octubre de 2024.

JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMÁN
Subdirector Administrativo

PAUL EDUARDO MUÑOZ
Apoyo a la supervisión

Proyectó: Paola Andrea Vidal – Afiliado participe ASIES
Proyectó: Lizeth Natalia Victoria – Afiliado participe ASIES
Reviso: Ing. Paul Eduardo Muñoz R – Afiliado Participe a ASIES.
Aprobó: Julián Andrés Legarda Guzmán- Subdirector Administrativo

Servimos CAUCA

Regimen Comun | Nit.94.487.314-1

JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ
NIT: 94487314-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CALLE 70N # 7-42, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3146577337
Email. servimoscauca1@hotmail.com
Régimen Simple de Tributación
Autorización factura electrónica de venta No. 18764067663518 válida desde 2024-03-20 hasta 2026-03-20 rango desde FL-22 hasta FL-500.

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT :	891501676-1
Dirección:	CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA, Popayán, Cauca, Colombia, CP 190001
Teléfono:	8386363
Email:	facelectronica@hosusana.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	30/10/2024
Total de Lineas:	25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FL - 28**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:28:11-05:00**
FECHA FIRMADO:	**30/09/2024 12:28:14**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	09	2024	30	10	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	EQ075	MONITOR SIGNOS VITALES UMEC12 (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) MINDRAY UNIDAD	94	4,00	$11.300.000,00	IVA	19%	$8,588,000.00	0,00	$45.200.000,00
2	EQ076	LARINGOSCOPIO ADULTO REF. 60813, 68062,68063, 68064, 69062, 69063, 69064 WELCH ALLYN UNIDAD	94	1,00	$5.100.000,00	IVA	19%	$969,000.00	0,00	$5.100.000,00
3	EQ077	DESFIBRILADOR D30 MINDRAY UNIDAD	94	1,00	$23.900.000,00	IVA	19%	$4,541,000.00	0,00	$23.900.000,00
4	EQ055	ASPIRADORREF. 5XT-5ASMAF UNIDAD	94	1,00	$1.280.000,00	IVA	19%	$243,200.00	0,00	$1.280.000,00
5	EQ078	CARRO DE PARO REF. 8234 MUBI UNIDAD	94	1,00	$4.500.000,00	IVA	19%	$855,000.00	0,00	$4.500.000,00
6	EQ079	LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO REF. 60814, 68065,68060, 68061, 69061 WELCH ALLYN UNIDAD	94	1,00	$4.800.000,00	IVA	19%	$912,000.00	0,00	$4.800.000,00
7	EQ071	LAMPARA CIELITICA DOBLE SATELITE HYLED 600/600 MINDRAY UNIDAD	94	1,00	$42.300.000,00	IVA	19%	$8,037,000.00	0,00	$42.300.000,00
8	EQ080	MONITOR FETAL CON SPO2 NIBP ECG REF. F9 EXPRESS (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) EDAN UNIDAD	94	2,00	$25.300.000,00	IVA	19%	$9,614,000.00	0,00	$50.600.000,00
9	EQ081	MONITOR FETAL REF.F6 EXPRESS (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) EDAN UNIDAD	94	1,00	$12.800.000,00	IVA	19%	$2,432,000.00	0,00	$12.800.000,00
10	EQ082	DOPPLER FETAL REF.SONOTRAX II PRO EDAN UNIDAD	94	3,00	$1.180.000,00	IVA	19%	$672,600.00	0,00	$3.540.000,00
11	EQ083	CAMA HOSPITALARIA REF. SV2 STRYKER UNIDAD	94	2,00	$23.970.000,00	IVA	19%	$9,108,600.00	0,00	$47.940.000,00

Firma Digital: RwnudWjySBy+PgjQjxdvY6aQzXhLpHqlpGfKOTmOKgsenbXkqP1ctVXC+qeBfQ6K
BgT5h1tx7z9+PD/I1raWBOvOceZU9AFqBUBEgogJ+LHqVj30MN
h4J/X7XraN0yf8 cdVzrpLKdlwlanR2/M/V36g1+qKkuQmhuvQkm+TTj4WKBdwVLnSb7eZ3yNup4OY1 c7397QmDkRtJcdfhqlwsHO2cRbHBSNruqbg
hP1Avm+Q6ZnCDtvKHYtSTFs+TbilL Bn0Nlk4+Plc4VTCh+VBk58c1MiEDbalwmB1Pyb5fKYCgX8RkkCd2T0elhFtRWqWu 2LvDc6PYv7izTMu8iEo5
hA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

12	EQ084	MESA QUIRÚRGICA REF. HYBASE 3000 MINDRAY UNIDAD	94	1,00	$91.760.000,00	IVA	19%	$17,434,400.00	0,00	$91.760.000,00
13	EQ085	INCUBADORA ABIERTA REF. HKN 93B NINGO DAVID UNIDAD	94	1,00	$24.500.000,00	IVA	19%	$4,655,000.00	0,00	$24.500.000,00
14	EQ086	TENSIOMETRO CON SOPORTE MÓVIL REF. 7670-10 WELCH ALLYN UNIDAD	94	2,00	$2.200.000,00	IVA	19%	$836,000.00	0,00	$4.400.000,00
15	EQ087	LAMPARA DE EXAMEN GENERAL REF. 44400 GS 300 WELCH ALLYN UNIDAD	94	1,00	$3.100.000,00	IVA	19%	$589,000.00	0,00	$3.100.000,00
16	EQ088	EQUIPO DE ÓRGANOS PORTÁTIL REF.92871 WELCH ALLYN UNIDAD	94	1,00	$1.730.000,00	IVA	19%	$328,700.00	0,00	$1.730.000,00
17	EQ089	ELECTROCARDIOGRAFO REF. SE-1201 (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) EDAN UNIDAD	94	1,00	$10.750.000,00	IVA	19%	$2,042,500.00	0,00	$10.750.000,00
18	EQ090	SILLA DE RUEDAS REF. WCCT-S100 KONFORT UNIDAD	94	2,00	$1.560.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$3.120.000,00
19	EQ091	SILLA DE RUEDAS PARA AMBULANCIA REF. 300003 INDUMASAS UNIDAD	94	1,00	$1.440.000,00	IVA	19%	$273,600.00	0,00	$1.440.000,00
20	EQ092	TERMÓMETRO TIPO PISTOLA REF. NC200 MICROLIFE UNIDAD	94	1,00	$190.000,00	IVA	19%	$36,100.00	0,00	$190.000,00
21	EQ093	MAQUINA DE ANESTESIA REF. WATO EX 65 MINDRAY UNIDAD	94	1,00	$108.900.000,00	IVA	19%	$20,691,000.00	0,00	$108.900.000,00
22	EQ094	MODULO DE GASES ANESTÉSICOS Y BIS REF. 115-034110 MINDRAY UNIDAD	94	1,00	$29.750.000,00	IVA	19%	$5,652,500.00	0,00	$29.750.000,00
23	EQ095	PESA ADULTO DIGITAL GRADO MEDICO REF. 874 dr SECA UNIDAD	94	1,00	$2.950.000,00	IVA	19%	$560,500.00	0,00	$2.950.000,00
24	EQ096	ELECTROBISTURY REF. FT-10 (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) VALLEYLAB UNIDAD	94	2,00	$106.930.000,00	IVA	19%	$40,652,400.00	0,00	$213.960.000,00
25	EQ097	CAMILLA DE DIAGNOSTICO REF. CX4 (C376) LOS PINOS UNIDAD	94	5,00	$15.390.000,00	IVA	19%	$14,620,500.00	0,00	$76.950.000,00

Notas:

SON: (novecientos sesenta y nueve millones ochocientos cuatro mil seiscientos pesos)
CUFE: f519a4bc900c57650c8d0c92e8c23d097ce30f8ec8a81ba5adec4cbf5b946b8e2a1013549eb42222cd7345277db829c5

Subtotal:	$815.460.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$154.344.600,00
Total:	$969.804.600,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.120.000,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$812.340.000,00	19,00%	$154.344.600,00

Firma Digital: RwnudWjySBy+PgjQjxdvY6aQzXhLpHqlpGfKOTmOKgsenbXkqP1ctVXC+qeBfQ6K
BgT5h1tx7z9+PD/l1raWBOvOceZU9AFqBUBEgogJ+LHqVj30MN
h4J/X7XraN0yf8 cdVzrpLKdlwlanR2/M/V36q1+gKkuQmhuvQkm+TTj4WKBdwVLnSb7eZ3yNup4OY1 c7397QmDkRtJcdfhqlwsHO2cRbHBSNruqbg
hP1Avm+Q6ZnCDtvKHYtSTFs+TbilL Bn0Nlk4+Plc4VTCh+VBk58c1MiEDbalwmB1Pyb5fKYCgX8RkkCd2T0elhFtRWqWu 2LvDc6PYv7izTMu8iEo5
hA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94487314		VARGAS ACHIPIZ JOSE IGNACIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 70 NORTE 10N 42 BRR LA PAZ	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	951227345	9474373415	I	2024/10/03	2024/10/01	BANCOLOMBIA	0	$9,912,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,850,000	$0	$0	$5,850,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$5,850,000	$0	$0	$5,850,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,062,500	$0	$0	$4,062,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$4,062,500	$0	$0	$4,062,500
TOTAL				1	$9,912,500	$0	$0	$9,912,500

Bancolombia

Bancolombia

Notificación

Transaccional

Bancolombia: Pagaste $9,912,500.00 a APORTES EN LINEA desde tu producto *9536 el 01/10/2024 15:52. ¿Dudas? Llamanos al 6045109095 o 018000931987. Estamos cerca.

¿Tienes claros tus gastos por pagos vs tus ingresos? **Visualiza esto y más en Día a Día en App Bancolombia.**

Fecha Actual : miércoles, 02 octubre 20

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Dirección : CALLE 15 17A-196
Ciudad :
Nit : 891501676 **Teléfono :** 8203536

Ingreso No : 229
Estado : Confirmado
Fecha : 30/09/2024

Proveedor : JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ
Dirección : CALLE 70N 7 42 BARRIO LA PAZ **Factura :** FL28
Ciudad : POPAYAN
Responsable : 25283888-7 DALIS MUÑOZ - BODEGA - EQUIPOS DE APOYO DIAGNOSTICO
Egreso : FL28 **Fecha Egreso :** 30/09/2024 **Orden de Compra :**

Codigo : 94487314
Fecha Factura : 30/09/2024
Teléfono : 3146577837

Producto	Nombre	SERIES	Placas	Mod/Marca	Can	Fecha Ingreso	% Iva	Vr Unitario
1700703422	MONITOR DE SIGNOS VITALES				4	30-09-24	19.00	11,300,000.00
	UMEC12 (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) MINDRAY							
		KQ-2C096280	166007706		MINDRAY			
		KQ-2C096281	166007707		MINDRAY			
		KQ-2C096283	166007708		MINDRAY			
		KQ-2C096285	166007709		MINDRAY			
1420600939	LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN.				1	30-09-24	19.00	5,100,000.00
	LARINGOSCOPIO ADULTO REF. 60813, 68062,68063, 68064, 69062, 69063, 69064 WELCH ALLYN, VALVA CURVA #2 REF. 69062 LOT. 24-018 (1), VALVA RECTA #2 REF. 68062 LOT. 24-080 (1), VALVA CURVA #3 REF. 69063 LOT. 23-296(1), VALVA RECTA #3 REF. 68063 LOT. 22-222 (1), VALVA CURVA #4 REF. 69064 LOT. 23-312 (1), VALVA RECTA #4 REF. 68064 LOT. 23-353 (1)							
		60813	166007710		WELCH ALLYN			
1700703436	DESFIBRILADOR				1	30-09-24	19.00	23,900,000.00
	INCLUYE CABLES ECG LEAD 3/5 12 PIN, CABLE 5 LEAD LEADSET, CABLE PADS Y PRUEBA, BATERIA LI-ION, CABLE AC, PALETAS DE DESFIBRILACION, MANUAL DE USUARIO							
		FP5-46008816	166003391	D30	MINDRAY			
1420600849	ASPIRADOR PORTATIL DE SECRECIONES.				1	30-09-24	19.00	1,280,000.00
	INCLUYE: SET DE FILTROS, MANGUERA DE SUCCIONADOR, CABLE AC, SET DE FUSIBLES, MANUAL DE USUARIO							
		L1.24.284	166005836	5XT-5A	SMAF			
1700703434	CARRO DE PARO O DE EMERGENCIAS				1	30-09-24	19.00	4,500,000.00
	INCLUYE: ATRIL INOXIDABLE, ACRILICOS, BANDEJA INOXIDABLE, CABLE DE PODER, MANUAL DE USUARIO, GUIA RAPIDA							
		108448	166003392		MUBI			
1420600939	LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN.				1	30-09-24	19.00	4,800,000.00
	68065,68060, 68061, 69061 WELCH ALLYN, VALVA RECTA #00 REF.68065 LOT. 24-082, VALVA RECTA #0 REF.68060 LOT. 22-189, VALVA RECTA #1 REF.68061 LOT. 23-355, VALVA CURVA #1 REF.69061 LOT. 23-345							
		60814	166007711	PEDIATRICO	WELCH ALLYN			
1700703447	LAMPARA CIELITICA PARA CIRUGIA				1	30-09-24	19.00	42,300,000.00
	DOBLE SATELITE HYLED 600/600 MINDRAY							
		54-42003152	166006480		MINDRAY			

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

Fecha Actual : miércoles, 02 octubre 20

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 229

Dirección : CALLE 15 17A-196

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 30/09/2024

Nit : 891501676 **Teléfono :** 8203536

Proveedor : JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ **Codigo :** 94487314

Dirección : CALLE 70N 7 42 BARRIO LA PAZ **Factura :** FL28 **Fecha Factura :** 30/09/2024

Ciudad : POPAYAN **Teléfono :** 3146577837

Responsable : 25283888-7 DALIS MUÑOZ - BODEGA - EQUIPOS DE APOYO DIAGNOSTICO

Egreso : FL28 **Fecha Egreso :** 30/09/2024 **Orden de Compra :**

1700703453	MONITOR FETAL		2	30-09-24	19.00	25,300,000.00
	CON SPO2 NIBP ECG REF. F9 EXPRESS (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) EDAN					
		560039-M2380077001 166007712	EDAN			
		560039-M2380077002 166007713	EDAN			
1700703453	MONITOR FETAL		1	30-09-24	19.00	12,800,000.00
	REF.F6 EXPRESS (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) EDAN					
		560037-M24204030005 166007714	EDAN			
1700703437	DOPPLER FETAL		3	30-09-24	19.00	1,180,000.00
	REF.SONOTRAX II PRO EDAN					
		560054-M23C10120065 166007715	EDAN			
		560054-M23C10120064 166007716	EDAN			
		560054-M23C10120063 166007717	EDAN			
1700703431	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA		2	30-09-24	19.00	23,970,000.00
	SV2 STRYKER					
		15731020290022 166005837	STRYKER			
		15731020290027 166005838	STRYKER			
1700703866	MESA DE CIRUGIA		1	30-09-24	19.00	91,760,000.00
	REF. HYBASE 3000 MINDRAY					
		M1-44003033 166006481	MINDRAY			
1700703445	INCUBADORA		1	30-09-24	19.00	24,500,000.00
	ABIERTA REF. HKN 93B NINGO DAVID					
		A24BD0013004 166005839	NINGO DAVID			
1420601431	TENSIOMETRO		2	30-09-24	19.00	2,200,000.00
	CON SOPORTE MÓVIL REF. 7670-10 WELCH ALLYN					
		210902113830 166007718	WELCH ALLYN			
		210902122550 166007719	WELCH ALLYN			
1400400384	LAMPARA AUXILIAR PARA EXAMEN		1	30-09-24	19.00	3,100,000.00

Fecha Actual : miércoles, 02 octubre 20

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Dirección : CALLE 15 17A-196
Ciudad :
Nit : 891501676 **Teléfono :** 8203536

Ingreso No : 229
Estado : Confirmado
Fecha : 30/09/2024

Proveedor : JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ **Codigo :** 94487314
Dirección : CALLE 70N 7 42 BARRIO LA PAZ **Factura :** FL28 **Fecha Factura :** 30/09/2024
Ciudad : POPAYAN **Teléfono :** 3146577837
Responsable : 25283888-7 DALIS MUÑOZ - BODEGA - EQUIPOS DE APOYO DIAGNOSTICO
Egreso : FL28 **Fecha Egreso :** 30/09/2024 **Orden de Compra :**

	GENERAL REF. 44400 GS 300 WELCH ALLYN						
		23296	166090148	WELCH ALLYN			
1700703439	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS			1	30-09-24	19.00	1,730,000.00
	PORTÁTIL REF.92871 WELCH ALLYN						
		LOT. 23270	166007720	WELCH ALLYN			
1700703438	ELECTROCARDIOGRAFO			1	30-09-24	19.00	10,750,000.00
	REF. SE-1201 (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) EDAN						
		360253-M23C10650010	166007721	EDAN			
1420901843	SILLA DE RUEDAS			2	30-09-24	.00	1,560,000.00
	REF. WCCT-S100 KONFORT						
		100018251-00138	166005840	KONFORT			
		100018251-00178	166005841	KONFORT			
1420602421	SILLA DE RUEDAS TOTALMENTE PLEGABLE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AMBULANCIA.			1	30-09-24	19.00	1,440,000.00
	REF. 300003 INDUMASAS						
		N/A	166090149	INDUMASAS			
1700704004	TERMOMETRO INFRARROJO			1	30-09-24	19.00	190,000.00
	TIPO PISTOLA REF. NC200 MICROLIFE						
		N/A	EMMC379	MICROLIFE			
1700703865	MAQUINA DE ANESTESIA			1	30-09-24	19.00	108,900,000.00
	REF. WATO EX 65 MINDRAY						
		AT3-44005046	166004153	MINDRAY			
1700704258	MODULO DE GASES ANESTÉSICOS Y BIS			1	30-09-24	19.00	29,750,000.00
	REF. 115-034110 MINDRAY						
		GEE46050210	166004154	MINDRAY			
1700703589	BALANZA DE PISO			1	30-09-24	19.00	2,950,000.00
	PESA ADULTO DIGITAL GRADO MEDICO REF. 874 dr SECA						
		1000000127326 4	166007722	SECA			
1700703850	ELECTROBISTURI			2	30-09-24	19.00	106,980,000.00
	REF. FT-10 (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) VALLEYLAB						
		T4B74762DX	166006482	VALLEYLAB			
		T4A74226DX	166006483	VALLEYLAB			

Fecha Actual : miércoles, 02 octubre 20

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 229

Dirección : CALLE 15 17A-196

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 30/09/2024

Nit : 891501676 **Teléfono :** 8203536

Proveedor : JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ **Codigo :** 94487314

Dirección : CALLE 70N 7 42 BARRIO LA PAZ **Factura :** FL28 **Fecha Factura :** 30/09/2024

Ciudad : POPAYAN **Teléfono :** 3146577837

Responsable : 25283888-7 DALIS MUÑOZ - BODEGA - EQUIPOS DE APOYO DIAGNOSTICO

Egreso : FL28 **Fecha Egreso :** 30/09/2024 **Orden de Compra :**

1700703432	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION		5	30-09-24	19.00	15,390,000.00

CAMILLA DE DIAGNOSTICO REF. CX4 (C376) LOS PINOS

710596	166005842	LOS PINOS
710597	166005843	LOS PINOS
710598	166005844	LOS PINOS
710599	166005845	LOS PINOS
710600	166005846	LOS PINOS

Detalle :

COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA TRAMO 1, URGENCIAS GINECOLOGIA, CIRUGIA, ENDOSCOPIA, URGENCIAS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., SEGUN CONTRATO NUMERO 254 DE 19/09/2024, CLAUSULADO COMPLEMENTARIO HSLV-CD-253-2024, SUPERVISION A CARGO DEL DR. JULIAN ANDRES LEGARDA - SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO HSLV E.S.E

SubTotal :	815,460,000.00
Descuento :	0.00
Iva :	154,344,600.00
Rte Iva Debito :	0.00
Rte Iva Crédito :	23,151,690.00
Otras Retenciones :	48,927,600.00
Otras Deducciones :	0.00
RteIca :	0.00
Rte Fuente :	0.00
Fletes :	0.00
Total :	897,725,310.00

TECNICO ACTIVOS FIJOS

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NUESTROS VALORES
DILIGENCIA - COMPROMISO - JUSTICIA -RESPETO - HONESTIDAD

SUBPROCESO DE SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

ACTA DE RECIBO DE ACTIVOS FIJOS

ACTA NRO	0020	DE	2024
INGRESO DGH		DE	

PROVEEDOR	JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ	FECHA DE RECEPCION		
NIT	94.487.314		MM	AAAA
		30	9	2024

TIPO INGRESO	COMPRA	COMODATO	RECUPERACION	DONACION	AVANCE	ARRENDAM
	X					

CONTRATO NRO	254	DE	19/09/2024	FACTURA NRO		
NUMERO DE PROCESO	HSLV-CD-253-2024			FL28		
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	DD	MM	AAAA	FECHA DE FACTURA		
	20	9	2024			
DURACION DEL CONTRATO	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			DD	MM	AAAA
FECHA DE ACTA DE INICIO	23	9	2024	30	09	2024
PLAZO HASTA	22	11	2024			
SUPERVISOR	DR. JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN					
IDENTIFICACION	76.325.778					
CARGO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO					

OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA TRAMO 1, URGENCIAS GINECOLOGIA, CIRUGIA, ENDOSCOPIA, URGENCIAS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

CODIGO	ITEM	CANT	EQUIPO	MARCA	SERIE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	ESTADO	PLACA
1700703422	1	1	MONITOR SIGNOS VITALES UMEC12 (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) MINDRAY	MINDRAY	KQ-2C096280	11,300,000	2,147,000.00	13,447,000	NUEVO	166007706
1700703422	2	1	MONITOR SIGNOS VITALES UMEC12 (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) MINDRAY	MINDRAY	KQ-2C096281	11,300,000	2,147,000.00	13,447,000	NUEVO	166007707
1700703422	3	1	MONITOR SIGNOS VITALES UMEC12 (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) MINDRAY	MINDRAY	KQ-2C096283	11,300,000	2,147,000.00	13,447,000	NUEVO	166007708
1700703422	4	1	MONITOR SIGNOS VITALES UMEC12 (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) MINDRAY	MINDRAY	KQ-2C096285	11,300,000	2,147,000.00	13,447,000	NUEVO	166007709
1420600939	1	1	LARINGOSCOPIO ADULTO REF. 60813, 68062,68063, 68064, 69062, 69063, 69064 WELCH ALLYN, VALVA CURVA #2 REF. 69062 LOT. 24-018 (1), VALVA RECTA #2 REF. 68062 LOT. 24-080 (1), VALVA CURVA #3 REF. 69063 LOT. 23-296(1), VALVA RECTA #3 REF. 68063 LOT. 22-222 (1), VALVA CURVA #4 REF. 69064 LOT. 23-312 (1), VALVA RECTA #4 REF. 68064 LOT. 23-353 (1)	WELCH ALLYN	MANGO REF. 60813 LOT. 23-303	5,100,000	969,000.00	6,069,000	NUEVO	166007710
1700703436	1	1	DESFIBRILADOR D30 MINDRAY	MINDRAY	FP5-46008816	23,900,000	4,541,000.00	28,441,000	NUEVO	166003391
1420600849	1	1	ASPIRADOR REF. 5XT-5A SMAF	SMAF	L1.24.284	1,280,000	243,200.00	1,523,200	NUEVO	166005836
1700703434	1	1	CARRO DE PARO REF. 8234 MUBI	MUBI	108448	4,500,000	855,000.00	5,355,000	NUEVO	166003392
1420600939	1	1	LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO REF. 60814, 68065,68060, 68061, 69061 WELCH ALLYN, VALVA RECTA #00 REF.68065 LOT. 24-082, VALVA RECTA #0 REF.68060 LOT. 22-189, VALVA RECTA #1 REF.68061 LOT. 23-355, VALVA CURVA #1 REF.69061 LOT. 23-345	WELCH ALLYN	MANGO REF. 60814 LOT. 23278	4,800,000	912,000.00	5,712,000	NUEVO	166007711
1700703447	1	1	LAMPARA CIELITICA DOBLE SATELITE HYLED 600/600 MINDRAY	MINDRAY	54-42003152	42,300,000	8,037,000.00	50,337,000	NUEVO	166006480
1700703453	1	1	MONITOR FETAL CON SPO2 NIBP ECG REF. F9 EXPRESS (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) EDAN	EDAN	560039-M2380077001	25,300,000	4,807,000.00	30,107,000	NUEVO	166007712
1700703453	2	1	MONITOR FETAL CON SPO2 NIBP ECG REF. F9 EXPRESS (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) EDAN	EDAN	560039-M2380077002	25,300,000	4,807,000.00	30,107,000	NUEVO	166007713
1700703453	1	1	MONITOR FETAL REF.F6 EXPRESS (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) EDAN	EDAN	560037-M24204030005	12,800,000	2,432,000.00	15,232,000	NUEVO	166007714
1700703437	1	1	DOPPLER FETAL REF.SONOTRAX II PRO EDAN	EDAN	560054-M23C10120065	1,180,000	224,200.00	1,404,200	NUEVO	166007715
1700703437	2	1	DOPPLER FETAL REF.SONOTRAX II PRO EDAN	EDAN	560054-M23C10120064	1,180,000	224,200.00	1,404,200	NUEVO	166007716
1700703437	3	1	DOPPLER FETAL REF.SONOTRAX II PRO EDAN	EDAN	560054-M23C10120063	1,180,000	224,200.00	1,404,200	NUEVO	166007717
1700703431	1	1	CAMA HOSPITALARIA REF. SV2 STRYKER	STRYKER	15731020290022	23,970,000	4,554,300.00	28,524,300	NUEVO	166005837
1700703431	2	1	CAMA HOSPITALARIA REF. SV2 STRYKER	STRYKER	15731020290027	23,970,000	4,554,300.00	28,524,300	NUEVO	166005838
1700703866	1	1	MESA QUIRÚRGICA REF. HYBASE 3000 MINDRAY	MINDRAY	M1-44003033	91,760,000	17,434,400.00	109,194,400	NUEVO	166006481

1700703445	1	1	INCUBADORA ABIERTA REF. HKN 93B NINGO DAVID	NINGO DAVID	A24BD0013004	24,500,000	4,655,000.00	29,155,000	NUEVO	166005839
1420601431	1	1	TENSIOMETRO CON SOPORTE MÓVIL REF. 7670-10 WELCH ALLYN	WELCH ALLYN	210902113830	2,200,000	418,000.00	2,618,000	NUEVO	166007718
1420601431	2	1	TENSIOMETRO CON SOPORTE MÓVIL REF. 7670-10 WELCH ALLYN	WELCH ALLYN	210902122550	2,200,000	418,000.00	2,618,000	NUEVO	166007719
1400400384	1	1	LAMPARA DE EXAMEN GENERAL REF. 44400 GS 300 WELCH ALLYN	WELCH ALLYN	LOTE: 23296	3,100,000	589,000.00	3,689,000	NUEVO	166090148
1700703439	1	1	EQUIPO DE ÓRGANOS PORTÁTIL REF.92871 WELCH ALLYN	WELCH ALLYN	LOT. 23270	1,730,000	328,700.00	2,058,700	NUEVO	166007720
1700703438	1	1	ELECTROCARDIOGRAFO REF. SE-1201 (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) EDAN	EDAN	360253-M23C10650010	10,750,000	2,042,500.00	12,792,500	NUEVO	166007721
1420901843	1	1	SILLA DE RUEDAS REF. WCCT-S100 KONFORT	KONFORT	100018251-00138	1,560,000	-	1,560,000	NUEVO	166005840
1420901843	2	1	SILLA DE RUEDAS REF. WCCT-S100 KONFORT	KONFORT	100018251-00178	1,560,000	-	1,560,000	NUEVO	166005841
1420602421	1	1	SILLA DE RUEDAS PARA AMBULANCIA REF. 300003 INDUMASAS	INDUMASAS	N/A	1,440,000	273,600.00	1,713,600	NUEVO	166090149
1700704004	1	1	TERMÓMETRO TIPO PISTOLA REF. NC200 MICROLIFE	MICROLIFE	N/A	190,000	36,100.00	226,100	NUEVO	EMMC379
1700703865	1	1	MAQUINA DE ANESTESIA REF. WATO EX 65 MINDRAY	MINDRAY	AT3-44005046	108,900,000	20,691,000.00	129,591,000	NUEVO	166004153
1700704258	1	1	MODULO DE GASES ANESTÉSICOS Y BIS REF. 115-034110 MINDRAY	MINDRAY	GEE46050210	29,750,000	5,652,500.00	35,402,500	NUEVO	166004154
1700703589	1	1	PESA ADULTO DIGITAL GRADO MEDICO REF. 874 dr SECA	SECA	10000001273264	2,950,000	560,500.00	3,510,500	NUEVO	166007722
1700703850	1	1	ELECTROBISTURY REF. FT-10 (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) VALLEYLAB	VALLEYLAB	T4B74762DX	106,980,000	20,326,200.00	127,306,200	NUEVO	166006482
1700703850	2	1	ELECTROBISTURY REF. FT-10 (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) VALLEYLAB	VALLEYLAB	T4A74226DX	106,980,000	20,326,200.00	127,306,200	NUEVO	166006483
1700703432	1	1	CAMILLA DE DIAGNOSTICO REF. CX4 (C376) LOS PINOS	LOS PINOS	710596	15,390,000	2,924,100.00	18,314,100	NUEVO	166005842
1700703432	2	1	CAMILLA DE DIAGNOSTICO REF. CX4 (C376) LOS PINOS	LOS PINOS	710597	15,390,000	2,924,100.00	18,314,100	NUEVO	166005843
1700703432	3	1	CAMILLA DE DIAGNOSTICO REF. CX4 (C376) LOS PINOS	LOS PINOS	710598	15,390,000	2,924,100.00	18,314,100	NUEVO	166005844
1700703432	4	1	CAMILLA DE DIAGNOSTICO REF. CX4 (C376) LOS PINOS	LOS PINOS	710599	15,390,000	2,924,100.00	18,314,100	NUEVO	166005845
1700703432	5	1	CAMILLA DE DIAGNOSTICO REF. CX4 (C376) LOS PINOS	LOS PINOS	710600	15,390,000	2,924,100.00	18,314,100	NUEVO	166005846
		39			SUBTOTAL	815,460,000				
						IVA 19%	154,344,600			
							TOTAL	969,804,600		

ACEPTACION DE LOS EQUIPOS

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ACEPTA QUE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y QUE SE REGISTRAN EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO DE ACTIVOS FIJOS, CUENTAN CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y FUNCIONALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO FIRMADO POR EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y EL CONTRATISTA.

ELABORO

WILBER RUIZ RENGIFO
TECNICO ACTIVOS FIJOS
AFILIADO ASIES
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

V°B°

ING. SERGIO VELASCO ANGEL
PROFESIONAL SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS
AFILIADO ASIES

V°B° SUPERVISOR

DR. JULIAN ANDRES LEGARDA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

RECIBIO
V°B° APOYO A SUPERVISION

ING. PAUL EDUARDO MUÑOZ
PROFESIONAL LIDER BIOMEDICOS
AFILIADO ASIES
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.