CASA DENTAL
EDUARDO DAZA LTDA.

Carrera 14 N° 75 – 76
PBX: 2 100 100
Bogotá – Colombia
casadental@dentaldaza.co

FICHA TECNICA





LENTULOS MARCA MANI

Instrumento flexible, espiral de alambre utilizado en una pieza de mano para aplicar pasta de materiales de obturación en los conductos radiculares.

CARACTERISTICAS

- Materiales principales

Parte Cortante: Acero Inoxidable (incluyendo níquel y cromo)

Mango: Acero Inoxidable (incluyendo níquel y cromo).

- Espiral de Acero Inoxidable
- Electro pulido
- Taper .02
- conforme a las especificaciones ISO (3630). Prueba de rendimiento
- Conforme a las normas Din (1.4197)
- Presentación Embalaje transparente para verificar por fuera el tamaño y tipo. Unidad # 25 al 40 en 21, 25 y 29 mm
- País de origen Japón
- Registro Sanitario Invima 2019DM – 0004860-R1

- Precauciones

1. Para prevenir una infección, utilice la autoclave y confirme la esterilización antes de su uso.
2. Mantenga estrictamente la velocidad permisible del motor, ya que el exceso de velocidad puede causar fracturas y lesiones.
3. Siga estrictamente las instrucciones del fabricante del dispositivo activo e inserte todo el mango para evitar su detención a medio camino.
4. Con respecto al manejo del dispositivo activo, siga la instrucción en la etiqueta.
5. Escoja el tipo más apropiado para cada caso y siga las instrucciones manuales.
6. Antes de su uso ensaye los instrumentos fuera de la cavidad oral para asegurar que no haya distorsión.
7. Antes de su uso, asegúrese de que los instrumentos fuera de la cavidad oral no tengan deformaciones, rayones ni fisuras.
8. Si la cabeza de este producto es delgada, larga o grande, hay posibilidades de fractura o enroscamiento. Por este motivo, asegúrese de evitar el uso de ángulos irracionales y la presión excesiva.
9. Utilice gafas de seguridad para proteger sus ojos de daño. También, utilice una máscara protectora de polvo para prevenir la inhalación del mismo.
10. Utilice dique de goma.
11. No utilice este instrumento para ningún propósito, excepto para más aplicaciones mencionadas antes.
12. Únicamente para uso de dentistas.
13. Después de su uso, siga un tratamiento apropiado como deshecho médico.
14. Deseche este instrumento si su empaque está dañado o contaminado.
15. Después de usar este producto. Lávelo y cepíllelo con agentes médicos de limpieza. Lave las sustancias extrañas tales como fluidos corporales adherentes y tejidos corporales.
16. cuando haya hecho la limpieza con un limpiador ultrasónico, fije el producto en una posición que evite el deterioro de la cuchilla.
17. Utilice este producto con mucho cuidado para evitar la perforación de los dedos a causa del posicionamiento del borde de la parte filosa.

- Contraindicaciones

No conocidas

MANI, INC.