Hospitécnica
Pasión por la vida

FICHA TÉCNICA

IMAGEN:		
	***PRODUCTO***	**CABLE ECG PARA 3 DERIVADAS**
	MARCA	UNIMED
	REFERENCIA	D-1385
	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004316-R1
	RIESGO	IIA

USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.
CARACTERÍSTICAS	Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conector	Redondo 12 pin/ Tipo DIN
Compatible con:	

Philips	43100A, 43110A, 43120A, 78352C, 78354A/C, 78354C, 78834A/B/C, 78834C,862472, 862473, 862474, 862474 C3, 862475, 862478, 862479, 863064,863065, 863066, 863068, Agilent, Agilent 50XM, C Series, C3, CX50, Envisor,HD15, HeartStart MRx, HeartStart XL, Heartstart, Heartstream, IE33,IntelliVue, IntelliVue MX800, M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, M1165A,M1166A, M1167A, M1175A, M1177A, M1204A, M1205A, M1264A, M1275ATransport, M1276A, M1280A, M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M2,M2475B, M2601A, M3, M3000A, M3001A, M3002A MMS X2, M3535A,M3536A, M4, M4735A, M8102A MP2, M8105A MP5, MP 20, MP 30, MP 50,MP 60, MP 70, Merlin, SureSigns VM6, SureSigns VM8, V24, V24E, V26,Viridia, M3046A
Newtech	NT3A, NT3B

Longitud del cable:	2.5M
Diámetro del cable	5.0mm
Peso:	159g
Autoclavable:	No
Temp. Operación:	5°C a 45°C
Humedad operación:	0 a 80% No condensada

MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada
PRESENTACIÓN	Unidad.
RECOMENDACIONES	**Mantenimiento:** - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución. **Precauciones:** - Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración. - No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente. - Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura. - Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal. - Siempre refiérase al manual de operador del módulo para instrucciones completas o información adicional. - Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.