Hospitécnica
Pasión por la vida

FICHA TÉCNICA

IMAGEN:		
	***PRODUCTO***	**CABLE ECG PARA 5 DERIVADAS**
	MARCA	UNIMED
	REFERENCIA	Z-1540
	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004316-R1
	RIESGO	IIA

USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.
CARACTERÍSTICAS	Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conector	Redondo 6 pin/ 5 leads
Compatible con:	• ZONCARE MODELO: PM7000D • Abbott EX-50; Lifecare 5100; Lifecare 5200 • BCI; 3101; 3404; 6100; 6200; 9100; 9200; Advisor; Autocorr: Autocorr: Surgivet • Carewell: CPM-8000 • CAS Med: CAS740 VITAL SIGNS • Conmed: 90347 • Contec: CMS 6800; CMS 9000; CMS9000; CMS6800 • Corometrics: Corometrics 556 • Criticare: 1100; 2200; 504US; 504USP; 506; 507; 507E; 507ELC2; 507S; 508; 602-4B; 602-4USP; 8100; 8100E; 8100EP; Poet 2; Scholar; nCompass; nGenuity 8100E • Critikon/Dinamap: 8100T; Dinamap 8700; Dinamap 9700; MPS Select; Pro1000 • Datex Ohmeda: enGuard CM5 • Digicare: LW600 • DIN Style: All • Draeger > Air Shields: HRRM-71-1; HRRM-71-2; II; III; Porta-Fib I; Porta-Fib II; Porta-Fib III; System 5 (New); System 6 (Neonatal) • Draeger: Vitalert 2000; Vitalert 3000 • DRE: Waveline EZ MAX • Edan: M50; M8; M80; M8A; M8B; M9; M9A • GE Healthcare > Corometrics; 556 • GE Healthcare > Critikon > Dinamap; 8100T; 8700 Series; 8700/9700; 9700 Series; MPS Select; Pro 1000 • Goldway; G40; UT4000A; UT4000Apro; UT4000B; UT4000C; UT4000F; UT4000F Pro; UT4800; UT6000A; UT6000F; UT4000Fpro • Guthan; 1000 • Infinium; Infitron II; Omni; Omni II • Interspec (Irex) (JandJ); Cardiology XL; Mark IV; Mark Vii; Ultramark 4; Ultramark 4 Plus; Ultramark 5; Ultramark 7; Ultramark 9 • Invivo; 101; 102; 200; 300; 360SL; 450SL; 521A; Escort 100; Escort 101;

		Escort 102; Escort 200; Escort 300; Millennia 3500; PortaPak 1000; PortaPak

	80; PortaPak 90; PortaPak 90/1000; Prism; Prism 101; Prism 102; Prism 200; Prism 300 • Ivy Biomedical; 101; 101 (before 1989); 402; 700; 7800; Cardiac Trigger Monitor 3150; 101(before 1989) • LSI 261; LS5 • Mediana YM6000 • Medtronic > Physio Control Lifepak 6; VSM-1ESF; 1440/R; Lifepak 10; Lifepak 5; Lifepak 6S; Lifepak 7; Lifepak 8; Lifepak 9; VSM-2; VSM-2ESF; VSM-3 • Midmark > Cardell 9403V; 9405; MAX-12 Duo HD; Max-1 • Mindray > Datascope MEC 1000; MEC 1200; MEC 200; MEC 2000; PM 7000; PM 8000; PM 9000; Passport • Mindray DPM4; DPM5; MEC200; MEC1000; MEC1200; MEC2000; PM7000; PM8000; PM9000; PM9000EX • Nellcor: C-LOCK; N-1000; N-200; N-250; NPB-3900; NPB-4000 • Nihon Kohden 7102A; BSM-7102A; BSM-7300A; BSM-8108A; BSM-8301A; BSM-8302A; BSM-8500A; BSM-8502A; BSM-8800A; Life Scope 12; Life Scope 6; Life Scope 7; Life Scope 8; Life Scope 9; MU-831RA; OEC-6102A (s/n>20156); OEC-6105A (s/n>20226); OEC-7102A; OEC-8108A; TEC 5531E; TEC-5200A, (s/n>20421); TEC-7100A; TEC-7200A; TEC-7300A; OEC-102A; OEC-6105A; OEC-5200A; OEC-7200A; OEC-7300A • Novametrix 902; 903; 910; Life Defense 1 • Omron > Colin BP-308; BP-408; CBM3000; M20; M30; MS20; BP308; BP408 • PaceTech 2100; 2200; 4000; 4100; MiniMax 4000CL; Minipack 300; Minipack 3000; Minipack 3000/3100; Minipack 3100; Modular/4100CL; Vitalmax 2100; Vitalmax 2200; Vitalmax 4000; Vitalmax 4000 Modular; Vitalmax 4000CL; • Vitalmax 4100; Vitalmax 4100CL; Vitalmax 800 Plus • Philips: M3921A A1; M3923A A1; M3925A A1; M3927A A3; M3929A A3; iE33 xMatrix, Ultrasound CX50 • PPG: Guardian 1001; N1001 • Spacelabs 400; 500; 600; 67112; 900; 90300; 90303; 90303B; 90308; 90400; 90408; 90425; 90428; 90431; 90432; 90470; 90600; 90603A; 90700; 90701; 90721; 90724; AriaTele; Medic 3; Medic 4; Medic 5; Medic 6; PC Bedside; PCMS; Series 500; Series 600; Series 900; TEK-208; TEK-208/408/511/512/ 514/ 521; TEK-408; TEK-413; TEK-414; TEK-511; TEK-512; TEK-514; TEK-5214045; Ultraview 90300; Ultraview 90400; Ultraview 90600; Ultraview 90700; Series500; 600Series; 900Series • Stryker > Medtronic > Physio Control: 1440/R; Lifepak 10; Lifepak 5; Lifepak 6; Lifepak 6S; Lifepak 7; Lifepak 8; Lifepak 9; VSM-1ESF; VSM-2; VSM-2ESF; VSM-3 • Tektronix 4045 Defib/208/400/500 Series; 4045 Defib; 208 Series; 400 Series; 500 Series • Welch Allyn 1500; Atlas; Atlas 6200 Series; PIC 30; PIC 40; PIC 50; Propaq 100 Series; Propaq 200 Series; Propaq 206 EMPSC; Propaq CS; Propaq Encore; Ultra Smart; Welch Allyn Propaq 100; Welch Allyn 200 Series; Atlas Propaq Encore • Zoll D900; E Series; M Series; PD1200; PD1400; PD1600; PD1700; PD2000; R Series
Longitud del cable:	2.5M
Diámetro del cable	5.0mm
Peso:	159g
Autoclavable:	No
Temp. Operación:	5°C a 45°C
Humedad operación:	0 a 80% No condensada

MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada
PRESENTACIÓN	Unidad.
RECOMENDACIONES	**Mantenimiento:** - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución. **Precauciones:** - Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración. - No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente. - Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura. - Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal. - Siempre refiérase al manual de operador del módulo para instrucciones completas o información adicional. - Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.