
Hospitécnica
Pasión por la vida

FICHA TÉCNICA

IMAGEN:		
	***PRODUCTO***	**CABLE DE EKG PARA ELECTROCARDIOGRAFO**
	MARCA	UNIMED
	REFERENCIA	E10R-MQ-B
	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004316-R1
	RIESGO	IIA

USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.
CARACTERÍSTICAS	Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica. Cable de cobre estañado con conector, terminales tipo Banana Medición de alta precisión Fácil de usar y conectar Duradero Cables reutilizables de alta calidad La temperatura de funcionamiento varía de 10 ° a 35 ° C (50 ° a 95 ° F) Cumple con la American Heart Association (AHA) Marcado CE Materiales libres de contaminantes ambientales (caucho de látex natural) utilizados incluye juego de leads tipo banana de 4 mm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Conector	Redondo 10 Pin
Compatible con:	Cable a paciente de 10 derivadas para toma de EKG, uso en Electrocardiógrafo Fukuda Denshi: CardiMax FX-7202, CardiMax FX-7402, CardiMax FX-7101, CardiMax FX-7102, FCP 2155, FCP 2201, FCP 4101, FCP 4101A, FX-101, FX-102F, FX-3010, FX-328UY,
Longitud del cable:	2.2 M
Longitud de derivadas	Bipolares: 1.2m; Precordiales 0.8m
Peso:	0.73kg
Autoclavable:	No
Temp. Operación:	5°C a 45°C
Humedad operación:	0 a 80% No condensada

MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C

	Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada
PRESENTACIÓN	Unidad.
RECOMENDACIONES	**Mantenimiento:** - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningùn tipo de solución. **Precauciones:** - Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración. - No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente. - Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo de oximetría podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura. - Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal. - Siempre refiérase al manual de operador del módulo de oximetría para instrucciones completas o información adicional. - Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.