Hospitécnica
Pasión por la vida

FICHA TÉCNICA

IMAGEN:		
	***PRODUCTO***	**SENSOR DE TEMPERATURA**
	MARCA	UNIMED
	REFERENCIA	TAT-30D
	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0019686
	FABRICANTE	UNIMED MEDICAL SUPPLIES
	RIESGO	IIA

USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado al monitoreo de la temperatura corporal de los pacientes.
CARACTERÍSTICAS	Las sondas de temperatura son reusables y diseñadas para uso con monitores de diferentes tecnologías, compatibles según tecnología y conector.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Conector	Redondo 6 Pin 2 guías
Compatible con:	Incubadoras ATOM, Modelos: IncubadoraV-2100G, Calentadora V-3200DIncubadora de Transporte: V-2200, V-707, V-808, V-505, Incu i.
Longitud del cable:	1.5 M
Peso:	0.27Kg
Autoclavable:	No

MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada
PRESENTACIÓN	Unidad.
PRECAUCIONES	**Limpieza:** Los sensores deben ser limpiados con un detergente suave y agua para remover el exceso de la biocarga y mejorar la efectividad de la desinfección y esterilización. Evitar el contacto con solventes fuertemente aromáticos, clorados, cetonas, éter o éster. La inmersión prolongada en alcoholes o solventes orgánicos, soluciones detergentes o soluciones altamente alcalinas pueden causar que el vinilo pierda flexibilidad. Los plugs de las sondas no deben ser sumergidos. **Desinfección:** Bajo Nivel: Cidex / glutaraldehido Alto Nivel: Cidex / glutaraldehído, hipoclorito diluido a 5000 ppm o alcohol isopropílico al 70%

	Nunca inserte las sondas de temperatura series T en horno.