Hospitécnica
Pasión por la vida

# FICHA TÉCNICA

| IMAGEN: | | |
|---|---|---|
|  | ***PRODUCTO*** | **SENSOR DE TEMPERATURA** |
| | ***MARCA*** | UNIMED |
| | ***REFERENCIA*** | TDV-15PS (4) |
| | ***REGISTRO SANITARIO*** | 2019DM-0019686 |
| | ***FABRICANTE*** | UNIMED MEDICAL SUPPLIES |
| | ***RIESGO*** | IIA |

| | |
|---|---|
| ***USO - DESCRIPCIÓN*** | Dispositivo médico destinado al monitoreo de la temperatura corporal de los pacientes. |
| ***CARACTERÍSTICAS*** | Las sondas de temperatura son reusables y diseñadas para uso con monitores de diferentes tecnologías, compatibles según tecnología y conector. |
| ***CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*** | |

| | |
|---|---|
| Conector | Redondo 4 Pin 1 guia |
| Compatible con: | Tecnología Ningbo David Medical<br>T 2000/ YP-3000/2008/970/930/920/910/90AB/90A |
| Longitud del cable: | 1.5 M |
| Peso: | 0.27Kg |
| Autoclavable: | No |

| | |
|---|---|
| ***MATERIAL / COMPOSICIÓN*** | Filamentos de metal, TPU |
| ***ALMACENAMIENTO*** | Temperatura de almacenamiento: -25-55°C<br>Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada |
| ***PRESENTACIÓN*** | Unidad. |
| ***PRECAUCIONES*** | **Limpieza:**<br>Los sensores deben ser limpiados con un detergente suave y agua para remover el exceso de la biocarga y mejorar la efectividad de la desinfección y esterilización.<br>Evitar el contacto con solventes fuertemente aromáticos, clorados, cetonas, éter o éster. La inmersión prolongada en alcoholes o solventes orgánicos, soluciones detergentes o soluciones altamente alcalinas pueden causar que el vinilo pierda flexibilidad. Los plugs de las sondas no deben ser sumergidos.<br>**Desinfección:**<br>Bajo Nivel: Cidex / glutaraldehido<br>Alto Nivel: Cidex / glutaraldehído, hipoclorito diluido a 5000 ppm o alcohol isopropílico al 70% |

| | |
|---|---|
| | Nunca inserte las sondas de temperatura series T en horno. |