Hospitécnica
Pasión por la vida

FICHA TÉCNICA

IMAGEN:		
	***PRODUCTO***	**TRANSDUCTOR DE ULTRADONIDO**
	MARCA	EDAN
	REFERENCIA	FHR-2MHZ
	FABRICANTE	EDAN
	RIESGO	IIA

USO - DESCRIPCIÓN	Accesorio para Doppler Fetal
CARACTERÍSTICAS	Las sondas obstétricas impermeables de 2.0MHz / 3.0MHz se pueden conectar a la unidad principal para el examen del corazón fetal. La sonda obstétrica de 2MHz presenta una penetración profunda y está diseñada para su uso durante el tercer trimestre del embarazo. Compatible: para uso en monitor fetal EDAN, SONOTRAX Conector: Tipo USB
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	1) Al limpiar o desinfectar, desconecte el transductor con el monitor; 2) Limpie antes de aplicarlo a un nuevo paciente.
MATERIAL / COMPOSICIÓN	PVC
ALMACENAMIENTO	Entorno de transporte y almacenamiento: Temperatura ambiente: -10ºC ~ + 55ºC Humedad relativa: 10% ~ 95% Presión atmosférica: 50kPa ~ 106kPa
PRESENTACIÓN	Unidad.