ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mantenimiento preventivo y certificación metrológica de balanzas analíticas del laboratorio de la DSA Cartagena.

ITEM	*DESCRIPCIÓN*	*Características del servicio*	*CANTIDAD*
1	**Visita de mantenimiento preventivo y certificación metrológica de dos (2) balanzas (**Ohaus Pionner, modelo pa214)	Revisión de las partes mecánicas, eléctricas, electrónicas, piezas móviles, ajuste limpieza y lubricación. Realizar pruebas de funcionamiento.	2
2	**Soporte técnico**	Prestar servicio de soporte técnico donde se encuentre instalado el equipo cuando éste presente fallas repentinas en su funcionamiento, después de haberse realizado el respectivo mantenimiento.	De ser necesario según funcionamiento del equipo.
3	**Reporte técnico**	Al finalizar las actividades de mantenimiento del equipo, se debe generar un reporte técnico por escrito, el cual debe ser entregado al supervisor del contrato o quien haga sus veces, el cual se describirá de forma clara y precisa, las operaciones realizadas, los resultados obtenidos y las recomendaciones a seguir a fin de alargar la vida útil del equipo y reducir el riesgo de daños.	1
4	**Experiencia del técnico**	El comité evaluador verificará que el técnico de servicio a cargo de la ejecución del contrato tenga la experiencia e idoneidad demostrables en el mantenimiento de equipos de pesaje. Para acreditar la experiencia, los proponentes deberán anexar dentro de la propuesta documentos que demuestren la idoneidad.	
5	**Empaque y rotulado**	N. A	
6	**Presentación y unidad de medida**	N. A	