INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD (IDCBIS)

Periodo de cotización: Desde (30/09/2024) hasta (07/10/2024)

Objeto de la cotización: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CONSERVACIÓN EN CADENA DE FRIO DE MUESTRAS Y REACTIVOS DE LABORATORIO DEL SERVICIO DE MEDICINA PERSONALIZADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO BPIN 2021000050015"

Se solicitaron cotizaciones de acuerdo a la siguiente ficha técnica:

1. **FICHA TÉCNICA DE NECESIDADES**

FICHA TÉCNICA			
No	**ÍTEM**	**CARACTERÍSTICAS**	**CANT**
1	**REFRIGERADOR**	**DESCRIPCIÓN:** Refrigerador de laboratorio y/o grado médico para aplicaciones en áreas científicas o de investigación que cumpla con las siguientes especificaciones mínimas: **Especificaciones técnicas:** • Volumen nominal: Entre 4 y 5 pies cúbicos / 113 y 140 litros aproximadamente. • Rango de temperatura: Entre 2°C a 8°C ± 2°C • Uniformidad de la temperatura: Entre 1°C a 3°C • Cabina vertical con puerta en vidrio. • Entre 2 a 4 estantes ajustables tipo parrilla y uno tipo canastilla o cajón recubiertas en material de fácil limpieza y desinfección. • Modo de descongelación automática • Con sensor de monitoreo externo para registro, trazabilidad y exportación de datos en tiempo real de la temperatura del equipo. • Control por microprocesador y display digital. • Alarmas: visibles y audibles por temperatura alta/baja, falla de energía, falla del sensor o puerta entreabierta. • El sistema de iluminación LED, que permita completamente la visibilidad en el interior del gabinete. • Puerta de apertura frontal con manija y cerradura con llave • Construcción interior y exterior en material de fácil limpieza y desinfección, no poroso, resistente a los agentes químicos, resistente al astillado y óxido. • Puerto de acceso: 1 pc. Ø 25 mm **Dimensiones:** • Externas (WxDxH) mm: entre 590-660 x 620-640 x 810-830. • Internas (WxDxH) mm: entre 510-560 x 410-520 x 580-630. **Requerimiento eléctrico:** • 110-120 V AC 60Hz	2

FICHA TÉCNICA			
No	**ÍTEM**	**CARACTERÍSTICAS**	**CANT**
		Nota: En caso de ofertar un requerimiento eléctrico distinto al solicitado, se debe incluir el conversor de voltaje que cumpla con las condiciones técnicas solicitadas. **Accesorios:** • Cable de alimentación de mínimo 2.5 metros con clavija recomendada por fabricante, con su respectivo adaptador a toma eléctrica en caso de requerirse. • Un (1) Regulador de voltaje de tres (3) KVA – Monofásico, Análogo con tipo de protección fusible por fase. Conmutación electrónica con tarjeta de triacs. Breaker 20 amperios por corto circuito o sobre - carga. Voltaje de entrada: 100 - 120 V. Voltaje de salida: 115+-5%. Factor de potencia: 0.8. Capacidad real 2400 wattios. Protección contra transientes y picos de voltaje. Capacidad de salida en potencia a plena carga del 95%. Frecuencia de 60 Hz. Nivel de ruido menor de 45 dB a metro de distancia. • Con cuatro (4) patas o pies, mínimo dos (2) de ellas deben ser niveladoras **Garantía mínima requerida:** Un (1) año por defectos de fabricación **MARCA Y/O REFERENCIA:** N/A **PRESENTACIÓN:** Unidad	
2	**CONGELADOR**	**DESCRIPCIÓN:** Congelador de laboratorio y/o grado médico para aplicaciones en áreas científicas o de investigación que cumpla con las siguientes especificaciones mínimas: **Especificaciones técnicas:** • Volumen nominal: Entre 3 y 4 pies cúbicos ± 2 Ft^3 / 85 y 115 litros ± 56 L. • Rango de temperatura de trabajo: Entre -10°C y -30°C. • Cabina vertical con puerta sólida. • Con 3 cajones internos en acabado de fácil limpieza y desinfección. • Modo de descongelación manual • Con sensor de monitoreo externo para registro, trazabilidad y exportación de datos en tiempo real de la temperatura del equipo. • Control por microprocesador y display digital o LCD. • Alarmas: visibles y audibles por temperatura alta/baja, falla de energía, falla del sensor o puerta entreabierta. • Puerta de apertura frontal con manija y cerradura con llave. • Construcción interior y exterior en material de fácil limpieza y desinfección, no poroso, resistente a los agentes químicos, resistente al astillado y óxido. • Puerto de acceso: 1 pc. Ø 25 mm o **Dimensiones:** • Externas (WxDxH) mm: entre 640-700 x 610-670 x 810-860. • Internas (WxDxH) mm: entre 430-510 x 400-490 x 530-640. **Requerimiento eléctrico:** • 110 -120 V AC 60Hz	2

FICHA TÉCNICA			
No	**ÍTEM**	**CARACTERÍSTICAS**	**CANT**
		Nota: En caso de ofertar un requerimiento eléctrico distinto al solicitado, se debe incluir el conversor de voltaje que cumpla con las condiciones técnicas solicitadas. **Accesorios:** • Cable de alimentación de mínimo 2.5 metros con clavija recomendada por fabricante, con su respectivo adaptador a toma eléctrica en caso de requerirse. • Un (1) Regulador de voltaje de tres (3) KVA – Monofásico, Análogo con tipo de protección fusible por fase. Conmutación electrónica con tarjeta de triacs. Breaker 20 amperios por corto circuito o sobre - carga. Voltaje de entrada: 100 - 120 V. Voltaje de salida: 115+-5%. Factor de potencia: 0.8. Capacidad real 2400 wattios. Protección contra transientes y picos de voltaje. Capacidad de salida en potencia a plena carga del 95%. Frecuencia de 60 Hz. Nivel de ruido menor de 45 dB a metro de distancia. • Con cuatro (4) patas o pies, mínimo dos (2) de ellas deben ser niveladoras **Garantía mínima requerida:** Un (1) año por defectos de fabricación **MARCA Y/O REFERENCIA:** N/A **PRESENTACIÓN:** Unidad	

NOTA 1: *Allegar brochure, ficha técnica, manual o documento similar que permita evidenciar las características del producto solicitado incluyendo la marca para verificar la calidad del mismo.*
NOTA 2: *Indicar tiempos estimados para la entrega del equipo.*
NOTA 3: *Presentar carta de proveedor/distribuidor autorizado en el territorio nacional vigente para la marca ofertada.*
NOTA 4: *Acreditar experiencia con entidades públicas o privadas que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance la adquisición, el suministro e instalación de refrigeradores y congeladores.*
NOTA 5: *Presentar la cotización indicando los valores solicitados en la ficha técnica en valores enteros, no colocar decimales. Indicar claramente en su cotización y en formato PDF la marca, referencia y presentación del producto cotizado.*
NOTA 6: *Dar cumplimiento a la totalidad de especificaciones técnicas del proceso.*
NOTA 7: *Allegar carta firmada por el representante legal en la que indique el cumplimiento de la garantía de al menos un (01) año.*
NOTA 8: *Las cantidades estimadas será para cuatro (4) meses.*
NOTA 9: *Se aceptan cotizaciones parciales.*
NOTA 10*: Acreditar mediante certificación emitida por el representante legal, que cuenta con el servicio post-venta en Colombia, así como el respaldo de repuestos por un tiempo mínimo de cinco (5) años.*
Nota 11: *Para el item 1 y 2 el refrigerante debe ser ecológico que cumpla con los siguientes estándares y normativa:*

- ***Certificaciones Ambientales:*** *Certificación de estándares ambientales internacionales, como la certificación del Programa de Evaluación de refrigerantes Alternativos (AREP) o la etiqueta Green Seal.*
- ***Fichas Técnicas y de Seguridad****: Se debe especificar composición del refrigerante y asegurar que no contienen sustancias dañinas para el medio ambiente, como los clorofluorocarbonos (CFC) o los hidroclorofluorocarbónoses (HCFC).*
- ***Compatibilidad con Normativas:*** *que cumplan con normativas y regulaciones ambientales vigentes, como el* ***Protocolo de Montreal, Resolución 1362 de 2007, Resolución 3752 de 2013.***

NOTA 12: El cotizante deberá anexar a su cotización en formato pdf, el formato Excel (archivo adjunto a la presente solicitud) debidamente diligenciado. En caso de discrepancia entre la información reportada en la cotización y el archivo en formato Excel, el IDCBIS aclara que los valores que serán tenidos en cuenta son los que indican menor valor.
NOTA 13: El cotizante deberá anexar a su cotización el ANEXO 2: CARTA DE COMPROMISO diligenciado en membrete de la institución.
NOTA 14: Presentar la cotización indicando los valores solicitados en la ficha técnica en valores entero, no colocar decimales.

Con el fin de garantizar la transparencia y pluralidad de oferentes para el presente proceso de compra, el día 30 de septiembre de 2024 se publicaron los documentos precontractuales del proceso IDCBIS-CD-R-14124-2024, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) con el número de constancia CO1.RECEIPT.286346101 y No id.CO1.BDOS.6797634

Cabe mencionar que la Carta de Invitación a Cotizar tuvo vigencia entre el día de publicación del proceso 30 de septiembre de 2024 hasta el 07 de octubre de 2024 fecha de recepción de cotizaciones y qué durante el tiempo estipulado para la presentación de cotizaciones, se recibieron observaciones por parte de tres interesados **EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS (1), BPL MEDICAL SAS (2) y CI COLOMBIAN MED SAS (3)**, las cuales se dieron respuesta de acuerdo al cronograma por medio de la plataforma SECOP II; así las cosas, se recibieron ofertas por parte de cuatro (04) proponentes **BPL MEDICAL SAS (1), CI COLOMBIAN MED SAS (2), EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS (3) y SCIENTIFIC PRODUCTS SAS (4)**, las cuales se envían al grupo encargado de realizar la verificación jurídica, técnica, comercial y económica para realizar el respectivo proceso para evaluación.

2. **EVALUACIÓN JURÍDICA -** Se adjunta resultado de la evaluación así:

EVALUACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS		**NOMBRE PROPONENTE: BPL MEDICAL SAS**			**NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS**		
		NIT: 830068852-2			**NIT: 900300748-2**		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACION**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACION**
1	Fotocopia cédula de ciudadanía ampliada al 150% y/o cédula de extranjería (si aplica) del representante legal	X			X		
2	Fotocopia RUT	X			X		
3	Fotocopia RIT de Bogotá	X			X		
4	Certificado de existencia y representación legal expedida por Cámara de Comercio menor a tres (3) meses	X			X		
5	Certificado expedido por Representante legal y/o Revisor Fiscal, en el que se evidencie el cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones, ARL, cajas de compensación, ICBF y SENA (ley 789 de 2002, Art. 50) durante los últimos seis (6) meses y documentos actualizados del revisor fiscal (cedula, certificado de la Junta Central de Contadores y tarjeta profesional).	X			X		*Subsano documento*

EVALUACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS		NOMBRE PROPONENTE: BPL MEDICAL SAS NIT: 830068852-2			NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS NIT: 900300748-2		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACION**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACION**
6	Certificado de cuenta bancaria con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses.	X			X		
7	Certificado de antecedentes fiscales expedido por Contraloría General de la República del proponente y del representante legal, con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses	X			X		
8	Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación del proponente y del representante legal, con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses	X			X		
9	Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Personería del representante legal, con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses.	X			X		
10	Certificado de Antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional del representante legal, con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses	X			X		
12	Anexo 2 "Carta de Compromiso" debidamente diligenciado y con membrete de la empresa	X			X		
13	Presentar carta de proveedor/distribuidor autorizado en el territorio nacional vigente para la marca ofertada.	X		*Presenta carta de distribuidor autorizado de la marca Meiling para productos equipos de cadena de fríos y equipos biomédicos y de laboratorio.*	X		*Presenta carta de distribuidor autorizado para la marca meiling*
14	Anexo 3 "Carta de presentación de la propuesta" debidamente diligenciado	X			X		
15	Formato IDCBIS-GGCC-FT-029 "registro de actualización de datos del proveedor nacional" debidamente diligenciado y firmado. -Aporta documento	X			X		
RESULTADO		**CUMPLE - PROPONENTE HABILITADO**			**CUMPLE - PROPONENTE HABILITADO**		

EVALUACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS		NOMBRE PROPONENTE: EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS NIT: 900355024-5			NOMBRE PROPONENTE: SCIENTIFIC PRODUCTS SAS NIT: 805014913-0		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACION**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACION**
1	Fotocopia cédula de ciudadanía ampliada al 150% y/o cédula de extranjería (si aplica) del representante legal	X			X		
2	Fotocopia RUT	X			X		
3	Fotocopia RIT de Bogotá	X			X		
4	Certificado de existencia y representación legal expedida por Cámara de Comercio menor a tres (3) meses	X			X		
5	Certificado expedido por Representante legal y/o Revisor Fiscal, en el que se evidencie el cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones, ARL, cajas de compensación, ICBF y SENA (ley 789 de 2002, Art. 50) durante los últimos seis (6) meses y documentos actualizados del revisor fiscal (cedula, certificado de la Junta Central de Contadores y tarjeta profesional).	X				X	*No subsano documento - certificado de la Junta Central de Contadores del revisor fiscal, toda vez que a la fecha de evaluación esta vencido*
6	Certificado de cuenta bancaria con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses.	X			X		
7	Certificado de antecedentes fiscales expedido por Contraloría General de la República del proponente y del representante legal, con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses	X			X		
8	Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación del proponente y del representante legal, con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses	X			X		
9	Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Personería del representante legal, con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses.	X				X	*No subsano documento -no presenta documento*
10	Certificado de Antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional del representante legal, con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses	X			X		
12	Anexo 2 "Carta de Compromiso" debidamente diligenciado y con membrete de la empresa	X				X	*No subsano documento -no presenta documento*

EVALUACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS		NOMBRE PROPONENTE: EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS NIT: 900355024-5			NOMBRE PROPONENTE: SCIENTIFIC PRODUCTS SAS NIT: 805014913-0		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACION**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACION**
13	Presentar carta de proveedor/distribuidor autorizado en el territorio nacional vigente para la marca ofertada.	X		*Presenta carta de distribuidor autorizado para la marca meiling*	X		*Presenta carta de distribuidor autorizado para la marca meiling Biology*
14	Anexo 3 "Carta de presentación de la propuesta" debidamente diligenciado	X				X	*No subsano documento - no presenta documento*
15	Formato IDCBIS-GGCC-FT-029 "registro de actualización de datos del proveedor nacional" debidamente diligenciado y firmado. -Aporta documento	X				X	*No subsano documento - ítem 13 declaración de orígenes de ingreso, debe estar diligenciados en los espacios con los datos del representante legal, ítem 16 firma del proveedor, debe ir diligenciado y firmado por el representante legal.*
RESULTADO		**CUMPLE - PROPONENTE HABILITADO**			**NO CUMPLE - PROPONENTE NO HABILITADO**		

NOTA: Una vez verificados los ítems descritos anteriormente, las propuestas presentadas por las firmas **BPL MEDICAL SAS (1), CI COLOMBIAN MED SAS (2) y EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS (3)** cumplen con los criterios de evaluación jurídica, por ende, se encuentran habilitados. Por otra parte, el proponente **SCIENTIFIC PRODUCTS SAS (1),** no cumple con los criterios de evaluación jurídica, por ende, no se encuentra habilitado.

3. **EVALUACIÓN TÉCNICA -** Se adjunta resultado de la evaluación así:

LOTE 1: REFRIGERADOR

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS		NOMBRE PROPONENTE: BPL MEDICAL SAS NIT: 830068852-2			NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS NIT: 900300748-2		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
1	Certificación firmada por el Representante Legal en donde se compromete a cumplir con el total de las especificaciones indicadas en el numeral tres (3) de la necesidad técnica del usuario.	x		documento " cumplimiento de especificaciones"	x		documento " 1. Carta cumplimiento especificaciones"

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS		NOMBRE PROPONENTE: BPL MEDICAL SAS NIT: 830068852-2			NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS NIT: 900300748-2		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
2	Allegar brochure, ficha técnica, manual o documento similar que permita evidenciar las características del producto solicitado incluyendo la marca para verificar la calidad del mismo	x		documento " brochure"	x		carpeta " fichas y accesorios"
	Volumen nominal: Entre 4 y 5 pies cúbicos / 113 y 149 litros aproximadamente	x		documento " brochure"	x		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica refrigerador yc-130l"
	Rango de temperatura: Entre 2°C a 8°C ± 2°C	x		documento " brochure"	x		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica refrigerador yc-130l"
	Uniformidad de la temperatura: Entre 1°C a 3°C	x		documento " brochure"	x		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica refrigerador yc-130l"
	Cabina vertical con puerta en vidrio.	x		documento " brochure"	x		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica refrigerador yc-130l"
	Entre 2 a 4 estantes ajustables tipo parrilla y uno tipo canastilla o cajón recubiertas en material de fácil limpieza y desinfección.	x		documento " brochure"	x		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica refrigerador yc-130l"
	Modo de descongelación automática	x		documento " brochure"	x		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica refrigerador yc-130l"

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS		NOMBRE PROPONENTE: BPL MEDICAL SAS			NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS		
		NIT: 830068852-2			NIT: 900300748-2		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
	Con sensor de monitoreo externo para registro, trazabilidad y exportación de datos en tiempo real de la temperatura del equipo.	x		se especifica en la subsanación	x		carpeta "fichas y accesorios" documentos " 2, accesorio traducción al español datalloger" "entrega de accesorios ok"
	Control por microprocesador y display digital.	x		documento " brochure"	x		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica refrigerador yc-130l"
	Alarmas: visibles y audibles por temperatura alta/baja, falla de energía, falla del sensor o puerta entreabierta.	x		documento " brochure"	x		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica refrigerador yc-130l"
	El sistema de iluminación LED, que permita completamente la visibilidad en el interior del gabinete.	x		documento " brochure"	x		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica refrigerador yc-130l"
	Puerta de apertura frontal con manija y cerradura con llave	x		documento " brochure"	x		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica refrigerador yc-130l"
	Construcción interior y exterior en material de fácil limpieza y desinfección, no poroso, resistente a los agentes químicos, resistente al astillado y óxido.	x		documento " brochure"	x		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica refrigerador yc-130l"
	Puerto de acceso: 1 pc. Ø 25 mm	x		documento " brochure"	x		carpeta "fichas y accesorios"

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS		NOMBRE PROPONENTE: BPL MEDICAL SAS NIT: 830068852-2			NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS NIT: 900300748-2		
No.	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							documento "ficha técnica refrigerador yc-130l"
	Dimensiones: Externas (WxDxH) mm: entre 590-660 x 620-640 x 810-830.	x		documento " brochure"	x		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica refrigerador yc-130l"
	Dimensiones: Internas (WxDxH) mm: entre 510-560 x 410-520 x 580-630.	x		documento " brochure"	x		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica refrigerador yc-130l; las medias se evidencian por cajón independiente
	Requerimiento eléctrico: 110-120 V AC 60Hz Nota: En caso de ofertar un requerimiento eléctrico distinto al solicitado, se debe incluir el conversor de voltaje que cumpla con las condiciones técnicas solicitadas.	x		documento " brochure"	x		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica refrigerador yc-130l"
	Accesorios: Cable de alimentación de mínimo 2.5 metros con clavija recomendada por fabricante, con su respectivo adaptador a toma eléctrica en caso de requerirse.	x		allegaron carta de compromiso	x		carpeta "fichas y accesorios" documento "entrega de accesorios ok"
	Un (1) Regulador de voltaje de tres (3) KVA – Monofásico, Análogo con tipo de protección fusible por fase. Conmutación electrónica con tarjeta de triacs. Breaker 20 amperios por corto circuito o sobre - carga. Voltaje de entrada: 100 - 120 V. Voltaje de salida: 115+-5%. Factor de potencia: 0.8. Capacidad real 2400 wattios. Protección contra transientes y picos de voltaje. Capacidad de salida en potencia a plena carga del 95%. Frecuencia de 60 Hz. Nivel de ruido menor de 45 dB a metro de distancia.	x		documento " brochure"	x		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica refrigerador yc-130l"

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS		NOMBRE PROPONENTE: BPL MEDICAL SAS			NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS		
		NIT: 8 3 0 0 6 8 8 5 2 - 2			NIT: 9 0 0 3 0 0 7 4 8 - 2		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
	Con cuatro (4) patas o pies, mínimo dos (2) de ellas deben ser niveladoras	x		documento " brochure"	x		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica refrigerador yc-130l"
	Garantía mínima requerida: Un (1) año por defectos de fabricación	x		se especifica en la cotización	x		se especifica en la cotización
3	Acreditar experiencia con entidades públicas o privadas que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance la adquisición, el suministro e instalación de refrigeradores y congeladores.	x		documento " certificaciones de experiencia"	x		carpeta " experiencia consolidada"
4	certificación emitida por el representante legal, que cuenta con el servicio post-venta en Colombia, así como el respaldo de repuestos por un tiempo mínimo de cinco (5) años.	x		documento " servicio post venta "	x		documento "4. servicio post venta"
5	Allegar carta firmada por el representante legal en el que indique el cumplimiento de la garantía de al menos un (01) año.	x		documento " garantía "	x		documento " 5. garantía ofrecida"
6	Para el item 1 y 2 el refrigerante debe ser ecológico que cumpla con los siguientes estándares y normativa: • Certificaciones Ambientales: Certificación de estándares ambientales internacionales, como la certificación del Programa de Evaluación de refrigerantes Alternativos (AREP) o la etiqueta Green Seal. • Fichas Técnicas y de Seguridad: Se debe especificar composición del refrigerante y asegurar que no contienen sustancias dañinas para el medio ambiente, como los clorofluorocarbonos (CFC) o los hidroclorofluorocarbónoses (HCFC). • Compatibilidad con Normativas: que cumplan con normativas y regulaciones ambientales vigentes,	x		en la subsanación se allegaron los certificados pertinentes.	x		carpeta " 7.1 certificaciones gas refrigerantes"

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS		NOMBRE PROPONENTE: BPL MEDICAL SAS NIT: 830068852-2			NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS NIT: 900300748-2		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
	como el Protocolo de Montreal, Resolución 1362 de 2007, Resolución 3752 de 2013.						
CUMPLE / NO CUMPLE		**CUMPLE**			**CUMPLE**		

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS		NOMBRE PROPONENTE: EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS NIT: 900355024-5			NOMBRE PROPONENTE: SCIENTIFIC PRODUCTS SAS NIT: 805014913-0		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
1	Certificación firmada por el Representante Legal en donde se compromete a cumplir con el total de las especificaciones indicadas en el numeral tres (3) de la necesidad técnica del usuario.	X		documento "carta especificaciones técnicas"		x	no se anexa carta firmada no allegaron subsanación
2	Allegar brochure, ficha técnica, manual o documento similar que permita evidenciar las características del producto solicitado incluyendo la marca para verificar la calidad del mismo	X		documento "yc.130l"	x		documento " ficha técnica refrigerador_1"
	Volumen nominal: Entre 4 y 5 pies cúbicos / 113 y 149 litros aproximadamente	X		documento "yc.130l"	x		documento " ficha técnica refrigerador_1"
	Rango de temperatura: Entre 2°C a 8°C ± 2°C	X		documento "yc.130l"	x		documento " ficha técnica refrigerador_1"
	Uniformidad de la temperatura: Entre 1°C a 3°C	X		documento "yc.130l"	x		documento " ficha técnica refrigerador_1"
	Cabina vertical con puerta en vidrio.	X		documento "yc.130l"	x		documento " ficha técnica refrigerador_1"
	Entre 2 a 4 estantes ajustables tipo parrilla y uno tipo canastilla o cajón recubiertas en material de fácil limpieza y desinfección.	X		documento "yc.130l"	x		documento " ficha técnica refrigerador_1"

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS		NOMBRE PROPONENTE: EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS NIT: 900355024-5			NOMBRE PROPONENTE: SCIENTIFIC PRODUCTS SAS NIT: 805014913-0		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
	Modo de descongelación automática	X		documento "yc.130l"	x		documento " ficha técnica refrigerador_1"
	Con sensor de monitoreo externo para registro, trazabilidad y exportación de datos en tiempo real de la temperatura del equipo.		X	se solicita un sensor de monitoreo **externo.**		x	no se especifica no allegaron subsanación
	Control por microprocesador y display digital.	X		documento "yc.130l"	x		documento " ficha técnica refrigerador_1"
	Alarmas: visibles y audibles por temperatura alta/baja, falla de energía, falla del sensor o puerta entreabierta.	X		documento "yc.130l"	x		documento " ficha técnica refrigerador_1"
	El sistema de iluminación LED, que permita completamente la visibilidad en el interior del gabinete.	X		documento "yc.130l"	x		documento " ficha técnica refrigerador_1"
	Puerta de apertura frontal con manija y cerradura con llave	X		documento "yc.130l"	x		documento " ficha técnica refrigerador_1"
	Construcción interior y exterior en material de fácil limpieza y desinfección, no poroso, resistente a los agentes químicos, resistente al astillado y óxido.	X		documento "yc.130l"	x		documento " ficha técnica refrigerador_1"
	Puerto de acceso: 1 pc. Ø 25 mm	X		documento "yc.130l"	x		documento " ficha técnica refrigerador_1"
	Dimensiones: Externas (WxDxH) mm: entre 590-660 x 620-640 x 810-830.	X		documento "yc.130l"	x		documento " ficha técnica refrigerador_1"
	Dimensiones: Internas (WxDxH) mm: entre 510-560 x 410-520 x 580-630.	X		documento "yc.130l"	x		documento " ficha técnica refrigerador_1"
	Requerimiento eléctrico: 110-120 V AC 60Hz Nota: En caso de ofertar un requerimiento eléctrico distinto al solicitado, se debe incluir el conversor de	X		documento "yc.130l"	x		documento " ficha técnica refrigerador_1"

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS		NOMBRE PROPONENTE: EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS NIT: 900355024-5			NOMBRE PROPONENTE: SCIENTIFIC PRODUCTS SAS NIT: 805014913-0		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
	voltaje que cumpla con las condiciones técnicas solicitadas.						
	Accesorios: Cable de alimentación de mínimo 2.5 metros con clavija recomendada por fabricante, con su respectivo adaptador a toma eléctrica en caso de requerirse.	X		se adjunta carta aclaratoria en la subsanación		x	no se especifica no allegaron subsanación
	Un (1) Regulador de voltaje de tres (3) KVA – Monofásico, Análogo con tipo de protección fusible por fase. Conmutación electrónica con tarjeta de triacs. Breaker 20 amperios por corto circuito o sobre - carga. Voltaje de entrada: 100 - 120 V. Voltaje de salida: 115+-5%. Factor de potencia: 0.8. Capacidad real 2400 wattios. Protección contra transientes y picos de voltaje. Capacidad de salida en potencia a plena carga del 95%. Frecuencia de 60 Hz. Nivel de ruido menor de 45 dB a metro de distancia.	X		se adjunta carta aclaratoria en la subsanación	x		se especifica en la cotización
	Con cuatro (4) patas o pies, mínimo dos (2) de ellas deben ser niveladoras	X		documento "yc.130l"	x		documento " ficha técnica refrigerador_1"
	Garantía mínima requerida: Un (1) año por defectos de fabricación	X		documento " carta garantía"	x		documento " garantía calidad técnica "
3	Acreditar experiencia con entidades públicas o privadas que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance la adquisición, el suministro e instalación de refrigeradores y congeladores.	X		carpeta " certificados contratos - experiencia"		x	no se especifica no allegaron subsanación
4	certificación emitida por el representante legal, que cuenta con el servicio post-venta en Colombia, así como el respaldo de repuestos por un tiempo mínimo de cinco (5) años.	X		documento "carta servicio post-venta"		x	no se especifica no allegaron subsanación
5	Allegar carta firmada por el representante legal en el que indique el cumplimiento de la garantía de al menos un (01) año.	X		documento " carta garantía"	x		documento " garantía calidad técnica "

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS		NOMBRE PROPONENTE: EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS NIT: 900355024-5			NOMBRE PROPONENTE: SCIENTIFIC PRODUCTS SAS NIT: 805014913-0		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
6	Para el item 1 y 2 el refrigerante debe ser ecológico que cumpla con los siguientes estándares y normativa: • Certificaciones Ambientales: Certificación de estándares ambientales internacionales, como la certificación del Programa de Evaluación de refrigerantes Alternativos (AREP) o la etiqueta Green Seal. • Fichas Técnicas y de Seguridad: Se debe especificar composición del refrigerante y asegurar que no contienen sustancias dañinas para el medio ambiente, como los clorofluorocarbonos (CFC) o los hidroclorofluorocarbónoses (HCFC). • Compatibilidad con Normativas: que cumplan con normativas y regulaciones ambientales vigentes, como el Protocolo de Montreal, Resolución 1362 de 2007, Resolución 3752 de 2013.	X		se adjunta carta de subsanación y ficha técnica del refrigerante.		x	no se especifica las certificaciones ambientales ni la compatibilidad con normativas. no allegaron subsanación
CUMPLE / NO CUMPLE		**NO CUMPLE**			**NO CUMPLE**		

LOTE 2: CONGELADOR

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS		NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS NIT: 900300748-2		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
1	Certificación firmada por el Representante Legal en donde se compromete a cumplir con el total de las especificaciones indicadas en el numeral tres (3) de la necesidad técnica del usuario.	X		documento " 1. Carta cumplimiento especificaciones"
2	Allegar brochure, ficha técnica, manual o documento similar que permita evidenciar las características del producto solicitado incluyendo la marca para verificar la calidad del mismo	X		carpeta " fichas y accesorios"
	Volumen nominal: Entre 3 y 4 pies cúbicos ± 2 Ft^3 / 85 y 115 litros ± 56 L.	X		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica congelador dw-yl90"

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS		NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS NIT: 900300748 - 2		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
	Rango de temperatura de trabajo: Entre -10°C y -30°C.	X		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica congelador dw-yl90"
	Cabina vertical con puerta sólida.	X		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica congelador dw-yl90"
	Con 3 cajones internos en acabado de fácil limpieza y desinfección.	X		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica congelador dw-yl90"
	Modo de descongelación manual	X		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica congelador dw-yl90"
	Con sensor de monitoreo externo para registro, trazabilidad y exportación de datos en tiempo real de la temperatura del equipo.	X		carpeta "fichas y accesorios" documentos " 2, accesorio traducción al español datalloger" "entrega de accesorios ok"
	Control por microprocesador y display digital o LCD.	X		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica congelador dw-yl90"
	Alarmas: visibles y audibles por temperatura alta/baja, falla de energía, falla del sensor o puerta entreabierta.	X		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica congelador dw-yl90"
	Puerta de apertura frontal con manija y cerradura con llave.	X		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica congelador dw-yl90"
	Construcción interior y exterior en material de fácil limpieza y desinfección, no poroso, resistente a los agentes químicos, resistente al astillado y óxido.	X		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica congelador dw-yl90"
	Puerto de acceso: 1 pc. Ø 25 mm	X		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica congelador dw-yl90"
	Dimensiones: Externas (WxDxH) mm: entre 640-700 x 610-670 x 810-860.	X		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica congelador dw-yl90"

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS		NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS NIT: 900300748 - 2		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
	Dimensiones: Internas (WxDxH) mm: entre 430-510 x 400-490 x 530-640.	X		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica congelador dw-yl90"
	Requerimiento eléctrico: 110 -120 V AC 60Hz Nota: En caso de ofertar un requerimiento eléctrico distinto al solicitado, se debe incluir el conversor de voltaje que cumpla con las condiciones técnicas solicitadas.	X		carpeta "fichas y accesorios" documento "ficha técnica congelador dw-yl90"
	Accesorios: Cable de alimentación de mínimo 2.5 metros con clavija recomendada por fabricante, con su respectivo adaptador a toma eléctrica en caso de requerirse.	X		carpeta "fichas y accesorios" documentos "entrega de accesorios ok" se especifica en la cotización
	Accesorios: Un (1) Regulador de voltaje de tres (3) KVA – Monofásico, Análogo con tipo de protección fusible por fase. Conmutación electrónica con tarjeta de triacs. Breaker 20 amperios por corto circuito o sobre - carga. Voltaje de entrada: 100 - 120 V. Voltaje de salida: 115+-5%. Factor de potencia: 0.8. Capacidad real 2400 wattios. Protección contra transientes y picos de voltaje. Capacidad de salida en potencia a plena carga del 95%. Frecuencia de 60 Hz. Nivel de ruido menor de 45 dB a metro de distancia.	X		carpeta "fichas y accesorios" documentos "entrega de accesorios ok" se especifica en la cotización
	Accesorios: Con cuatro (4) patas o pies, mínimo dos (2) de ellas deben ser niveladoras	X		carpeta "fichas y accesorios" documentos "ficha técnica congelador dw-yl90" "entrega de accesorios ok" se especifica en la cotización
	Garantía mínima requerida: Un (1) año por defectos de fabricación	X		se especifica en la cotización
3	Acreditar experiencia con entidades públicas o privadas que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance la adquisición, el suministro e instalación de refrigeradores y congeladores.	X		carpeta " experiencia consolidada"
4	certificación emitida por el representante legal, que cuenta con el servicio post-venta en Colombia, así como el respaldo de repuestos por un tiempo mínimo de cinco (5) años.	X		documento "4. servicio post venta"
5	Allegar carta firmada por el representante legal en el que indique el cumplimiento de la garantía de al menos un (01) año.	X		documento " 5. garantía ofrecida"
6	Para el item 1 y 2 el refrigerante debe ser ecológico que cumpla con los siguientes estándares y normativa: • Certificaciones Ambientales: Certificación de estándares ambientales internacionales, como la certificación del Programa de Evaluación de refrigerantes Alternativos (AREP) o la etiqueta Green Seal. • Fichas Técnicas y de Seguridad: Se debe especificar composición del refrigerante y asegurar que no contienen sustancias dañinas para el medio ambiente, como los	X		carpeta " 7.1 certificaciones gas refrigerantes"

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS		NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS NIT: 900300748-2		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
	clorofluorocarbonos (CFC) o los hidroclorofluorocarbónoses (HCFC). • Compatibilidad con Normativas: que cumplan con normativas y regulaciones ambientales vigentes, como el Protocolo de Montreal, Resolución 1362 de 2007, Resolución 3752 de 2013.			
CUMPLE / NO CUMPLE		**CUMPLE**		

NOTA: Una vez verificado los ítems descritos anteriormente, las propuestas presentadas por las firmas **CI COLOMBIAN MED SAS (1) y BPL MEDICAL SAS (2)** cumple con los criterios de evaluación técnica, por ende, se encuentra habilitado. Por otra parte, los proponentes **EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS (1) y SCIENTIFIC PRODUCTS SAS (2)** no cumplen con los criterios de evaluación técnica.

EVALUACIÓN COMERCIAL - Se adjunta resultado de la evaluación así:

EVALUACIÓN REQUISITOS COMERCIAL		NOMBRE PROPONENTE: BPL MEDICAL SAS NIT: 830068852-2			NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS NIT: 900300748-2		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
1	Forma de pago	X		30 días fecha factura	X		30 días siguientes a la fecha de radicación de la factura, previa certificación de cumplimiento emitida por el supervisor y/o apoyo a la supervisión.
2	Cotización en formato pdf con membrete del oferente que cumpla con lo establecido en el Numeral 3. "Presentación de cotización" de la presente Invitación	X		El nombre del asesor se encuentra en el Anexo 3	X		El nombre del asesor se encuentra en el Anexo 3
CUMPLE / NO CUMPLE		**CUMPLE**			**CUMPLE**		

EVALUACIÓN REQUISITOS COMERCIAL		NOMBRE PROPONENTE: EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS NIT: 900355024-5			NOMBRE PROPONENTE: SCIENTIFIC PRODUCTS SAS NIT: 805014913-0		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
1	Forma de pago	X		Pago a 30 días	X		30 días

EVALUACIÓN REQUISITOS COMERCIAL		NOMBRE PROPONENTE: EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS NIT: 900355024-5			NOMBRE PROPONENTE: SCIENTIFIC PRODUCTS SAS NIT: 805014913-0		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
2	Cotización en formato pdf con membrete del oferente que cumpla con lo establecido en el Numeral 3. "Presentación de cotización" de la presente Invitación	X		Validez Fecha inicial: 07/10/2024 Fecha final: 25/11/2024	X		Teniendo de entrega - 90 días
CUMPLE / NO CUMPLE		**CUMPLE**			**CUMPLE**		

NOTA 1: Una vez verificados los ítems descritos anteriormente, las propuestas presentadas por los proponentes **BPL MEDICAL SAS (1), CI COLOMBIAN MED SAS (2), EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS (3) y SCIENTIFIC PRODUCTS SAS (4)** cumple con los criterios de evaluación comercial.

4. EVALUACION ECONÓMICA (COMPARACIÓN DE COTIZACIONES)

Se procede a realizar las evaluaciones de las ofertas económicas de los oferentes **CI COLOMBIAN MED SAS (1) y BPL MEDICAL SAS (2),** quien cumple con los requisitos jurídicos, técnicos y comerciales solicitados:

EVALUACION ECONÓMICA LOTE 1 REFRIGERADOR

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD / BIEN / SERVICIO / REACTIVO				NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS				NOMBRE PROPONENTE: BPL MEDICAL SAS			
No.	**ÍTEM**	**CARACTERISTICA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**UNITARIO TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**UNITARIO TOTAL**	**VALOR TOTAL**
1	REFRIGERADOR	DESCRIPCIÓN: Refrigerador de laboratorio y/o grado médico para aplicaciones en áreas científicas o de investigación que cumpla con las siguientes especificaciones mínimas: Especificaciones técnicas: • Volumen nominal: Entre 4 y 5 pies cúbicos / 113 y 140 litros aproximadamente. • Rango de temperatura: Entre 2°C a 8°C ± 2°C • Uniformidad de la temperatura: Entre 1°C a 3°C • Cabina vertical con puerta en vidrio. • Entre 2 a 4 estantes ajustables tipo parrilla y uno tipo canastilla o cajón recubiertas en material de fácil	2	$10.900.000	$2.071.000	$12.971.000	$25.942.000	$9.533.900	$1.811.441	$11.345.341	$22.690.682

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD / BIEN / SERVICIO / REACTIVO				NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS				NOMBRE PROPONENTE: BPL MEDICAL SAS			
No.	ÍTEM	CARACTERISTICA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
		limpieza y desinfección. • Modo de descongelación automática • Con sensor de monitoreo externo para registro, trazabilidad y exportación de datos en tiempo real de la temperatura del equipo. • Control por microprocesador y display digital. • Alarmas: visibles y audibles por temperatura alta/baja, falla de energía, falla del sensor o puerta entreabierta. • El sistema de iluminación LED, que permita completamente la visibilidad en el interior del gabinete. • Puerta de apertura frontal con manija y cerradura con llave • Construcción interior y exterior en material de fácil limpieza y desinfección, no poroso, resistente a los agentes químicos, resistente al astillado y óxido. • Puerto de acceso: 1 pc. Ø 25 mm • Refrigerante ecológico que cumpla con los siguientes estándares y normativa: o Certificaciones Ambientales: Certificación de estándares ambientales internacionales, como la certificación del Programa de Evaluación de refrigerantes Alternativos (AREP) o la etiqueta Green Seal. o Fichas Técnicas y de Seguridad: Se debe especificar composición del refrigerante y asegurar que no contienen sustancias dañinas para el medio ambiente, como los clorofluorocarbonos (CFC) o los hidroclorofluorocarbónoses (HCFC).									

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD / BIEN / SERVICIO / REACTIVO				NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS				NOMBRE PROPONENTE: BPL MEDICAL SAS			
No.	ÍTEM	CARACTERISTICA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
		o Compatibilidad con Normativas: que cumplan con normativas y regulaciones ambientales vigentes, como el Protocolo de Montreal, Resolución 1362 de 2007, Resolución 3752 de 2013. Dimensiones: • Externas (WxDxH) mm: entre 590-660 x 620-640 x 810-830. • Internas (WxDxH) mm: entre 510-560 x 410-520 x 580-630. Requerimiento eléctrico: • 110-120 V AC 60Hz Nota: En caso de ofertar un requerimiento eléctrico distinto al solicitado, se debe incluir el conversor de voltaje que cumpla con las condiciones técnicas solicitadas. Accesorios: • Cable de alimentación de mínimo 2.5 metros con clavija recomendada por fabricante, con su respectivo adaptador a toma eléctrica en caso de requerirse. • Un (1) Regulador de voltaje de tres (3) KVA – Monofásico, Análogo con tipo de protección fusible por fase. Conmutación electrónica con tarjeta de triacs. Breaker 20 amperios por corto circuito o sobre - carga. Voltaje de entrada: 100 - 120 V. Voltaje de salida: 115+-5%. Factor de potencia: 0.8. Capacidad real 2400 wattios. Protección contra transientes y picos de voltaje. Capacidad de salida en potencia a plena carga del 95%. Frecuencia de 60 Hz. Nivel de ruido menor de 45 dB a metro de distancia. • Con cuatro (4) patas o pies, mínimo dos (2) de ellas deben ser niveladoras										

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD / BIEN / SERVICIO / REACTIVO				NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS				NOMBRE PROPONENTE: BPL MEDICAL SAS			
No.	ÍTEM	CARACTERISTICA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
		Garantía mínima requerida: Un (1) año por defectos de fabricación MARCA Y/O REFERENCIA: N/A PRESENTACIÓN: Unidad									
TOTAL				$ 25.942.000				$ 22.690.682			
PUNTAJE				0				100			

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la cotización recibida se ajusta a lo solicitado tanto en cantidad, características técnicas, y condiciones comerciales para el lote 1 de este proceso, que da respuesta al objeto de la contratación en todos sus componentes, se da aceptación parcial la cotización N° COT6078 de fecha 07 de octubre de 2024 emitida por **BPL MEDICAL SAS.**

EVALUACION ECONÓMICA LOTE 2 CONGELADOR

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD / BIEN / SERVICIO / REACTIVO				NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS			
No.	ÍTEM	CARACTERISTICA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
2	CONGELADOR	DESCRIPCIÓN: Congelador de laboratorio y/o grado médico para aplicaciones en áreas científicas o de investigación que cumpla con las siguientes especificaciones mínimas: Especificaciones técnicas: • Volumen nominal: Entre 3 y 4 pies cúbicos ± 2 Ft^3 / 85 y 115 litros ± 56 L. • Rango de temperatura de trabajo: Entre -10°C y -30°C. • Cabina vertical con puerta sólida. • Con 3 cajones internos en acabado de fácil limpieza y desinfección. • Modo de descongelación manual • Con sensor de monitoreo externo para registro, trazabilidad y exportación de datos en tiempo real de la temperatura del equipo. • Control por microprocesador y display digital o LCD. • Alarmas: visibles y audibles por temperatura alta/baja, falla de energía, falla del sensor o puerta entreabierta. • Puerta de apertura frontal con manija y cerradura con llave. • Construcción interior y exterior en material de fácil limpieza y desinfección, no poroso, resistente a los agentes químicos, resistente al astillado y óxido.	2	$13.750.000	$2.612.500	$16.362.500	$32.725.000

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD / BIEN / SERVICIO / REACTIVO				NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS			
No.	**ÍTEM**	**CARACTERISTICA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**UNITARIO TOTAL**	**VALOR TOTAL**
		• Puerto de acceso: 1 pc. Ø 25 mm • Refrigerante ecológico que cumpla con los siguientes estándares y normativa: o Certificaciones Ambientales: con estándares ambientales internacionales, como la certificación del Programa de Evaluación de refrigerantes Alternativos (AREP) o la etiqueta Green Seal. o Fichas Técnicas y de Seguridad: Se debe especificar composición del refrigerante y asegurar que no contienen sustancias dañinas para el medio ambiente, como los clorofluorocarbonos (CFC) o los hidroclorofluorocarbónoses (HCFC). o Compatibilidad con Normativas: que cumplan con normativas y regulaciones ambientales vigentes, como el Protocolo de Montreal, Resolución 1362 de 2007, Resolución 3752 de 2013. **Dimensiones**: • Externas (WxDxH) mm: entre 640-700 x 610-670 x 810-860. • Internas (WxDxH) mm: entre 430-510 x 400-490 x 530-640. Requerimiento eléctrico: • 110 -120 V AC 60Hz **Nota**: En caso de ofertar un requerimiento eléctrico distinto al solicitado, se debe incluir el conversor de voltaje que cumpla con las condiciones técnicas solicitadas. **Accesorios**: • Cable de alimentación de mínimo 2.5 metros con clavija recomendada por fabricante, con su respectivo adaptador a toma eléctrica en caso de requerirse. • Un (1) Regulador de voltaje de tres (3) KVA – Monofásico, Análogo con tipo de protección fusible por fase. Conmutación electrónica con tarjeta de triacs. Breaker 20 amperios por corto circuito o sobre - carga. Voltaje de entrada: 100 - 120 V. Voltaje de salida: 115+-5%. Factor de potencia: 0.8. Capacidad real 2400 wattios. Protección contra transientes y picos de voltaje. Capacidad de salida en potencia a plena carga del 95%. Frecuencia de 60 Hz. Nivel de ruido menor de 45 dB a metro de distancia. • Con cuatro (4) patas o pies, mínimo dos (2) de ellas deben ser niveladoras Garantía mínima requerida: Un (1) año por defectos de fabricación					

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD / BIEN / SERVICIO / REACTIVO				NOMBRE PROPONENTE: CI COLOMBIAN MED SAS			
No.	**ÍTEM**	**CARACTERISTICA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**UNITARIO TOTAL**	**VALOR TOTAL**
		MARCA Y/O REFERENCIA: N/A PRESENTACIÓN: Unidad					
TOTAL				$ 32.725.000			
PUNTAJE				100			

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la cotización recibida se ajusta a lo solicitado tanto en cantidad, características técnicas, y condiciones comerciales para el lote 2 de este proceso, que da respuesta al objeto de la contratación en todos sus componentes, se da aceptación parcial la cotización N° C-24-10004 de fecha 04 de octubre de 2024 emitida por **CI COLOMBIAN MED SAS**

De acuerdo con lo anterior y dado que no se generan ítems desiertos, la adjudicación queda de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD / BIEN / SERVICIO / REACTIVO				SELECCIONADO	VALOR UNITARIO	IVA	UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
No.	**ÍTEM**	**CARACTERISTICA**	**CANT**					
1	REFRIGERADOR	DESCRIPCIÓN: Refrigerador de laboratorio y/o grado médico para aplicaciones en áreas científicas o de investigación que cumpla con las siguientes especificaciones mínimas: Especificaciones técnicas: • Volumen nominal: Entre 4 y 5 pies cúbicos / 113 y 140 litros aproximadamente. • Rango de temperatura: Entre 2°C a 8°C ± 2°C • Uniformidad de la temperatura: Entre 1°C a 3°C • Cabina vertical con puerta en vidrio. • Entre 2 a 4 estantes ajustables tipo parrilla y uno tipo canastilla o cajón recubiertas en material de fácil limpieza y desinfección. • Modo de descongelación automática • Con sensor de monitoreo externo para registro, trazabilidad y exportación de datos en tiempo real de la temperatura del equipo. • Control por microprocesador y display digital. • Alarmas: visibles y audibles por temperatura alta/baja, falla de energía, falla del sensor o puerta entreabierta. • El sistema de iluminación LED, que permita completamente la visibilidad en el interior del gabinete. • Puerta de apertura frontal con manija y cerradura con llave • Construcción interior y exterior en material de fácil limpieza y desinfección, no poroso, resistente a los agentes químicos, resistente al astillado y óxido. • Puerto de acceso: 1 pc. Ø 25 mm • Refrigerante ecológico que cumpla con los siguientes estándares y	2	**BPL MEDICAL SAS**	$ 9.533.900	$1.811.441	$11.345.341	$22.690.682

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD / BIEN / SERVICIO / REACTIVO				SELECCIONADO	VALOR UNITARIO	IVA	UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
No.	ÍTEM	CARACTERISTICA	CANT					
		normativa: o Certificaciones Ambientales: Certificación de estándares ambientales internacionales, como la certificación del Programa de Evaluación de refrigerantes Alternativos (AREP) o la etiqueta Green Seal. o Fichas Técnicas y de Seguridad: Se debe especificar composición del refrigerante y asegurar que no contienen sustancias dañinas para el medio ambiente, como los clorofluorocarbonos (CFC) o los hidroclorofluorocarbónoses (HCFC). o Compatibilidad con Normativas: que cumplan con normativas y regulaciones ambientales vigentes, como el Protocolo de Montreal, Resolución 1362 de 2007, Resolución 3752 de 2013. Dimensiones: • Externas (WxDxH) mm: entre 590-660 x 620-640 x 810-830. • Internas (WxDxH) mm: entre 510-560 x 410-520 x 580-630. Requerimiento eléctrico: • 110-120 V AC 60Hz Nota: En caso de ofertar un requerimiento eléctrico distinto al solicitado, se debe incluir el conversor de voltaje que cumpla con las condiciones técnicas solicitadas. Accesorios: • Cable de alimentación de mínimo 2.5 metros con clavija recomendada por fabricante, con su respectivo adaptador a toma eléctrica en caso de requerirse. • Un (1) Regulador de voltaje de tres (3) KVA – Monofásico, Análogo con tipo de protección fusible por fase. Conmutación electrónica con tarjeta de triacs. Breaker 20 amperios por corto circuito o sobre - carga. Voltaje de entrada: 100 - 120 V. Voltaje de salida: 115+-5%. Factor de potencia: 0.8. Capacidad real 2400 wattios. Protección contra transientes y picos de voltaje. Capacidad de salida en potencia a plena carga del 95%. Frecuencia de 60 Hz. Nivel de ruido menor de 45 dB a metro de distancia. • Con cuatro (4) patas o pies, mínimo dos (2) de ellas deben ser niveladoras Garantía mínima requerida: Un (1) año por defectos de fabricación MARCA Y/O REFERENCIA: N/A PRESENTACIÓN: Unidad						
	CONGELADOR	DESCRIPCIÓN: Congelador de laboratorio y/o grado médico para aplicaciones en áreas científicas o de investigación que cumpla con las siguientes especificaciones mínimas: Especificaciones técnicas: • Volumen nominal: Entre 3 y 4 pies cúbicos ± 2 Ft^3 / 85 y 115 litros ± 56 L.	2	**CI COLOMBIAN MED SAS**	$13.750.000	$2.612.500	$16.362.500	$32.725.000

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD / BIEN / SERVICIO / REACTIVO				SELECCIONADO	VALOR UNITARIO	IVA	UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
No.	ÍTEM	CARACTERISTICA	CANT					
		• Rango de temperatura de trabajo: Entre -10°C y -30°C. • Cabina vertical con puerta sólida. • Con 3 cajones internos en acabado de fácil limpieza y desinfección. • Modo de descongelación manual • Con sensor de monitoreo externo para registro, trazabilidad y exportación de datos en tiempo real de la temperatura del equipo. • Control por microprocesador y display digital o LCD. • Alarmas: visibles y audibles por temperatura alta/baja, falla de energía, falla del sensor o puerta entreabierta. • Puerta de apertura frontal con manija y cerradura con llave. • Construcción interior y exterior en material de fácil limpieza y desinfección, no poroso, resistente a los agentes químicos, resistente al astillado y óxido. • Puerto de acceso: 1 pc. Ø 25 mm • Refrigerante ecológico que cumpla con los siguientes estándares y normativa: o Certificaciones Ambientales: con estándares ambientales internacionales, como la certificación del Programa de Evaluación de refrigerantes Alternativos (AREP) o la etiqueta Green Seal. o Fichas Técnicas y de Seguridad: Se debe especificar composición del refrigerante y asegurar que no contienen sustancias dañinas para el medio ambiente, como los clorofluorocarbonos (CFC) o los hidroclorofluorocarbónoses (HCFC). o Compatibilidad con Normativas: que cumplan con normativas y regulaciones ambientales vigentes, como el Protocolo de Montreal, Resolución 1362 de 2007, Resolución 3752 de 2013. Dimensiones: • Externas (WxDxH) mm: entre 640-700 x 610-670 x 810-860. • Internas (WxDxH) mm: entre 430-510 x 400-490 x 530-640. Requerimiento eléctrico: • 110 -120 V AC 60Hz Nota: En caso de ofertar un requerimiento eléctrico distinto al solicitado, se debe incluir el conversor de voltaje que cumpla con las condiciones técnicas solicitadas. Accesorios: • Cable de alimentación de mínimo 2.5 metros con clavija recomendada por fabricante, con su respectivo adaptador a toma eléctrica en caso de requerirse. • Un (1) Regulador de voltaje de tres (3) KVA – Monofásico, Análogo con tipo de protección fusible por fase. Conmutación electrónica con tarjeta de triacs. Breaker 20 amperios por corto circuito o sobre - carga. Voltaje de entrada: 100 - 120 V. Voltaje de salida: 115+-5%. Factor de potencia: 0.8. Capacidad real 2400 wattios. Protección						

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD / BIEN / SERVICIO / REACTIVO				SELECCIONADO	VALOR UNITARIO	IVA	UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
No.	ÍTEM	CARACTERISTICA	CANT					
		contra transientes y picos de voltaje. Capacidad de salida en potencia a plena carga del 95%. Frecuencia de 60 Hz. Nivel de ruido menor de 45 dB a metro de distancia. • Con cuatro (4) patas o pies, mínimo dos (2) de ellas deben ser niveladoras Garantía mínima requerida: Un (1) año por defectos de fabricación MARCA Y/O REFERENCIA: N/A PRESENTACIÓN: Unidad							

Teniendo en cuenta lo anterior, la adjudicación queda de la siguiente manera:

NO.	OBJETO	No.	ÍTEM	CARACTERISTICA	PROVEEDOR ASIGNADO	CANT	VALORES				TOTAL CC
							VALOR UNITARIO	IVA	UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	
1	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CONSERVACIÓN EN CADENA DE FRIO DE MUESTRAS Y REACTIVOS DE LABORATORIO DEL SERVICIO DE MEDICINA PERSONALIZADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO BPIN 2021000050015**	1	REFRIGERADOR	DESCRIPCIÓN: Refrigerador de laboratorio y/o grado médico para aplicaciones en áreas científicas o de investigación que cumpla con las siguientes especificaciones mínimas: Especificaciones técnicas: • Volumen nominal: Entre 4 y 5 pies cúbicos / 113 y 140 litros aproximadamente. • Rango de temperatura: Entre 2°C a 8°C ± 2°C • Uniformidad de la temperatura: Entre 1°C a 3°C • Cabina vertical con puerta en vidrio. • Entre 2 a 4 estantes ajustables tipo parrilla y uno tipo canastilla o cajón recubiertas en material de fácil limpieza y desinfección. • Modo de descongelación automática • Con sensor de monitoreo externo para registro, trazabilidad y exportación de datos en tiempo real de la	BPL MEDICAL SAS	2	$9.533.900	$1.811.441	$11.345.341	$22.690.682	$ 22.690.682

NO.	OBJETO	No.	ÍTEM	CARACTERISTICA	PROVEEDOR ASIGNADO	CANT	VALORES				TOTAL CC
							VALOR UNITARIO	IVA	UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	
				temperatura del equipo. • Control por microprocesador y display digital. • Alarmas: visibles y audibles por temperatura alta/baja, falla de energía, falla del sensor o puerta entreabierta. • El sistema de iluminación LED, que permita completamente la visibilidad en el interior del gabinete. • Puerta de apertura frontal con manija y cerradura con llave • Construcción interior y exterior en material de fácil limpieza y desinfección, no poroso, resistente a los agentes químicos, resistente al astillado y óxido. • Puerto de acceso: 1 pc. Ø 25 mm • Refrigerante ecológico que cumpla con los siguientes estándares y normativa: o Certificaciones Ambientales: Certificación de estándares ambientales internacionales, como la certificación del Programa de Evaluación de refrigerantes Alternativos (AREP) o la etiqueta Green Seal. o Fichas Técnicas y de Seguridad: Se debe especificar composición del refrigerante y asegurar que no contienen sustancias dañinas para el medio ambiente, como los clorofluorocarbonos (CFC) o los hidroclorofluorocarbónoses (HCFC). o Compatibilidad con						

NO.	OBJETO	No.	ÍTEM	CARACTERISTICA	PROVEEDOR ASIGNADO	CANT	VALORES				TOTAL CC
							VALOR UNITARIO	IVA	UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	
				Normativas: que cumplan con normativas y regulaciones ambientales vigentes, como el Protocolo de Montreal, Resolución 1362 de 2007, Resolución 3752 de 2013. Dimensiones: • Externas (WxDxH) mm: entre 590-660 x 620-640 x 810-830. • Internas (WxDxH) mm: entre 510-560 x 410-520 x 580-630. Requerimiento eléctrico: • 110-120 V AC 60Hz Nota: En caso de ofertar un requerimiento eléctrico distinto al solicitado, se debe incluir el conversor de voltaje que cumpla con las condiciones técnicas solicitadas. Accesorios: • Cable de alimentación de mínimo 2.5 metros con clavija recomendada por fabricante, con su respectivo adaptador a toma eléctrica en caso de requerirse. • Un (1) Regulador de voltaje de tres (3) KVA – Monofásico, Análogo con tipo de protección fusible por fase. Conmutación electrónica con tarjeta de triacs. Breaker 20 amperios por corto circuito o sobre - carga. Voltaje de entrada: 100 - 120 V. Voltaje de salida: 115+-5%. Factor de potencia: 0.8. Capacidad real 2400 wattios. Protección contra transientes y picos de voltaje. Capacidad de salida en potencia a plena carga del 95%. Frecuencia de 60 Hz. Nivel de ruido menor de								

NO.	OBJETO	No.	ÍTEM	CARACTERISTICA	PROVEEDOR ASIGNADO	CANT	VALORES				TOTAL CC
							VALOR UNITARIO	IVA	UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	
				45 dB a metro de distancia. • Con cuatro (4) patas o pies, mínimo dos (2) de ellas deben ser niveladoras Garantía mínima requerida: Un (1) año por defectos de fabricación MARCA Y/O REFERENCIA: N/A PRESENTACIÓN: Unidad							
2	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CONSERVACIÓN EN CADENA DE FRIO DE MUESTRAS Y REACTIVOS DE LABORATORIO DEL SERVICIO DE MEDICINA PERSONALIZADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO BPIN 2021000050015**	1	CONGELADOR	DESCRIPCIÓN: Congelador de laboratorio y/o grado médico para aplicaciones en áreas científicas o de investigación que cumpla con las siguientes especificaciones mínimas: Especificaciones técnicas: • Volumen nominal: Entre 3 y 4 pies cúbicos ± 2 Ft^3 / 85 y 115 litros ± 56 L. • Rango de temperatura de trabajo: Entre -10°C y -30°C. • Cabina vertical con puerta sólida. • Con 3 cajones internos en acabado de fácil limpieza y desinfección. • Modo de descongelación manual • Con sensor de monitoreo externo para registro, trazabilidad y exportación de datos en tiempo real de la temperatura del equipo. • Control por microprocesador y display digital o LCD. • Alarmas: visibles y audibles por temperatura alta/baja, falla de energía, falla del sensor o puerta entreabierta.	CI COLOMBIAN MED SAS	2	$13.750.000	$2.612.500	$16.362.500	$32.725.000	$ 32.725.000

NO.	OBJETO	No.	ÍTEM	CARACTERISTICA	PROVEEDOR ASIGNADO	CANT	VALORES				TOTAL CC
							VALOR UNITARIO	IVA	UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	
				• Puerta de apertura frontal con manija y cerradura con llave. • Construcción interior y exterior en material de fácil limpieza y desinfección, no poroso, resistente a los agentes químicos, resistente al astillado y óxido. • Puerto de acceso: 1 pc. Ø 25 mm • Refrigerante ecológico que cumpla con los siguientes estándares y normativa: o Certificaciones Ambientales: con estándares ambientales internacionales, como la certificación del Programa de Evaluación de refrigerantes Alternativos (AREP) o la etiqueta Green Seal. o Fichas Técnicas y de Seguridad: Se debe especificar composición del refrigerante y asegurar que no contienen sustancias dañinas para el medio ambiente, como los clorofluorocarbonos (CFC) o los hidroclorofluorocarbónoses (HCFC). o Compatibilidad con Normativas: que cumplan con normativas y regulaciones ambientales vigentes, como el Protocolo de Montreal, Resolución 1362 de 2007, Resolución 3752 de 2013. Dimensiones: • Externas (WxDxH) mm: entre 640-700 x 610-670 x 810-860. • Internas (WxDxH) mm: entre 430-510 x 400-490 x 530-640. Requerimiento eléctrico:							

NO.	OBJETO	No.	ÍTEM	CARACTERISTICA	PROVEEDOR ASIGNADO	CANT	VALORES				TOTAL CC
							VALOR UNITARIO	IVA	UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	
				• 110 -120 V AC 60Hz Nota: En caso de ofertar un requerimiento eléctrico distinto al solicitado, se debe incluir el conversor de voltaje que cumpla con las condiciones técnicas solicitadas. Accesorios: • Cable de alimentación de mínimo 2.5 metros con clavija recomendada por fabricante, con su respectivo adaptador a toma eléctrica en caso de requerirse. • Un (1) Regulador de voltaje de tres (3) KVA – Monofásico, Análogo con tipo de protección fusible por fase. Conmutación electrónica con tarjeta de triacs. Breaker 20 amperios por corto circuito o sobre - carga. Voltaje de entrada: 100 - 120 V. Voltaje de salida: 115+-5%. Factor de potencia: 0.8. Capacidad real 2400 wattios. Protección contra transientes y picos de voltaje. Capacidad de salida en potencia a plena carga del 95%. Frecuencia de 60 Hz. Nivel de ruido menor de 45 dB a metro de distancia. • Con cuatro (4) patas o pies, mínimo dos (2) de ellas deben ser niveladoras Garantía mínima requerida: Un (1) año por defectos de fabricación MARCA Y/O REFERENCIA: N/A PRESENTACIÓN: Unidad							

Por lo enunciado, el presupuesto total para el contrato de adquisición de equipos para conservación en cadena de frio para la unidad de terapia avanzada del IDCBIS, es de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($55.415.682).**

1. **PLAZO:** El plazo del contrato será de cuatro (04) meses.

2. **SUPERVISIÓN**: La supervisión del contrato del presente proceso, estará a cargo del Líder de la Unidad de Terapias Avanzadas (UTA) y la Responsable de Bioingeniería e Infraestructura, con apoyo a la supervisión del Investigador UTA y Profesional de Bioingeniería e Infraestructura o de quien designe el Director del IDCBIS.

3. **VALOR:** El valor del total para este proceso se estipulará en **CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 55.415.682),** distribuidos en los siguientes contratos así:

   - Proveedor **BPL MEDICAL SAS,** presupuesto **VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($22.690.682)** y se facturará de acuerdo a los valores esgrimidos en la cotización N° CTO6078 de fecha 07 de octubre de 2024, aceptada parcialmente toda vez que se ajusta a la ficha técnica solicitada por el grupo técnico del proceso. El valor del contrato, deberá incluir los gastos que se generen para su legalización y los descuentos de impuestos, tasas y contribuciones correspondientes.

   - Proveedor **CI COLOMBIAN MED SAS,** presupuesto **TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($32.725.000)** y se facturará de acuerdo a los valores esgrimidos en la cotización N° C-24-10004 de fecha 07 de octubre de 2024, aceptada parcialmente toda vez que se ajusta a la ficha técnica solicitada por el grupo técnico del proceso. El valor del contrato, deberá incluir los gastos que se generen para su legalización y los descuentos de impuestos, tasas y contribuciones correspondientes.

4. **MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.** De conformidad con el Manual de Contratación del IDCBIS, la modalidad a emplear será la de CONTRATACIÓN DIRECTA, de acuerdo con lo contemplado en el Manual de Contratación, literal a) del numeral 6.5.1.2.1 *"Cuantía: Corresponde a procesos de contratación que no supere o sea igual a ciento cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (150 SMMLV)."*

5. **TIPO DE CONTRATO U ORDEN A SUSCRIBIR:** Se sugiere que el tipo de contrato u orden a suscribir, derivado del presente documento y teniendo en cuenta el requerimiento y especificaciones técnicas establecidas por el área técnica del proceso, sea un **CONTRATO DE COMPRAVENTA.**

5. **GARANTIAS:** Tenga en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación del IDCBIS, se podrá solicitar constituya garantía a favor de entidad particular con los siguientes amparos:

RIESGO A AMPARAR	PORCENTAJE	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	10% del valor total del contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la expedición de las pólizas.
Calidad y correcto funcionamiento del Bien	10% del valor total del contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y un (01) año más, contado a partir de la expedición de las pólizas.

NOTA 1: Análisis y comparación de cotizaciones definitivo para el proceso

NOTA 2: Los documentos soportes de este proceso, se encuentran en la plataforma SECOP II proceso IDCBIS-CD-R-14124-2024.

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.6926936&prevCtxLbl=Proceso&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerWorkArea%2fIndex%3fdocUniqueIdentifier%3dCO1.BDOS.6797634

Proyectado por:	Danna Marcela Pulido. – Profesional Especializado Compras
Revisado por:	David Guillermo Hernández Mejía – Investigador UTA Juan Sebastián Cardozo Ramos – Profesional de Bioingeniería Raúl Gil Hoyos - Líder Científico UTA, Supervisor BPIN 2021000050015 Sandra Patricia Gómez Rubio – Responsable de Bioingeniería e Infraestructura Mayda Cruz – Profesional especializado Compras y Contratación Yeimmy Katherin Garcia Melo - Profesional Especializado Compras y Contratación Mary Alejandra Guarnizo Devia – Responsable de Compras y Contratación

Fecha de diligenciamiento: 25/10/2024