ZIBOJECT

FICHA TÉCNICA



Producto:

Bureta 150ml

Marca:

ZIBOJECT

Fabricante:

JiangsuWebestMedical Product CO, LTD

Usos:

Usada para transfusiones en las venas del cuerpo humano bajo fuerza de gravedad y usada en conjunto con el catéter ubicado previamente en el paciente y el equipo de micro y macro goteo, los cuales también son de un solo uso.

Puede ser usada una sola vez. Los productos son cualificados de acuerdo al test biológico, no presentan hemolisis, y toxicidad anormal, sin pirógenos.

Vida Útil:

5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto


Presentación:

- Empaque Individual
- Caja por 100 unidades

VEYALTHGROUP S.A.S.

Carrera 26 # 14 - 38 Barrio San Francisco | Teléfono PBX 7-6341907 | Cel 310-7788678
javierziboject@yahoo.es - administracion@ziboject.com
www.ziboject.com
Bucaramanga - Colombia

Elementos:



1. Abrazadera:	Policloruro de vinilo (PVC).
2. Ventana del Punzón:	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS).
3. Regulador de Flujo:	Polietileno de alta densidad (PE).
4. Punto de Inyección:	Caucho para uso médico.
5. Filtro de entrada de aire:	Nylon.
6. Tapas de la bureta:	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS).
7. Filtro de fluido:	Nylon.
8. Regulador de flujo:	Polietileno de alta densidad (PE).
9. Tubo:	Policloruro de vinilo (PVC).

TIPO DE RIESGO

- IIA

MIEMBROS COMPROMETIDOS

- Sistema circulatorio

Composición:

- *Bureta 150* ML Recubrimiento de elastómero
- *Filtro de Aire:* Compuesto de la Membrana de Filtro de Solución Médica y la Membrana del Filtro de Aire (Compuestas de Fibras)
- *Dos Canales:* Uno Superior y Otro Inferior
- Punzón en Forma de Embudo
- *Catéter:* PVC Grado Médico en Molde de Inyección
- *Regulador de Velocidad deFlujo dela Solucióna Infundir:* PVC Grado Médico en Molde de Inyección
- *Soporte de la Aguja:* Punta de Metal y Plástico
- ABS *Embudo:* PVC

Normas Técnicas:

- MDD 93/42EEC
- EN 550
- ISO 10993-1
- ISO 10993-7
- ISO 11135
- ISO 13485:2003

VEYALTHI GROUP S.A.S.

Carrera 26 # 14 - 38 Barrio San Francisco | Teléfono PBX 7-6341907 | Cel 310-7788678
javierziboject@yahoo.es - administracion@ziboject.com
www.ziboject.com
Bucaramanga - Colombia