| | FICHA TÉCNICA | Fecha de actualización: 30/09/2021 |
|---|---|---|
| Global Healthcare | **Equipo para Administración de Soluciones IV Equipo de Macrogoteo y Microgoteo** | Technical Specifications Especificaciones Técnicas |

**MARCA**: Global Healthcare.

**DESCRIPCIÓN**: Dispositivo médico desechable, empleado en la administración de soluciones intravenosas, que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor, hacia el sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena que puede ser central o periférica, el cual proporciona un número de gotas por mL según referencia. Elaborado en PVC de grado médico, estéril y de uso único; con punzón universal de 3,0 -3.5 cm de longitud.

**CARACTERISTICAS:** Equipo para infusión de líquidos IV, estéril y libre de látex, transparente y flexible, que no permite fugas de líquido.ventilacion air-vent. conector de 3 cm

| Referencia | Tipo Goteo | Gotas por mL | Longitud | Puerto en Y (Libre de Latex) | Filtro de aire (Cámara de venteo) | Bulbo (Libre de Latex) | Conector | Regulador de Flujo | Filtro de Partículas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81-022 | Macrogoteo | 10 | 152 cm | X | X | - | Luer Lock | Roler | - |
| 81-023 | Macrogoteo | 10 | 152 cm | X | X | - | Luer Slip | Roler | - |
| 81-024 | Microgoteo | 60 | 152 cm | X | X | - | Luer Slip | Roler | - |
| 81-014 | Microgoteo | 60 | 152 cm | X | X | X | Luer Lock | Roler | X |

**COMPOSICIÓN**:

| | | |
|---|---|---|
| - | **Puerto en Y** | **Libre de Látex** |
| - | **Espiga (Punzón)** | **ABS (Cónico hueco)** |
| - | **Cámara de Goteo** | **PVC** |
| - | **Filtro de Aire** | **Fibra de polipropileno** |
| - | **Tubo** | **PVC** |
| - | **Conector** | **Resina 100%** |
| - | **Regulador de Goteo** | **ABS** |
| - | **Empaque** | **Tipo Blíster** |

**PRESENTACIONES COMERCIALES:** Por unidad en empaque tipo blíster. 100 unidades en la caja de cartón corrugado. El empaque individual asegura la esterilidad del equipo.

| Ítem | Descripción | Empaque | Códigos de Barras | N° Registro Invima |
|---|---|---|---|---|
| 81-022 | Equipo para Admón de Sln IV. Macrogoteo sin aguja. 10gotas/ml. 152cm. | 100und/corrugado | Unidad: 872237006953<br>Corrugado: 40872237006951 | 2017DM-0001179 R1<br>Vigente hasta<br>15 Sep 2027.<br>Riesgo: IIA |
| 81-023 | Equipo para Admón. de Sln. IV 10gotas/ml /152 cm, Macrogoteo sin aguja | 100und/corrugado | Unidad:872237009015<br>Corrugado: 40872237009013 | |
| 81-024 | Equipo para Admón. de Sln. IV 60gotas/ml /152 cm, Microgoteo sin aguja | 100und/corrugado | Unidad: 872237009022<br>Corrugado: 40872237009020 | |
| 81-014 | Equipo para Admón. de Soluciones IV. Microgoteo sin aguja, 60gotas/ml. 152 cm. | 100und/corrugado | Unidad: 872237005277<br>Corrugado: 40872237005275 | |

**TIPO DE CONSERVACIÓN:** Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.

VEYA MH GROUP S.A.S.

| | FICHA TÉCNICA | Fecha de actualización: 30/09/2021 |
|---|---|---|
| Global Healthcare | **Equipo para Administración de Soluciones IV Equipo de Macrogoteo y Microgoteo** | Technical Specifications Especificaciones Técnicas |

**TIPO DE TRATAMIENTO:** Los equipos puede ser utilizados principalmente en ambientes hospitalarios y veterinario, atención de urgencias, ambulatoria o domiciliaria, siempre por personal calificado y entrenado, para la administración de soluciones y medicamentos. En general, para administración de soluciones intravenosas que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor al sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena.

**INDICACIONES:**

**1)** Preparar la bolsa, frasco contendor con la solución a administrar.

**2)** Cerrar la llave de paso del equipo.

**3)** Quitar el protector del conector y conectar el punzón.

**4)** Llenar la cámara de goteo hasta el nivel requerido.

**5)** Llenar el equipo y eliminar las burbujas de aire.

**6)** Abrir la llave de paso del equipo y regular el flujo con el dispositivo de regulación.

**7)** No permita que quede aire atrapado en el set.

**CONTRAINDICACIONES:**

1. El DEHP en la endocrinología reproductiva humana tiene cierta toxicidad.
2. Daño a la salud humana y mujeres embarazadas, lactantes no deben usar medicamentos de infusión.
3. Este producto no puede ser almacenado con fármacos lipofílicos.
4. No puede estar con 3-cloro-acetaldehído y otros medicamentos incompatibles usados juntos.

**PRECAUCIONES:**

1. Use técnica aséptica.
2. Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.
3. Reemplazar por guías CDC y/o por políticas del hospital.
4. No permita que quede aire atrapado en el set.
5. No usar con sangre o componentes sanguíneos.


**VIDA ÚTIL:** 5 años

**OBSERVACIONES**: Producto para uso único, deséchelo después de usarlo, reemplazar el equipo cada 72 horas o según protocolo individual para uso de dispositivos médicos en cada institución, no utilice este producto si el empaque está roto o dañado.

VEYALTHI GROUP S.A.S.


| | | |
|---|---|---|
| Global Healthcare | **FICHA TÉCNICA** | **Fecha de actualización: 30/09/2021** |
| | **Equipo para Administración de Soluciones IV Equipo de Macrogoteo y Microgoteo** | Technical Specifications Especificaciones Técnicas |

81-022




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tapa protectora de la espiga | 8 | Rueda del regulador de flujo |
| 2 | Espiga (10 gotas) | 9 | Conector en Y |
| 3 | Filtro de ventilación de aire | 10 | Puerto de inyección |
| 4 | Tapa de la ventilación de aire | 11 | Tubo |
| 5 | Cámara de goteo | 12 | Conector Luer Lock |
| 6 | Tubo | 13 | Tapa protectora para conector |
| 7 | Regulador de flujo | **Ref 81-022** | |

81-023





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tapa protectora de la espiga | 8 | Rueda del regulador de flujo |
| 2 | Espiga (10 gotas) | 9 | Conector en Y |
| 3 | Filtro de ventilación de aire | 10 | Puerto de inyección |
| 4 | Tapa de la ventilación de aire | 11 | Tubo |
| 5 | Cámara de goteo | 12 | 6:100 Conector Luer |
| 6 | Tubo | 13 | Tapa protectora para conector |
| 7 | Regulador de flujo | **Ref 81-023** | |

VEYALTH GROUP S.A.S.


| | FICHA TÉCNICA | Fecha de actualización: 30/09/2021 |
|---|---|---|
| Global Healthcare | **Equipo para Administración de Soluciones IV Equipo de Macrogoteo y Microgoteo** | Technical Specifications Especificaciones Técnicas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tapa protectora de la espiga | 9 | Regulador de flujo |
| 2 | Espiga (60 gotas) | 10 | Rueda del regulador de flujo |
| 3 | Filtro de aire | 11 | Conector en Y |
| 4 | Tapa del filtro de aire | 12 | Puerto de Inyección |
| 5 | Cámara de goteo | 13 | Tubo |
| 6 | Pin de goteo (60 gotas) | 14 | 6:100 Conector Luer |
| 7 | Soporte del Pin (60 gotas) | 15 | Tapa protectora para conector |
| 8 | Tubo | **Ref 81-023** | |

81-024




81-014




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tapa protectora de la espiga | 10 | Regulador de flujo |
| 2 | Espiga (60 gotas) | 11 | Rueda del regulador de flujo |
| 3 | Filtro de aire | 12 | Conector en Y |
| 4 | Tapa del filtro de aire | 13 | Puerto de Inyección |
| 5 | Cámara de goteo | 14 | Tubo |
| 6 | Pin de goteo (60 gotas) | 15 | Conector |
| 7 | Soporte del Pin (60 gotas) | 16 | Bulbo |
| 8 | Filtro de partículas | 17 | Conector Luer Lock |
| 9 | Tubo | 18 | Tapa protectora de conector |
| **81-014** | | | |

VEYA THI GROUP S.A.S.

Si requiere de información adicional, puede contactarnos en: Colombia: ghc-colombia@ghc-colombia.com
Chile:infochile@globalhealthcare.net
Sitio web: www.globalhealthcare.net