# JERINGA ESTERIL DESECHABLE PRECISION CARE

CODIGO: FT-MED-005 ACTUALIZACIÓN: 15/5/2019 Versión:06




Presentación caja interna




**REGISTRO SANITARIO:**
INVIMA 2023DM-0001569-R2
Clasificación de Riesgo: IIa - Invasivo
Vigencia: 05 abril 2023

**PROPÓSITO:** La jeringa es un dispositivo que se utiliza para extraer líquidos o administrar soluciones o medicamentos al paciente por algunas de las vías de administración.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Dispositivo estéril, para un solo uso, que consiste en un tubo hueco de polipropileno transparente con un émbolo en su interior que aspira o impele el líquido, según el movimiento que se le dé, y con un extremo terminado con conexión luer lock donde se introduce la aguja, que se inserta (si aplica) para realizar extracción de líquidos o administración de medicamentos.

**FABRICANTES:**
Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd : China
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co., Ltd : China
Changzhou Huichun Medical Equipment Co., Ltd.: China

**INDICACIONES DE USO:**

- Realizar técnica de lavado de manos según corresponda.
- Usar guantes exámenes o estériles según corresponda.
- Comprobar de la vigencia del producto.
- Verificar calidad del empaque.
- Abrir el empaque secundario separando por donde se indica.
- Asegurarse que el protector de la aguja este en su lugar, evitando así daños en la punta de aguja.
- Realzar empate aguja-jeringa.
- Separar el protector de la aguja y verificar funcionalidad de la jeringa
- Introducir la aguja según corresponda para administrar o extraer líquido
- Desechar la jeringa y aguja en los contenedores apropiados.

VEYALTHI GROUP S.A.S.



Av. Calle 26 No. 57 – 83 Torre 7 Piso 4 – Bogotá D.C. – Colombia
Telf.: (057) 260 11 00 Fax: (051) 570 2727
www.precisioncare.com.co




## COMPONENTES Y MATERIALES:

Cilindro: Polipropileno (PP)
Embolo; Polipropileno (PP)
Elastómero: Poliisopropeno
Aguja hipodérmica: Acero inoxidable
Protector de la aguja: Polietileno (PE)

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

La vida útil de este producto es de 5 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque esté intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Conservar el producto en el empaque original.
- No almacenar ni utilizar este producto si está vencido.
- Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C.
- Humedad relativa permanente: máximo 70%
- Los estantes donde se almacene este producto, deben estar 30 cm alejados del piso.
- El empaque del producto se verá afectado si lo expone a luz solar o luces brillantes por encima de 400 W.
- No exponga esta unidad a contacto con antisépticos a base de aceites, fenoles o sus derivados, grasas, derivados del petróleo o compuestos relacionados.
- No exponga esta unidad a contacto con sustancias volátiles que sean fácilmente absorbidas por el empaque, como por ejemplo: pinturas, pegantes, disolventes como thinner, varsol, gasolina, etc.; porque no solo pueden afectar el empaque sino también el producto.
- Los sifones del área de almacenamiento deben estar equipados con rejillas para evitar contaminación del producto por olor y/o proliferación de plagas.

## ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

- Descartar después de usar.
- Mantener las condiciones de almacenamiento.
- No utilizar el producto si el empaque se encuentra dañado o en mal estado.

VEYALTHI GROUP S.A.S.



Av. Calle 26 No. 57 – 83 Torre 7 Piso 4 – Bogotá D.C. – Colombia
Telf.: (057) 260 11 00 Fax: (051) 570 2727
www.precisioncare.com.co

**ESTANDARES CALIDAD FABRICANTE:**

- ISO 7886: jeringas hipodérmicas estériles de un solo uso
- ISO 13485:2003: Dispositivos médicos- sistema de gestión de calidad- Requisitos para propósitos regulatorios
- ISO 7864: agujas hipodérmicas estériles de un solo uso.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| No. | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1 | Cilindro transparente de alta visibilidad |
| 2 | Escala gradual en negrilla, con líneas de espesor uniforme |
| 3 | Facilidad de manejo y dosificación exacta |
| 4 | Tope de seguridad para evitar la retirada accidental del émbolo |
| 5 | Aletas grandes y estables |
| 6 | Para las jeringas de 2 a 50 mL: Pivote tipo Luer Lock, céntrico y acoplamiento cónico al 6% |
| 7 | Para las jeringas de 1 mL tipo tuberculina: Pivote tipo Luer Slip, céntrico y acoplamiento cónico al 6% |
| 8 | Lubricadas de acuerdo con las normas ISO 7886 e ISO 8537 |
| 9 | Libre de PVC, DEHP y Látex de caucho natural |
| 10 | Esterilizadas en Óxido de Etileno (E.O.) |

| TIPO DE JERINGA | ESPACIO MUERTO | DOCIFICACIÓN POR CAPACIDAD NOMINAL |
|---|---|---|
| Jeringa de insulina con aguja unida | 0,10 mL | |
| Jeringa de insulina con aguja articulada | 0,01 mL | |
| Jeringa de insulina 0.5 mL | | +-0,025 mL |
| Jeringa de insulina 1 mL. Escala volumétrica 0.02 mL | | +-0,05 mL |
| Jeringa de 1 mL | 0,07 mL | +-0,05 mL |
| Jeringa de 2 mL | 0,07 mL | +-0,01 mL |
| Jeringa de 3 mL | 0,07 mL | +-0,15 mL |
| Jeringa de 5 mL | 0,075 mL | +-0,2 mL |
| Jeringa de 10 mL | 0,10 mL | +-0,4 mL |
| Jeringa de 20 mL | 0,15 mL | +-0,8 mL |
| Jeringa de 50 mL | 0,20 mL | +-2 mL |



Av. Calle 26 No. 57 – 83 Torre 7 Piso 4 – Bogotá D.C. – Colombia
Telf.: (057) 260 11 00 Fax: (051) 570 2727
www.precisioncare.com.co

## PRESENTACIONES COMERCIALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDADES DE MEDIDA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414102320 | Jeringa 2 ml 21 G x 1 1.2 in | UNIDAD | 1 | SUBEMPAQUE | 100 UND | CORRUGADO | 2400 UND |
| | | 7702037510967 | | 17702037510964 | | 27702037510961 | |
| 414102322 | Jeringa 2 ml 23 G x 1 in | UNIDAD | 1 | SUBEMPAQUE | 100 UND | CORRUGADO | 2400 UND |
| | | 7702037564250 | | 17702037564257 | | 27702037564254 | |
| 414102330 | Jeringa 3 ml 21 G x 1 1.2 in | UNIDAD | 1 | SUBEMPAQUE | 100 UND | CORRUGADO | 2400 UND |
| | | 7702037510974 | | 17702037510971 | | 27702037510978 | |
| 414102399 | Jeringa 3 ml 23 G x 1 in | UNIDAD | 1 | SUBEMPAQUE | 100 UND | CORRUGADO | 2400 UND |
| | | 7702037511216 | | 17702037511213 | | 27702037511210 | |
| 414102340 | Jeringa 5 ml 21 G x 1 1.2 in | UNIDAD | 1 | SUBEMPAQUE | 100 UND | CORRUGADO | 1800 UND |
| | | 7702037510981 | | 17702037510988 | | 27702037510985 | |
| 414102350 | Jeringa 10 ml 21 G x 1 1.2 in | UNIDAD | 1 | SUBEMPAQUE | 100 UND | CORRUGADO | 1200 UND |
| | | 7702037510998 | | 17702037510995 | | 27702037510992 | |
| 414102360 | Jeringa 20 ml 21 G x 1 1.2 in | UNIDAD | 1 | SUBEMPAQUE | 50 UND | CORRUGADO | 800 UND |
| | | 7702037511162 | | 17702037511169 | | 27702037511166 | |
| 414102380 | Jeringa 50 ml 21 G x 1 1.2 in | UNIDAD | 1 | SUBEMPAQUE | 25 UND | CORRUGADO | 400 UND |
| | | 7702037511186 | | 17702037511183 | | 27702037511180 | |



Av. Calle 26 No. 57 – 83 Torre 7 Piso 4 – Bogotá D.C. – Colombia
Telf.: (057) 260 11 00 Fax: (051) 570 2727
www.precisioncare.com.co