INFORMACIÓN GENERAL		**COMPONENTES DEL PRODUCTO**	
Nombre:	HUMIDIFICADOR	HUMIDIFICADOR	
Fabricante:	BIOPLAST S.A.S		
Marca:	BIOLIFE		
Vida Útil:	5 años		
Procedencia:	Colombia		
Registro Sanitario INVIMA:	2017DM-0000413-R1		
Vigencia:	10 Marzo 2027		
Clasificación de riesgo:	IIa		
Método de esterilización	No aplica		
Descripción y uso del producto	Dispositivo fabricado para agregar humedad al oxígeno en entornos secos, cuenta con una válvula como sistema de seguridad audible de sobrepresión, líneas máxima y mínima de llenado hasta 500ml que definen los niveles del agua, conector de rosca para fuente de oxigeno tipo diss y conector liso; tapa de ajuste hermético.		
Indicaciones y precauciones de uso	• Uso bajo supervisión de un profesional del área médica. • Emplear solo agua destilada. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Garantizar el acople sin forzar la rosca.		
Advertencias	Ninguna conocida.		
Composición	Fabricado en PVC flexible atoxico grado médico.		
Contraindicaciones	Aplicarse para humidificación a flujos máximos de 8 LPM.		
Criterio de descarte	El producto presenta daño en la rosca. El producto presenta fisuras. El producto superó la fecha de vencimiento establecida en el empaque.		
Presentación comercial:	Empaque: Unidad en bolsa plástica Embalaje: 50 unidades por caja corrugada.		
Condiciones de almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco, donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no alteren las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.		
Disposición final:	La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades”		

DOCUMENTO CONTROLADO

	ELABORO	**REVISO**	**APROBO**
CARGO	Asistente SGC	Director Técnico	Gerente General
NOMBRE	Maicol Perilla Triana	Nicolás Pinzón Hernández	Gustavo Pinzón Díaz

Toda copia magnética de este documento que se encuentre fuera de la plataforma digital debe entenderse como COPIA NO CONTROLADA y está fuera del alcance del Sistema de Gestión de BIOPLAST S.A.S, por lo tanto, es responsabilidad de la persona que la posea, comprobar la veracidad de la información para garantizar que se encuentra actualizada.