MEDITEC S.A.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipos Médico - Quirurjicos
NIT. 860.038.579-7

Fecha de Actualización: Feb/2011

ANDI Cámara de Proveedores de la Salud

NOMBRE	SONDA PARA TORAX				
MARCA	MEDEX	**CLASIFICACION DEL RIESGO**	IIa	**VIDA UTIL**	5 Años
REG SANITARIO	INVIMA 2018DM-0001844	**VIGENCIA**	21-Feb-2028	**MODALIDAD**	Fabricar y Vender
FABRICANTE	MEDITEC SA	**INVASIVO**	SI	**USO**	CORTO PLAZO

RECOMENDACIONES DE USO	Introducir a nivel intercostal para drenar aire, líquidos y secreciones purulentas de la cavidad pleural. **TÉCNICA:** * Posición de Cúbito Supino * Infiltración * Ubicar entre el cuarto y quinto espacio intercostal * Fijar el Tubo Tórax * Conectar al tubo de la unidad de Drenaje
INDICACIONES	Se utiliza para extraer sangre, aire o cualquier otro fluído de la cavidad pleural
COMPOSICION	Plástico (PVC: Cloruro de Polivinilo) Grado médico, Atóxico, Libre de Látex, biocompatible, antiadherente.
FORMA	Sonda transparente con extremo inferior acodado cerrado con dos troqueles en la parte inferior intercalados de manera opuesta. **L**ongitud 45 cm

REFERENCIAS/ CALIBRE(Fr)	8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40	**MARCACIONES**	No Aplica
		LÍNEA RADIOPACA	No Aplica
PRESENTACION COMERCIAL	Empacados en unidades Estériles.	**MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN**	Gas Oxido de Etileno

PRECAUCIONES	No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido.			
RESTRICCIONES	Desechar el producto una vez utilizado. Un solo Uso			
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD	Atóxico Esteril Apirógeno	**ANALISIS**	**FISICOS**	Textura, Ensamble, Fugas.
			QUÍMICOS	Toxicidad.
			MICROBIOLOGICOS	Prueba de Esterilidad, Pirógenos
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	En locales cubiertos, protegidos de: * Exposición directa a los rayos del sol	* Lluvia * Fuentes de calor	* Vapores	
METODOLOGÍA	Basado en la USP 35			

JUAN JOSE RODRIGUEZ CATAÑO
DIRECCIÓN TÉCNICA
RP No. 6132

COPIA CONTROLADA
MEDITEC S.A.

VEYALTN GROUP S.A.S.