Barranquilla, Atlántico, 22 de octubre de 2024

ASUNTO: REEVALUACION TECNICA OBJETO PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE ALTA, MEDIA Y BAJA COMPLEJIDAD, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES; ESM BIVER2 EN MALAMBO (ATLANTICO), ESM BITER2 EN LA VEREDA EL CENIZO ARACATACA (MAGDALENA), ESM BAS10 EN VALLEDUPAR (CESAR), ESM BICAR EN RIOHACHA (LA GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA 2024.

TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS:

N°.	REQUERIMIENTOS		CUMPLE	
			SI	NO
1.	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	GRUPO 1	X	
		GRUPO 2	X	
		GRUPO 3	X	
		GRUPO 4	X	

NIT: 901.773.155
320-373-8027 - 316-922-7582
CI 46A # 1E 09 CALI (V)

Anexo No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Yo, YULY VIVIANA PRADO BARRERA Identificada con cedula de ciudadanía No. 1.082.747.038 de Consaca (Nariño), representante legal de TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS con NIT. 901773155-8 declaro y acepto conocer íntegramente el contenido de todas y cada una de las especificaciones técnicas de la Invitación Publica que rige el presente Proceso de selección y en especial las contenidas en las "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".

De igual manera, manifiesto haber efectuado en forma personal, un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las especificaciones técnicas mínimas excluyentes contenidas en las "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", lo que indica expresamente, que bajo ningún motivo me exonero de la responsabilidad que me acude a su cumplimiento.

Con la suscripción del presente Anexo, en forma voluntaria e irrevocable, ACEPTO las condiciones técnicas planteadas por el ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02, a través de la Invitación Publica y Estudios Previos y en especial las contenidas en las "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en consecuencia, ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS:

GRUPO 1 ESM BAS02– BARRANQUILLA (ATLANTICO) - ESM BIVER MALAMBO (ATLANTICO) - ESM BITER2 VEREDA EL CENIZO ARACATACA (MAGDALENA) RELACION EQUIPOS BIOMEDICOS					
ACTIVO	MARCA	SERIAL	UBICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
166000000554 /			ESMBAS02		

REQUERIMIENTOS	CUMPLE	
	SI	NO
ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES	X	

NIT: 901.773.155
320-373-8027 - 316-922-7582
CI 46A # 1E 09 CALI (V)

Anexo No. 3A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

Yo, YULY VIVIANA PRADO BARRERA Identificada con cedula de ciudadanía No. 1.082.747.038 de Consaca (Nariño), representante legal de TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS con NIT. 901773155-8 declaro y acepto conocer íntegramente el contenido de todas y cada una de las especificaciones técnicas de la Invitación Publica que rige el presente Proceso de selección y en especial las contenidas en las "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES".

De igual manera, manifiesto haber efectuado en forma personal, un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las especificaciones técnicas mínimas excluyentes contenidas en las "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES", lo que indica expresamente, que bajo ningún motivo me exonero de la responsabilidad que me acude a su cumplimiento.

Con la suscripción del presente Anexo, en forma voluntaria e irrevocable, ACEPTO las condiciones técnicas planteadas por el ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02, a través de la Invitación Publica y Estudios Previos y en especial las contenidas en las "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES" y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en consecuencia, ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO.

CONDICIÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
CERTIFICADOS DE CCAA	El oferente debe entregar certificados CCAA vigentes bajo su propiedad para certificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias para el almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos y de control de calidad de los mismos para los repuestos que requieren el debido almacenamiento (si aplica). En el caso que el oferente tenga relaciones comerciales con otra empresa por el servicio compra de accesorios y repuestos debe anexar con la oferta Acta de compromiso para trabajo, mínimo hasta la vigencia del futuro contrato, emitido por la empresa con la que se tiene relación comercial dicho certificado debe ser generado de forma clara, firmado por el representante legal, así mismo	X	

REQUERIMIENTOS	CUMPLE	
	SI	NO
PERFIL DE LOS PROFESIONALES REQUERIDOS	X	

PERFIL DE LOS PROFESIONALES REQUERIDOS	
PERFIL	**ESPECIALIDAD PARA EL CARGO**
INGENIERO BIOMÉDICO / ELECTRÓNICO / BIOINGENIERO	1. Mínimo 4 años de experiencia en el área de mantenimiento y calibración /o verificación de parámetros de equipos biomédicos. 2. CERTIFICACIÓN LABORAL Mínimo 4 años de experiencia. 3. Hoja de Vida relacionando los Diplomas, cursos y/o seminarios. 4. REGISTRO INVIMA **(obligatorio).** 5. Debe incluir copia de la TARJETA PROFESIONAL. 6. INCLUIR SEMINARIOS Y/O CERTIFICACIONES DE METROLOGÍA. 7. **ANEXAR COPIA LEGIBLE** Cedula de Ciudadanía se verificará antecedentes disciplinarios, fiscales y certificación de estado tarjeta profesional. **MÍNIMO DEBE INCLUIR MÍNIMO 01 INGENIERO AL PROCESO.**

REQUERIMIENTOS	CUMPLE	
	SI	NO
VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE	X	
GARANTIA TECNICA	X	
GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA	X	

NIT: 901.773.155
320-373-8027 - 316-922-7582
Cl 46A # 1E 09 CALI (V)

FORMULARIO No 9

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

Proponente: **TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS con NIT. 901773155-8**

AÑO CONTRATO	No. CONTRATO	OBJETO CONTRATO	VALOR CONTRATO	CONTRATANTE
2023	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS A CARGO DEL GRUPO EMPRESARIAL.	$ 35.000.000,00	SOLUCIONES INTEGRALES AVANZADAS-SIAV GESTION SAS NIT. 900940765
2204	G&G-0097-2024.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, BIOMÉDICOS, AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS	$ 60.000.000,00	GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS Con NIT. 900702609-2

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Con el fin de acreditar la experiencia, aporto los siguientes documentos soporte, por contrato acreditado:

1. Certicado de contratos

YULY VIVIANA PRADO BARRERA
Representante Legal
C.C 1.082.747.038

CONCLUSIÓN:

El proponente **TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS:** – **CUMPLE** con las especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso.

Dado en Barraquilla a los Veintidós (22) días del mes de octubre 2024.

POLO VELASCO NEIDER ESTIVEN
SUBOFICIAL DEL EJERCITO
C.C 1061[illegible]2242

CS. NEIDER POLO VELASCO
Comité Técnico Evaluado

Barranquilla, Atlántico, 23 de octubre de 2024

ASUNTO: EVALUACION TECNICA OBJETO PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE ALTA, MEDIA Y BAJA COMPLEJIDAD, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES; ESM BIVER2 EN MALAMBO (ATLANTICO), ESM BITER2 EN LA VEREDA EL CENIZO ARACATACA (MAGDALENA), ESM BAS10 EN VALLEDUPAR (CESAR), ESM BICAR EN RIOHACHA (LA GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA 2024.

MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

N°.	REQUERIMIENTOS		CUMPLE	
			SI	NO
1.	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	GRUPO 1		X
		GRUPO 2		X
		GRUPO 3		X
		GRUPO 4		X

- No se evidencia formato de condiciones tecnicas de obligartorio cumplimiento donde se evidencie SI CUMPLE O NO CUMPLE,con lo requerido en el pliego de condiciones.

REQUERIMIENTOS	CUMPLE	
	SI	NO
ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES		X

- No se evidencia formato de condiciones tecnicas adicionales donde se evidencie el cumplimiento de los item solicitados y sus debidos soportes según lo requerido en el pliego de condiciones.

ESMBAS02

REQUERIMIENTOS	CUMPLE	
	SI	NO
PERFIL DE LOS PROFESIONALES REQUERIDOS		x

- No se evidencia docuentacion solicitada según lo requerido en el pliego de condiciones.

PERFIL DE LOS PROFESIONALES REQUERIDOS	
PERFIL	**ESPECIALIDAD PARA EL CARGO**
INGENIERO BIOMÉDICO / ELECTRÓNICO / BIOINGENIERO	1. Mínimo 4 años de experiencia en el área de mantenimiento y calibración /o verificación de parámetros de equipos biomédicos. 2. CERTIFICACIÓN LABORAL Mínimo 4 años de experiencia. 3. Hoja de Vida relacionando los Diplomas, cursos y/o seminarios. 4. REGISTRO INVIMA **(obligatorio).** 5. Debe incluir copia de la TARJETA PROFESIONAL. 6. INCLUIR SEMINARIOS Y/O CERTIFICACIONES DE METROLOGÍA. 7. **ANEXAR COPIA LEGIBLE** Cedula de Ciudadanía se verificará antecedentes disciplinarios, fiscales y certificación de estado tarjeta profesional. **MÍNIMO DEBE INCLUIR MÍNIMO 01 INGENIERO AL PROCESO.**

REQUERIMIENTOS	CUMPLE	
	SI	NO
VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE		X
GARANTIA TECNICA	X	
GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA	X	

No se evidencia formato de experiencia habilitante según lo requerido en el pliego de condiciones; de igual manera no se evidencia soportes del mismo.

CONCLUSIÓN:

El proponente **MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. NO–CUMPLE** con las especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso, se solicita **SUBSANAR** en los tiempos establecidos.

Dado en Barraquilla a los Vientres (23) días del mes de octubre 2024.

POLO VELASCO NEIDER ESTIVEN
SUBOFICIAL DEL EJERCITO
C.C 1061542242

CS. NEIDER POLO VELASCO
Comité Técnico Evaluado