FICHA TÉCNICA

PAQUETE DE ROPA DESECHABLE PARA PEQUEÑA CIRUGIA

ESTÉRIL

ELABORADO EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DE 50 A 70 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y COMPUESTO

EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO

REGISTRO SANITARIO INVIMA

CAMPOS: 2019DM-0019505

VIGENCIA: 18/03/2029

ROPA ESTÉRIL: 2018DM-0018858

VIGENCIA: 31/10/2028

METODO DE ESTERILIZACION

NO APLICA

VIDA UTIL

3 AÑOS

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

CLASE I

MATERIAL

POLIPROPILENO 100%, EN AZUL QUIRURGICO
ATOXICO,HIPOALERGENICO Y HEMOREPELENTE

PRESENTACIÓN COMERCIAL

EMPAQUE: 1 UNIDAD

EMBALAJE: 6 UNIDADES

INDICACIONES DE USO

PRODUCTO DE USO ÚNICO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO A UNA TEMPERATURA ENTRE 15 Y 25°C
PROTEGER DE LA LUZ SOLAR
ALMACENAR LEJOS DE FUENTES DE CALOR
EVITAR PONER ELEMENTOS PESADOS SOBRE LOS PRODUCTOS

CONTRAINDICACIONES


NINGUNA CONOCIDA

NO TOXICO

IDÉNTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



CONTENIDO DEL PAQUETE		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
A	SABANA COBERTOR DE 200 X 250 cm CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 70 X 180 cm	1
B	SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 cm	1
C	BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, 8 CINTURONES DE AMARRE DE 70 CM CADA UNIDADO, LARGO DE BATA 145 cm, ANCHO 145 cm. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO	2
D	COMPRESA CON TIRA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA.	2
E	FUNDA DE MAYO PARA MESA DE 60 X 130 cm CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 cm	1
F	CAMPOS DE 90 X 90 cm CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 cm DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE.	5
G	CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 cm, ABSORBENTE DE 10 X 10 cm, CON FENESTRACION DE 10 X 30 cm	1
H	SABANA DE 250 X 150 cm	2
I	SABANA DE 180 X 140 cm	1
J	INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO	1



EMISIÓN	16/09/2024	ELABORÓ	YENIFER BERNAL
REVISIÓN	16/09/2024	APROBÓ	AMELIA ROJAS

CLIENTE: PONAL