ANEXO Nº 4

CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS TÉCNICOS EXIGIDOS.

Manifestó que cumplo las características y aspectos técnicos mínimas exigidas en el proceso de selección.

Requerimientos y/o especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento las cuales deben ser aceptadas en su totalidad por el proponente.

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>REQUISITO TÉCNICO</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PERSONAL
FORMACIÓN: PROFESIONAL EN INGENIERÍA O TECNÓLOGO EN ASEGURAMIENTO METROLÓGICO, BIOMÉDICO ELECTRICA, ELECTRÓNICA, ELECTROMEDICINA, QUÍMICO CAPACITADO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN O AFINES.

EXPERIENCIA: MÍNIMO 2 AÑOS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CALIBRACIÓN Y AFINES.

ADJUNTAR HOJA DE VIDA CON LOS SIGUIENTES SOPORTES:
● Diploma y/o acta de grado
● Copia de la tarjeta profesional y certificaciones de vigencia de la matrícula. (SI APLICA)
● documento de identificación
● certificaciones laborales y/o de experiencia (se tendrá en cuenta el tiempo de acuerdo con las certificaciones aportadas
● certificado de capacitación en metrología y/o calibración.
● Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, de medidas correctivas y REDAM (este último vigente a la fecha del cierre del proceso) de los profesionales.</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>PATRONES Y MATERIAL DE REFERENCIA:

Dispone de los equipos y materiales de referencia necesarios, así como cuenta con los certificados de calibración vigente con la incertidumbre expandida menor o igual a la requerida para garantizar la prestación del servicio así:

<table>
<tr><th>Equipo patrón</th><th>Incertidumbre expandida</th></tr>
<tr><td>Termómetros
0 °C A 100° C</td><td>≤ 0.083 °C</td></tr>
<tr><td>Termo higrómetros (Humedad)</td><td>≤2.5%</td></tr>
<tr><td>Termo higrómetros (Temperatura)</td><td>≤ 0.5 °C</td></tr>
<tr><td>Ultra-congeladores</td><td>≤ 1.7 °C</td></tr>
</table>
</td><td>X</td><td></td></tr>
</table>

ITEM	REQUISITO TÉCNICO	CUMPLE	NO CUMPLE
	Congeladores ≤ 0.85 °C Neveras, Cuartos Fríos ≤ 0.5 °C		
3	CERTIFICADO DE ACREDITACION: El proponente deberá anexar en su propuesta Copia del certificado de acreditación vigente con el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) en la norma ISO IEC 17025:2017 en las variables solicitadas Nota: En caso de subcontratación de servicios se aportará un documento de acuerdo o compromiso de prestación de servicios entre el proponente y el laboratorio acreditado.	**X**	

Para efectos de verificar el cumplimiento, el proponente debe presentar junto con la oferta, la documentación que acredite el cumplimiento cada uno de los requisitos exigidos.

La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones de experiencia para el perfil requerido se sujetará a las siguientes reglas especiales:

- Anexar la documentación y certificaciones correspondientes que acrediten la información solicitada.
- Si no se allega la propuesta con todos sus anexos, la propuesta se evaluará como NO CUMPLE TECNICAMENTE e igualmente, la no presentación de los documentos técnicos requeridos dará lugar a que la Secretaria Departamental de Salud concluya que la propuesta NO CUMPLE TÉCNICAMENTE.

NOTA: Si el proponente no cumple con los requisitos señalados, su propuesta será rechazada.

La presente se expide a los 17 días del mes de noviembre de 2024

Firma



Nombre Hasbleyder Diaz Gómez

C.C. No. 5820989 de Ibagué