Manizales, NOVIEMBRE 15 de 2024.

Señores
CORPOCALDAS
Manizales, Caldas

REFERENCIA: Respuesta a evaluación inicial Selección Abreviada por Subasta Inversa Nº 011 de 2024.

Respetados señores:

Respondiendo a la evaluación inicial del proceso del asunto, me permito remitir la siguiente información:

1. Protocolo de montaje de curva de color en el equipo PF12, que se realiza por parte del técnico especialista de la marca, en caso de ser aceptada la oferta el equipo se entregará con la curva instalada. Se adjunta el documento y la dirección donde se puede bajar de la pagina del fabricante. https://www.mn-net.com/media/pdf/a9/aa/f2/SI_Hazen_True_apparent_PF-12Plus_EN.pdf
2. Ficha técnica del termómetro de refrigerador con sonda, para registrar la temperatura interna del equipo. Con respecto a: " LOS CICLOS DE TEMPERATURA DEBEN REGULAR GARANTIZANDO SIEMPRE VALORES ENTRE 2 Y 8° ", el equipo , Nevera, se entrega con un certificado de calibración con caracterización de Nevera Servicio in Situ Acreditado ISO17025:2017 09-LAC-008. 3 Puntos en el rango de 2 °C a 8 °C acreditación por laboratorio ONAC, lo cual garantiza la operación de la nevera en este rango de temperatura.

Agradezco su atención, estoy atento a cualquier información adicional.

75073407

JULIO CESAR OCAMPO L.

REPRESENTANTE LEGAL.