SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

OBJETO: "COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA DOTACIÓN Y HABILITACIÓN DE LAS AMBULANCIAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."

ANEXO No. 8 - SOLICITUD DE COTIZACION

ITEM	NOMBRE / DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL X CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	**FONENDOSCOPIOS ADULTOS**	*APLICACIÓN: VALORACIÓN CLÍNICA / DIAGNÓSTICO ADULTO *CAMPANA: TECNOLOGÍA DOBLE CARA, TAMAÑO ADECUADO PARA ADULTO. *OLIVAS O AURICULARES: MATERIAL SUAVE Y ERGONÓMICO PARA COMODIDAD DEL USUARIO. *OLIVAS EN GOMA. *MEDIDAS: LONGITUD TOTAL DE 65 CM A 75 CM *RANGO DE FRECUENCIA: ENTRE 10 A 550 HZ *MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**3**	**$ 723,000**	**$ 137,370**	**$ 860,370**	**$ 2,581,110**	**NINGUNA**
2	**FONENDOSCOPIOS PEDIÁTRICOS**	*APLICACIÓN: VALORACIÓN CLÍNICA / DIAGNÓSTICO ADULTO *CAMPANA: TECNOLOGÍA DOBLE CARA, TAMAÑO ADECUADO PARA ADULTO. *OLIVAS O AURICULARES: MATERIAL SUAVE Y ERGONÓMICO PARA COMODIDAD DEL USUARIO. *OLIVAS EN GOMA. *MEDIDAS: LONGITUD TOTAL DE 65 CM A 75 CM *RANGO DE FRECUENCIA: ENTRE 10 A 550 HZ *MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**3**	**$ 723,000**	**$ 137,370**	**$ 860,370**	**$ 2,581,110**	**NINGUNA**
3	**TENSIÓMETROS ADULTOS**	*INTERVALO DE MEDICIÓN: 0-300 MMHG. *INFLADO: INFLADO MANUAL MEDIANTE PERA DE INFLACIÓN. *TECNOLOGÍA: ANÁLOGO *ESCALA DE MEDICIÓN: DE FÁCIL LECTURA, CON NÚMEROS CLAROS Y DE CONTRASTE. *PERA DE INFLADO: DE MATERIAL DE GOMA O SILICONA, RESISTENTE AL USO FRECUENTE. *BRAZALETE: MATERIAL DURADERO, HIPOALERGÉNICO Y LAVABLE, CON CIERRE DE VELCRO PARA AJUSTE SEGURO, TIPO ADULTO. *VÁLVULA DE LIBERACIÓN CON AJUSTE DE PRECISIÓN PARA UNA DESINFLACIÓN CONTROLADA	UNIDAD	ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**3**	**$ 508,000**	**$ 96,520**	**$ 604,520**	**$ 1,813,560**	**NINGUNA**
4	**TENSIÓMETROS PEDIÁTRICOS**	*INTERVALO DE MEDICIÓN: 0-300 MMHG. *INFLADO: INFLADO MANUAL MEDIANTE PERA DE INFLACIÓN. *TECNOLOGÍA: ANÁLOGO *ESCALA DE MEDICIÓN: DE FÁCIL LECTURA, CON NÚMEROS CLAROS Y DE CONTRASTE. *PERA DE INFLADO: DE MATERIAL DE GOMA O SILICONA, RESISTENTE AL USO FRECUENTE. *BRAZALETE: MATERIAL DURADERO, HIPOALERGÉNICO Y LAVABLE, CON CIERRE DE VELCRO PARA AJUSTE SEGURO, TIPO ADULTO. *VÁLVULA DE LIBERACIÓN CON AJUSTE DE PRECISIÓN PARA UNA DESINFLACIÓN CONTROLADA	UNIDAD	ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**3**	**$ 508,000**	**$ 96,520**	**$ 604,520**	**$ 1,813,560**	**NINGUNA**
5	**TERMOHIGRÓMETROS CALIBRADOS**	*TERMOHIGRÓMETRO PARA AMBIENTE CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN *DIGITAL DE LECTURA RÁPIDA *RANGO DE TEMPERATURA INTERNA Y EXTERNA DE -30°C A + 70°C *RANGO DE HUMEDAD RELATIVA DE 10 A 99% *FUNCIÓN DE HORA Y FECHA *MEMORIA DE MÁXIMA Y MÍNIMA TEMPERATURA *FUNCIÓN (°C) Y (°F) *CON CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN ONAC EN MÍNIMO 4 PUNTOS.	UNIDAD	ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**3**	**$ 385,000**	**$ 73,150**	**$ 458,150**	**$ 1,374,450**	**NINGUNA**
6	**SUCCIONADORES**	*MAXIMO VACIO: SUCCIÓN MÁXIMA ENTRE 550 MMHG- A 760 MMHG. *VELOCIDAD DE FLUJO: MÍNIMO 15 L/MIN- MAXIMO 40 L/MIN. *NIVEL DE RUIDO: MENOR O IGUAL A 60 DB *SUMINISTRO DE PODER: AC 110 V *FRECUENCIA: 60 HZ *FRASCO (CANISTER Y LINER) MINIMO 1000 ML- MAXIMO HASTA 3000 ML, DEPENDIENDO SUCCIONADOR, DESECHABLES, FILTRO HIDROFOBICO Y ANTIBACTERIAL *USO: ADULTO-PEDIATRICO *PORTÁTIL	UNIDAD	ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**3**	**$ 1,308,000**	**$ 248,520**	**$ 1,556,520**	**$ 4,669,560**	**NINGUNA**

7	**DESFIBRILADOR BIFÁSICO**	*NIVEL DE ENERGIA: ADULTO: CONFIGURABLE DE 1 HASTA 360 J *TIEMPO DE CARGA ENERGIA: MENOS DE 8 SEGUNDOS 360 J. * MODO DE DESFIBRILACION: SINCRONICO. CARGA 360 J INTERVALOS 1 MINUTO. *4 FORMAS DE ONDA *BATERIA RECARGABLE. TIEMPO DE RECARGA AL 100% EN MENOS DE 3 HORAS. *IMPRESORA TERMICA (IMPRESIÓN CONTINUA.) *DEREIVACION: MINIMO ECG DE 3 DERIVACIONES MAXIMO 5 DERIVACIONES. * MEDICION RITMO CARDIACO ADULTO Y PEDIATRICO *ALARMA SONORA Y VISUAL * INDICADOR DE ALARMAS *INDICADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO * INDICADOR DE CARGA *ACCESSORIOS: CABLE ECG, CABLE MARCAPASO, ELECTRODOS ECG, PALAS EXTERNAS ADULTO-PEDIATRICO, CABLE AC, BATERIA.	UNIDAD	ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**1**	**$ 18,812,500**	**$ 3,574,375**	**$ 22,386,875**	**$ 22,386,875**	**NINGUNA**
8	**DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO - DEA**	*NIVEL DE ENERGIA: ADULTO: CONFIGURABLE DE 100 HASTA 200 J, PEDIATRICO CONFIGURABLE DE 10 A 100 J. *TIEMPO DE CARGA ENERGIA: MENOS DE 12 SEGUNDOS 200 J. * ELECTRODOS DESECHABLES (PADS) *BATERIA NUEVA (HASTA MAS DE 60 DESCARGAS A 200 J O 6 HORAS DE BATERIA.) *ADMINISTRACION AUTOMATICA DE DESCARGA. *MEMORIA INTERNA. *SISTEMA BATERIA: DIOXIDO DE LITIO-MANGANESO. *INDICADOR DE ALARMAS *INDICADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	UNIDAD	ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**2**	**$ 6,650,000**	**$ 1,263,500**	**$ 7,913,500**	**$ 15,827,000**	**NINGUNA**
9	**MONITORES DE SIGNOS VITALES BÁSICO**	*ECG MÍNIMO DE 3 MÁXIMO 5 DERIVACIONES, NIBP, RESPIRACION, SPO2, TEMPERATURA * PANTALLA ESTANDAR, AUMENTO TAMAÑO LETRA, REPRESENTACION DE CURVAS, GRAFICO Y TENDENCIAS. *USO: ADULTO/PEDIATRICO/ NEONATAL *ALIMENTACION EXTERNA ENTRE 110-120V *FRECUENCIA: MAXIMO 60 HZ *BATERIA RECARGABLE DE LITIO *INDICADOR DE ALARMAS * INDICADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO * INDICADOR DE CARGA *ACCESORIOS: SENSOR SPO2 *ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL, BATERIA LITIO	UNIDAD	ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**3**	**$ 4,800,000**	**$ 912,000**	**$ 5,712,000**	**$ 17,136,000**	**NINGUNA**
10	**EQUIPOS DE ÓRGANOS PORTÁTILES**	*BOMBILLOS LED *APERTURAS Y FILTROS ESTÁNDAR PARA OFTALMOSCOPIO * ILUMINACION FIBRA OPTICA OTOSCOPIO *POLARIZADOR DE DENSIDAD ESTÁNDAR PARA OFTALMOSCOPIO *MINIMO 5 APERTURAS PARA OFTALMOSCOPIO *MINIMO 19 LENTES PARA OFTALMOSCOPIO	UNIDAD	ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**1**	**$ 1,673,000**	**$ 317,870**	**$ 1,990,870**	**$ 1,990,870**	**NINGUNA**
	VALOR TOTAL DE LA COTIZACION				**25**	**$ 36,090,500**	**$ 6,857,195**	**$ 42,947,695**	**$ 72,174,095**	

NOTA:	
1	**ESTE PROCESO CORRESPONDE A ESTUDIO DE MERCADO CON OPCIÓN DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA, PARA LO CUAL, LOS INTERESADOS DEBERÁN BASARSE EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y EN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO, PARA LA PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN.**
2	**EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA DOCUMENTACION ESTABLECIDA EN EL CUESTIONARIO DEL SECOP II.**
3	**EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR SU OFERTA EN PESOS COLOMBIANOS, SIN ANOTAR CENTAVOS, APROXIMANDO POR EXCESO O POR DEFECTO AL ENTERO MÁS CERCANO Y DEBIDAMENTE TOTALIZADO.**
4	**EL VALOR DE LA COTIZACION DEBE INCLUIR LA TOTALIDAD DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE GENERE EL PRODUCTO A OFERTAR.**
5	**CUANDO EL PROPONENTE OMITA DIFERENCIAR EL IVA DE UN INSUMO QUE ESTÉ GRAVADO, SE ENTIENDE QUE ESTÁ INCLUIDO DENTRO DEL VALOR PRESENTADO.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: **EDICKSON IOVANNI SALGADO AVILAN**

RAZÓN SOCIAL:	**BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS**
NIT / C.C.:	**800.208.795-3**
CORREO ELÉCTRONICO:	contratacion@biosistemaing.com
TELEFONO / CELULAR:	**6016663900-3188020939**
FECHA:	**18 de noviembre de 2024**