Subject: Caso Radicados 20002117, 20002119
From: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
Date: 11/06/2020, 3:20 p. m.
To: Natalia Ortiz Villalobos <nataliao@digitalware.com.co>, Luis Felipe Ramirez Gonzalez <luisrg@digitalware.com.co>
CC: Jose Laureano Urrego <lurrego@inm.gov.co>, Jose Eduin Culma Caviedes <jeculma@inm.gov.co>, Luis Enrique Amaya Rincon <leamaya@inm.gov.co>, Secretaria General <secgeneral@inm.gov.co>
X-Tagtoolbar-Keys: D20200611152042293
Message-ID: <8c695a0d-f09b-1cbb-757d-c694d520d997@inm.gov.co>
Disposition-Notification-To: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.9.0
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="------------AFEA968464DF2F89DA5674C9"
Content-Language: es-AR

Buenas tardes Ing.Natalia Ortiz.

Te envío la información correspondiente a los radicados:

1. 20002117

Figura 1. Programación definida por el Laboratorio correcta

Descripción del Equipo	Marca	Modelo	Serial	Intervalo de Medición
REGLILLA DE CALIBRACION PARA MICROSCOPIO	NIKON	N/A	001	1 mm a 100 mm
REGLILLA DE CALIBRACION PARA MICROSCOPIO	NIKON	N/A	003	1 mm a 100 mm
REGLILLA DE CALIBRACION PARA MICROSCOPIO	NIKON	N/A	002	1 mm a 100 mm
REGLILLA DE CALIBRACION PARA MICROSCOPIO	NIKON	N/A	004	1 mm a 100 mm

Laboratorio	Categoria	Servicios	Tiempo de Ejecución	Usuario Responsable
5-LONGITUD	2-MEDICIONES GEOMETRICAS	3296-Calibración de escala patrón	24	daplazas
5-LONGITUD	2-MEDICIONES GEOMETRICAS	3296-Calibración de escala patrón	24	daplazas
5-LONGITUD	2-MEDICIONES GEOMETRICAS	3296-Calibración de escala patrón	24	daplazas
5-LONGITUD	2-MEDICIONES GEOMETRICAS	3296-Calibración de escala patrón	24	daplazas

*Tarifa Nacional	*Tarifa Internacional	*Tarifa Excepción / Interna	*Fecha de Recepción
512500	190	0	2/9/2020
512500	190	0	9/9/2020
512500	190	0	14/9/2020
512500	190	0	17/9/2020

*Fecha Inicial	*Fecha Final
8/9/2020	10/9/2020
14/9/2020	16/9/2020
17/9/2020	21/9/2020
22/9/2020	24/9/2020

Sin embargo, cuando la Dra.Ana María Aprobó, generó el reporte en PDF, con 1 solo servicio (fecha recepción 2020-09-18 y entrega 2020-09-25) , según se evidencia en anexo 20002117-002.pdf.

2.20002119

Presenta el mismo caso, según se visualiza en traza en Figura 2.

Figura 2. Programación definida por el Laboratorio correcta

Descripción del Equipo	Marca	Modelo	Serial	Intervalo de Medición	Clase o Limite de Error	Magnitud a Medir	*Fecha de Recepción	*Fecha Ir
Cinta Metrica	Starret	Y510B	L05 EA2 1	De 0 m a 10 m	No indica	1. Metrología D...	11/6/2020	11/6/202
Cinta Metrica	Starret	Y510B	L05 EA2 2	De 0 m a 10 m	No indica	1. Metrología D...	24/6/2020	27/6/202
Cinta Metrica	Starret	Y510B	L05 EA2 2	De 0 m a 10 m	No indica	1. Metrología D...	11/6/2020	11/6/202
Cinta Metrica	Starret	Y510B	L05 EA2 5	De 0 m a 10 m	No indica	1. Metrología D...	9/7/2020	14/7/202
Cinta Metrica	Starret	Y510B	L05 EA2 2	De 0 m a 10 m	No indica	1. Metrología D...	24/6/2020	27/6/202

Descripción del Equipo	Marca	Modelo	Serial	Intervalo de Medición	Clase o Limite de Error	*Fecha de Recepción	*Fecha Inicial
Cinta metrica	Starret	Y510B	L05 EA2	de 0 m a 10 m	No indica	9/7/2020	14/7/2020
Cinta Metrica	Starret	Y510B	L05 EA2 4	De 0 m a 10 m	No indica	28/7/2020	31/7/2020
Cinta Metrica	Starret	Y510B	L05 EA2 2	De 0 m a 10 m	No indica	28/7/2020	31/7/2020
Cinta Metrica	Starret	Y510B	L05 EA2 3	De 0 m a 10 m	No indica	14/8/2020	20/8/2020
Cinta Metrica	Starret	Y510B	L05 EA2 5	De 0 m a 10 m	No indica	14/8/2020	20/8/2020

Laboratorio	Categoria	Servicios	Tiempo de Ejecución
5-LONGITUD	3-MEDICIONES DE LONGITUD	11923-Calibración de cinta métrica hasta 5 metros. Servicio Interno	24
5-LONGITUD	3-MEDICIONES DE LONGITUD	11923-Calibración de cinta métrica hasta 5 metros. Servicio Interno	24
5-LONGITUD	3-MEDICIONES DE LONGITUD	11924-Calibración de cinta métrica, metro adicional. Servicio Interno	2

Descripción del Equipo	Marca	Modelo	Serial	Intervalo de Medición	Clase o Limite de Error	Magnitud a Medir	*Fecha de Recepción	*Fecha Inicial	*Fec
Cinta Metrica	Starret	Y510B	L05 EA2 1	DE 0 m A 10 m	No indica	1. Metrología D...	11/9/2020	16/9/2020	17/9
Cinta Metrica	Starret	Y510B	L05 EA2 3	De 0 m a 10 m	No indica	1. Metrología D...	18/9/2020	23/9/2020	24/9
Cinta Metrica	Starret	Y510B	L05 EA2 4	De 0 m a 10 m	No indica	1. Metrología D...	11/9/2020	16/9/2020	17/9
Cinta metrica	Starret	Y510B	L05 EA2	de 0 m a 10 m	No indica	1. Metrología D...	18/9/2020	23/9/2020	24/9

Categoria	Servicios	Tiempo de Ejecución
3-MEDICIONES DE LONGITUD	11923-Calibración de cinta métrica hasta 5 metros. Servicio Interno	24
3-MEDICIONES DE LONGITUD	11923-Calibración de cinta métrica hasta 5 metros. Servicio Interno	24
3-MEDICIONES DE LONGITUD	11924-Calibración de cinta métrica, metro adicional. Servicio Interno	2
3-MEDICIONES DE LONGITUD	11924-Calibración de cinta métrica, metro adicional. Servicio Interno	2

Para la salida de programación en el archivo 20002119-L05-EA2 3.pdf, se encuentra un solo servicio entre fecha 2020-09-21 y 2020-09-25

Solicito revisar que ocurrió, porque nosotros hicimos la prueba respectiva en el entorno de pruebas, asociado al radicado 20002328, y generó el reporte correctamente.

Cordial saludo,

--

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.



Attachments:

20002117-002.pdf	558 KB
20002119-L05 EA2 3.pdf	557 KB