

Subject: Caso Radicados 20002151, 2002152
From: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
Date: 11/06/2020, 3:58 p. m.
To: Luis Felipe Ramirez Gonzalez <luisrg@digitalware.com.co>, Natalia Ortiz Villalobos <nataliao@digitalware.com.co>
CC: Jose Laureano Urrego <lurrego@inm.gov.co>, Jose Eduin Culma Caviedes <jeculma@inm.gov.co>, Luis Enrique Amaya Rincon <leamaya@inm.gov.co>, Secretaria General <secgeneral@inm.gov.co>
X-Tagtoolbar-Keys: D20200611155854000
Message-ID: <cbe6a7ce-1604-1d68-1bbb-b66665274f9b@inm.gov.co>
Disposition-Notification-To: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.9.0
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----DECA3A3DC8C4BC42FF509B01"
Content-Language: es-AR

Buenas tardes Ing.Natalia Ortiz.

Te comento novedades para los radicados:

1.20002151

Presenta la traza completa, donde los laboratorios revisaron la programación según figura 1.

Figura 1. Trazo del radicado 20002151

ASUNTO	USUARIO ENCARGADO	ESTADO	FECHA
Validar Programación Segun Servicio Radicado No.20002151	MAURICIO SACHICA AVELLANEDA	Ejecutado	2020-05-19T18:25:12.947
Validar Pago de la Cotización	Administrador Ophelia	Ejecutado	2020-06-10T06:44:32.407
Programar Fechas por Laboratorio	MAURICIO SACHICA AVELLANEDA	Ejecutado	2020-06-10T06:44:34.627
Validar Programación Segun Servicio Radicado No.20002151	MAURICIO SACHICA AVELLANEDA	Ejecutado	2020-06-10T06:44:34.673
Validar Pago de la Cotización	Administrador Ophelia	Ejecutado	2020-06-10T06:56:48.897
Programar Fechas por Laboratorio	MAURICIO SACHICA AVELLANEDA	Ejecutado	2020-06-10T06:56:50.663
Validar Programación Segun Servicio Radicado No.20002151	MAURICIO SACHICA AVELLANEDA	Ejecutado	2020-06-10T10:17:27.243

Figura 2. Bloqueo de la tarea

relia-SUITE

Fecha inicial recibido:

Fecha final recibido:

Estado:

Referencia:

Tarea:

Buscar

Reestablecer

Tipo

Proceso

Referencia

Tarea

Recibido

Hora

Fecha limite

99006

BA20CF9E-D4...

Guardar Fechas Asignadas y ...

10/6/2020

10:17

10/6/2020

11:17

Bloqueado

Error al ej

Error al ejecutar Tarea de Servicio Web.
StatusCode: 400.
StatusText: Bad Request.
Content: {
 "errors": [
 "items[1].TimeService": [
 "Could not convert string to integer: 94.8. Path 'items[1].TimeService', line 15, position 31."
],
 "items[2].TimeService": [
 "Could not convert string to integer: 14.3. Path 'items[2].TimeService', line 24, position 31."
],
 "items[3].TimeService": [
 "Could not convert string to integer: 156.5. Path 'items[3].TimeService', line 33, position 32."
],
],
 "title": "One or more validation errors occurred.",
 "status": 400,
 "traceld": "80000155-0000-ea00-b63f-84710c7967bb"
}

2. 20002152

Figura 3. Trazo de la programación (fragmento)

Descripción del Equipo	Marca	Modelo	Serial	Intervalo de Medición	Clase o Límite de Error
Q	Q	Q	Q	Q	Q
GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	734A	6625011 y otros 5	No indica	No indica
GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	7004N	954455284 y otros 4	No indica	No indica
GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	734A	6625011 y otros 5	No indica	No indica
GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	7004N	954455284 y otros 1	No indica	No indica
NANOVOLTIMETRO	AGILENT	34420A	MY42005971	No indica	No indica
GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	734A	6625011 y otros 1	No indica	No indica
GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	734A	6625011 y otros 1	No Indica	No indica

Laboratorio	Categoría	Servicios
Q	Q	Q
3-CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA	7-TENSION DC INTERNO	11098-Intercomparación de referencias corriente continua punto adicional se
3-CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA	7-TENSION DC INTERNO	11098-Intercomparación de referencias corriente continua punto adicional se
3-CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA	7-TENSION DC INTERNO	11099-Intercomparación de Referencias Corriente Continua servicio interno
3-CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA	7-TENSION DC INTERNO	11099-Intercomparación de Referencias Corriente Continua servicio interno
3-CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA	7-TENSION DC INTERNO	11961-Calibración de Medidores de baja tensión < 100 mV, punto adicional.
3-CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA	7-TENSION DC INTERNO	11099-Intercomparación de Referencias Corriente Continua servicio interno
3-CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA	7-TENSION DC INTERNO	11098-Intercomparación de referencias corriente continua punto adicional se

*Fecha de Recepción	*Fecha Inicial	*Fecha Final
Q	Q	Q
15/1/2021	20/1/2021	20/1/2021
17/11/2020	20/11/2020	20/11/2020
15/1/2021	19/1/2021	19/1/2021
26/5/2020	28/5/2020	28/5/2020
22/5/2020	28/5/2020	2/6/2020
21/5/2020	26/5/2020	26/5/2020
21/5/2020	27/5/2020	27/5/2020

Sin embargo, en el reporte PDF de salida (Anexo al comunicado), se evidencia un agrupamiento incorrecto. P.Ej. tomando el equipo "FLUKE", con serie "6625011 y otros 1", se evidencia las fechas de recepción 2020-05-22 y entrega 2021-02-18. Según consulta con el Laboratorio de CC, a cargo del Ing.Mauricio Sáchica, comenta que las fechas están mal en la salida.

Una feliz tarde.

Cordial saludo,

--

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia




Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.



Attachments:

20002152.pdf

571 KB