

Subject: Caso Radicados 20002241, 20002502
From: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
Date: 12/06/2020, 11:33 a. m.
To: Natalia Ortiz Villalobos <nataliao@digitalware.com.co>, Luis Felipe Ramirez Gonzalez <luisrg@digitalware.com.co>
CC: Jose Laureano Urrego <lurrego@inm.gov.co>, Jose Eduin Culma Caviedes <jeculma@inm.gov.co>, Luis Enrique Amaya Rincon <leamaya@inm.gov.co>, Secretaria General <secgeneral@inm.gov.co>, Jhon Diaz Moreno <jldiazm@inm.gov.co>
X-Tagtoolbar-Keys: D20200612113311766
Message-ID: <89246806-6d70-a591-66ab-737e2fd20017@inm.gov.co>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.9.0
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----7B8919F7AD466E185032C98B"
Content-Language: es-AR

Buenas tardes Ing.Natalia Ortiz.

Te envío la información correspondiente a los radicados:

1. 20002241

Figura 1. Programación definida por el Laboratorio correcta

Descripción del Equipo	Marca	Modelo	Serial	Intervalo de Medición	Clase o Límite de Error
Transductor de fuerza a tension	HBM	TOP-Z30A	191230025 2	10 kN	00
Transductor de fuerza a tension	HBM	STZ	121040060 1	1 MN	0.5
Transductor de fuerza a compresión	HBM	C18	00283N54	1 MN	0.5
Transductor de fuerza a compresion	HBM	C18	00283N54 1	1 MN	0.5
Transductor de fuerza a compresion	HBM	C18	00283N54 2	1MN	0.5

Transductor de fuerza a tension	HBM	STZ	121040060 2	1 MN	0.5
Transductor de fuerza a tensión	HBM	STZ	121040060	1 MN	0.5
Transductor de fuerza a tension	HBM	TOP-Z30A	191230025 1	10 kN	00
Transductor de fuerza a tensión	HBM	TOP-Z30A	191230025	10 kN	00

Laboratorio	Categoría	Servicios	Tiempo
7-FUERZA	1-FUERZA	11841-Calibración de transductor/celda (101 kN a 1000 kN) en tensión o compresión. Servicio Interno	24
7-FUERZA	1-FUERZA	11841-Calibración de transductor/celda (101 kN a 1000 kN) en tensión o compresión. Servicio Interno	24
7-FUERZA	1-FUERZA	11841-Calibración de transductor/celda (101 kN a 1000 kN) en tensión o compresión. Servicio Interno	24
7-FUERZA	1-FUERZA	11841-Calibración de transductor/celda (101 kN a 1000 kN) en tensión o compresión. Servicio Interno	24
7-FUERZA	1-FUERZA	11841-Calibración de transductor/celda (101 kN a 1000 kN) en tensión o compresión. Servicio Interno	24

Sin embargo, cuando la Dra.Ana María Aprobó, generó el reporte en PDF, donde se visualiza 1 servicio.

2.20002502

Presenta el caso de que NO están aplicando las observaciones entre Laboratorio y el ERRE

Figura 2.1. Registro de observaciones definida por el Laboratorio correcta [Referencia 044BF9D1-2B92-40F9-9C8D-114AD4B35695], etapa 2: 2020-06-11, 16:27:24)

*Tiempo de Ejecución	*Usuario Responsable	Observación	*Cantidad	*Cotizac
42	lhernandez	Si paga entre los diez (10) siguientes días hábiles, la fech...	1	180260

Si paga entre los diez (10) siguientes días hábiles, la fecha probable servicio es desde el 21 de julio de 2020.

Figura 2.2. Registro de cotización por el Laboratorio [Referencia 044BF9D1-2B92-40F9-9C8D-114AD4B35695], etapa 2: 2020-06-11, 16:27:24)

*Cantidad ▼	*Cotización Nacional ▼	¿Cancelar servicio? ▼	*Cotización Internacional ▼
Q	Q		Q
1	1802600	Seleccionar...	667
Total Servicio COP: 1802600		Total Servicio USD: 667	

Sin embargo, cuando ERRE ve la información, aparece totalmente distinta, según se evidencia en figura 2.3.

Figura 2.3. Información vista por ERRE (Registro de observaciones) (Referencia 70A6E371-C7B3-4D49-B78D-E43F0FA08216, etapa 76: 2020-06-11, 16:33:14)

Tiempo de Ejecución ▼	Usuario Responsable ▼	Observación ▼
Q	Q	Q
26	lhernandez	

Figura 2.4. Información vista por ERRE (Registro de cotización) (Referencia 70A6E371-C7B3-4D49-B78D-E43F0FA08216, etapa 76: 2020-06-11, 16:33:14)

Cantidad ▼	Tarifa Nacional ▼	Tarifa Internacional ▼
Q	Q	Q
1	\$ 1.479.500	547
Total Servicio COP: 1479500		Total Servicio USD: 547

Solicito revisar que ocurrió, pues NO está APLICANDO LOS CAMBIOS entre el paso de tareas por el Laboratorio hacia ERRE

Cordial saludo,

--

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia



Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

