

Subject: Revisión casos Radicados 20002315, 20002342
From: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
Date: 05/06/2020, 4:47 p. m.
To: Luis Felipe Ramirez Gonzalez <luisrg@digitalware.com.co>
CC: Jose Laureano Urrego <lurrego@inm.gov.co>, Jose Eduin Culma Caviedes <jeculma@inm.gov.co>, Luis Enrique Amaya Rincon <leamaya@inm.gov.co>, mnmoreno@inm.gov.co
X-Tagtoolbar-Keys: D20200605164708374
Message-ID: <f0d1ea21-84a3-c835-9c1c-f32eee0408f1@inm.gov.co>
Disposition-Notification-To: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.8.1
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----4822B34AEDC309EE4BC45D77"
Content-Language: es-AR

Buenas tardes Ing.Luis Felipe.

La presente para notificarle que el BPMetro, no le están llegando las tareas de servicios a los laboratorios, sabiendo que están pagados, según se visualiza en figuras 1,2 y traza JSON 1, JSON 2.

Figura 1. Traza radicado 20002315 con 9 Servicios

ASUNTO	USUARIO ENCARGADO	ESTADO	FECHA
Validar Confirmación de Calibración Radicado No.20002315	ANA MARIA REYES SANCLEMENTE	Ejecutado	2020-05-26T15:35:59.267

Traza JSON 1. Lista de servicios pagados

```

{
  "Id": "132eadaf-d184-4f47-a09c-56d3dc06c855",
  "Size": 6,
  "Description": "BALANZA DIGITAL",
  "Procedure": "No indica",
  "Brand": "Mettler Toledo",
  "Usage": null,
  "Model": "MS304S",
  "Serial": "B201593165",
  "Interval": "200 g",
  "Observation": null,
  "CategoryId": "4-MASA",
  "ServiceId": "11982-Calibración de instrumentos de pesaje (Capacidad máxima hasta 12 kg). Servicio en sitio. Servicio Interno",
  "LaboratoryId": "1-MASA",
  "Quantity": 1,
  "Status": "PAG",
  "Valor": "0",
  "ValorTotal": "0",
  "Vigencia": "31/12/2020"
},
{
  "Id": "76e729ee-6ef0-4d05-ad2d-9605363ed180",
  "Size": 6,
  "Description": "BALANZA DIGITAL",
  "Procedure": "No indica",
  "Brand": "Mettler Toledo",
  "Usage": null,
  "Model": "XP26PC",
  "Serial": "5125",
  "Interval": "25000 mg",
  "Observation": null,
  "CategoryId": "4-MASA",
  "ServiceId": "11982-Calibración de instrumentos de pesaje (Capacidad máxima hasta 12 kg). Servicio en sitio. Servicio Interno",
  "LaboratoryId": "1-MASA",
  "Quantity": 1,
  "Status": "PAG",
  "Valor": "0",

```

```

    "ValorTotal": "0",
    "Vigencia": "31/12/2020"
  },
  {
    "Id": "22f1e0fd-ca3d-4872-a970-ea337be29dbd",
    "Size": 6,
    "Description": "BALANZA DIGITAL",
    "Procedure": "No indica",
    "Brand": "Mettler Toledo",
    "Usage": null,
    "Model": "XPR64001L",
    "Serial": "B740760394",
    "Interval": "55 kg",
    "Observation": null,
    "CategoryId": "4-MASA",
    "Serviceld": "11981-Calibración de instrumento de pesaje (Capacidad máxima de 12 hasta 150 kg). Servicio en sitio. Servicio
Interno",
    "LaboratoryId": "1-MASA",
    "Quantity": 1,
    "Status": "PAG",
    "Valor": "0",
    "ValorTotal": "0",
    "Vigencia": "31/12/2020"
  },
  {
    "Id": "51ad1231-ae2-4890-a037-7eb2040af5a5",
    "Size": 6,
    "Description": "JUEGO DE CINCO PESAS",
    "Procedure": "F2",
    "Brand": "Mettler Toledo",
    "Usage": null,
    "Model": "OIML F2",
    "Serial": "9642",
    "Interval": "20 kg",
    "Observation": null,
    "CategoryId": "4-MASA",
    "Serviceld": "11968-Calibración de pesa clase E2 (20 kg a 50 kg) y clases inferiores. Servicio Interno",
    "LaboratoryId": "1-MASA",
    "Quantity": 5,
    "Status": "PAG",
    "Valor": "0",
    "ValorTotal": "0",
    "Vigencia": "31/12/2020"
  },
  {
    "Id": "c70d013d-0988-4f7f-b52a-a270337749a7",
    "Size": 6,
    "Description": "PESA INDIVIDUAL",
    "Procedure": "F2",
    "Brand": "Mettler Toledo",
    "Usage": null,
    "Model": "OIML F2",
    "Serial": "11119051",
    "Interval": "1 kg",
    "Observation": null,
    "CategoryId": "4-MASA",
    "Serviceld": "11967-Calibración de pesa clase E2 y clases inferiores (10 g a 10 kg). Servicio Interno",
    "LaboratoryId": "1-MASA",
    "Quantity": 1,
    "Status": "PAG",
    "Valor": "0",

```

```

"ValorTotal": "0",
"Vigencia": "31/12/2020"
},
{
  "Id": "2397d2f7-f06a-4f09-a06b-02caae8df930",
  "Size": 6,
  "Description": "BALANZA DIGITAL",
  "Procedure": "No indica",
  "Brand": "Mettler Toledo",
  "Usage": null,
  "Model": "PR8002",
  "Serial": "SNT1116360",
  "Interval": "8100 g",
  "Observation": null,
  "CategoryId": "4-MASA",
  "ServiceId": "11982-Calibración de instrumentos de pesaje (Capacidad máxima hasta 12 kg). Servicio en sitio. Servicio Interno",
  "LaboratoryId": "1-MASA",
  "Quantity": 1,
  "Status": "PAG",
  "Valor": "0",
  "ValorTotal": "0",
  "Vigencia": "31/12/2020"
},
{
  "Id": "8dcb31a2-e0fe-43c9-b565-5bd7e7f94e25",
  "Size": 6,
  "Description": "BALANZA DIGITAL",
  "Procedure": "No indica",
  "Brand": "Mettler Toledo",
  "Usage": null,
  "Model": "PM2000",
  "Serial": "SNRK58541",
  "Interval": "2000 g",
  "Observation": null,
  "CategoryId": "4-MASA",
  "ServiceId": "11982-Calibración de instrumentos de pesaje (Capacidad máxima hasta 12 kg). Servicio en sitio. Servicio Interno",
  "LaboratoryId": "1-MASA",
  "Quantity": 1,
  "Status": "PAG",
  "Valor": "0",
  "ValorTotal": "0",
  "Vigencia": "31/12/2020"
},
{
  "Id": "94da3e36-faf4-421d-8740-b4371985c441",
  "Size": 6,
  "Description": "BALANZA DIGITAL",
  "Procedure": "No indica",
  "Brand": "Mettler Toledo",
  "Usage": null,
  "Model": "XP205",
  "Serial": "1128411318",
  "Interval": "210g",
  "Observation": null,
  "CategoryId": "4-MASA",
  "ServiceId": "11982-Calibración de instrumentos de pesaje (Capacidad máxima hasta 12 kg). Servicio en sitio. Servicio Interno",
  "LaboratoryId": "1-MASA",
  "Quantity": 1,
  "Status": "PAG",
  "Valor": "0",
  "ValorTotal": "0",

```

```

"Vigencia": "31/12/2020"
},
{
  "Id": "b3f1505f-fedd-414f-8323-074656e668be",
  "Size": 6,
  "Description": "BALANZA DIGITAL",
  "Procedure": "No indica",
  "Brand": "Mettler Toledo",
  "Usage": null,
  "Model": "XPR1203S",
  "Serial": "B740754152",
  "Interval": "1200 g",
  "Observation": null,
  "CategoryId": "4-MASA",
  "ServiceId": "11982-Calibración de instrumentos de pesaje (Capacidad máxima hasta 12 kg). Servicio en sitio. Servicio Interno",
  "LaboratoryId": "1-MASA",
  "Quantity": 1,
  "Status": "PAG",
  "Valor": "0",
  "ValorTotal": "0",
  "Vigencia": "31/12/2020"
}

```

Figura 3. Traza radicado 20002342 con 10 servicios

Validar Solicitud a Calibrar Radicado No.20002342	DAVID ALONSO PLAZAS FERNÁNDEZ	Ejecutado	2020-05-21T10:11:09.257
Validar Solicitud a Calibrar Radicado No.20002342	DAVID ALONSO PLAZAS FERNÁNDEZ	Ejecutado	2020-05-22T12:05:55.517
Validar Confirmación de los Laboratorios Radicado No.20002342	LUIS ENRIQUE AMAYA RINCON	Ejecutado	2020-05-26T08:32:48.227
Validar Confirmación de Calibración Radicado No.20002342	ANA MARÍA REYES SANCLEMENTE	Ejecutado	2020-05-26T15:33:35.563

Traza JSON 2. Lista de servicios pagados

```

{
  "Id": "9e4ce4b4-bb4c-4df9-9704-1cbed9253471",
  "Size": 1,
  "Description": "COMPARADOR DE CARATULA",
  "Procedure": "RESOLUCION: 0,01 mm",
  "Brand": "STANDARD",
  "Usage": null,
  "Model": "01414010",
  "Serial": "246853",
  "Interval": "0 MM A 10 MM. EN LOS PUNTOS: 0 MM, 0.1 MM, 1 MM, 2.5 MM, 5.1 MM, 7.7 MM Y 10 MM",
  "Observation": null,
  "CategoryId": "3-MEDICIONES DE LONGITUD",
  "ServiceId": "11927-Calibración de comparador de carátula. Servicio Interno",
  "LaboratoryId": "5-LONGITUD",
  "Quantity": 1,
  "Status": "PAG",
  "Valor": "0",
  "ValorTotal": "0",
  "Vigencia": "31/12/2020"
},
{
  "Id": "d8745dbb-095c-45a2-b947-7626a9a8f757",
  "Size": 1,
  "Description": "COMPARADOR DE CARATULA",
  "Procedure": "RESOLUCION: 0.01 MM",
  "Brand": "STANDARD",
  "Usage": null,
  "Model": "01414010",
  "Serial": "246853 2",

```

```

"Interval": "0 MM A 10 MM. EN LOS PUNTOS: 0 MM, 0.1 MM, 1 MM, 2.5 MM, 5.1 MM, 7.7 MM Y 10 MM",
"Observation": null,
"CategoryId": "3-MEDICIONES DE LONGITUD",
"ServiceId": "11927-Calibración de comparador de carátula. Servicio Interno",
"LaboratoryId": "5-LONGITUD",
"Quantity": 1,
"Status": "PAG",
"Valor": "0",
"ValorTotal": "0",
"Vigencia": "31/12/2020"
},
{
  "Id": "81faea3e-c74c-49c1-b6d8-2f89c43711a4",
  "Size": 1,
  "Description": "COMPARADOR DE CARATULA",
  "Procedure": "RESOLUCION: 0.01 MM",
  "Brand": "STANDARD",
  "Usage": null,
  "Model": "01414010",
  "Serial": "240028",
  "Interval": "0 mm A 10 mm. EN LOS PUNTOS: 0 mm, 0.1 mm, 1 mm, 2.5 mm, 5.1 mm, 7.7 mm y 10 mm",
  "Observation": "PARA ENSAYO DE APTITUD (EA)",
  "CategoryId": "3-MEDICIONES DE LONGITUD",
  "ServiceId": "11927-Calibración de comparador de carátula. Servicio Interno",
  "LaboratoryId": "5-LONGITUD",
  "Quantity": 1,
  "Status": "PAG",
  "Valor": "0",
  "ValorTotal": "0",
  "Vigencia": "31/12/2020"
},
{
  "Id": "c3f28ced-bbe0-4643-9abb-7ccd19bef7f2",
  "Size": 1,
  "Description": "COMPARADOR DE CARATULA",
  "Procedure": "RESOLUCION: 0,01 MM",
  "Brand": "STANDARD",
  "Usage": null,
  "Model": "01414010",
  "Serial": "246853 1",
  "Interval": "0 MM A 10 MM. EN LOS PUNTOS: 0 MM, 0.1 MM, 1 MM, 2.5 MM, 5.1 MM, 7.7 MM Y 10 MM",
  "Observation": null,
  "CategoryId": "3-MEDICIONES DE LONGITUD",
  "ServiceId": "11927-Calibración de comparador de carátula. Servicio Interno",
  "LaboratoryId": "5-LONGITUD",
  "Quantity": 1,
  "Status": "PAG",
  "Valor": "0",
  "ValorTotal": "0",
  "Vigencia": "31/12/2020"
},
{
  "Id": "e4c18fed-60da-4e87-8f1d-45a49bd0f433",
  "Size": 1,
  "Description": "COMPARADOR DE CARATULA",
  "Procedure": "RESOLUCION: 0.01 MM",
  "Brand": "STANDARD",
  "Usage": null,
  "Model": "01414010",
  "Serial": "240028 2",
  "Interval": "0 mm A 10 mm. EN LOS PUNTOS: 0 mm, 0.1 mm, 1 mm, 2.5 mm, 5.1 mm, 7.7 mm y 10 mm",

```

```

"Observation": "PARA ENSAYO DE APTITUD (EA)",
"CategoryId": "3-MEDICIONES DE LONGITUD",
"ServiceId": "11927-Calibración de comparador de carátula. Servicio Interno",
"LaboratoryId": "5-LONGITUD",
"Quantity": 1,
"Status": "PAG",
"Valor": "0",
"ValorTotal": "0",
"Vigencia": "31/12/2020"
},
{
  "Id": "e9be9003-790f-4b9f-bd2b-5bc0a77c4fc2",
  "Size": 1,
  "Description": "COMPARADOR DE CARATULA",
  "Procedure": "RESOLUCION: 0.01 mm",
  "Brand": "STANDARD",
  "Usage": null,
  "Model": "01414010",
  "Serial": "240028 1",
  "Interval": "0 mm A 10 mm. EN LOS PUNTOS: 0 mm, 0.1 mm, 1 mm, 2.5 mm, 5.1 mm, 7.7 mm y 10 mm",
  "Observation": "PARA ENSAYO DE APTITUD (EA)",
  "CategoryId": "3-MEDICIONES DE LONGITUD",
  "ServiceId": "11927-Calibración de comparador de carátula. Servicio Interno",
  "LaboratoryId": "5-LONGITUD",
  "Quantity": 1,
  "Status": "PAG",
  "Valor": "0",
  "ValorTotal": "0",
  "Vigencia": "31/12/2020"
},
{
  "Id": "bb191113-81dd-475f-a122-74cee4d12f61",
  "Size": 1,
  "Description": "COMPARADOR DE CARATULA",
  "Procedure": "RESOLUCION: 0.01 MM",
  "Brand": "STANDARD",
  "Usage": null,
  "Model": "01414010",
  "Serial": "246853 3",
  "Interval": "0 MM A 10 MM. EN LOS PUNTOS: 0 MM, 0.1 MM, 1 MM, 2.5 MM, 5.1 MM, 7.7 MM Y 10 MM",
  "Observation": "PARA ENSAYO DE APTITUD (EA)",
  "CategoryId": "3-MEDICIONES DE LONGITUD",
  "ServiceId": "11927-Calibración de comparador de carátula. Servicio Interno",
  "LaboratoryId": "5-LONGITUD",
  "Quantity": 1,
  "Status": "PAG",
  "Valor": "0",
  "ValorTotal": "0",
  "Vigencia": "31/12/2020"
},
{
  "Id": "42499544-b5e6-4786-bdaf-4aff886409e6",
  "Size": 1,
  "Description": "COMPARADOR DE CARATULA",
  "Procedure": "RESOLUCION: 0.01 MM",
  "Brand": "STANDARD",
  "Usage": null,
  "Model": "01414010",
  "Serial": "240028 3",
  "Interval": "0 mm A 10 mm. EN LOS PUNTOS: 0 mm, 0.1 mm, 1 mm, 2.5 mm, 5.1 mm, 7.7 mm y 10 mm",
  "Observation": "PARA ENSAYO DE APTITUD",

```

```

"CategoryId": "3-MEDICIONES DE LONGITUD",
"Serviceld": "11927-Calibración de comparador de carátula. Servicio Interno",
"LaboratoryId": "5-LONGITUD",
"Quantity": 1,
"Status": "PAG",
"Valor": "0",
"ValorTotal": "0",
"Vigencia": "31/12/2020"
},
{
  "Id": "122f8dfc-a68b-440e-91bf-b4e1eb971575",
  "Size": 1,
  "Description": "COMPARADOR DE CARATULA",
  "Procedure": "RESOLUCION: 0.01 MM",
  "Brand": "STANDARD",
  "Usage": null,
  "Model": "01414010",
  "Serial": "246853 4",
  "Interval": "0 MM A 10 MM. EN LOS PUNTOS: 0 MM, 0.1 MM, 1 MM, 2.5 MM, 5.1 MM, 7.7 MM Y 10 MM",
  "Observation": "PARA ENSAYO DE APTITUD",
  "CategoryId": "3-MEDICIONES DE LONGITUD",
  "Serviceld": "11927-Calibración de comparador de carátula. Servicio Interno",
  "LaboratoryId": "5-LONGITUD",
  "Quantity": 1,
  "Status": "PAG",
  "Valor": "0",
  "ValorTotal": "0",
  "Vigencia": "31/12/2020"
},
{
  "Id": "f9b12324-b26a-4bd4-962d-b436e97b4263",
  "Size": 1,
  "Description": "COMPARADOR DE CARATULA",
  "Procedure": "RESOLUCION: 0.01 MM",
  "Brand": "STANDARD",
  "Usage": null,
  "Model": "01414010",
  "Serial": "240028 4",
  "Interval": "0 mm A 10 mm. EN LOS PUNTOS: 0 mm, 0.1 mm, 1 mm, 2.5 mm, 5.1 mm, 7.7 mm y 10 mm",
  "Observation": "PARA ENSAYO DE APTITUD",
  "CategoryId": "3-MEDICIONES DE LONGITUD",
  "Serviceld": "11927-Calibración de comparador de carátula. Servicio Interno",
  "LaboratoryId": "5-LONGITUD",
  "Quantity": 1,
  "Status": "PAG",
  "Valor": "0",
  "ValorTotal": "0",
  "Vigencia": "31/12/2020"
}
}

```

Por favor, verificar que los servicios pagados, sean efectivamente remitidos hacia los Laboratorios para la fase de programación.

Cordial saludo,

--

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia



Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

