

Balanza Pesa Alimentos ☒		Balanza Pesa Personas ☐		Balanza Pesa Bebés ☐	
No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
GER-004.	Electronic Scale Moresco			Hogar infantil Geona	Sammy Ayala.

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)		
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO
			1	29-10-2021	Cumple.



DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	3000 g	Juego de pesas clase	M1.	6-03-2024
Carga mínima (Min)	1g	Número de Certificado	DA-2014-07-7	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA
División de escala (e / d)	0.5 g		Sammy Ayala.	
Repetibilidad (Indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON se realiza verificación con masas patrón del 2 Kennedy.		
Error Máximo Permitido (EMP)				

EXCENTRICIDAD		
CARGA EN PRUEBA		
Punto	Indicación	Diferencia
1	200	0
2	200	0
3	200	0
4	200	0
5	200	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

EXACTITUD		
CARGA EN PRUEBA		
Punto	Indicación	Diferencia
1	300	0
2	300	0
3	200	0
4	100	0
5	200	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA		
No. Medición	Indicación	Diferencia
1	100	0
2	100	0
3	100	0
4	100	0
5	100	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

GUIA EXCENTRICIDAD		
--------------------	--	--

Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido