


Balanza Pesa Alimentos ____		Balanza Pesa Personas ____		Balanza Pesa Bebés <u>X</u>	
No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
GER-002	Kex Germany	BS-015 baby scale	No indica	Hogar Infantil Geona	Sammy Ayala

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)		
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO
			1	2023-12-15	cumple.

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	20kg.	Juego de pesas clase	MI	06-03-2024.
Carga mínima (Min)	0.1 kg	Número de Certificado	DA-2014-03-27	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA
División de escala (e / d)	0.005 kg.		Sammy Ayala.	
Repetibilidad (indicación en manual)	No especificada.	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON		
Error Máximo Permitido (EMP)				

PRUEBAS			
EXCENTRICIDAD		REPETIBILIDAD	
CARGA EN PRUEBA			
Punto	Indicación	Diferencia	
1	20	0	
2	20	0	
3	20	0	
4	20	0	
5	20	0	
Error máximo obtenido en la prueba		0	
Error mínimo obtenido en la prueba		0	
RESULTADO	cumple.		
EXACTITUD			
CARGA EN PRUEBA			
Punto	Indicación	Diferencia	
1	20	0	
2	30	0	
3	9.9	0.1	
4	10	0	
5	20	0	
Error máximo obtenido en la prueba		0.1	
Error mínimo obtenido en la prueba		0	
RESULTADO	cumple.		
GUÍA EXCENTRICIDAD			




Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido