

Gerona

Balanza Pesa Alimentos ____		Balanza Pesa Personas <u>X</u>		Balanza Pesa Bebés ____	
No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
GER-001.	SECA	813	881312 23122 238	Hogar Infantil Gerona.	Sammy Ayala.

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)		
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO
			1	2023-12-15	Cumple.


DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200kg	Juego de pesas clase	MI	6-03-2024.
Carga mínima (Min)	2kg.	Número de Certificado	DA-2014-07-27.	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA
División de escala (e / d)	0.1 kg			Sammy Ayala.
Repetibilidad (Indicación en manual)	No especificada.	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON		
Error Máximo Permitido (EMP)		Se realiza verificación intermedia con masas patrón del C3 Kennedy		

EXCENTRICIDAD		
CARGA EN PRUEBA		
Punto	Indicación	Diferencia
1	9.8 19.9	0.1
2	9.8 19.9	0.1
3	9.8 19.9	0.1
4	9.8 19.9	0.1
5	9.8 19.9	0.1
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0.1
RESULTADO		Cumple.

EXACTITUD		
CARGA EN PRUEBA		
Punto	Indicación	Diferencia
1	10.9	0.1
2	10.9	0.1
3	10.9	0.1
4	10.9	0.1
5	10.9	0.1
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0.1
RESULTADO		Cumple.

REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA		
No. Medición	Indicación	Diferencia
1	19.9	0.1
2	19.9	0.1
3	19.9	0.1
4	19.9	0.1
5	19.9	0.1
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0.1
RESULTADO		Cumple.

GUIA EXCENTRICIDAD		
--------------------	--	--




Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

RESULTADO: Cumple o no cumple