Balanza Pesa Alimentos X Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
GER-004.	Electronic Scale Moresco			Hogar infantil Genova	Sammy Ayala.

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)		
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO
			1	29-10-2021	Cumple.

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	3000 g	Juego de pesas clase	MI.	6-03-2021
Carga mínima (Min)	1 g	Número de Certificado	DA-2019-07-27	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA
División de escala (e / d)	0.5 g		Sammy Ayala.	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON		
Error Máximo Permitido (EMP)		Se realiza verificación con masas patrón del CZ kennedy.		

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	200	0
2	200	0
3	200	0
4	200	0
5	200	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	100	0
2	100	0
3	100	0
4	100	0
5	100	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	300	0
2	300	0
3	200	0
4	100	0
5	200	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Gerona

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas X Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
GER-001.	SECA	813.	881312 23132 238	Hogar Infantil Gerona.	Sammy Ayala.

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)		
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO
			1	2023-12-15	cumple.

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200kg.	Juego de pesas clase	MI	6-03-2024.
Carga mínima (Min)	2kg.	Número de Certificado	DA-2014-07-27.	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA
División de escala (e / d)	0.1 kg		Sammy Ayala.	
Repetibilidad (indicación en manual)	No especificada.	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON		
Error Máximo Permitido (EMP)		se realiza verificación intermedia con masas patión del CZ kennedy		

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	~~9.8~~ 19.9	0.1
2	~~9.8~~ 19.9	0.1
3	~~9.8~~ 19.9	0.1
4	~~9.8~~ 19.9	0.1
5	~~9.9~~ 19.9	0.1
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0.1
RESULTADO	cumple.	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	10.9	0.1
2	10.9	0.1
3	10.9	0.1
4	10.9	0.1
5	10.9.	0.1
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0.1
RESULTADO	cumple.	


RESULTADO: Cumple o no cumple

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	19.9.	0.1
2	19.9	0.1
3	19.9.	0.1
4	19.9.	0.1
5	19.9	0.1
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0.1
RESULTADO	cumple.	

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés X

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
GER-002.	Kex Germany.	BS-015 baby Scale	No indica	Hogar Infantil Gerona	Sammy Ayala.

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)		
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO
			1	2023-12-15	cumple.

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	20kg.	Juego de pesas clase	MI	06-03-2024.
Carga mínima (Min)	0.1 kg	Número de Certificado	DA-2014-07-27.	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA
División de escala (e / d)	0.005 kg.		Sammy Ayala.	
Repetibilidad (indicación en manual)	No especificada.	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON		
Error Máximo Permitido (EMP)				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	20	0
3	20	0
4	20	0
5	20	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple.	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	9.99	0.1
2	9.99	0.1
3	9.99	0.1
4	9.99	0.1
5	9.99	0.1
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0.1
RESULTADO	cumple.	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	30	0
3	9.9	0.1
4	10	0
5	20	0
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple.	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012